Załącznik 2.1 do SWZ

Zadanie nr 1 - Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach

Opis i zestawienie warunków i parametrów technicznych

APARAT DO ARTROSKOPII BARKU

Pakiet Nr 4

Lp.	Parametry techniczne / opis	Parametry wymagane	Parametry podlegające ocenie	Odpowiedź
1.	Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2021 roku, nie powystawowy ; Nazwa …..... Typ .....….....…….. Producent.....	TAK/podać		
2.	Pozycjoner chirurgiczny z uniwersalnym mocowaniem do stołu operacyjnego. Element główny, hydrauliczny połączony na stałe z włącznikiem nożnym za pomocą elastycznego przewodu hydraulicznego. Lekka konstrukcja z włókna węglowego, składająca się z segmentu stałego oraz elementu teleskopowego połączonych przegubem kulowym. Umożliwiający pozycjonowanie zarówno kończyny górnej jak i dolnej za pomocą sterylizowalnych końcówek mocujących. Nie wymagający dodatkowego zasilania oraz smarowania	TAK/podać		
4.	Uniwersalna przejściówka przystosowana do sterylizacji parowej	TAK/podać		
5.	Końcówka mocująca do kończyny górnej, umożliwiająca mocowanie kończyny w pozycji tzw. „Beach chair", przystosowana do sterylizacji parowej	TAK/podać		
6.	Końcówka mocująca do kończyny dolnej, przystosowana do sterylizacji parowej	TAK/podać		
7.	Artroskopowy nóż do uwalniania tkanek, z dodatkową powierzchnią trącą, 4.75 X 149mm	TAK/podać		
8.	Narzędzie artroskopowe do wysnuwania nici ze stawu, 3,4mm	TAK/podać		
9.	Narzędzie artroskopowe do obcinania supermocnych nici, uniwersalne do nici i taśm	TAK/podać		
10.	Spychacz do artroskopowego dociągania węzłów	TAK/podać		
11.	Optyka HD średnica 4mm a długość 170mm, kąt widzenia 70'. Blokada samozatrzaskowa QuickLatch	TAK/podać		
12.	Płaszcz optyki artroskopowej szybkoprzepływowy z dwoma obrotowymi kranikami. Konstrukcja płaszcza	TAK/podać		

	wzmacniana, dwuwarstwowa, ze zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, dodatkowo wydłużona, osłaniająca i chroniąca soczewki optyki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Długość części pracującej 170 mm			
13.	Kotwiczka elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,8 mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supermocne nici # na podajniku jednorazowym elastycznym podajniku, pakowana jednostkowo, sterylnie.	TAK/podać		
14.	Wiertło do kotwic - rozmiar 1,8 mm	TAK/podać		
15.	Narzędzie manualne do artroskopowego przeszywania tkanek, końcówka robocza o wymiarach 2,2x2,6mm, średnica sztyftu 3,4mm, długość 155mm, lewe, wygięcie typowe do zabiegów niestabilności barku	TAK/podać		
16.	Narzędzie manualne do artroskopowego przeszywania tkanek, końcówka robocza o wymiarach 2,2x2,6mm, średnica sztyftu 3,4mm,długość 155mm, prawe, wygięte pod kątem 40stopni	TAK/podać		
17.	Narzędzie manualne do artroskopowego przeszywania tkanek, końcówka robocza o wymiarach 2,2x2,6mm, średnica sztyftu 3,4mm,długość 155mm, lewe, wygięte pod kątem 30stopni	TAK/podać		
18.	Narzędzie manualne do artroskopowego przeszywania tkanek, końcówka robocza o wymiarach 2,2x2,6mm, średnica sztyftu 3,4mm, długość 155mm, prawe, wygięte pod kątem 30stopni	TAK/podać		
19.	Kaseta do sterylizacji narzędzi barkowych	TAK/podać		
20.	Drut do zmiany portali artroskopowych o długości 25cm i średnicy 0,3cm. Pakowane po 2 sztuki.	TAK/podać		
20.	Taśma pleciona o wysokiej wytrzymałości, pakowana po 12 sztuk.	TAK/podać		
WARUNKI GWARANCJI				
1.	Gwarancja min. 24 m-ce - max 36 m-cy	Tak/podać	24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt	
2.	Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.	Tak/podać		
3.	Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie	Tak/podać		

	z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego			
4.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	Tak/podać		
5.	Punkty serwisowe	Tak/podać		
6.	Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. Przeprowadzenie testów poprawności działania oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi sprzętu w cenie oferty	Tak/podać		
7.	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim	Tak/podać		
8.	Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty	Tak/podać		

1. W przypadku zastosowania w powyższej dokumentacji nazw dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający traktuje takie użycia - zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp - jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych od podanych i zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych, oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne, karty techniczne itp. dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego.
2. W przypadku odniesienia w załączonej do SWZ dokumentacji do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza - zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp. - rozwiązania równoważne opisywanym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…….

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej