Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/05/17/172

Oborniki, dnia 14.06.2017r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/05/17

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych – powtórka nr 2 oraz skanera płyt obrazowych,** ogłoszonego w dniu 07.06.2017r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. **Dotyczy pakietu 10:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w poz. 1-4 wyraża zgodę na zaoferowanie wchłanianych szwów syntetycznych, monofilamentowych, o wytrzymałości węzła 70-80% po 5 dniach, 50% po 6-7 dniach, 20-30% po dniach 10-ciu o całkowitym okresie wchłaniania ok. 56 dni z uwzględnieniem tolerancji dł. nici 70-75 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanych szwów.

2. **Pakiet 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w opakowaniach a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pakiet nr 18

Skaner radiografii pośredniej

SKANER PŁYT OBRAZOWYCH OGÓLNODIAGNOSTYCZNYCH

3. *Pkt.7 Czas potrzebny do wykonania kompletnego cyklu obróbki (od załadowania do wysunięcia) kasety ogólnodiagnostycznej 35x35cm (odczyt w rozdzielczości co najmniej 5 pikseli/mm) < 50 sekund.*

Prosimy o dopuszczenie skanera dla którego czas potrzebny do wykonania kompletnego cyklu obróbki (od załadowania do wysunięcia) kasety ogólnodiagnostycznej 35x35cm (odczyt w rozdzielczości co najmniej 50 pikseli/mm) wynosi 52,2 sekundy. Powyższa różnica jest tak minimalna, że przy porównaniu z całkowitym czasem potrzebnym do przygotowania pacjenta do badania – niejednokrotnie kilka minut nie będzie powodowała zmniejszenia przepustowości pracowni rtg .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie skanera o wyżej opisanej funkcji, której czas obróbki kasety wynosi 52,2 sekundy.

4. *Pkt. 9 Maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 35 cm) dla kasety ogólnodiagnostycznej 35x43cm, ≥ 4000 px.*

Czy Zamawiający dopuści skaner dla którego maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 35 cm) dla kasety ogólnodiagnostycznej 35x43cm wynosi 3610 px?

Powyższa wartość minimalnie różni się od wymaganej, a biorąc pod uwagę, że oferowany skaner umożliwia odczyt obrazu w 16 bitach - jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza niż w skanerach oferujących odczyt tylko w 12 bitach.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie skanera dla którego maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 35 cm) wynosi 3610 px.

5. Pkt. 10

Maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 43 cm) dla

kasety ogólnodiagnostycznej 35x43cm, ≥ 4500 px.

Czy Zamawiający dopuści skaner dla którego maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 43 cm) dla kasety ogólnodiagnostycznej 35x43cm wynosi 4400px ?

Powyższa wartość minimalnie różni się od wymaganej, a biorąc pod uwagę, że oferowany skaner umożliwia odczyt obrazu w 16 bitach - jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza niż w skanerach oferujących odczyt tylko w 12 bitach

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie skanera dla którego maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 43 cm) wynosi 4400 px.

6. **Pakiet nr 18**

Skaner radiografii pośredniej

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Pkt 5

Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy, a w przypadku konieczności wykonania naprawy aparatu w siedzibie serwisu w czasie powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w terminie 48 godz. po upływie wyżej opisanych 5 dni.

Pkt 6

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zaoferowane, w terminie 48 godz. po upływie wyżej opisanych 5 dni. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego.

Wszystkie naprawy skanera są wykonywane w miejscu instalacji urządzenia (siedziba klienta). Wymógł dostawy i instalacji urządzenia zastępczego w ciągu 48h jest niemożliwy do spełnienia w normalnych warunkach, lub wymaga zakupu urządzenia zastępczego dedykowanego specjalnie dla Zamawiającego. Powyższe rozwiązanie jest nieopłacalne ekonomicznie i w bardzo dużym stopniu zawyższy cenę oferty wszystkich Wykonawców.
W związaku z powyższym prosimy o modyfikację wymagania na następujące:

Pkt 5

Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pkt 6

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem

potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację warunków gwarancji w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 5 i 6.

W związku z powyższą odpowiedzią, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) **Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:**

a) w Opisie parametrów technicznych w pkt 5 i 6 warunków gwarancji i serwisu – zmiana w załączniku do niniejszego pisma;

b) we wzorze umowy dla Pakietu nr 18 w § 6 ust. 4 i 5 na zapis o następującej treści:

4. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego.

Zmiana wzoru umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

7. Pkt 7

zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów.

Prosimy o usunięcie powyższego wymagania.

Zamawiający wymaga min. 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie. W tak długim czasie normalne jest, że poszczególne elementy urządzenia ulegają zużyciu i wymagają wymiany.

Żądanie wymiany urządzenia po trzykrotnej wymianie części jest nieuprawnione i sprzeczne z zasadą równości stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. SIWZ pozostaje bez zmian.

8. **dotyczy wzoru umowy dostawy – zał. nr 3 do SIWZ**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości **0,5%** od wartości **brutto** zamówionego towaru liczonego za każdy dzień zwłoki za odmowę dostarczenia go w terminie, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru,** przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego Wykonawcy. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca.

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości **1.000 zł** (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części** Pakietu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów wzoru umowy.

Pakiet 5

Poz. 1,2

9. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie hemostatyku powierzchniowego w formie gazy o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym w instrukcji użytkowania wykonanej z bawełny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza hemostatyk powierzchniowy w formie gazy o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym w instrukcji użytkowania wykonanej z bawełny.

10. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby celuloza posiadała w instrukcji użytkowania wyraźne wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby celuloza posiadała wskazania do stosowania w neurochirurgii.

11. Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający dodatkowo wymaga, aby celuloza posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP E.Coli udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby celuloza posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP E.Coli udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu.

12. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby celuloza posiadała informacje o czasie wchłaniania udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu?

Uzasadnienie do powyższych pytań: Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Ponadto każdy podmiot dokonujący zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu wyrobu medycznego jest zobowiązany przesłać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych (dalej URPLWMiPB) komplet dokumentów dopuszczających oraz instrukcję stosowania opisującą właściwości produktu i zawierającą wskazania i przeciwskazania w jego stosowaniu. Należy również podkreślić fakt, że

w sytuacji gdy producent dokona aktualizacji instrukcji (np. po przez zmianę jej treści) podmiot wprowadzający wyrób do obrotu jest zobowiązany przesłać zmienioną treść instrukcji do URPLWMiPB. Z tego względu instrukcja stosowania jest wiarygodnym dokumentem i jednym z najistotniejszych dokumentów z punktu widzenia URPLWMiPB.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby celuloza posiadała informacje o czasie wchłaniania udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu.

13. Czy Zamawiający dopuści, aby celuloza charakteryzowała się wartością pH maksymalnie do 2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii m.in. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści, aby celuloza charakteryzowała się wartością pH maksymalnie do 2,8.

14. Czy Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów oczekuje dołączenia instrukcji użytkowania produktu do oferty? Gwarantuje to możliwość zweryfikowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego oraz otrzymanie produktów o oczekiwanej jakości.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga dołączenia instrukcji użytkowania produktu do oferty.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
...rnodzielnego Publicznego
...ki Opieki Zdrowotnej w Obornikach
... Małgorzata Lidzkowska