Pakiet nr 97 Lampa zabiegowa

Lp	Asortyment	Cena jedn. Netto	Ilość	jm	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
1	lampa zabiegowa chirurgiczna, statywowa, mobilna z akumulatorem. Natężenie światła z kopuły 50-65 klx. Średnica pola świetlnego 20-24 cm. „Brudne" uchwyty na kopułach. Wskaźnik odwzorowania barw min. 95. Temperatura barowa od 4300 K. Rączka do ustawiania położenia czaszy z możliwością jej sterylizacji. Żywotność diod świetlnych LED na poziomie min. 50 000h, możliwość wymiany uszkodzonej diody a nie całego modułu. Możliwość regulowania wysokości.		1	szt				

Lp.	Parametry techniczne	Wymagana wartość	Uwagi	Oferowane parametry z kolumny	Punkty dodatkowe za oferowane parametry
I	II	III	IV	V	VI
1	Lampa fabrycznie nowa	TAK, podać rok prod.			**x**
2	Producent	Podać			**x**
3	Nr katalogowy	Podać			**x**
4	Nazwa/ Model/ Typ	Podać			**x**
Warunki gwarancji					
5	bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres	podać			x
6	bezpłatne przeglądy w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu urządzenia. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy urządzenia	TAK	x		x

7	Przeglądy techniczne wymagane lub zlecane przez producenta w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy	TAK	x		x
8	zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie	TAK	x		x
9	zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów	TAK	x		x
10	Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat	TAK	x		x
11	Punkty serwisowe na terenie Polski	Podać	Minimum 1		NIE
12	Dostawa urządzenia wraz z montażem	TAK	x		x
13	Szkolenie personelu w miejscu instalacji w ramach ceny ofertowej	TAK	x		x
14	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim	TAK	dostarczyć z chwilą uruchomienia i oddania do eksploatacji		NIE