Formularz cenowy **Załącznik nr 2 do SIWZ**

Pakiet nr 1 Endoprotezy stawu biodrowego

L.p	opis	cena jedn. netto	ilość	j.m	wartość netto	Stawka VAT %	kwota VAT	wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Endoproteza cementowa/bipolarna stawu bio drowego CoCrMo. Trzpień prosty, bez kołnierzowy, niewymagający centralizera, z korkiem. Powierzchnia trzpienia wypolerowana strumieniowo, pokryta podłużnymi rowkami, które wraz z częścią proksymalna przeciwdziałają siłą rotacyjnym. Trzpień dostępny w wersji standardowej jak i lateralizowanej. Dostępny w 9 rozmiarach. Dodatkowo korek do blokowania jamy szpikowej.Głowa metalowa o średnicy 32mm i 36 mm. Głowa bipolarna o średnicy od 38 do 72mm umożliwiająca wymianę głowy wewnętrznej. Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 32mmi 36mm ze znacznikiem rtg.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
a	trzpień		7	szt						
b	głowa metalowa o średnicy 32mm i 36mm		7	szt						
c	panewka		3	szt						
d	głowa bipolarna		7	szt						
		x	x	x						
2	Endoproteza całkowita stawu biodrowego bezcementowa Trzpień bezcementowy tytanowy w części proksymalnej pokryty okładziną napylaną próżniowo-zaopatrzony w elementy antyrotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się trzpienia stożek szyjki 12/14 w minimum 12 rozmiarach standartowych i w wersji lateralizowanej.kąt szyjkowo trzonowy 135 stopni.Panewka bezcementowa hemisferyczna wykonana ze stopu tytanu typy press-fit w rozmiarach od 42 do 64mm ze skokiem co 2mm.Możliwośc panewki bezotworowej i otworowej na śruby stabilizujące.W tym samym komplecie panewki wkręcane.Wkładka polietylenowa wysoko usieciowana w wersji z okapem 10 stopniowym i bez dla głow 32mm i 36mm. opcjonalnie wkładka ceramiczna dla głowy 32mm i 36mm.Głowa metalowa oraz ceramiczna o średnicy 32mm i 36mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
a	trzepień		35	szt						
b	głowa 32 mm i 36 mm		35	szt						
c	panewka		35	szt						
d	wkładka polietylenowa		35	szt						
e	wkładka ceramiczna		2	szt						
f	Śruby stabilizujące panewkę		6	szt						
		x	x	x						

3	Endoproteza bezcementowa krótkotrzpieniowa stawu biodrowego, trzpień kotwiczony przynasadowo, tytanowy o trapezoidalnym przekroju i krzywiznach umożliwiających odtwarzanie cech anatomicznych, o czterech kątach szyjki, każdy w 12 rozmiarach w części proksymalnej pokryty okładziną napylaną próżniowo. Stożek szyjki 12/14.Instrumentarium pozwalające na implantację z każdego dojścia w tym z dostępów mini inwazyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
a	Trzpień krótki		**2**	**szt**						
4	Pakiet płuczący, system do podawania cementu i cement kostny. System do płukania powierzchni stawowych przed cementowaniem jednorazowego użytku posiadające własny bateryjny napęd ze zintegowanym wężem tłocząco ssącym płyn. System zapewniający 2 szybkości płukania do kości min 23PSI i tkanek miękkich 5,8 PSI. System do próżniowego mieszania i podawania cementu bez konieczności przelewania do podajnika. Cement kostny z antybiotykiem 40g.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
a	cement kostny z antybiotykiem 40g		5	szt						
b	system do płukania powierzchni stawowych przed cementowaniem		5	szt						
c	system do próżniowego podawania cementu		5	szt						
RAZEM		**x**	**x**	**x**		**x**			**x**	**x**

Wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest do użyczenia nieodpłatnie Zamawiającemu na czas trwania umowy kompletne instrumentarium niezbędne do zakładania protez w tym wiertarkę elektryczną zasilaną akumulatorowo, piłę zasilaną akumulatorowo (w pakiecie startowym z min 1 ostrzem) wraz z kompletem podwójnych baterii i ładowarką stacjonarną. Zestaw haków niezbędnych do wykonania zabiegu. Podwójny pakiet wszystkim rozmiarów implantów. W przypadku przesłania faksem protokołu zużycia Wykonawca w czasie niezwłocznym (nie dłużej niż 48 godzin dostarczy na swój koszt zużyty implant).Narzędzia należące do Wykonawcy będą wymieniowe z chwilą ich mechanicznego uszkodzenia lub stępienia (dotyczy głownie frezów panewkowych) po poinformowaniu przez Zamawiającego.

Podpis ….....