Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/13/19/240

Oborniki, dnia 03.12.2019r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZPD/13/19**

Dot. przetargu nieograniczonego na **zakup sprzętu medycznego: Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego, monitora do pomiarów hemodynamicznych, aparatu ultrasonograficznego oraz leków** ogłoszonego w dniu 28.11.2019r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA II

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2018r, poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie nr 2

Pytanie dotyczy formularza cenowego, punkt 3

„Oprogramowanie **Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego**, klucz licencyjny, licencja na podłączenie aparatów KTG, licencja na nieograniczoną ilość stacji podglądowych, licencja na integrację HIS **(licencja dotyczy Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego)** + Instalacja oprogramowania, serwera oraz komputerów opisanych w pkt. 2 wraz z konfiguracją oprogramowania" – 1 szt

Odpowiedź: Zamawiający odnosi się do zapisu: ***„opisanych w pkt. 2"*** dotyczy to pkt 2 w załączniku nr 2.1. do SIWZ dla Pakietu nr 1.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczy Załącznik nr 2.1 pkt 30

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci: oprogramowanie **Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego**, klucz licencyjny, licencja na podłączenie aparatów KTG, licencja na nieograniczoną ilość stacji podglądowych, licencja na integrację HIS **(licencja dotyczy Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego)** – 1 szt

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie jako równoważne

Pytanie nr 4

Pytanie dotyczy Załącznik nr 2.1 pkt 25, 31, 36

W związku z tym, że w kilku różnych punktach opisane jest stanowisko centralne, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższe punkty dotyczą tego samego Stanowska centralnego – serwera, który ma zostać zainstalowany jako stanowisko podglądowe.

Odpowiedź: Tak, opisane w różnych pkt Stanowisko Centralne, dotyczy tego samego Stanowska Centralnego tj. serwera, który ma zostać zainstalowany jako stanowisko podglądowe, gdyż Stanowisko Centralne, czyli serwer ma jednocześnie stanowić stanowisko podglądowe w dyżurce pielęgniarek, a dwa pozostałe stanowiska tj. W sali porodowej I dyżurze lekarskiej mają być tylko stanowiskami podglądowymi.

Pytanie nr 5

Pytanie dotyczy Załącznik nr 2.1 pkt 26, 32, 36

W związku z tym, że w kilku różnych punktach opisane są stanowiska monitorujące, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższe punkty dotyczą tych samych stanowisk i zgodnie z punktem 36 Zamawiający wymaga dostarczenia **łącznie**: 1 sztuki Stanowska centralnego – serwera, który ma zostać zainstalowany jako stanowisko podglądowe oraz 2 sztuk osobnych stacji podglądowych.

Odpowiedź: Tak, powyższe punkty dotyczą tych samych stanowisk zgodnie z punktem 36 w zał nr 2.1. Stanowisko podglądowe w dyżurce pielęgniarek ma być jednocześnie serwerem, a dwa pozostałe tylko stanowiskami podglądowymi.

Pytanie nr 6

Pytanie dotyczy Załącznik nr 2.1 pkt 26, 33 oraz 36

W związku z tym, że w kilku różnych punktach wymagana jest drukarka, Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający **łącznie** wymaga dostarczenia jednej drukarki i zgodnie z punktem nr 36 drukarka ta ma zostać podłączona do wszystkich trzech dostarczonych komputerów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga łącznie jednej drukarki, która ma być zainstalowana na stanowisku pielęgnarek oraz być udostępniona dla wszystkich 3 stanowisk podglądowych.

Pytanie nr 7

Pytanie dotyczy Załącznik nr 2.1 Warunki Gwarancji i serwisu, punkt 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie gwarancji 24 miesięcznej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga gwarancji na minimum 36 miesięcy.

MODYFIKACJA ZAPISÓW

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 (zwany dalej „Zamawiającym") na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 t.j. 2018.10.16) dokonuje modyfikacji zapisów w następujący sposób:

1. W załaczniku nr 2.1 w poz. 36 jest:

36	Instalacja posiadanego przez Zamawiającego sprzętu KTG do Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego: - EDAN + EKG F9 – 3 szt. System zainstalowany w 3 punktach: dyżurka lekarska **(1 zestaw komputerowy + monitor),** stanowisko pielęgniarskie **(1 serwer + monitor + drukarka)** oraz sala porodowa **(1 zestaw komputerowy + monitor).** **Dyżyrka lekarska oraz sala porodowa nieposiadająca drukarki musi zostać podłączona do drukarki znajdującej się tylko na stanowisku pielęgniarskim.**	TAK	

W załączniku nr 2.1 w poz. 36 powinno być:

36	Instalacja posiadanego przez Zamawiającego sprzętu KTG do Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego: - EDAN + EKG F9 – 3 szt. **System zainstalowany w 3 punktach do sprzętu określonego w punktach 25 i 26.** **Dyżyrka lekarska oraz sala porodowa nieposiadająca drukarki musi zostać podłączona do drukarki znajdującej się tylko na stanowisku pielęgniarskim.**	TAK	

2. Zamawiający w załączniku nr 2.1 usuwa pozycję nr 32 i 33, gdyż sprzęt ten określony jest w punktach 25 i 26, w związku z czym pozycja nr 34 przyjmuje nr 32, pozycja nr 35 przyjmuje nr 33 oraz pozycja nr 36 przyjmuje nr 34.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki:
Załącznik nr 2.1 – po modyfikacji

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SYSTEM CENTRALNEGO NADZORU OKOŁOPORODOWEGO

Pakiet nr 1

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)
I	II	III	IV
1	1. Nazwa oferowanego sprzętu: 2. Producent/ kraj: 3. Typ/ model: 4. Rok produkcji – fabrycznie nowe	PODAĆ	
	OPROGRAMOWANIE		
2	System nadzoru okołoporodowego obejmujący min. 3 stanowiska KTG, umożliwiający jednoczesną kontrolę stanu zdrowia pacjentek i płodów	TAK	
3	Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe 29 stanowisk.	TAK	
4	System współpracujący z kardiotokografem firmy Edan.	TAK	
5	System współpracujący z kardiotokografami posiadanymi przez Szpital tj. Edan F9 express i podłączenie tych aparatów do systemu.	TAK	
6	System współpracujący z aparatami KTG do ciąży pojedynczej i bliźniaczej	TAK	
7	System współpracujący z telemetrią do ciąży pojedynczej oraz z telemetrią do ciąży bliźniaczej (zasięg obu głowic cardio i głowicy to co najmniej 90m).	TAK	
8	Archiwizacja danych, zapisów i wyników analizy w pamięci na nośniku o dużej trwałości - okres min. 10 lat.	TAK	
9	Komputerowa analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej, częstości uderzeń serca płodu, wyznaczanie liczby akceleracji i deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo oraz krótkoterminowym).	TAK	
10	Możliwość dopasowania progów alarmowych przez użytkownika.	TAK	
11	Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach – sygnał dźwiękowy i wizualny.	TAK	
12	Alarmy tachykardii i bradykardii.	TAK	
13	Alarm w przypadku utraty sygnału.	TAK	
14	Tworzenie dokumentacji dotyczącej pacjentki, przebiegu ciąży i porodu, kreślenie partogramu.	TAK	
15	Wprowadzanie: własnych notatek, podawanych leków, wyników badań.	TAK	
16	Test bezstresowy.	TAK	
17	Automatyczne monitorowanie ruchów płodu.	TAK	
18	Monitorowanie parametrów matczynych (EKG, HR, NIBP, SpO2, TEMP).	TAK	

19	Możliwość podglądu zapisów na urządzeniach przenośnych.	TAK	
20	Wprowadzanie danych pacjentki w trakcie monitorowania i po jego zakończeniu. Możliwość edycji danych pacjentki w archiwum.	TAK	
21	Możliwość przeglądania zapisów archiwalnych monitorowanej pacjentki w trakcie badania.		
22	Możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska podglądu i dostępu do zapisów bez konieczności zakupu nowej licencji.		
23	Monitorowanie ciąży bliźniaczej.		
24	Wspólna baza danych dla wszystkich podłączonych stanowisk KTG.		
	WYPOSAŻENIE		
25	Stanowisko centralne – **serwer = stanowisko podglądowe (1szt.)** zapewniający funkcję obsługi oprogramowania - oprogramowanie Windows, karta sieciowa LAN, RAM min. 4 GB, 2 x dysk twardy min. 500GB, obsługa RAID 1.		
26	Stanowisko monitorujące w skład którego wchodzi: zestaw komputerowy **(2 szt.)**, monitor LCD/LED min. 21" **(2 szt.)**, drukarka laserowa **(1szt.)**		
	INSTALACJA		
27	Instalacja LAN/WiFi na oddziale (montaż i instalacja natynkowa LAN zgodnie z ustaleniami + montaż + konfiguracja AP).		
28	Instalacja sieci WiFi na oddziale, podłączenie aparatów KTG posiadanych przez Szpital (zgodnie z pkt 4) za pomocą sieci WiFi z Systemem.		
29	Instalacja oprogramowania, serwera oraz komputerów opisanych w pkt. 2 wraz z konfiguracją oprogramowania		
	WYPOSAŻENIE		
30	Oprogramowanie MFM-CNS, klucz licencyjny, licencja na podłączenie aparatów KTG, licencja na nieograniczoną ilość stacji podglądowych, licencja na integrację HIS – **(1 szt.)**		
31	Oprogramowanie Windows, karta sieciowa LAN, RAM min 4 GB, 2 x dysk twardy min. 500GB, obsługa RAID 1 – **(1 szt.)**		
32	Podłączenie klienta wifi do aparatów KTG firmy EDAN, konfiguracja urządzeń, przeprowadzenie testów zasięgu sieci – **1 szt.**		
33	Montaż i Instalacja natynkowa LAN zgodnie z ustaleniami + montaż + konfiguracja AP – **(1 szt)**		
34	Instalacja posiadanego przez Zamawiającego sprzętu KTG do Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego: - EDAN + EKG F9 – 3 szt. **System zainstalowany w 3 punktach do sprzętu określonego w pkt nr 25 i nr 26.** **Dyżyrka lekarska oraz sala porodowa nieposiadająca drukarki musi zostać podłączona do drukarki znajdującej się tylko na stanowisku pielęgniarskim.**	TAK	
	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		
1	Gwarancja min. 36 m-cy.	PODAĆ	

2	Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.	TAK	
3	Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego	TAK	
4	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.	TAK	
5	Punkty serwisowe	MIN. 1, podać	
6	Dokument potwierdzający autoryzację serwisu	TAK	
7	Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie jego obsługi w cenie oferty.	TAK	
8	**Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, książka gwarancyjna w języku polskim.**	TAK	
9	Dopuszczanie do obrotu na terenie RP, Deklaracja zgodności CE - dołączona do oferty	TAK	
10	Przekazanie kluczy serwisowych jeśli istnieją po zakończeniu okresu gwarancji	JEŚLI DOTYCZY	

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej