Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/02/21/185

Oborniki, dnia 21.06.2021r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/02/21

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1xużytku, opatrunków, szwów oraz sprzętu chirurgicznych i ortopedycznych,** ogłoszonego w dniu 11.06.2021r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info i https://miniportal.uzp.gov.pl

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

55. Dotyczy Pakietu 6: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 6 do osobnego pakietu tych pozycji, które dotyczą aspiracyjno – próżniowego systemu pobierania krwi, czyli pozycji: 6, 7 oraz od 17 do 22 Formularza Cenowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu. Zapisy nowej Ustawy Pzp nie przewidują możliwości dzielenia Pakietów. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

56. Dotyczy Pakietu 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 Formularza Cenowego probówki do koagulologii o objętości 1,8 ml lub o objętości 2,7 ml, spełniającej wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówki w rozmiarze 1,8 ml.

57. Dotyczy Pakietu 6: Czy Zamawiający wymaga, by oferowana probówka do koagulologii, dzięki technologii wykonania i innowacyjnej geometrii, gwarantowała ograniczenie efektu aktywacji płytek krwi co pozwala na optymalizację monitorowania APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną i by potwierdzenie tej cechy znajdowało się w oficjalnym katalogu producenta?

Odpowiedź: Nie, ale Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowana probówka spełniania wyżej opisane funkcje.

58. Dotyczy Pakietu 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 Formularza Cenowego strzykawki do pobierania krwi na gazometrię, z napyloną suchą heparyną litową zbalansowaną wapniem, o rekomendowanej objętości pobrania 1,6 ml i maksymalnej objętości pobrania 3 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówki o opisanych parametrach.

59. Dotyczy Pakietu 6: Czy w poz. 8 Zamawiający wymaga mikroprobówki z żelem oddzielającym?
Odpowiedź: Nie, ale Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroprobówki z żelem oddzielającym.

60. Dotyczy Pakietu 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 Formularza Cenowego probówki o pojemności 250-500 ul, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówki o opisanych parametrach.

61. Dotyczy Pakietu 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 10 Formularza Cenowego probówki o pojemności 400-600 ul, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówki o opisanych parametrach.

62. Dotyczy Pakietu 6: Czy w pozycji 16 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu sterylnego, składającego się z igły motylkowej połączonej rurką z uchwytem, pakowanego pojedynczo, służącego do pobierania krwi na posiew?
Odpowiedź: Nie, ale Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wyżej opisanych parametrach.

63. Dotyczy Pakietu 6: Czy Zamawiający wymaga, by oferowane probówki do pobrań próżniowych oraz igły dwustronne były sterylizowane radiacyjnie i posiadały oznakowanie SterileR na etykiecie każdej pojedynczej probówki oraz igły?
Odpowiedź: Nie, ale Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówki o wyżej opisanych parametrach.

64. Dotyczy Pakietu 6: Czy Zamawiający wymaga, by oferowane igły dwustronne były igłami bezpiecznymi, posiadającymi zintegrowane z igłą zabezpieczenia przeciwzakłuciowe, tym samym spełniały wymagania Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2013 roku, jednocześnie zalecenia OSHA (Occupational Safety and Health Administration), CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i BioSafety Network?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowane igły dwustronne były igłami bezpiecznymi, posiadającymi zintegrowane z igłą zabezpieczenia przeciwzakłuciowe, tym samym spełniały wymagania Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2013 roku, jednocześnie zalecenia OSHA (Occupational Safety and Health Administration), CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i BioSafety Network.

65. Dotyczy Pakietu 6: Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 10, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 11, 12, 13 Formularza Cenowego igieł o długości 32 mm, dodatkowo w

pozycji 13 igły o grubości (średnicy zewnętrznej) 0,8 mm, ale cienkościennej, o średnicy otworu wewnętrznego jak w igle 0,9 mm gwarantującej wypływ krwi jak z igły standardowej 0,9 mm, dającej większy komfort pacjentowi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igieł o wyżej opisanych parametrach.

66. Dotyczy §2 ust. 1.3) projektu umowy:

Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt etykiet handlowych w języku polskim?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów" oraz pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów."

Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane w Pakiecie 6 wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów z wyżej opisanym rozwiązaniem.

67. Dotyczy §2 ust. 1.3) projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie probówek do koagulologii w Pakiecie nr 6 o terminie ważności 4 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek o terminie ważności 4 miesiące. Zapis zostaje wprowadzony do projektu umowy.

68. Dotyczy §6 ust. 1b) projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o naliczanie wysokości kar umownych od wartości reklamowanego towaru. W tej chwili nie wiemy od jakiej wartości Zamawiający liczy kary.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie podanego paragrafu.

69. Pakiet 15.

Pyt.1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic których siła zrywu wynosi powyżej 6 N, Grubość na palcu wynosi 0,08mm, oraz są przebadane na 14 cytostatyków (zamiast 15 wymaganych w SWZ), pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o wyżej opisanych parametrach.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach doprecyzował warunki zamieszczone w załączniku nr 3 do SWZ.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska