Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/04/16/41 Oborniki, dnia 09.09.2016r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/04/16

Dot. przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 Euro **na dostawę urządzeń medycznych**, ogłoszonego w dniu 26.07.2016r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

CZĘŚĆ II ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

58. Dot. II Tryb 2D (B-mode) p.15 „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat który rejestrowaną prędkość przy zerowym kącie bramki dla Trybu Triplex (2D+PWD+CD) wynosi 7,65 m/s ?”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu o podanej prędkości.

59. Dot. IV Tryb spektralny Dopplera Pulsacyjnego p.1 „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat którego zakres prędkości dla Dopplera Pulsacyjnego przy zerowym kącie bramki wynosi 7,65 m/s ?”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu o podanej prędkości dla Dopplera Pulsacyjnego.

60. Dot. XI Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi p.4 „Czy zmawiający dopuści do przetargu głowicę liniową o szerokości czoła głowicy 50mm ?”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy o szerokości czoła 50mm.

61. Dot. XII Moduł kardiologiczny p.1 „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat którego zakres prędkości Dopplera Ciągłego przy zerowym kącie wynosi 15,92 m/s”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu o podanej prędkości dla Dopplera Ciągłego.

62. Dot. XII Moduł kardiologiczny p.3 „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat którego częstotliwość odświeżania obrazu w trybie Kolorowego Dopplera Tkankowego wynosi 400 obrazów/sek. ?"

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu o podanej częstotliwości odświeżania obrazów.

63. Dot. XIII Możliwość rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert p.8 „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat który nie posiada oprogramowania do wykrywania zwapnień w tkankach miękkich?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu, który nie posiada możliwości rozbudowy aparatu o oprogramowanie do wykrywania zwapnień w tkankach miękkich.

Pytania do pakietu 5

64. [l.p. 3] Czy Zamawiający dopuści pompę, której pobór mocy wynosi maksymalnie 17VA?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza pompy o podanym poborze mocy. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

65. [l.p. 4] Czy Zamawiający dopuści pompę, której czas pracy akumulatora wynosi min. 10 h przy prędkości 5 ml/h oraz 2h przy prędkości 100 ml/h?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza pompy o podanym czasie pracy akumulatora i prędkości. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

66. [l.p.6] Czy Zamawiający dopuści pompę o klasie ochronności II, CF, IPX1 , bryzgoszczelną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanej pompy, wymaga jak w SIWZ.

67. [l.p.9] Czy Zamawiający dopuści pompę o programowaną w następujących opcjach: prędkość; prędkość i objętość ; objętość i czas pompa automatycznie wylicza prędkość podaży ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pompy o wyżej podanych opcjach oprogramowania.

68. [l.p.17] Czy Zamawiający dopuści pompę, która może zostać zamocowana do pionowego statywu infuzyjnego z pomocą zaczepu na stałe wbudowanego w pompę bądź przy pomocy dodatkowego zaczepu, z możliwością mocowania do elementów poziomych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza pompy z wyżej opisanymi mocowaniami. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

69. [l.p.23] Czy Zamawiający dopuści pompę w której użytkownik jest informowany o niskim poziomie naładowania akumulatora lub o jego rozładowaniu w formie alarmu i komunikatów pojawiających się na ekranie ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy z wyżej opisanym rozwiązaniem.

70. [l.p.24] Czy Zamawiający dopuści pompę bez wskaźnika ciśnienia infuzji ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza pompy bez wskaźnika ciśnienia infuzji.

71. [l.p.25] Czy Zamawiający dopuści pompę bez programowania nazwy oddziału jeśli każda pompa posiada unikalny numer seryjny pozwalający na identyfikację urządzenia ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pompy bez programowania nazwy oddziału.

72. [l.p. 29] Czy Zamawiający dopuści pompę z potencjometrem do płynnej regulacji głośności z tonem ciągłym ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej pompy, wymaga jak w SIWZ.

Pytania dotyczące SIWZ, projektu umowy, załącznika nr 3

73. Czy Zamawiający potwierdza iż nie wymaga dołączenia do oferty formularza JEDZ, wykonawcy mogą jedynie opcjonalnie złożyć wraz z oferta formularz JEDZ.

Zgodnie z ustawą Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) wymagany jest w postępowaniach, w których Zamawiający przesłał ogłoszenie do TED po 27.07.2016r. Ogłoszenie dotyczące niniejszego postępowania zostało przesłane 26.07.2016r.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że formularz JEDZ, można złożyć opcjonalnie.

74. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, oraz, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji.

75. Wnosimy o wykreślenie §5 lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:
„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie i zmianę §5, SIWZ pozostaje bez zmian.

76. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów §6 ust. 5 projektu umowy.
Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.
Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów §6 ust. 5, SIWZ pozostaje bez zmian.

77. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?*
Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

78. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 1 na: *„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*
a) W wysokości 0,1% wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia
b) Z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy

Zamawiający nalicza de facto tę samą karę 2 razy. Zapis mówiący o karach z przyczyn niezależnych o zamawiającego jest niekorzystny dla Wykonawcy gdyż przyczyny, które nie były zależne od zamawiającego nie muszą być zależne od Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §7 ust. 1, SIWZ pozostaje bez zmian.

79. **Dot. załącznika nr 3 – pakiet nr 5**
Prosimy o zmodyfikowanie tabeli w pkt. nr 2 „warunki gwarancji i serwisu" na następujący:
„wliczone w cenę oferty przeglądy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta"\
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraży zgody na modyfikację; treść SIWZ pozostaje bez zmian.

80. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy do 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy; treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie do pakietu nr 3- kardiomonitory

81. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego kardiomonitor z możliwością dwustopniowego zawieszenia alarmu? Zawieszenie alarmu na 10 minut lub na stałe w skrajnych przypadkach może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia monitorowanego pacjenta.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitora z możliwością dwustopniowego zawieszenia alarmu.

82. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego kardiomonitor posiadający regulację alarmu bezdechów w zakresie 1-40 sekund?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora z podaną wyżej regulacją bezdechów. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

83. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego kardiomonitor posiadający 4 poziomy regulacji głośności alarmu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitora z podaną wyżej regulacją głośności alarmu.

84. Czy Zamawiający wymaga aby kardiomonitor posiadał chłodzenie konwekcyjne (bez wentylatora)? Chłodzenie to jest bezpieczniejsze ponieważ wentylator może gromadzić wewnątrz obudowy drobnoustroje chorobotwórcze a następnie roznosić zakażając kolejnych pacjentów.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby kardiomonitor posiadał chłodzenie konwekcyjne.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ (specyfikacja techniczna) w Pakiecie nr 3 Kardiomonitor z centralą monitorującą dodaje **pkt 74** o następującej treści: **„Chłodzenie konwekcyjne (bez wentylatora)"**

Dotyczy Pakiety nr 1- Aparat USG

85. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat USG posiadający 19" monitor oraz 10.4" dotykowy panel sterujący wykonany w technologii LED?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o wyżej podanych parametrach.

86. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat USG posiadający system archiwizacji z możliwości zapisu w formacie JPEG,TIFF, PDF, DICOM, AVI?
Odpowiedź: Nie, Zamawiające nie dopuszcza. Wymagany jest system archiwizacji podany w SIWZ.

87. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego głowicę convex bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii?
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania głowicy convex bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii.

88. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego głowicę kardiologiczną posiadającą 80 elementów?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagana jest głowica z ilością elementów podaną w SIWZ.

89. Czy Zamawiający wymaga aby aparat USG posiadał menu aparatu oraz instrukcję w języku polskim?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie aparatu z menu w języku polski oraz wymaga instrukcji w języku polskim (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).

90. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego głowicę liniową o szerokości 50mm, posiadającą 256 elementów, pracującą w szerszym niż wymaganym zakresie- 3,5-16 MHz?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza głowicę liniową o szerokości 50 mm, ale tylko w przypadku głowicy do badań małych narządów opisanej w pkt XI w załączniku nr 3 do SIWZ.

Pakiet nr 1 aparat USG

91. **Jednostka główna, lp. 5**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania wynoszącą 98 304 oraz 192 fizyczne przetworniki tworzące kanały nadawcze ?

Pragniemy nadmienić, iż mówiąc o ilości kanałów powinniśmy mówić jedynie o fizycznych kanałach nadawczych i odbiorczych, zaś ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania jest wielkością zależną w znacznej mierze od tego, jak ktoś te kanały liczy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane jest zaoferowanie aparatu zgodnie z SIWZ.

92. **Jednostka główna, lp. 15**
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o przekątnej 8,9" Wide Screen 15/9 o rozdzielczości aż 1024x600 pixeli?
Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na komfortowa obsługę aparatu podczas prowadzenia badań.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane jest zaoferowanie aparatu zgodnie z SIWZ.

93. **Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM), lp. 1**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego prędkość odświeżania dla Dopplera Kolorowego wynoszącą 300 klatek/sek.? Pragniemy zauważyć, że różnica zaledwie 50 klatek/sek. w tym parametrze jest zupełnie niezauważalna i nie wpływa ujemnie na jakość badań.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z prędkością odświeżania 300 klatek/sek.

94. **Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM), lp. 4**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, bez możliwości optymalizacji zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez możliwości optymalizacji zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy).

95. **Moduł kardiologiczny, lp. 3**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego częstotliwość odświeżania obrazu w kolorowym Dopplerze tkankowym wynoszącą 320 Hz?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu o częstotliwości odświeżania obrazu w kolorowym Dopplerze tkankowym 320 Hz.

96. **Moduł kardiologiczny, lp. 4**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, bez możliwości zmiany położenia i wielkości linii M po zamrożeniu obrazu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu bez możliwości zmiany położenia i wielkości linii M po zamrożeniu obrazu.

97. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, pakiet nr 1 pkt. I.1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wprowadzenia aparatu do produkcji w min. 2011r.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga aparatu z 2016r o technologii wprowadzonej do produkcji w minimum 2011r. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający w załączniku nr 3 pkt. I.1 dopisuje słowa „w minimum" a treść zdania wygląda następująco: „**Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji w minimum 2011r.**"

98. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, pakiet nr 1 pkt. VIII.5

Zapis tego punktu sugeruje, że część wymogu „schowała się" podczas edycji dokumentu.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania

„Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach zamrożonych oraz z archiwum."

Oprogramowanie kardiologiczne z obliczeniowym i możliwością wyko pomiarów z pakietu kardiologicznej archiwum

Odpowiedź: Zamawiający wymaga:

99. **Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, pakiet nr 1 Pkt.IV.5**

Zamawiający wymaga:

„Korekcja kata bramki Dopplerowskiej"

Prosimy o wprowadzenie wymogu granicznego o następującej treści:

„Korekcja kata bramki Dopplerowskiej +/- 80°"

Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ w pkt. IV. 5 w przedmiocie opisu zamówienia wprowadza wymóg **korekcji kąta bramki Dopplerowskiej +/- 80°**.

100. **Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, pakiet nr 1 Pkt.XIII.2, Pkt.XIII.3, Pkt.XIII.8.**

Zamawiający w tych punkach jako wartość graniczną wpisał wymóg „TAK/NIE", nie określił jednak wartości punktowej. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby możliwości rozbudowy systemu opisane w tych punktach były dostępne na dzień składania ofert, i poprawienie omyłki pisarskiej w następujący sposób:

2	Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 200 cm.	TAK
3	Głowica z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni.	TAK
8	Rozbudowa o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną	TAK

Odpowiedź: Tak, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w załączniku nr 3 do SIWZ w wyżej podanych punktach poprawia omyłkę w „Kolumnie – wymagana wartość graniczna" z wpisanych „TAK/NIE" na wymóg „TAK"

101. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami Ustawy PZP, wykonawca w sytuacji w której przedstawi wszystkie wymagane oświadczenia, nie jest zobowiązany do załączenia do SIWZ formularza JEDZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

102. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, pakiet nr 1 Pkt.I.10 oraz w pkt. II.1

Obecne zapisy tych punktów mogą sugerować, że Zamawiający w tych punktach nie wprowadził wartości granicznych. Ponadto obecny zapis może utrudnić Zamawiającemu ocenę ofert na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdyby zaoferowano aparat o parametrach niż minimalne oceniane.

W związku z tym prosimy o następującą modyfikację tych punktów:

10	Rozdzielczość monitora LCD min. 1280x1024	TAK, podać	min. 1280x1024 – 2 pkt Max. 1920x1080 – 10 pkt
1	Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] min. 30 cm	TAK, podać	≥ 38 cm – 10 pkt < 38 cm≥ 30 cm – 2 pkt

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

103. W związku z ww. postępowaniem zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień dotyczących Formularza cenowego, Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga podania ceny osobno za aparat oraz osobno za poszczególne głowice. Aparat USG jest sprzedawany wraz z głowicami jako komplet. Producent również podaje cenę za komplet. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę w formularzu cenowym dla pakietu nr 1 i umożliwienie podania jednej ceny za komplet aparat USG i głowice.

Odpowiedź: Tak, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje formularz cenowy w ramach Pakietu nr 1 tak, aby możliwa do podania była jedna cena za wszystkie elementy składające się na komplet wchodzący w skład aparatu USG. Modyfikacja dokonana w załączniku nr 2 do SIWZ.

104. **Dotyczy Zał. 4 – wzór umowy dostawy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o

ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w umowie powyższego zapisu, w ramach ochrony przetwarzanych danych osobowych, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza do SIWZ załącznik nr 4.1, który reguluje powyższą kwestię, jest to **UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

105. **Dotyczy Zał. 4 – wzór umowy dostawy, par. 6 ust. 6**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi.

106. **Dotyczy SIWZ cz. IX pkt. 11 ppkt. j**

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczeń Producenta lub Wykonawcy na potwierdzenie wymaganych parametrów sprzętu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszelkiego rodzaju dokumenty (np. katalogi, ulotki itd.), które w swojej treści potwierdzają wymagane w SIWZ parametry. Treść ta musi być zaznaczona w sposób widoczny dla Zamawiającego, np. kolorem.

107. **Dotyczy SIWZ cz. IX pkt. 11 ppkt. j**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaznaczenia w materiałach opisowych (ulotkach, katalogach itp.) wyłącznie parametrów technicznych urządzenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że wymaga zaznaczenia w materiałach opisowych wyłącznie parametrów technicznych urządzenia wymaganych w SIWZ.

108. **Dotyczy Zał. 4 – wzór umowy dostawy, par. 1 ust. 4**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z ust. 4 słowa „własnym".

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w ust. 4 słowo „własnym".

109. **Dotyczy Zał. 4 – wzór umowy dostawy, par. 2**

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie, przez określenie: „pełna odpowiedzialność za zakres rzeczowy zamówienia"?

Odpowiedź: Pełna odpowiedzialność za zakres rzeczowy zamówienia tzn., że Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy w czasie transportu do Zamawiającego, odpowiada za jego uruchomienie i pracę przez okres 36 m-cy.

110. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. I, pkt 9.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej, w którym rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG zajmuje 45% pola powierzchni ekranu?

Pragniemy wytłumaczyć, iż urządzenie jest wyposażone w duży monitor o przekątnej 21,5". Zajęcie ponad 50% pola powierzchni przy dużej przekątnej i jednocześnie stałej Rozdzielczości ekranu wpłynęłoby na pogorszenie jakości obrazu diagnostycznego poprzez jego przeskalowanie. Obraz USG jest optymalnie dopasowany do przekątnej i nie stanowił przeszkody dla użytkownika podczas demonstracji aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu, w którym rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG zajmuje 45% pola powierzchni ekranu.

111. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. I, pkt 21**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej, w którym system archiwizacji umożliwia zapis w formatach JPEG, AVI, DICOM.

Pragniemy zauważyć, iż wymagany dodatkowo format BMP charakteryzuje się dużym rozmiarem pliku i wpływa na szybsze zapełnienie pamięci dyskowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiające nie dopuszcza. Wymagany jest system archiwizacji podany w SIWZ.

112. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. I, pkt 29.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej, posiadający wyjście cyfrowe DisplayPort kompatybilne z DVI

Pragniemy zauważyć, że interfejs DisplayPort jest nowocześniejszym standardem od DVI, będąc jednocześnie kompatybilnym z DVI. Zaletą jest mniejszy kabel z dużo mniejszymi konektorami nie wymagającymi przykręcania śrubkami oraz możliwość obsługi dodatkowych urządzeń poprzez zintegrowane połączenie AUX.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu, który posiada wyjście cyfrowe DisplayPort.

113. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. I, pkt 30.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej, posiadający możliwość rozbudowy o wyjście Ethernet 10/100 Mbps?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane jest, aby aparat miał wbudowane wyjście Ethernet 10/100 Mbps

114. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. II, pkt 2.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej, posiadający 16-stopniowy zakres bezstratnego powiększenia obrazu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza aparatu, posiadającego 16-stopniowy zakres bezstratnego powiększenia obrazu. Wymagane jest powiększenie min. 19.

115. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. II, pkt 3.**
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej, bez możliwości porównania na ekranie sześciu ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta z różnych dat i badań, za to z możliwością rozbudowy o opcję porównania na ekranie bieżącego obrazu usg z jednym z obrazów usg, CT, MRI tego samego pacjenta z różnych dat i badań?
Rozwiązanie takie jest praktyczne ze względu na optymalny rozmiar obrazu na ekranie. W przypadku wymagania jednoczesnego porównania 6 obrazów rozmieszczenie takiej ilości obrazów na ekranie powoduje znaczne pomniejszenie skali obrazów i zmniejsza ich diagnostyczność. Dodatkową zaletę stanowi analiza obrazu usg z obrazami innych modalności.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu bez możliwości porównania na ekranie sześciu ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta z różnych dat i badań.

116. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. II, pkt 10.**
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej oferujący obrazowanie trapezowe +/-10 stopni?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza aparatu, który oferuje obrazowanie trapezowe +/- 10 stopni.

117. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. II, pkt 11.**
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej bez funkcji obrazowania rombowego, za to z funkcją ugięcia wiązki aż pod dziewięcioma kątami?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez funkcji obrazowania rombowego.

118. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. II, pkt 15.**
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej posiadający tryb Triplex z rejestrowaną prędkością 10 m/sek. dla zerowego kąta?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza aparatu, posiadającego tryb Triplex z rejestrowaną prędkością 10 m/sek. dla zerowego kąta.

119. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. IV.**
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej posiadający tryb spektralny Doppler pulsacyjny z HPRF pracujący w szerokim paśmie częstotliwości niewymagającym ręcznego wyboru min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu posiadającego wyżej opisane rozwiązanie.

120. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. IV, pkt 1.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej posiadający tryb PWD z rejestrowaną prędkością 10 m/sek dla zerowego kąta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu posiadającego tryb PWD z rejestrowaną prędkością 10 m/sek dla zerowego kąta.

121. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. V, pkt 1.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej umożliwiający obrazowanie w trybie CD z prędkością odświeżania 220 klatek/sek.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu umożliwiającego obrazowanie w trybie CD z prędkością odświeżania 220 klatek/sek.

122. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. V, pkt 2.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej posiadający regulację uchylności pola Dopplera kolorowego ±20 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu posiadającego regulację uchylności pola Dopplera kolorowego ±20 stopni.

123. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. VIII, pkt 2.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej posiadający 8 par kursorów pomiarowych?

Jest to standardowa liczba par pomiarów używana w ultrasonografii. Należy zauważyć, że większa ich liczba na ekranie powoduje zmniejszenie czytelności obrazu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu posiadającego 8 par kursorów pomiarowych.

124. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. VIII, pkt 4.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej z możliwością opcjonalnej rozbudowy o pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thickness?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu z możliwością rozbudowy o pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thickness. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

125. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. VIII, pkt 5.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poprawną edycję punktu, gdyż w załączonym dokumencie treść jest niepełna z powodu niedopasowania okna tabeli do rozmiaru tekstu.

Odpowiedź: Patrz odp nr 98.

126.**Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. IX, pkt 2.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej wyposażony szerokopasmową głowicę konweks o liczbie elementów 128?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu wyposażonego w szerokopasmową głowicę konweks o liczbie elementów 128.

127.**Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. IX, pkt 6.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej wyposażony w szerokopasmową głowicę konweks bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii.

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający nie wymaga w pozostałych wymogach SIWZ, aby aparat posiadał funkcję elastografii.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu wyposażonego w szerokopasmową głowicę konweks bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii.

128. Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. X, pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej wyposażony w szerokopasmową głowicę liniową o liczbie elementów 128?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu wyposażonego w szerokopasmową głowicę liniową o liczbie elementów 128.

129. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. X, pkt 3.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej wyposażony w szerokopasmową głowicę liniową o szerokości czoła głowicy równej 34 mm?

Pragniemy zauważyć, że różnica 1 mm nie stanowi istotnej różnicy w walorach użytkowych głowicy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania aparatu wyposażonego w szerokopasmową głowicę liniową o szerokości czoła głowicy równej 34 mm.

130. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. XI, pkt 4.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej wyposażony w szerokopasmową głowicę liniową o liczbie kryształów

tworzących obraz równej 256, który znacznie przewyższa wymóg Zamawiającego i o szerokości czoła głowicy równej 50 mm?

Niewątpliwą korzyścią użycia głowicy o proponowanej szerokości jest łatwość manewrowania sondą w przypadku badań u trudnych diagnostycznie pacjentów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania aparatu wyposażonego w szerokopasmową głowicę liniową o liczbie kryształów tworzących obraz równej 256 i o szerokości czoła głowicy równej 50 mm.

131. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. XII, pkt 1.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej posiadający tryb Dopplera Ciągłego z rejestrowaną prędkością 19 m/sek. dla zerowego kąta?

Pragniemy zauważyć, że różnica 1 m/sek. nie stanowi istotnej różnicy w walorach użytkowych ultrasonografu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania aparatu posiadającego tryb Dopplera Ciągłego z rejestrowaną prędkością 19 m/sek. dla zerowego kąta.

132. Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. XII, pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej posiadający funkcje Anatomiczny M-Mode z możliwością zmiany położenia linii M w czasie rzeczywistym bez możliwości uzyskania tego efektu jak i zmiany wielkości linii M po zamrożeniu?

Pragniemy zauważyć, że w większości przypadków przy dużym zaawansowaniu i doświadczeniu wykonującego badanie używanie ww. opcji jest bezzasadne. Ma ono zastosowanie głównie w przypadku braku możliwości lub umiejętności uzyskania optymalnej, wymaganej projekcji. Dodatkowo pogorszeniu ulega jakość zapisu spektrum co może utrudnić i wydłużyć diagnostykę.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania aparatu posiadającego funkcje Anatomiczny M-Mode z możliwością zmiany położenia linii M w czasie rzeczywistym bez możliwości uzyskania tego efektu jak i zmiany wielkości linii M po zamrożeniu.

133.**Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. XII, pkt 5.1.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej wyposażony w wielorzędową, szerokopasmową głowicę sektorową o zakresie częstotliwości od 2 do 4 MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu wyposażonego w wielorzędową, szerokopasmową głowicę sektorową o zakresie częstotliwości od 2 do 4 MHz

134. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. XII, pkt 5.4.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej wyposażony w wielorzędową, szerokopasmową głowicę sektorową o 80 elementach tworzących obraz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu wyposażonego w wielorzędową, szerokopasmową głowicę sektorową o 80 elementach tworzących obraz.

135. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. XIII, pkt 5.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej posiadający możliwość rozbudowy o wolumetryczną głowicę o zakresie częstotliwości pracy 3-9 MHZ, który przewyższa wymóg Zamawiającego i o 128 elementach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu posiadającego możliwość rozbudowy o wolumetryczną głowicę o zakresie częstotliwości pracy 3-9 MHZ i o 128 elementach.

136. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. XIII, pkt 6.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej posiadający możliwość rozbudowy o wolumetryczną głowicę liniową o szerszym od wymaganego zakresie częstotliwości pracy 5-13 MHz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu posiadającego możliwość rozbudowy o wolumetryczną głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 5-13 MHz.

137. **Dotyczy pakietu nr 1: Aparat USG, Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. XIII, pkt 7.**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta aparatury medycznej posiadający możliwość rozbudowy o głowicę liniową o szerszym od wymaganego zakresie częstotliwości pracy 5-18 MHz, bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii.

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający nie wymaga w pozostałych wymogach SIWZ, aby aparat posiadał funkcję elastografii.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu posiadającego możliwość rozbudowy o głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 5-18 MHz, bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii.

138. **Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ ust XIV Gwarancja i serwis pkt 10**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania (w okresie gwarancji) polegającej na instalacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami serwisu, tj. nowych wersji eliminujących wszelakie błędy i dysfunkcje oprogramowania, ale bez instalacji nowych funkcjonalności? Wynika to z faktu, że instalacja nowych funkcji jest rozbudową, a nie aktualizacją systemu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania polegającej na instalacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami serwisu.

139. **Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ par 6 ust 5**

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania, wnosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne dookreślenie, co Zamawiający rozumie, pod pojęciem „istotne naprawy"?

Odpowiedź: Istotna naprawa – polega na wyłączeniu aparatu z użytku do momentu przyjazdu serwisu, spowodowana tym, że nie można usunął błędu na wyświetlaczu w urządzeniu za pomocą zdalnego połączenia z użytkownikiem aparatu (np. telefonicznie).

140. **Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ par 6 ust 5**

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania, czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu: „…Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego urządzenia podpisany przez Zamawiającego.." na zapis: Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego urządzenia podpisany przez Zamawiającego.

Mając na względzie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz racjonalność funkcjonowania i działanie dostarczanego wyrobu, nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia oczekiwanie wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, nieraz dotyczących niewiele znaczących elementów takich jak np: pedał ekspozycji, centrator laserowy, czy popychacze kabli. Dodać należy, że powszechnie stosowanym rozwiązaniem i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy.

Odpowiedź: Paragraf 6 ust. 5 został zmodyfikowany w odpowiedziach z dnia 02.09.2016r odp nr 13.

141. **Dotyczy Załącznik nr 3**

Zwracamy się z prośbą o weryfikację punktów tabeli technicznej ponieważ np. opis pkt. VIII ppkt. 5 wydaje się niekompletny.

Odpowiedź: Patrz odp nr 98.

142.**Dotyczy Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna dla Pakietu nr 2 - Gastroskop**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający w opisie parametrów technicznych poprawia omyłki pisarskie w tabeli w pkt 5 i 8: Opis przyjmuje postać:

5	Średnica kanału roboczego **2,8 mm**
8	**Kąt zagięcia końcówki endoskopu** **a) w górę min. 200°** **b) w dół min. 90°** **c) w prawo/lewo min. 100°/100°**

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Na podstawie **art. 38 ust. 6** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyznacza **nowy termin** składania ofert **na dzień 23.09.2016 r.**

I. **SIWZ część XIII ust. 6 pkt a) i b)** - otrzymują brzmienie: „(...) - nie otwierać **do dnia 23.09.2016r godz. 11:00**".

II. **SIWZ część XIV ust. 1** otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XIII SIWZ należy złożyć do dnia **23.09.2016r do godz. 10:00** (...)"

III. **SIWZ część XIV ust. 4** otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi (…), dnia **23.09.2016r. o godz. 11:00**"

Iç. **SIWZ część XVI ust. 1** otrzymuje brzmienie: „Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść **wadium najpóźniej do dnia 23.09.2016r. o godz. 9:50.** (...)"

Dyrektor

mgr Małgorzata Ludzkowska