Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/02/19/107

Oborniki, dnia 19.03.2019r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/02/19

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1x,** ogłoszonego w dniu 12.03.2019r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2018r, poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od powiadomienia przesłanego faxem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego, którego otrzymanie potwierdził Wykonawca." na „...od dnia uznania reklamacji".

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zmieni treści umowy.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% od wartości brutto zamówionego towaru (...). jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca.

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 1.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 10% wartości brutto niezrealizowanej części Pakietu. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zmieni kar umownych.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 31:

a) poz. 1 trokar laparoskopowy jednorazowy 5 mm, z osłona przy ostrzu, podwyższone bezpieczeństwo otwarcia powłok, ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzenia trokara;

b) poz. 2 trokar laparoskopowy jednorazowy 10 mm, z osłona przy ostrzu, podwyższone bezpieczeństwo otwarcia powłok, ergonomiczne, redukcja 5-12 mm, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzenia trokara;

c) poz. 4 worek laparoskopowy do ekstrakcji w dwóch rozmiarach: 10 mm x 65 mm x 185 mm – 200 ml oraz 10 mm x 97 mm x 210 mm – 800 ml, posiadające samorozprężającą się obręcz, materiał worka: poliuretan, materiał tłoczka: tworzywo sztuczne ABS ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymga zgodnie z zapisami w SIWZ.

4. Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności postępowania dopuści możliwość składania ofert w zakresie Pakietu 31 na każdą z pozycji z osobna lub wydzieli poz. 1, 2 raz 4 do osobnego pakietu, np. 31A ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

5. Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 33 system/siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilametowego, o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami, każde zakończone kolorowymi pętelkami; wysokość siatki 9,1 cm, szerokość 4-6 cm, specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², zestaw bez nitinolowych prowadnic.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymga zgodnie z zapisami w SIWZ.

6. Czy Zamawiający w rozdziale IV pkt. 1 oraz w rozdziale XVII pkt. 1 SIWZ oraz w §3 ust. 2 umowy w odniesieniu do pakietu nr 10 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 30 dni z uwagi na zbyt krótki termin na dostarczenie wymaganego asortymentu?

Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania specjalistycznego sprzętu narzędziowego, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany na konkretne zamówienie, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia. W przypadku narzędzi, które w momencie otrzymania zamówienia dostępne będą na stanach magazynowych, dostawa ich będzie realizowana na bieżąco.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydłuży termin dostaw do 30 dni.

7. Dot. Pakietu nr 26

Czy Zamawiający dopuści szwy z iglami z najwyższej jakości stali typu 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8.Dot. Pakietu nr 26, poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści długość nici 60 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Dot. Pakietu nr 26, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Dot. Pakietu nr 28, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Dot. Pakietu nr 28, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm oraz długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Dot. Pakietu nr 28, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Dot. Pakietu nr 30, I, II

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłókowy, sterylny, z polidioksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni i wytrzymałości na zerwanie po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dnich 55-60%, po 57 dniach 40% z igłami najwyższej jakości stali typu 300?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

14. Dot. Pakietu nr 30, III

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

15. Dotyczy: Pakiet nr 10

Czy Zamawiający może podać kod produktu w pozycji 1-3. Wielkością chrakterystyczną dla podważek Zderkiewicza jest jej numer, bowiem wymiar L zależy od wielkości promienia zagięcia. Podważka w przewężeniu może być zaginana, odginana, stąd długość L nie jest parametrem stałym. Poprosimy również o odstąpienie w pozycji nr 1 – podważki od wymogu nr 2 tj. producent tego narzędzia nie oznakowuje narzędzi znakiem data matrix oraz znakiem UDI.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

16. Pakiet nr 10

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych – narzędzia wielorazowego użytku nie zawsze są na stanie magazynowym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wydłużył termin dostawy od 14 do 30 dni.

17. Pakiet nr 10

Prosimy o potwierdzenie czy przy tym zadaniu Zamawiajacy ma zamiar dokonać jednego zamówienia nie jak w przypadku pozostałych pakietów na produkty jednorazowego użytku w przedziale 12 miesięcy ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający ma zamiar dokonać jednego zamówienia.

18. Dotyczy: zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

19. Dot. rozdz. III pkt. 8–

Czy Zamawiający zamiast ewentualnego dostarczenia próbek na żądanie Zamawiającego wyrazi zgodę na możliwość przeprowadzenia prezentacji asortymentu przez wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy a po jej zakończeniu prezentowany asortyment zostanie zwrócony Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

20. Czy Zamawiający w rozdziale IV pkt. 1 oraz w rozdziale XVII pkt. 1 SIWZ oraz w §3 ust. 2 umowy w odniesieniu do pakietu nr 13 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych z uwagi na zbyt krótki termin na dostarczenie wymaganego asortymentu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wydłuży termin dostaw.

21. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1:

1.lit a z 1% wartości zamówionego towaru na 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru.

2.lit b zmiana na: „Z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości pakietu nie więcej niż 2000zł"?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy stwierdzić, że kwotowe naliczanie kar umownych może doprowadzić do sytuacji, iż kara umowna może przekroczyć wartość zamówienia częściowego.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art.353^1k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy". Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmieni kar umownych.

22. Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 1 lit b, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający zawiera umowę okresową obowiązującą „od do". Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko na podstawie art. 145 Ustawu Pzp (Dz. U. Z 2018, poz. 1986 tj., z dnia 2018.10.16).

23. Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie siatki o wymiarach 7,5x15cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

24. Pakiet nr 14 poz. II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie siatki o następujących parametrach: monofilamentowy kompozyt polipropylenu i poliglekapronu-25, gramatura 28 g/m2, średnica porów 3-4mm, element wchłanialny ok. 84 dni, filamenty poniżej 1mm

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

25. Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie sterylnego zestawu jednorazowego użytku,

metoda zakładania „inside-outside".

Parametry taśmy

- polipropylen / monofilament o wymiarach 1,1-x12 cm ciętej laserowo, nici pozycjonujące

-wielkość porów powyżej 1200µm

-taśma i nici umieszczona w plastikowej osłonce.

Jednorazowa prowadnica ze stali nierdzewnej z rączką profilowaną do przejścia przez otwory zasłonione metodą „inside-out" umieszczone w plastikowej ostro zakończonej osłonką, połączone na stałe z nićmi pozycjonującymi. Atraumatyczna prowadnica do prowadzenia właściwej prowadnicy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

26. Pakiet nr 27 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nitki o długości 180cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

27. Pakiet nr 27 poz.5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

28. Czy w zadaniu 4 poz.1,2,3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokarów z zaworem do insuflacji , pozwalającym na ustawienie go w co najmniej trzech pozycjach: insuflacja, stop, desuflacja? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

29. Czy w zadaniu 4 poz.1, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokarów o długości kaniuli 75 mm? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

30. Czy w zadanlu 4 poz.4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków laparoskopowych do ekstrakcji występujący w 3 rozmiarach: 10 mm x 65 mm x 150 mm-220ml, 10 mm 75mm x 170 mm-600 ml, 10 mm x100 mm x 200 mm- 1000 ml. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia, wykonany z mocnego, odpornego na rozdarcia i rozerwania poliuretanu – jednakowo mocny na całej powierzchni?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

31. Czy w zadaniu 4 poz.6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do ssania-płukania 2 przyciski oznaczone kolorystycznie ssanie w kolorze białym i płukanie w kolorze niebieskim, reszta wymagań zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

32. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający uznaje wyczerpanie zamówienia w wysokości 80 % wartości umowy w okresie jej obowiązywania jako wykonanie zamówienia.

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary z tytułu rozwiązania umowy w § 6 ust. 1. pkt b) na 10% wartości pakietu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zmieni kar umownych.

34. Pytanie nr 1 do pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet – taśma w platikowej osłonce zabezpieczającej, zwężenia na końcach taśmy- na odcinku krótszym niż 2.5 cm. Pozosale parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

35. Czy Zamawiający w Zadaniu 15, dopuści makroporowatą monofilamentową polipropylenową taśmę bez koszulki do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm, długość 45 cm, grubość nici,120 µm, gramatura 63 g/m^2, grubość siatki 0.46 mm, wielkość porów 0.23 mm^2. Taśma jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, jej splot powoduje łatwe przechodzenie przez powłoki.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ww taśmę.

36. Pakiet nr 15. Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Czy zamawiający dopuści jednorazowy system taśmy metodą TOT dla kobiet, renomowanej firmy Boston Scientific, o parametrach taśmy:

- Gramatura siatki w zakresie 100-105g/m2
- Porowatość siatki w zakresie 1180-1200 µm
- Grubości siatki w zakresie 0,60 – 0,66 mm
- Materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament
-Niebieska siatka i nogi rozszerzacza w celu zapewnienia lekarzowi lepszej wizualizacji w porównaniu z białymi i przezroczystymi taśmami,
- Dwie konfiguracje igły(do wyboru przez Zamawiającego) pozwalają lekarzowi wybrać igłę stosownie do swoich preferencji
-Brak rękawa pod odcinkiem podcewkowym, aby zapewnić widoczność i pomóc w precyzyjnym umieszczeniu
-Nogi rozszerzacza mają tworzyć mały kanał wprowadzający dzięki cienkim nogom, zapewniając płynne wprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne przy minimalnym uszkodzeniu tkanki
-Pętla łącząca ułatwiająca angażowanie i usuwanie igły
-Niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki, zapewniająca równomierny rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej
-Do implantacji outside-inside

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

37. Pakiet nr 16. System leczenia wypadania macicy

Czy zamawiający dopuści system siatki, renomowanej firmy Boston Scientific, do wzmacniania ściany pochwy w celu rekonstrukcji przy wypadaniu przedniej
i szczytowej ściany pochwy. Mocowanie do więzadeł krzyżowo – kolcowych, implantacja z jednego nacięcia ściany pochwy. Zestaw całkowicie jednorazowy składający się z:

1. polipropylenowej, monofilamentowej, dwuramiennej siatki o gramaturze w zakresie 23-25g/m2 i rozmiarze porów min. 2,7 mm^2, kolor niebieski z białym znacznikiem środka siatki, grubość włókna 90-110 mikronów;

2. jednorazowego urządzenia umożliwiającego bezpieczną fiksację siatki, składającego się
z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu o średnicy maks. 3 mm, zakrzywionego prowadnika igły na końcu dystalnym o średnicy maks. 1,2 mm, głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów
o średnicy 6,0 - 6,3 mm. Waga urządzenia maks. 40 g.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

38. Czy Zamawiający w Pak 32 wyrazi zgodę na złożenie oferty na trokar 5mm – zestaw trokarów 5mm (2 kaniule + 1 obturator) znanego amerykańskiego producenta, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi, atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie. Kaniula – żebrowanie atraumatycznie o dł 80mm. Pakowany po 5 sztuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

39. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 19 w pozycji 16 wysokiej klasy filtra firmy Gibeck o następujących parametrach:

Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,9999%, przeciwprątkowej 99,999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm2; o wadze 52 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę, o przestrzeni martwej 80 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim . o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H2O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

40. Pakiet nr 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i 3 i utworzenie odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego Pakietu.

41. Pakiet nr 19 Poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem trzykanałowym w rozmiarze 7F o długości 15 lub 20 cm (16Ga, 18Ga,18Ga), z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. W zestawie z prowadnic niklowo-tytanową odporna na złamania, igłą umożliwiająca jej wprowadzenie bez konieczności rozłączania strzykawki oraz kablem umożliwiający identyfikację położenia końca cewnika przy pomocy EKG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw.

42. Pakiet nr 19 Poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem dwukanałowym w rozmiarze 7F o długości 15 lub 20 cm (16Ga, 16Ga), z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. W zestawie z prowadnic niklowo-tytanową odporna na złamania, igłą umożliwiająca jej wprowadzenie bez konieczności rozłączania strzykawki oraz kablem umożliwiający identyfikację położenia końca cewnika przy pomocy EKG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw.

43. Dotyczy: ZPD/02/19, Pakiet nr 19, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o

przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

44. Dotyczy: ZPD/02/19, Pakiet nr 19, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatlowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20- 21 z Pakietu nr 19 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego Pakietu.

46. Pytanie 1 – dotyczy pakietu 19 poz. 16

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 19 pozycji 16, co pozwoli większej ilości podmiotów wystartować i zaproponować korzystną ofertę dla Szpitala.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego Pakietu.

47. Pytanie 2 – dotyczy pakietu 19 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie filtru bakteryjno wirusowego elektrostatycznego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, zalecany zakres objętości oddechowej od 150 ml sterylny; skuteczność filtracji bakteryjno/wirusowej >99,999%; zwrot wilgoci 32mg/H2O/L; opór przy 30L/min 1,6cm H20; opór przy 60L/min 3,0cmH20, przestrzeń martwa 57ml; waga 31g; port do kapnografii; złącza proste 22M/15F – 22F/15M.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

48. Pytanie 1 – dotyczy § 6 ust. 1

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

„ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru liczonego za każdy dzień zwłoki za odmowę dostarczenia i nie dostarczenie go w terminie, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego Wykonawcy. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca.

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy (Pakietu)"

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmieni kar umownych.

49. Pakiet nr 23 Opatrunki hydrożelowe

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe o poniższych rozmiarach?

1. Dot. pkt 2 Opatrunek hydrożelowy 25 mm x 0.5 m
2. Dot. pkt 2 Opatrunek hydrożelowy 50 mm x 1 m
3. Dot. pkt 4 Opatrunek hydrożelowy 20 x 45 cm
4. Dot. pkt 6 Opatrunek hydrożelowy na twarz 20 x 45 cm
5. Dot. pkt 7 Opatrunek hydrożelowy na twarz 20 x 45 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

ZMIANY ZAPISÓW SIWZ

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 (zwany dalej „Zamawiającym") na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 t.j. 2018.10.16) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następujący sposób:

1. W rozd. II pkt 3 SIWZ było:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - **33 Pakietów** z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - **34 Pakietów** z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2. W rozd. III pkt 1 SIWZ było:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku – powtórka opisanych w 33 Pakietach:

Pakiet nr 1: Opatrunki

(...)

Pakiet nr 33: Zestaw medyczny

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku – powtórka opisanych w 34 Pakietach:

Pakiet nr 1: Opatrunki

(...)

Pakiet nr 33: Zestaw medyczny

Pakiet nr 19A: Zestaw medyczny

3. W rozd. III pkt 3 SIWZ było:

Dostawa 1 - 2 dni od złożenia zamówienia. a w przypadku długich weekendów i świąt następnego dnia roboczego.

Powinno być:

Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w ciągu maksymalnie:

a) 1 - 5 dni od złożenia zamówienia (z wyłączeniem litery b))

b) 14 - 30 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 10)

Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym termin.

4. W rozd. IV pkt 2 było:

Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w ciągu 1 – 2 dni od złożenia zamówienia. a w przypadku długich weekendów lub świąt następnego dnia roboczego.

Powinno być:

Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w ciągu 1 – 5 dni od złożenia zamówienia lub 14 – 30 dni (dotyczy Pakietu nr 10), a w przypadku długich weekendów lub świąt następnego dnia roboczego.

5. W rozd. XI pkt 6 było:

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie i zaadresować w sposób następujący:

Nazwa i adres Wykonawcy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki **Oferta przetargowa** **ZPD/02/19 – Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x użytku - powtórka – nie otwierać do dnia** 21.03.2019r. do godz. 11.00

Powinno być:

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie i zaadresować w sposób następujący:

Nazwa i adres Wykonawcy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki **Oferta przetargowa** **ZPD/02/19 – Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x użytku - powtórka – nie otwierać do dnia** 22.03.2019r. do godz. 11.00

6. W rozd. XII pkt 1 było:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć do dnia 21.03.2019. do godz. 10:00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

Powinno być:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć do dnia 22.03.2019. do godz. 10:00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

7. W rozd. XII pkt 4 było:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, dnia 21.03.2019r. o godz. 11:00.

Powinno być:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, dnia 22.03.2019r. o godz. 11:00.

8. W rozd. XVII pkt 1 było:

Sposób oceny ofert w zakresie „Termin dostawy", Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę tylko podane niżej wartości graniczne. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt, gdzie dostawy odbywać się będą w przedziale:

a) 1 – 2 dni od złożenia zamówienia, a w przypadku weekendów lub świąt następnego dnia roboczego, gdzie: 1 dzień – 40 pkt, 2 dni – 20 pkt)

Powinno być:

Sposób oceny ofert w zakresie „Termin dostawy", Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę tylko podane niżej wartości graniczne. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt, gdzie dostawy odbywać się będą w przedziale:

a) 1 – 5 dni lub 14 – 30 dni (dotyczy Pakietu nr 10) od złożenia zamówienia, a w przypadku weekendów lub świąt następnego dnia roboczego

W związku z dokonanymi modyfikacjami na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp dokonuje się zmian w ogłoszeniu o zamówieniu – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczamy na stronie internetowej

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – modyfikacja Pakietów

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

Pakiet nr 19 Igła Tuochy, rury intubacyjne, zestawy medyczne i inne

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Filtr bakteryjno wirusowy, mechaniczny, hydrofobowy, zalecany zakres objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymanie wilgoci 0,4g/h, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, pierścień zapobiegający rozłączaniu, sterylny na 24h		350	szt.						
RAZEM										

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 19A Zestawy medyczne

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
2	Zestaw trzyświatłowy ma zawierać cewnik wykonany z poliuretanu, rozmiary 7F/16-20cm 16GA/18GA/18GA, kontrastujący w RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock, rozszerzadło dostosowane do rozmiarów cewnika, prowadnicę z końcówką "J" ze znacznikami głębokości z aplikatorem , igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, koreczki z portami samouszczelniającymi, naklejki identyfikacyjne .		300	szt.						
3	Dwuświatłowy zestaw do wkłuć centralnych 7F/16-20cm, ma zawierać dwuświatłowy cewnik wykonany z poliuretanu , rozmiary 7F/20cm 14GA/18GA, reszta j.w.		10	szt.						
RAZEM										

Podpis Wykonawcy