Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L. Dz. ZPDK/02/20/49

Oborniki, dnia 31.03.2020r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/02/20

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1xużytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych,** ogłoszonego w dniu 03.03.2020r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Wzór umowy dotyczący pakietu nr 94

Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego.

Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiejkolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami.

Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że od lat droga uzupełniania brakujących elementów w depozycie jest taka sama. Depozyt elementów endoprotez znajduje się na bloku operacyjnym i dostarczany asortyment trafia bezpośrednio na blok operacyjny. Zamówione wyroby nie trafiają do żadnego innego magazynu znajdującego się na terenie Szpitala.

2. Pytanie dotyczy pakietu nr 94

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 94 dla poz. 3 i 4 (systemy rewizyjne) wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 94 w pozycji „endoproteza cementowa stawu biodrowego" wymóg dostarczenia głów metalowych w rozmiarach od 28mm do 36mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie głów metalowych w rozmiarach od 28mm do 36mm. W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dodaje do do pkt 1 i lit. b) w tabeli formularza cenowego rozmiar głowy 36mm.

4. Czy Zamawiający rozszerzy w pakiecie nr 94 w pozycji „endoproteza bezcementowa stawu biodrowego" wymóg dostarczenia głów metalowych do rozmiaru 36mm i tym samy dokona modyfikacji formularza cenowego dodając dodatkową pozycję do wyceny tj. „głowa metalowa o średnicy 36 mm"?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie głów metalowych w rozmiarach od 28mm do 36mm. W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dodaje do do pkt 2 i lit. b) w tabeli formularza cenowego rozmiar głowy 36mm.

5. Pytanie dotyczy pakietu nr 84

W opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 84 w pozycjach 2 i 4 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w ten sposób tj. jako matryce 1:3. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i faktycznie Zamawiający chce w obu pozycjach ten sam rozmiar czy też Zamawiający dokona zmiany rozmiaru matryc?

Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia doszło do omyłki pisarskiej. W pozycji 2 powinien być rozmiar 1,5:1.

W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w załączniku nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 84 poz. 2.

6. Dotyczy Pakietu nr 41

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-45), grupa II (poz. 46-53), grupa IV (poz. 56-84) itd.?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję" i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów [...]". Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

7. **Dotyczy Pakietu nr 41, Gr I poz. 1-45**

Czy Zamawiający w w/w grupie dopuści nić syntetyczną wchłanialną, plecioną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie całkowitego wchłaniania 60-90 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80%, po 3 tyg. 50%, po 4 tyg. 20%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych nici. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

8. Dotyczy **Pakietu nr 41, Gr I poz. 26, 31**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „czarna", pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego szwu Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

9. Dotyczy **Pakietu nr 41, Gr I poz. 35**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego szwu. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

10. Dotyczy **Pakietu nr 41 Gr II, poz. 46-53**

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, również długość 75 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania długości 75cm. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

11. Dotyczy **Pakietu nr 41, Gr II poz. 46-49 i 52**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwu z igłą o dł. 37mm. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

12. Dotyczy **Pakietu nr 41, Gr II poz. 46-53**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych nici. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

13. Dotyczy **Pakietu nr 41, Gr IV poz. 82**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 48 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwu z igłą o dł. 48mm. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

14. Dotyczy **Pakietu nr 41, Gr V poz. 85-91**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych nici. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

15. Dotyczy **Pakietu nr 41, Gr V poz. 87-88**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego szwu. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

16. Dotyczy **Pakietu nr 44, poz. 1, 2, 5**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 45 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwu z nitką o dł. 45cm.

17. **Dotyczy Pakietu nr 44, poz. 1, 2, 5**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwu z nitką o dł. 75cm.

18. Dotyczy **Pakietu nr 44, poz. 9**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwu z igłą o dł. 37mm.

19. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 49:**

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, z plastikową osłonką na taśmie, zapewniającą sterylność, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość max. 1870 µm, gramatura 48 g/m^2, wytrzymałość 70 N/cm, technologia quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, symetryczne 1,5 cm zwężenia na końcach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

20. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 55, poz. nr 1:**

system - siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, szerokość 5 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonany w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca), końce zakończone bezpiecznymi pętelkami oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji w/w systemu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

21. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 55, poz. 2:**

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, z plastikową osłonką na taśmie, zapewniającą sterylność, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość max. 1870 µm, gramatura 48 g/m^2, wytrzymałość 70 N/cm, technologia quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, zwężane końce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnch do w/w pakietów w razie wezwania celem weryfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbek niesterylnych w razie wezwania celem weryfikacji.

23. Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej** przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie wraz z ofertą.

24. Czy Zamawiający w pak. 52 poz. 1 dopuści uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy liniowy z nożem do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, trzon o długości 16 cm z możliwością rotacji o 360° , długość ładunku 21,5 cm, długość kowadełka 10,5 cm, długość staplera z ładunkiem 59,5 cm, długość linii szycia 60mm. Nowy nóż w każdym ładunku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

25. Czy Zamawiający w pak. 52 poz. 2 dopuści uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy liniowy z nożem do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, trzon o długości 26 cm z możliwością rotacji o 360° , długość ładunku 21,5 cm, długość kowadełka 10,5 cm, długość staplera z ładunkiem 69,5 cm, długość linii szycia 60 mm. Nowy nóż w każdym ładunku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

26. Czy Zamawiający w pak. 52 poz. 3 dopuści ładunek jednorazowego użytku do liniowego endoskopowego staplera tnącego do resekcji, przecinania i zespoleń, z tytanowymi zszywkami, ładunek prosty, o długości 60 mm. Wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,2 mm, po zamknięciu 1,8 mm (złoty)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

27. Czy Zamawiający w pak. 52 poz. 4 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 80mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek. Zszywki do tkanki standardowej wys. zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub grubej wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie

zszywek w kształt litery B. Ilość zszywek w opakowaniu 84. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

28. Czy Zamawiający w pak. 52 poz. 5 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 80mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych. Zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

29. Czy Zamawiający w pak. 52 poz. 6 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 80mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych. Zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

30. Czy Zamawiający w pak. 52 poz. 7 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 80 mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek. Zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

31. Czy Zamawiający w pak. 52 poz. 9 dopuści długość linii szwu 42,5 mm dla rozmiaru staplera 45, długość linii szwu 59 mm dla rozmiaru staplera 60, długość linii szwu 92 mm dla rozmiaru staplera 90 pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

32. Czy Zamawiający w pak. 52 poz. 10 dopuści długość linii szwu 42,5 mm dla rozmiaru staplera 45, długość linii szwu 59 mm dla rozmiaru staplera 60, długość linii szwu 92 mm dla rozmiaru staplera 90 pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

33. Dotyczy Zadania 49

Czy Zamawiający w Zadaniu 49 pozycji 1, potraktuje jako równoważną i tożsamą do wymaganych makroporowata monofilamentowa polipropylenowa taśma bez koszulki do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm, długość 45 cm, grubość nici,120 µm, gramatura 63 g/m2, grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 0,23 mm2.

Cechy jakościowe: Taśma posiada wplecioną niebieską nić oraz jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, jej splot powoduje łatwe przechodzenie przez powłoki.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

34. Pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze od 24 mm do 32 mm, wysokość zszywki 4,5 mm dla staplera o rozmiarze 24, pozostałe parametry staplerów zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

35. Pakiet 23, poz 1

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną o wymierze 30x26cm ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii o wyżej podanych wymiarach.

36. Pakiet 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną o wymierze 45x55cm ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii o wyżej podanych wymiarach.

37. Pakiet 23, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną o wymierze 56x80cm ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii o wyżej podanych wymiarach.

38. Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, czy wymienione warunki w specyfikacji pakietu Nr.93 opisane w pkt.3 i w pkt.7 mogą zostać pominięte z powodu braku tego rodzaju produktów w asortymencie producenta:

Pkt.3. Zamawiający wymaga aby wszystkie implanty z systemu płyt blokowanych i gwoździ śródszpikowych dostarczane były sterylne

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie przez Wykonawcę tego warunku, jeśli nie posiada takiego rodzaju asortymentu. Zamawiający zamieszcza tę informację przy wymogu w załączniku nr 93.

39. Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, czy wymienione warunki w specyfikacji pakietu Nr.93 opisane w pkt.3 i w pkt.7 mogą zostać pominięte z powodu braku tego rodzaju produktów w asortymencie producenta:

Pkt.7 . Zamawiający wymaga aby implanty były w kontenerach z filtrem stałym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie przez Wykonawcę tego warunku, jeśli nie posiada takiego rodzaju asortymentu. Zamawiający zamieszcza tę informację przy wymogu w załączniku nr 93.

40. Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji czy opisane narzędzia w specyfikacji pakietu Nr 78 mogą zostać zamienione. Chodzi o następujące pozycję:

Lp	Asortyment specyfikacja	Proponowany Asortyment
3	Osteotom prosty typu Lambotte dł. 12,5cm szerokość 6	Osteotom prosty typu Stille Medin dł.20,5 cm, szerokość 6 mm
4	Osteotom prosty typu Lambotte dł. 23cm szerokość 8	Osteotom prosty typu Stille Medin dł.20,5 cm, szerokość 8 mm
5	Osteotom prosty typu Lambotte dł. 23cm szerokość 12	Osteotom prosty typu Stille Medin dł.20,55 cm, szerokość 12 mm
6	Osteotom prosty typu Lambotte dł. 23cm szerokość 14	Osteotom prosty typu Stille Medin dł.20,55 cm, szerokość 15 mm
7	Osteotom prosty typu Lambotte dł. 23cm szerokość 18	Osteotom prosty typu Stille Medin dł.20,5 cm, szerokość 20 mm
8	Osteotom prosty typu Lambotte dł. 23cm szerokość 25	Osteotom prosty typu Stille Medin dł.20,5 cm, szerokość 25 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyżej asortymentu.

41. Zwracam się z prośbą o informację czy mogą być pominięte narzędzia w pakiecie Nr 78 ponieważ firma, nie posiada tego rodzaju produktów w asortymencie. Dotyczy to następujących pozycji:

17	Szczypce typu Bircher-Ganske prosty 20cm
18	Szczypce typu Bircher-Ganske zagięty 20cm
23	Wzierniki typu Cuslo 75x32cm
28	Nożyczki opatrunkowe dł. 19cm typu Cast Catter,ergonometryczne odgięte oraz krótsze, ostre utwardzone
62	Sonda typu tzw. myszka miki 13cm
63	Sonda typu tzw. myszka miki 11cm
69	Kleszcze ginekologiczne do laparoskopii diagnostycznej dł.28 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela wymienione pozycje do Pakiet nr 78A.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 17, 18, 23, 28, 62, 63, 69 do Pakietu nr 78A.

W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:

1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **98 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 98 Pakietach:

dodaje się Pakiet nr 78A: Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 78A: 400,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 78: 4 900,00 zł (pozostała treść bez zmian)

4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 78A: 1 000,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 78: 12 200,00 zł (pozostała treść bez zmian)

5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 78A: 1 000,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 78: 12 200,00 zł (pozostała treść bez zmian)

6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 78A: 20,00 zł oraz poprawia się wadium dla Pakietu nr 78: 240,00 zł (pozostała treść bez zmian)

42. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 85 poz. 3 dopuści grotowkręt Schanza o średnicy 3,0mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

43. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 87 poz. 8, 10, 12, 14, 17, 18, 20 dopuści płytki z otworami, dwufunkcyjnymi kompresyjno – blokowanymi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

44. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 87 poz. 35 dopuści śruby blokujące trzonowe do gwoździ anatlomicznych z mocowaniem typu sześciokąt?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

45. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 1 dopuści: Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki

otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania – kolumna środkowa i kolumna boczna. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm. Materiał – tytan?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

46. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 5 dopuści: Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 lub 3,5 mm. Materiał – tytan?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

47. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 7 dopuści: Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał – tytan?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

48. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 10 dopuści: Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem

umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Wysokość haków 12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 7. Materiał – tytan?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

49. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 14 dopuści: Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał – tytan?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

50. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 16 dopuści: Gwóźdź krętarzowy krótki, rekonstrukcyjny kaniulowany, wykonany ze stopu tytanu, o średnicy 11mm i 13mm i długości L = 200mm. Kąt szyjkowo-trzonowy od 130° i 135°, średnica gwoździa w części szyjkowej d = 16mm. Gwóźdź z możliwością blokowania w części bliższej jedną śrubą szyjkową o średnicy ø 11mm i możliwością zastosowania pinów antyrotacyjnych Ø 4mm (szt. 2 na komplet). W części dalszej gwóźdź posiada minimum dwa otwory, z co najmniej jednym otworem dynamicznym, z możliwością zastosowania śrub o średnicy ø 4,5mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

51. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 17 dopuści: Śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm lub teleskopowa Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4 wykonana ze stopu tytanu, długość 70-125 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

52. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 18 dopuści: Śruba zaślepiająca M12, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

53. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 19 dopuści: Śruba kompensacyjna M8, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

54. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 20, 22 dopuści: Wkręty mocujące, samogwintujące Ø 4,5mm, gwint pełny, długość od 26 mm – 100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

55. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 93 poz. 21** dopuści: Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Materiał – tytan?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

56. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 23 dopuści: Wkręty blokujące trzonowe Ø 6,5mm, długość od 40 mm – 140 mm ze skokiem co 5 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

57. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 24 dopuści: Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

58. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 26 dopuści: Wkręty mocujące, samogwintujące Ø 4,5mm, gwint pełny, długość od 26 mm – 100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

59. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 26 dopuści: Wkręty mocujące, samogwintujące Ø 5,0mm, gwint pełny, długość od 26 mm – 100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

60. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 93 poz. 28** dopuści: Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 5-30mm stopniowane co 5mm.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

61. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 29 dopuści: Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, Ø 10-12mm, dł. 150-300mm, możliwość wielokierunkowego blokowania, wygięcie gwoździa 8°. Gwóźdź posiada 5 otworów do blokowania. Gwóźdź posiada możliwość ryglowania dystalnego śrubą w płaszczyźnie strzałkowej kości piętowej (w jej „długiej" osi). Materiał stal lub tytan?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

62. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 30 dopuści: Wkręty mocujące, samogwintujące Ø 4,5mm, gwint pełny, długość od 26 mm – 100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

63. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 93 poz. 24 dopuści: Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

64. Dotyczy pakietu 4 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz.1 drenu do ssaka z filtrem powietrznym – (dwa wkłady(filtry) i trzema zagiętymi końcówkami różnej długości 15 i 25 cm średnica drenu 7 mm długość 300 cm (obecnie Zamawiający pracuje na w/w drenach).

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania drenów opisanych w SIWZ.

65. Dotyczy pakietu 4 poz. 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie węża o średnicy wewnętrznej 7 mm. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania węża opisanego w SIWZ.

66. Dotyczy pakietu 17

Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne w rozmiarach 28 mm - zszywka otwarta 4,8 mm, 29 mm -zszywka otwarta 4,8 mm, 31 mm - zszywka otwarta 5 mm oraz 33 – zszywka otwarta 5 mm, do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplera o wyżej opisanych parametrach.

67. Dotyczy pakietu 38 poz.3

W zadaniu 38 pozycja 3 Zamawiający podał ilość 4. Czy Zamawiający ma na myśli klipsy pakowane po 4szt w zasobniku. Prosimy o doprecyzowanie ilości klipsów polimerowych na okres 12 miesięcy pakiet 38 pozycja 3 .

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 4 opakowania po 20 magazynków w których jest 6 klipsów.

W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 38 poz. 3 zgodnie z powyższą odpowiedzią.

68. Dotyczy pakietu 38

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów polimerowych II generacji, klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne. Ładunek zawierający 6 szt. W wersji o podwyższonej stabilności na naczyniu, z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami gwarantującymi podwyższoną stabilność poprzeczną eliminującą ryzyko zsunięcia się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi lub manipulacji w polu operacyjnym. Zęby zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów o wyżej opisanych parametrach.

69. Dotyczy pakietu 38

Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia klipsownicy laparoskopowej do klipsów polimerowych, która obsługuje 2 rozmiary klipsów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia klipsownicy, która obsługuje 2 rozmiary klipsów – zgodnie z opisem pod tabelą w formularzu cenowym.

70. Dotyczy pakietu 38

Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia klipsownicy laparoskopowej do klipsów polimerowych przegubową giętą do kąta 60° z rotacją 360°?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z opisem pod tabelą w formularzu cenowym.

71. Dotyczy pakietu 38

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia dokumentów opisanych w SIWZ część V.

72. Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie wraz z ofertą.

73. Pakiet nr 85

POZ. I 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 4,0 mm L - 175 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 4,0 mm L - 175 mm.

74. Pakiet nr 85

POZ. I 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 5,0 mm L - 175 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 5,0 mm L - 175 mm.

75. Pakiet nr 85

POZ. I 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 6,0 mm L - 225 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 6,0 mm L - 225 mm.

76. Pakiet nr 85

POZ. IV 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 150

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Steinmanna fi 5 L - 150.

77. Pakiet nr 85

POZ. IV 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 175

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Steinmanna fi 5 L - 175.

78. Pakiet nr 85

POZ. IV 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 225

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Steinmanna fi 5 L - 225.

79. <u>**do pakietu nr. 89, dotyczy pozycji 1**</u>

Czy Zamawiający dopuści do zestawu implantów (zamiennie), implanty równoważne do opisanych w SIWZ: **Część piszczelowa** – Zamiennie dla śrub intereferencyjnych wykonanych z PLDL, Implant biowchłanialny w postaci biowchłanialnej śruby interferencyjnej zbudowanej z ko-polimeru PLGA (Poli-L-Laktyd-Co-Glikolidowy) w rozmiarach śr. 7mm i dł. 30mm i śr. 8-10mm i dł. 30mm

Pozostałem parametry dotyczące implantu w części udowej typu endobutton zgodnie z SIWZ.

Wykonawca zapewni instrumentarium zgodnie z SIWZ do przeprowadzenia zabiegów z wykorzystaniem ww. implantów.

<u>Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego zestawu implantów.</u>

80. <u>do pakietu nr. 89, dotyczy pozycji 2</u>

Czy Zamawiający dopuści do zestawu implantów (zamiennie), implanty równoważne do opisanych w SIWZ: Zamiennie kotwica wykonana z PEEK o średnicy Ø 5 mm, dł. 15 mm. Kotwica zaopatrzona w 2x nić pleciona odporna na rozrywanie wykonana z poliethylenu 0.6 Ø x 800 w dwóch kolorach (1 biała + 1 niebieska) Nici z Igłami zakrzywione okrągłe 4/8 - dł. 25 mm Nici zabezpieczone i prowadzone w rowkach wewnętrznej części konstrukcyjnej śrubokręta (zabezpieczenie przed skręcaniem się nici podczas wkręcania kotwicy w tkanki). Stożkowa budowa z dużą amplitudą gwintowania: progresywne wprowadzanie implantu z zachowaniem tkanki kostnej Jednorazowy aplikator zaprojektowany tak aby pewnie i szybko wprowadzać kotwicę w tkanki.

Wykonawca zapewni instrumentarium zgodnie z SIWZ do przeprowadzenia zabiegów z wykorzystaniem ww. implantów

<u>Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego zestawu implantów.</u>

81. <u>do pakietu nr. 89, dotyczy pozycji 3</u>

Czy Zamawiający dopuści do zestawu implantów (zamiennie), implanty równoważne do opisanych w SIWZ: Zamiennie kotwica wykonana z PEEK o średnicy Ø 6.5 mm, dł. 17 mm. Kotwica zaopatrzona w 2x nić pleciona odporna na rozrywanie wykonana z poliethylenu 0.6 Ø x 800 w dwóch kolorach (1 biała + 1 niebieska) Nici z Igłami zakrzywione okrągłe 4/8 - dł. 25 mm. Nici zabezpieczone i prowadzone w rowkach wewnętrznej części konstrukcyjnej śrubokręta (zabezpieczenie przed skręcaniem się nici podczas wkręcania kotwicy w tkanki). Stożkowa budowa z dużą amplitudą gwintowania: progresywne wprowadzanie implantu z zachowaniem tkanki kostnej Jednorazowy aplikator zaprojektowany tak aby pewnie i szybko wprowadzać kotwicę w tkanki.

Wykonawca zapewni instrumentarium zgodnie z SIWZ do przeprowadzenia zabiegów z wykorzystaniem ww. implantów

<u>Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego zestawu implantów.</u>

82. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz. 1) Młotek bez nazwy własnej, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

83. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.2) Kombinerki o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

84. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.4,5,8) Osteotom o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

85. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.6) Osteotom o szer. 15mm, dł. 240mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

86. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.7) Osteotom o szer. 20mm i dł. 240mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

87. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.9,10,11) Raspator o dł. 215mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

88. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.16) Młotek o wadze 440g lub 500g, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

89. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.27) Nożyczki o dł. 180mm lub 230mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nożyczek w rozmiarze 18cm.

W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 78 poz. 27 o dł. nożyczek zgodnie z odpowiedzią.

90. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.28) Nożyczki Lister opatrunkowe, utwardzane ostrze, funkcjonalnie identyczne lub z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego odrębnego, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Pozycja wydzielona zgodnie z odp nr 41 do Pakietu nr 78A.

91. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.34,35) Hak o dł. 255mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

92. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Po.36) Rozwieracz o dł. 165mm Beckmann-Weitlaner typ Cone (inaczej zwany), funkcjonlnie identyczny lub z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego odrębnego, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego Pakietu.

93. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.37) Hak o dł. 250mm lub o nazwie Beckmann-Weitlaner typ Cone (inaczej zwany), funkcjonalnie identyczny lub z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego odrębnego, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego Pakietu.

94. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.39) Pensety o dł. 145mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

95. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.40) Pensety o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

96. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.42) Pean o dł. 190mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

97. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.43) Czy Zamawiający może określić jaki pean wymaga: od lekko zagiętego do zagiętego pod kątem 90°, czyli fig, 1,2,3 czy 4?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania peana lekko zagiętego. Zamawiający bez przedstawienia katalogów nie potrafi odpowiedzieć Wykonawcy co ma na myśli przez fig 1,2,3 czy 4.

W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 78 poz. 43 o wymóg peana lekko zagiętego.

98. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.44) Pean o dł. 250mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

99. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.49,50,51,52,53) Czy Zamawiający wymaga peanów prostych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania peanów i kocherów prostych.

W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 78 zgodnie z powyższą odpowiedzią.

100. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.55,56) Poz.55 i 56 jako jedna pozycja o wym. 250x40mm, boki perforowane, funkcjonalnie identyczne lub kosz siatkowy, druciany ze stali nierdzewnej o wym. 240x255x50mm bez pokrywy, funkcjonalnie identyczny lub kosz o wym. 275x125x40mm bez pokrywy z blachy perforowanej (boki kosza) lub kosz siatkowy, druciany z przykrywką bez perforacji owym. 274x172x43mm jako jedna pozycja, funkcjonalnie identyczne lub z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego odrębnego, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego Pakietu.

101. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.57) Mata silikonowa o wym. 460x240mm do docięcia.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

102. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.58) Kleszczyki o dł. 125mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

103. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.63) Sonda o dł. 115mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

104. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne.

Poz.66) Nożyczki o nazwie Metzenbaum, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nożyczek o nazwie Metzenbaum.

105. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi:

Pakiet nr 78- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne

Poz.69) Kleszcze o dł. całkowitej 330mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

106. Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy dla Pakietu nr 78 do 42-70 dni od dnia złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Lampa zabiegowa ścienna- Załącznik nr 2.1 do SIWZ

107. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą bez uchwytu brudnego jeśli można ją pozycjonować przy pomocy uchwytu sterylnego, uchwytu przy kopule lub bezpośrednio ustawiać obudowę kopuły w żądanym położeniu? Dodatkowy uchwyt brudny utrudniałby utrzymanie lampy w czystości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej lampy.

108. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z natężeniem oświetlenia 70.000 lx w odległości 1 m, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wyżej opisanych parametrach.

109. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o wgłębności oświetlenia L1+L2 równej 180 cm w odległości 1 metra, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wyżej opisanych parametrach.

110. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o współczynniku odwzorowania barw Ra 95, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej lampy.

111. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej 4300 K, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej lampy.

112. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% odbywa się płynnie, poprzez obrót uchwytu sterylnego? Pozwala to na regulację parametru ze strefy sterylnej, a jest rozwiązaniem bardziej niezawodnym od regulacji bezdotykowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej lampy.

113. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z poborem mocy 23 W, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wyżej podanym parametrze.

114. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o wadze 28 kg, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wyżej podanym parametrze.

Lampa zabiegowa statywowa- Załącznik nr 2.2 do SIWZ

115. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą bez uchwytu brudnego jeśli można ją pozycjonować przy pomocy uchwytu sterylnego, uchwytu przy kopule lub bezpośrednio ustawiać obudowę kopuły w żądanym położeniu? Dodatkowy uchwyt brudny utrudniałby utrzymanie lampy w czystości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej lampy.

116. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z natężeniem oświetlenia 70.000 lx w odległości 1 m, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wyżej opisanych parametrach.

117. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o wgłębności oświetlenia L1+L2 równej 180 cm w odległości 1 metra, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wyżej opisanych parametrach.

118. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o współczynniku odwzorowania barw Ra 95, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej lampy.

119. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej 4300 K, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej lampy.

120. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% odbywa się płynnie, poprzez obrót uchwytu sterylnego? Pozwala to na regulację parametru ze strefy sterylnej, a jest rozwiązaniem bardziej niezawodnym od regulacji bezdotykowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej lampy.

121. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z poborem mocy 23 W, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wyżej podanym parametrze.

Zadanie nr 96: Lampa zabiegowa ścienna oraz lampa zabiegowa statywowa .

122. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjno-zabiegową z matrycą diodową w czaszy zawierającą sumarycznie 13 diod LED gwarantujących uzyskanie natężenia na poziomie 70 000 lux?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy z 13 diodami LED.

123. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjno-zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wyżej opisanym parametrze.

124. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjno-zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze gdyż również zagwarantuje idealnie białe światło w polu operacyjnym z możliwością szerokiej regulacji temperatury barwowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wyżej opisanym parametrze.

125. Czy Zamawiający dopuści lampę której współczynnik odwzorowania barw wynosi Ra≥95?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wyżej opisanym parametrze.

126. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pakiet 68, pozycja 1 i 2

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający będzie wymagał, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu)? Związki DEHP w powszechnie potwierdzony sposób uznane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów (szczególnie dla zdrowia pacjentów pediatrycznych i kobiet w ciąży lub karmiących piersią).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego dopuszczonego do obrotu.

127. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pakiet 68, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub

systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem" (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie każdego wyrobu medycznego dopuszczonego do obrotu.

128. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pakiet 68, pozycja 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT motion a ponadto, że nie spowodują usterek w jego działaniu i nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego kompatybilnego z urządzeniem, którym dysponuje Zamawiający, tj. strzykawka automatyczna CT Motion.

129. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pakiet 68, pozycja 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie każdego wężyka, który może być zainstalowany w strzykawce przez 24h i więcej, jeżeli spełnia wszystkie wymogi wyrobu medycznego.

130. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pakiet 68, pozycja 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 150cm wynosiła dokładnie 7,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 7,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie wężyków odpowiadających opisowi zawartemu w SIWZ.

131. Czy Zamawiający w §4 ust. 4 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia wystawienia?

Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów załącznika nr 6.

132. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1:

1. lit a z 1% wartości zamówionego towaru na 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru,

2.l it b zmiana na: „Z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości pakietu nie więcej niż 2000zl"?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

133. Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 1 lit b, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu do projektu umowy.

134. Do §1 ust. 1 ppkt 1.1 oraz §7 ust. 3 ppkt 5 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest sprzęt jednorazowego użytku a nie leki.

135. Do §1 ust. 4 wzoru umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §1 ust. 4 wzoru umowy w ten sposób, poprzez dodanie zdania..., chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych, dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze oraz dla produktów zamawianych w ramach różnych umów łączących Wykonawcę z Zamawiającym)."? Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

136. Do §6 ust. 1 ppkt a wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 ppkt a wzoru umowy do wysokości 0,5% wartości niedostarczonego lub niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki? Jednocześnie prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

137. Do §6 ust.1 ppkt b wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za rozwiązanie umowy w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

138. Pakiet nr 67 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

a) siła zrywu przed starzeniem 7,0 N – 7,2 N;

b) grubość na placu 0,11 mm – 0,12 mm;

c) wewnętrznie chlorowane, z odstąpieniem od obustronnie polimeryzowanych;

d) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:

- wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6
- formaldehyd 37% na poziomie 6
- nadtlenek wodoru 30% na poziomie 2;

Jednocześnie w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. – /którego wymagania obowiązują od 21.04.2019 r./ - w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych wg nowego rozporządzenia (UE) 2016/425 tj. zgodne z normą EN 16523-1:2015 (która zastępuję normę EN 374-3).

Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych rękawic.

139. Pakiet nr 67 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic z grubością na placu 0,06 mm oraz siłą zrywu przed starzeniem 3,6 N – 3,8 N.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych rękawic.

140. WZÓR UMOWY

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy pkt 1, 2 i 5.

W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dodaje do wzoru umowy zapisy dotyczące siły wyższej:

a) w załączniku nr 6, §6 dodaje się ust. 4 o treści:

b) w załączniku nr 6.1, §6 dodaje się ust. 4 o treści:

4. Siła Wyższa:

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 3. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

c) załączniku nr 6.2, §7, zawarty opis dotyczący kar umownych będzie stanowił ust. 1 i dodaje się ust. 2

dotyczący siły wyższej. Treść §7 przyjmuje następującą treść:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 1 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia,
b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w wysokości 2.000 zł.

2. Siła Wyższa:

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 3. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

141. **Pakiet nr 19**

Pozycje 1-3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego, elastycznego rękawa opatrunkowego o długości 25m w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego wyżej opatrunku.

142. **Pakiet nr 19**

Pozycje 4-5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazę pakowaną pojedynczo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ do wartości wymaganej w SIWZ.

143. **Pakiet nr 19**

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej 13 nitkowej o szerokości 90 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ do wartości wymaganej w SIWZ.

144. **Pakiet nr 19**

Pozycja 18 i 19. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o długości 5 metrów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. odpowiednio: poz. 18 – 1 600 sztuk i poz. 19 – 4 000 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

145. <u>Pakiet nr 20</u>

Pozycja 23. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z tasiemką radiacyjną i kontrastem RTG?

<u>Odpowiedź: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie, ponieważ Pakiet nr 20 nie ma pozycji 23.</u>

146. <u>WZÓR UMOWY</u>

Wnosimy o zastąpienie zapisu umowy w § 6 ust. 1 pkt. b) *„z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 2.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 50% wartości Pakietu."* na zapis: *„z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto".*

Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy powyższych zmian. Dokonano modyfikacji zgodnie z odpowiedzią nr 140.

147. Pakiet 59, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szerokość ostrza 3,6 cm i szerokość ostrza wraz z obudową 4 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie golarki o szerokości ostrza 3,6 cm i szerokości ostrza wraz z obudową 4 cm.

148. Pakiet 59, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści golarkę objętą stawką 23% VAT?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie golarki objętej stawką 23% VAT.

149. Pakiet 59, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szerokość ostrza 4,3 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie golarki o szerokości ostrza 4,3 cm.

150. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie wraz z ofertą.

151. Pakiet nr 61 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 107mm x23m.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie papieru o rozmiarze 107mmx23mm.

152. Pakiet nr 61 poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru 110x140x200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 63 sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru z odpowiednim przeliczeniem ilości.

153. Pakiet nr 61 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odpowiedź: Papier ma być w kratkę. W związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje zapis w Pakiecie nr 61 poz. 11 o podaną odpowiedź.

154. Projekt umowy - §3 ust. 1

Zwracamy się z prośba o sprecyzowanie ilości miejsc dostaw. Czy dla wszystkich pakietów wymaga się dwóch różnych miejsc dostaw?

Odpowiedź: Sprzęt sterylny dostarczany jest do Apteki szpitalnej, sprzęt niesterylny do magazynu gospodarczego. Zamawiający w umowie oznacza gdzie dostarczany jest asortyment.

155. Projekt umowy - §6 ust. 1 lit.b

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na np. 5% lub 10% wartości części niezrealizowanej umowy. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie rażąco wysokie (Zamawiający żąda 50 % wartości pakietu nawet w sytuacji gdy np. 90% zostało już zrealizowane lub 2000 zł) i tym samym krzywdzące dla wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

156. Pakiet nr 58, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści torbę na wymioty transparentną, umożliwiającą ocenę treści zawartej w torbie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej torby.

157. Pakiet nr 58, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści torbę na wymioty w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie torby w kolorze czerwonym.

158. Pakiet nr 12, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem o pojemności 6ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego zestawu.

159. Pakiet nr 12, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 1,8m, z rurami karbowanymi wewnętrznie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego układu oddechowego.

160. Pakiet nr 12, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych o długości 60cm, a do rurek tracheostomijnych o długości 34 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego systemu do odsysania.

161. Pakiet nr 12, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści szczoteczkę z odsysaniem od góry oraz boku?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szczoteczki z odsysaniem od góry oraz boku.

162. Pakiet nr 12, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści szczoteczkę – główka składa się ze szczoteczki oraz gąbki, pozostała część wykonana z polipropylenu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanej szczoteczki.

163. Pakiet nr 13, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 20 x 22 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjki w rozmiarze 20x22cm.

164. Pakiet nr 13, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 12 x 20 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjki w rozmiarze 12x20cm.

165. dotyczy Pakiet nr 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt o składzie: LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11 ml (11g)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego produktu.

166. Pakiet nr. 5 poz. 11
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 11 z pakietu 5 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

167. Czy Zamawiający **w pakiecie nr 10 w pozycji 12** w związku z wycofaniem przez producenta masek krtaniowych opisanych w SIWZ, dopuści obecnie stosowaną jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu z mankietem, przezroczystym korpusem, przewodem łączącym balonik kontrolny niewtopionym w korpus rurki, z poprzeczkami zabezpieczającymi przed wklinowaniem się nagłośni, informacją o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podaną na korpusie rurki, sterylną, w rozmiarach: od 2 do 5?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej maski.

168. Czy Zamawiający **w pakiecie nr 10 w pozycji 15** w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści obecnie stosowane zestawy do punkcji opłucnej z jedną strzykawką 60 ml i bez łącznika do systemu drenażowego, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego zestawu do punkcji opłucnej.

169. Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,45x16 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza igły w rozm. 0,45x16mm.

170. Pakiet nr 5, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek w rozmiarach 22G x 0,7 x 20 mm;21G x 0,8 x 20 mm oraz 23 G x 0,6 mm x 20 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisane igły.

171. Pakiet nr 7, poz. 1-4

Czy Zamawiający może doprecyzować jakich strzykawek oczekuje? Czy należy zaoferować strzykawki dwuczęściowe Luer?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawek zgodnych z opisem w SIWZ.

172. Pakiet nr 7, poz. 1-4

Czy Zamawiający w w/w pozycjach wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem w kolorze innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych strzykawk.

173. Pakiet nr 7, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach strzykawki z rozszerzoną skalą odpowiednio; 2 ml do 3 ml; 5 ml do 6 ml; 10 ml do 12 ml;20 ml do 24 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych strzykawek.

174. Pakiet nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml pakowane a'80 szt. - z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

175. Pakiet nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana strzykawka posiadała dodatkowy łącznik Luer i prostą końcówkę cewnikową zabezpieczoną zatyczką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane strzykawki posiadały wyżej opisany element.

176. Pakiet nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana strzykawka posiadał dwustronną skalę/podziałkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane strzykawki posiadały dwustronną skalę/podziałkę.

177. Pakiet nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana strzykawka posiadała końcówką cewnikową schodkową ściętą pod kontem 45° oraz dwustronną skalę/podziałkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane strzykawki posiadały elementy opisane wyżej.

178. Pakiet nr 7, poz. 8 i 9

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana strzykawka posiadała dwustronną skalę ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane strzykawki posiadały dwustronną skalę.

179. Pakiet nr 7, poz. 8 i 9

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane strzykawki posiadały rozszerzoną skalę 50/60 ml i były skalowane na całej długości skali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane strzykawki posiadały elementy opisane wyżej.

180. Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych zawierający ftalany?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych zawierającego ftalany.

181. Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany przyrząd posiadał możliwość podwieszenia drenu oraz miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany przyrząd posiadał element opisany wyżej.

182. Pakiet nr 8, poz. 4 i 5

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane dreny do pompy infuzyjnej posiadały średnicę wewnętrzną 1,2 mm i zewnętrzną 2,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane dreny posiadały podane średnice.

183. Pakiet nr 8, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przyrządu z regulatorem przepływu z podwójną skalą w kształcie walca, o dokładności 5-250 ml/h dla płynów o małej lepkości do 10% oraz 5- 200 ml/h dla płynów o lepkości 10-40%, dren o długości 150 cm. Wolny od ftalanów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego przyrządu.

184. Pakiet nr 8, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z tarczowym regulatorem przepływy w kształcie koła z możliwością obsługi jedną ręką i skalą w zakresie od 0 do 300 ml, z portem do dodatkowej iniekcji i drenem o długości 180 cm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego przyrządu.

185. Pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Pakiet nr 11, poz. 9-19

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Pakiet nr 11, poz. 27-29

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela wymienione pozycje do Pakietu nr 11A.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 1, 9-19, 27-29 do Pakietu nr 11A.

W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:

1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **99 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 99 Pakietach:

dodaje się Pakiet nr 11A: Aparat do przetoczeń, kaniule, porty bezigłowe

3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 11A: 18 700,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 11: 16 900,00 zł (pozostała treść bez zmian)

4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):
- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 11A: 46 700,00 zł
- poprawia się warunek dla Pakietu nr 11: 42 100,00 zł (pozostała treść bez zmian)
5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):
- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 11A: 46 700,00 zł
- poprawia się warunek dla Pakietu nr 11: 42 100,00 zł (pozostała treść bez zmian)
6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 11A: 930,00 zł oraz poprawia się wadium dla Pakietu nr 11: 840,00 zł (pozostała treść bez zmian)

186. Pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem BFE o skuteczności 96%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zapuszcza zaoferowanie wyżej opisanego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych.

187. Pakiet nr 11, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany koreczek posiadał trzpień umieszczony poniżej krawędzi korka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany asortyment posiadał opisany element.

188. Pakiet nr 11, poz. 10-11

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w w/w pozycjach kaniule posiadały dodatkowy, zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żyły?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

189. Pakiet nr 11, poz. 12-16

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonana z poliuretanu posiadającą zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wstecznemu wypływowi krwi i pełniącą taką samą funkcje jak filtr hydrofobowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

190. Pakiet nr 11, poz. 12

Czy zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 22 G (0,8 x 25 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

191. Pakiet nr 11, poz. 13

Czy zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 20 G (1,0 x 32 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

192. Pakiet nr 11, poz. 14

Czy zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 18 G (1,2 x 45 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

193. Pakiet nr 11, poz. 17

Czy zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z dodatkowym portem wykonane z FEP, posiadające dwa paski radiocieniujące, filtr hydrofobowy, silikonizowaną igłę z potrójnym ostrzem , polimerowy automatyczny zatrzask zabezpieczający personel przed przypadkowym zakłuciem oraz samodomykający się korek portu bocznego w rozmiarze 20 G (1,1 x 32 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

194. Pakiet nr 11, poz. 18

Czy zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z dodatkowym portem wykonane z FEP, posiadające dwa paski radiocieniujące, filtr hydrofobowy, silikonizowaną igłę z potrójnym ostrzem , polimerowy automatyczny zatrzask zabezpieczający personel przed przypadkowym zakłuciem oraz samodomykający się korek portu bocznego w rozmiarze 18 G (1,3 x 32 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

195. Pakiet nr 11, poz. 19

Czy zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z dodatkowym portem wykonane z FEP, posiadające dwa paski radiocieniujące, filtr hydrofobowy, silikonizowaną igłę z potrójnym ostrzem , polimerowy automatyczny zatrzask zabezpieczający personel przed przypadkowym zakłuciem oraz samodomykający się korek portu bocznego w rozmiarze 18 G (1,3 x 45 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

196. Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy dla Pakietu nr 78 do 42-70 dni od dnia złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

197. Pakiet nr 11, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o objętości wypełnienia 0,085 ml, przepływie na poziomie 312 ml/min i odporności na ciśnienie do 24 Ba, przeźroczysty, bez metalowych elementów, kompatybilny z MR, z możliwością podawania krwi i tłuszczów, zapewniający bezpieczny czas użycia przez 7 dni lub 600 aktywacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego portu bezigłowego.

198. Pakiet nr 11, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z podwójnym drenem o objętości wypełnienia 0,35 ml, przepływie na poziomie 143 ml/min , przeźroczysty, bez metalowych elementów, kompatybilny z MR, z możliwością podawania krwi i tłuszczów, zapewniający bezpieczny czas użycia przez 7 dni lub 500 aktywacji. Długość całego zestawu 9,5 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego portu bezigłowego.

199. Pakiet nr 11, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z potrójnym drenem o objętości wypełnienia 0,42 ml, przepływie na poziomie 145 ml/min , przeźroczysty, bez metalowych elementów, kompatybilny z MR, z możliwością podawania krwi i tłuszczów, zapewniający bezpieczny czas użycia przez 7 dni lub 500 aktywacji. Długość całego zestawu 9,5 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego portu bezigłowego.

200. Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający oczekuje cewnik typu Thorax czy cewnik typu Thorax z trokarem?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania cewnika typu Thorax z trokarem.

201. Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela poz. 4 do Pakietu nr 2A.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 4 do Pakietu nr 2A.

W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:

1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 100 Pakietów, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 100 Pakietach:

dodaje się Pakiet nr 2A: Cewnik Foley

3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 2A: 260,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 2: 740,00 zł (pozostała treść bez zmian)

4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 2A: 650,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 2: 1 800,00 zł (pozostała treść bez zmian)

5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):
- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 2A: 650,00 zł
- poprawia się warunek dla Pakietu nr 2: 1 800,00 zł (pozostała treść bez zmian)
6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 2A: 10,00 zł oraz poprawia się wadium dla Pakietu nr 2: 40,00 zł (pozostała treść bez zmian)

202. Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu o długości 50 cm.

203. Pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 45cm x 18cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego drenu.

204. Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren Redona z trokarem, długość drenu 500mm dla rozmiarów CH 6 - CH 8, długość drenu 800mm dla rozmiarów CH 10 - CH 18?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego drenu.

205. Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści katater do odsysania ran typu Redon z perforacja krzyżową na długości 14cm, zwinięty w rulon w opakowaniu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu.

206. Pakiet nr 3, pozycje 5-7, 38-41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela podane pozycje do Pakietu nr 3A.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 5-7 i 38-41 do Pakietu nr 3A.
W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:
1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **101 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.
2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 101 Pakietach:
dodaje się Pakiet nr 3A: Katetery, zestawy medyczne

3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):
- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 3A: 1 600,00 zł
- poprawia się warunek dla Pakietu nr 3: 5 700,00 zł (pozostała treść bez zmian)
4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):
- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 3A: 4 200,00 zł
- poprawia się warunek dla Pakietu nr 3: 14 200,00 zł (pozostała treść bez zmian)
5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):
- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 3A: 4 200,00 zł
- poprawia się warunek dla Pakietu nr 3: 14 200,00 zł (pozostała treść bez zmian)
6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 3A: 80,00 zł oraz poprawia się wadium dla Pakietu nr 3: 280,00 zł (pozostała treść bez zmian)

207. Pakiet nr 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany obrotowy o długości 15cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łącznika o dł. 15cm.

208. Pakiet nr 3, pozycje 17-23

Czy Zamawiający dopuści ostrza ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie nie dopuszcza zaoferowania ostrzy ze stali nierdzewnej.

209. Pakiet nr 3, pozycje 31

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny pakowane a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do 14 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu.

210. Pakiet nr 3, pozycje 43

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze CH 16-24? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

211. Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. w rozmiarze 0,4 x 19mm lub 0,45 x 16mm lub 0,45 x 22mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły w rozmiarze 0,45x16mm.

212. Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości igły +/- 3mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły z tolerancją +/- 3mm.

213. Pakiet nr 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu z regulacją zależną od drenu, zaciskiem rolkowym dla krótkich przerw infuzji, z regulacją przepływu 5-250ml/h w kształcie walca? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych.

214. Pakiet nr 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz automatyczny w rozmiarze 23 G i głębokości nakłucia 1,8 mm lub 21 G i głębokości nakłucia 2,4 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nakłuwacza w rozmiarze 21G i głębokości nakłucia 2,4mm.

215. Pakiet nr 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

216. Pakiet nr 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

217. Pakiet nr 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 33x22cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

218. Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

219. Pakiet 19, pozycja 21-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski zgodnie z opisem w SIWZ.

220. Pakiet 19, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

221. Pakiet 19, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

222. Pakiet 20, pozycja 1,3

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'12szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

223. Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'24szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

224. Pakiet 20, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plastry zastępujące nici w rozmiarze 6x75mm pakowane a'3szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

225. Pakiet 20, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30szt lub a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

226. Pakiet 20, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników centralnych w całości wykonany z foli poliuretanowej w rozmiarze 10x12cm, posiadający system aplikacji typu „ramka"?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

227. Pakiet 20, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

228. Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą w rozmiarze 60x52cm lub 70x80cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

229. Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą w rozmiarze 40x34cm lub 42x42cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

230. Pakiet 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą w rozmiarze 15x26cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

231. Pakiet 23, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

232. Pakiet 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 55x55cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

233. Pakiet 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 56x84cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

234. Pakiet nr 27, pozycja 1

Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź: Tak, żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany metodą sterylizacji parą wodną.

235. Pakiet nr 27, pozycja 1

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

Odpowiedź: Nie, żel ma być zgodny w wymaganiami opisanymi w SIWZ. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami SIWZ.

236. Pakiet nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu.

237. Pakiet nr 39, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu.

238. Pakiet nr 56, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 159 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku. W tym przypadku będzie to 158,33 op – Zamawiający zamówi pene opakowanie.

239. Pakiet nr 56, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści pas do KTG szary, posiadający odstępy pomiędzy otworami - 3cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

240. Pakiet nr 56, pozycja 32-33

Czy Zamawiający dopuści kołnierz stabilizujący z otworem tracheotomijnym wykonany z wyprofilowanej anatomicznie pianki polietylenowej, wzmocnienia z PCV, przepuszczalny dla promieni RTG, zapinany i regulowany przy pomocy taśmy zapinanej na rzep w rozmiarach S (obwód szyi 26-33 cm), M (obwód szyi 33-40 cm] ,L obwód szyi 40-48 cm]?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

241. Pakiet nr 56, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści marker permanentny, czarny, z 15cm skalą pomiarową?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

242. Pakiet nr 56, pozycje 2-7, 25, 26, 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu niebędącego wyrobem medycznym, na 23% stawce vat?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

243. Pakiet nr 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny wykonaną z przeźroczystego materiału? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

244. Pakiet nr 59, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe golarki pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem ilości do 20 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku. Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp poprawia omyłkę pisarską w jednostce miary na „opak a nie szt" i doprecyzowuje, że jedno opak = 100 szt golarek.

245. Pakiet nr 59, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem o szerokości ok 3,5cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

246. Pakiet nr 60, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu niebędącego wyrobem medycznym, na 23% stawce vat?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

247. Pakiet nr 61, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210x30?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

248. Pakiet nr 61, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier do drukarki Sony na rolce o długości 25 m?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

249. Pakiet nr 61, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106x25?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

250. Pakiet nr 61, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x23?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

251. Pakiet nr 61, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x140x150?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

252. Pakiet nr 61, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 57x30, bez nadruku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

253. Pakiet nr 61, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 28x25?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru w rozmiarze 28x25..

254. Pakiet nr 67, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o średniej sile zrywu min. 7N, grubości na palcu 0,12±0,02 mm, przebadane na min. 4 substancje chemiczne zgodnie z EN 16523-1?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych rękawic.

255. Pakiet nr 67, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe polimerowane, wewnętrznie chlorowane, siła zrywu przed starzeniem min. 6.5N, grubości na palcu 0,08±0,01 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych rękawic.

256. Pakiet nr 67, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości na palcu 0,12(±0,02]mm, posiadające siłę zrywu przed starzeniem min. 6N, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, zewnętrzna teksturowana na końcach palców, odporne na 2 substancje chemiczne zgodne z normą 374-3 (40% wodorotlenek sodu - poziom 6, n-heptan - poziom 5), oraz min. 10 cytostatyków zgodnie z równoważną normą ASTM D 6978 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych rękawic.

257. Pakiet nr 72, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kapturki pakowane a'200 sztuk z przeliczeniem ilości do 8 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

258. Pakiet nr 73, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe miarki pakowane a'1000 sztuk z przeliczeniem ilości do 1 opakowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu pod warunkiem przeliczenia zgodnie z zapisami SIWZ, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

259. Pakiet nr 73, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu niebędącego wyrobem medycznym, na 23% stawce vat?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

260. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 70 ostrza najnowszej generacji uniwersalnego do każdego rodzaju owłosienia o najniższym na rynku współczynnikiem zacięć , którego konstrukcja eliminuje uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy. Szerokość cięcia 3,64 cm. Wraz z nieodpłatnym zaoferowaniem 8 sztuk kompatybilnych strzygarek z czasem pracy ciągłej 160 minut w komplecie z ładowarkami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanych ostrzy.

261. Prosimy zamawiającego w pak 22 poz 1,2,3 o doprecyzowanie zapisów odnośnie KONTROLOWANEGO DZIAŁANIA BAKTERIOBÓJCZEGO czy zamawiający wymaga potwierdzenia działania bakteriobójczego opublikowanymi badaniami klinicznymi na ponad 1000 pacjentów?

Prosimy w pak 22 poz 1,2,3 o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga aby folia chirurgiczna bakteriobójcza ze względu na zawartość substancji leczniczej była wyrobem medyczny klasy III, i posiadała właściwy certyfikat CE jednostki notyfikowanej, poświadczający działanie bakteriobójcze?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby folia chirurgiczna bakteriobójcza ze względu na zawartość substancji leczniczej była wyrobem medyczny klasy III.

262. Pakiet 22

Folia chirurgiczna bakteriobójcza zawiera jodofor w warstwie klejącej z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, zapewnia to trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego, posiada wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, co zapewnia doskonałą przylepność podczas zabiegów operacyjnych 66x60cm. Folia chirurgiczna bakteriobójcza zawiera jodofor w warstwie klejącej z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, zapewnia to trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego, posiada wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, co zapewnia doskonałą przylepność podczas zabiegów operacyjnych

44x35cm. Folia chirurgiczna bakteriobójcza zawiera jodofor w warstwie klejącej z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, zapewnia to trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego, posiada wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, co zapewnia doskonałą przylepność podczas zabiegów operacyjnych 15x20cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi pytania w powyższym opisie.

Pakiet 67 poz.1

263. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,10±0,01mm, sile zrywu min. 7,4N oraz przebadanych na 8 substancji na min. 1 poziomie wg normy EN 374-3.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych rękawic.

264. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,08mm
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych rękawic.

265. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o sile zrywania po starzeniu min. 6,5N
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych rękawic.

266. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych przebadanych na przenikanie 11 substancji na min. 2 poziomie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych rękawic.

267. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych przebadanych na 10 substancji chemicznych na min. 1 poziomie .
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych rękawic.

268. Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019 r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425. Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych zmieniono na normę równoważną EN 16523-1. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

269. Pakiet 67 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych o grubości na palcu 0,07±0,01mm oraz sile zrywania min. 3,6N.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych rękawic.

270. Pakiet nr 9 poz. 13-18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych pudrowanych o zawartości protein < 58µg/g.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o zawartości protein < 58µg/g.

271. Pakiet 22 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze 80x60cm o powierzchni całkowitej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

272. Pakiet 22 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze 40x40cm o powierzchni całkowitej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

273. Pakiet 22 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze 20x20cm o powierzchni całkowitej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

274. Pakiet 23 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze 30x28cm o powierzchni lepnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

275. Pakiet 23 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze 45x55cm o powierzchni lepnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

276. Pakiet 23 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze 56x80cm o powierzchni lepnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

277. Pakiet 30 poz.2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku w rozmiarze 10x10cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje opatrunku w rozmiarze 10x10cm. W związku z art. 38 ust 4 na podstawie 38 ust. 2 Zamawiający poprawia w Pakiecie omyłkę pisarską i doprecyzowuje rozmiar.

278. Pakiet 30 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu 30 pozycji 12 z tytułu zaprzestania produkcji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

279. Pakiet 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka do mycia głowy pacjenta, czepek nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, z dwuwarstwową strukturą czepka: zewnętrzną foliową wykonaną z polietylenu i wewnętrzną warstwą nawilżonej warstwy absorpcyjnej o gramaturze 160 g/m2, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej od 30 sekund przy mocy 750 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu.

280. Pakiet 13 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, bezzapachowe, wstępnie nawilżone o wymiarach 15,5 x 21 cm (+/- 0,5cm), 125 GSM (g/m2), w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 45 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 rękawic. Instrukcja użycia w formie piktogramu oraz opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu.

281. Pakiet 13 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy do toalety pacjenta o naturalnym pH, antybakteryjne, hipoalergiczne, bezzapachowe, wstępnie nawilżone o wymiarach 15,5 x 21 cm (+/- 0,5cm), 125 GSM (g/m2), w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością substancji o działaniu p/bakteryjnym chlorku benzalkoniowego oraz pielęgnującym aloesu i witaminy E, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 45 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 rękawic. Instrukcja użycia w formie piktogramu oraz opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu.

Pakiet 69 poz. 1

282. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml) z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm

bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. Pakowane po 12 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający opusz zaoferowanie opisanej wyżej wody do tlenoterapii.

283. Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

Odpowiedź: Zamawiający opusz zaoferowanie opisanej wyżej wody do tlenoterapii.

284. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający opusz zaoferowanie opisanej wyżej wody do tlenoterapii.

285. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

Odpowiedź: Zamawiający opusz zaoferowanie opisanej wyżej wody do tlenoterapii.

286. Pakiet 56, poz. 21

czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

287. Pakiet 56, poz. 17-19,24-25,36-37

Czy zamawiający wydzieli poz.17-19,24-25,36-37 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela pozycje do Pakietu nr 56A.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 17-19, 24-25, 36-37 do Pakietu nr 56A.

W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:

1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 102 Pakietów, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 102 Pakietach:

dodaje się Pakiet nr 56A: Sprzęt jednorazowy niesterylny

3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 56A: 600,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 56: 3 300,00 zł (pozostała treść bez zmian)

4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 56A: 1 500,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 56: 8 300,00 zł (pozostała treść bez zmian)

5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 56A: 1 500,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 56: 8 300,00 zł (pozostała treść bez zmian)

6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 56A: 30,00 zł oraz poprawia się wadium dla Pakietu nr 56: 170,00 zł (pozostała treść bez zmian)

288. Pakiet 58, poz.1

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

289. Pakiet 3, poz. 14-15,24-25,29,31

Czy zamawiający wydzieli poz.14-15,24-25,29,31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela wymienione pozycje do Pakietu nr 3B.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 14-15, 24-25, 20, 31 do Pakietu nr 3B.

W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:

1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **103 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 103 Pakietach:

dodaje się Pakiet nr 3B: Maski do tlenu, pojemniki do moczu, przewód do cystoskopu, zaciski do pępowiny

3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 3B: 960,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 3: 4 700,00 zł (pozostała treść bez zmian)

4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 3B: 2 400,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 3: 11 800,00 zł (pozostała treść bez zmian)

5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 3B: 2 400,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 3: 11 800,00 zł (pozostała treść bez zmian)

6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 3B: 50,00 zł oraz poprawia się wadium dla Pakietu nr 3: 235,00 zł (pozostała treść bez zmian)

290. Pakiet 7, poz. 8-9

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

291. Pakiet 8, poz.1-3

czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie papier-folia.

292. Pakiet 8, poz.1-3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów i krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu.

293. Pakiet 8, poz.1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela wymienione pozycje do Pakietu nr 8A.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 1-3 do Pakietu nr 8A.

W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:

1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **104 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 104 Pakietach:

dodaje się Pakiet nr 8A: Przyrządy do przetaczania płynów

3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 8A: 4 400,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 8: 900,00 zł (pozostała treść bez zmian)

4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):
- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 8A: 11 000,00 zł
- poprawia się warunek dla Pakietu nr 8: 2 200,00 zł (pozostała treść bez zmian)
5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):
- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 8A: 11 000,00 zł
- poprawia się warunek dla Pakietu nr 8: 2 200,00 zł (pozostała treść bez zmian)
6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 8A: 220,00 zł oraz poprawia się wadium dla Pakietu nr 8: 40,00 zł (pozostała treść bez zmian)

294. Pakiet 11, poz. 9
Czy zamawiający wydzieli poz.9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

295. Pakiet 19, poz. 1-3
czy zamawiający oczekuje wyceny a opakowanie 10 mb w stanie spoczynku?
Odpowiedź: Tak.

296. Pakiet 19, poz. 1-3
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

297. pakiet 19, poz. 18-19
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

298. pakiet 19, poz. 23

czy zamawiający dopuści serwety operacyjne jałowe z nitką radiacyjną i tasiemką, serweta o wymiarze 45 cm x 45 cm x 1 szt z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych serwet.

299. Pakiet 19, poz. 20-22,24-27

Czy zamawiający wydzieli poz.20-22,24-27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela wymienione pozycje do Pakietu nr 19A.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 20-22, 24-27 do Pakietu nr 19A.

W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:

1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **105 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 105 Pakietach:

dodaje się Pakiet nr 19A: Materiały opatrunkowe – opaski, wata

3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 8A: 2 300,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 8: 13 000,00 zł (pozostała treść bez zmian)

4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 8A: 5 600,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 8: 32 500,00 zł (pozostała treść bez zmian)

5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 8A: 5 600,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 8: 32 500,00 zł (pozostała treść bez zmian)

6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 8A: 110,00 zł oraz poprawia się wadium dla Pakietu nr 8: 650,00 zł (pozostała treść bez zmian)

300. Pakiet 20, poz. 7

Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

301. Pakiet 20, poz. 7

czy zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul o wymiarze 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

302. Pakiet 20, poz. 7

czy zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul z zintegrowanym opatrunkiem, bez dodatkowej luźnej podkładki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

303. Pakiet 21, poz.1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

304. Pakiet nr 26

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania (oryginalnej anglojęzycznej wraz z tłumaczeniem) produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej gazy i nie wymaga złożenia instrukcji użytkowania wraz z ofertą.

305. Czy Zamawiający w pak 2 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik Foley sterylny, pojedynczo pakowany/w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk, oznakowanie na cewniku rozmiaru i pojemności balonu, rozmiary 10CH-26CH?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników w opakowaniu zbiorczym 10 szt.

306. Czy Zamawiający w pak 38 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Klipsy do laparoskopii - do klipsownicy HEMOCLIP PLUS, tytanowe, w zasobniku po 6 szt., magazynki z samoprzylepną taśmą?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

307. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą pak 38 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu.

308. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 38 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (czyli wszystkimi głównymi wewnętrznymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów posiadających klasę IIB. U Zamawiającego nie są wykonywane zabiegi kardiochirurgiczne.

309. Czy Zamawiający w pak 54 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw trokarów 5mm (2 trokary pakowane oddzielnie) bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi, atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany asymetrycznie. Kaniula - żebrowanie atraumatyczne, dł. 70mm. Pakowany po 6 sztuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionych produktów.

310. Czy Zamawiający w pak 54 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Trokar 12mm (jedna kaniula + 1 obturator) atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany, asymetryczny, długość 100mm. Sterylny, pakowany po 6 sztuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionych produktów.

Pakiet nr 78 Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne:

311. Poz.28 Czy Zamawiający wymaga nożyczki opatrunkowe dł. 19cm typ Cast Cutter dł. 19cm, jedno ostrze dłuższe zakończone kuleczką spłaszczoną i ząbkowane,ostrza utwardzone,uchwyt ergonomiczny,jedno ucho w uchwycie odgięte i mniejsze oraz krótsze?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek o dł. 19cm typ Cast Cutter oraz wszystkich pozytywnie rozpatrzonych w odpowiedziach na zapytania.

312. Poz.54. Czy zamawiający wymaga kleszcze diagnostyczne typ grasper do laparoskopii diagnostycznej i operacyjnej do cerix bipolarne, giętkie,dł. 34cm,śr. 5mm,komplet z uchwytem,rurką zewnętrzną i wewnętrzną oraz adapterem do kabla,część robocza szer.3mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania wyżej opisanych kleszczy oraz wszystkich pozytywnie rozpatrzonych w odpowiedziach na zapytania.

313. Poz.55 czy zamawiający wymaga kosz perforowany ze stali nierdzewnej 410x240x70mm,s kładane uchwyty, perforowane dno4x4mm,perforowane ścianki 2x2mm ,polerowany elektrolitycznie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

314. Poz.56 czy zamawiający wymaga przykrycie do kosza ze stali nierdzewnej 411x243mm perforacja 4x4mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

315. Poz.57 czy zamawiający wymaga matę silikonową 380x230mm?

Odpowiedź:Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

316. Poz. 69 czy zamawiający wymaga kleszcze ginekologiczne monopolarne do laparoskopii diagnostycznej dł.33cm typ Blakesley śr. 5mm,jedno ostrze ruchome,komplet z uchwytem bez blokady i rurką izolacyjną,z wtykiem do kabla monopolarnego 4mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

317. Pakiet nr 79 poz.4. Czy zamawiający wymaga piłki Olivecrona1,8mm/50cm ponieważ piłki Gigli mają grubość wyłącznie 1,4mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania piłki Olivecrona1,8mm/50cm.

318. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w SIWZ, załączniki nr 2.1 i 2.2 na pakiet nr 96

319. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dodaje brakujący opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 41 formularza cenowego:

pkt III Szwy niewchłanialne jednowłóknowe, polipropylenowe, na igle okrągłej lub okrągło – tnącej. Igła " koła lub 3/8 koła na obu końcach nitki. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła silikonowa, odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę, stabilność w imadle

w poz 54 i 55 powinno być:

54	10-14mm	6\0	60-75cm		36	sasz.
55	10-14mm	5\0	60-75cm		36	sasz.

320. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dodaje brakujący opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 41 formularza cenowym:

pkt IV powinien być opis: Syntetyczny szew niewchłanialny, poliamidowy.monofilamentowy, igła odwrotnie tnąca ,PK- igła kosmetyczna ,atraumatyczna, powlekana silikonem, z wydłużonym czubkiem.

321. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w Pakiecie nr 41 wymogi dla szwów wchłanialnych pod tabelą formularza cenowego:

wpisane było: 1) szwy muszą pochodzić od jednego producenta (poz. 1 – 62 i od 92-98)

powinno być: 1) szwy muszą pochodzić od jednego producenta (poz. 1 – 55 i od 85-91)

322. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w Pakiecie nr 41 wymogi dla statek pod tabelą formularza cenowego:

wpisane było: 4) dotyczy pkt VII – XIV

powinno być: 4) dotyczy pkt VI – XIII

323. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w Pakiecie nr 94 formularza cenowego opis przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie do wyceny opuszczonej pozycji w opisie systemu do rewizji biodra:

w formularzu cenowym dodaje się ppkt i) o treści: głowa metalowa 22mm, 28mm, 32mm, 36mm - 2 szt

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1846 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

1. Część IX SIWZ: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W ofercie jest:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **07.04.2020r do godz. 09:50.**

W ofercie powinno być:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia 15.04.2020r do godz. 09:50.

2. Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, Część XII pkt 1 SIWZ jest:

W ofercie jest:

Składanie ofert **do dnia 07.04.2020r. do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.04.2020r. o godzinie 12:00** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2; 64-600 Oborniki – budynek F, wejście B, sala konferencyjna nr 17.

W ofercie powinno być:

Składanie ofert **do dnia 15.04.2020r. do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.04.2020r. o godzinie 12:00** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2; 64-600 Oborniki – budynek F, wejście B, sala konferencyjna nr 17.

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 84 poz. 2
2. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 94 – poprawa opisu
3. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 78, 78A
4. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 38 poz. 3
5. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 61
6. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 11, 11A
7. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 2, 2A
8. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 3, 3A, 3B
9. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 56, 56A
10. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 8, 8A
11. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 19, 19A
12. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 41 – poprawa opisu
13. Załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ – poprawa nr Pakietu
14. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 59 – poprawa omyłki pisarskiej
15. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 30 – poprawa omyłki pisarskiej
16. Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 93 – doprecyzowanie
17. Załącznik nr 6, 6.1, 6.2 do SIWZ

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska