Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/08/21/254

Oborniki, dnia 08.12.2021r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZPD/08/21**

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Pzp na **zakup sprzętu endoskopowego dla SP ZOZ w Obornikach** opublikowanego w dniu 01.12.2021 w BZP pod numerem 2021/BZP 00294017/01.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pytanie 1 załącznik nr 2.1 do SWZ, punkt 110 Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie w postępowaniu serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 8 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 8 lat ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający umożliwi zaoferowanie serwisu pogwarancyjnego na okres min. 8 lat. Informuje również, iż omyłkowo dodał do opisu przedmiotu zamówienia zakup części zamiennych na okres 10 lat. Zamawiający oświadcza, iż nie wymaga zakupu części zamiennych przez oraz dokona poprawy omyłki pisarskiej w zapisach SWZ.

2. Załącznik nr 2.1 do SWZ, punkt 46, 48, 56 Czy Zamawiający wymaga aby procesor obrazu i źródło światła było w pełni współpracujące z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby procesor obrazu i źródło światła było w pełni współpracujące z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami.

3. Załącznik nr 2.1 do SWZ, punkt 13, 29 Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w wymogu „ Pełna współpraca z torem wizyjnym z posiadanymi endoskopami GIF – Q165 i CF – Q15L" Czy Zamawiający miał na myśli pełną współpracę oferowanego gastroskopu i kolonoskopu z oferowanym torem wizyjnym i pełną współpracę posiadanych endoskopów GIF-Q165 i CF-Q165L (CF-Q15L jest prawdopodobną również omyłką pisarską) z oferowanym procesorem i źródłem światła ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli pełną współpracę oferowanego gastroskopu i kolonoskopu z oferowanym torem wizyjnym i pełną współpracę posiadanych endoskopów GIF-Q165 i CF-Q165L. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską.

4. Załącznik nr 2.1 do SWZ, punkt 76-81 Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie w postepowaniu używany po demonstracyjny wózek medyczny spełniające wymaganie techniczne wyprodukowany wcześniej niż 2020-2021 roku, lecz nie wcześniej niż w 2019 r ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w wózka medycznego.

5. Załącznik nr 2.1 do SWZ, punkt 58 Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie w postepowaniu używany po demonstracyjny monitor medyczny spełniający wymaganie techniczne wyprodukowany wcześniej niż 2020-2021 roku, lecz nie wcześniej niż w 2019 r ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w monitor.

6. Załącznik nr 2.1 do SWZ, punkt 58 Czy Zamawiający wymaga aby oferowany monitor był monitorem medycznym ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby oferowany monitor był monitorem medycznym.

7. Załącznik nr 2.1 do SWZ, punkt 59 Czy Zamawiający umożliwi z zaoferowanie w postepowaniu monitor medyczny o przekątnej 26 cali ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

8. Załącznik nr 2.1 do SWZ, punkt 62 Czy Zamawiający umożliwi z zaoferowanie w postepowaniu monitor medyczny o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD) ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Załącznik nr 2.1 do SWZ, punkt 66 Czy Zamawiający umożliwi z zaoferowanie w postepowaniu monitor medyczny z kontrastem 1400:1
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Załącznik nr 2.1 do SWZ, punkt 67, 68, 69 Czy Zamawiający umożliwi z zaoferowanie w postepowaniu monitor medyczny z wejściami : HD-SDI x 2, video BNC, Y/C, DVI x 2 i wyjściami HD-SDI, SDI, Video, Y/CDVI ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Załącznik nr 2.1 do SWZ, punkt Czy Zamawiający umożliwi z zaoferowanie w postepowaniu monitor medyczny z Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości Full HD na drugi monitor, z funkcją skalowania obrazu do jakości HD o wadze 7,8 kg ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy i swz :
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji?"
Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza braku określenia roku produkcji. Zamawiający dopuszcza jednak rok produkcji min. 2020.

13. Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy i swz:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem produkcji 2020 r ?
Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 2020r.

14. Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy i swz rozdział III punkt 4,
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyposażenia (np. do myjni zmiękczacz, ednoskan), które nie są wyrobami medycznymi w myśl ustawy z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności złożenia dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w rozdziale III punkt 4,
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

15. Dotyczące zapisów umowy, swz – rozdział IV:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin realizacji wynosił 4 tygodnie od daty podpisania umowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający informuje, iż sprzęt jest dofinansowany z budżetu państwa, których środki muszą zostać rozliczone do 31.12.2021r.

16. Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów swz rozdział V punkt 4b)
Ponieważ nie wszystkie opisane przez Zamawiającego parametry techniczne znajdują się w oryginalnych ulotkach producenta czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy - autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego wartości parametrów technicznych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

17. Dotyczące zapisów swz rozdział VI punkt 1h:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast złącznika ze wzorem umowy Wykonawca załączył do oferty odpowiednie oświadczenie akceptujące warunki umowy oraz zobowiązanie jej podpisania?
(Zamawiający zamieścił swz w pdf brak możliwości naniesienia zmian w przypadku modyfikacji odpowiedziami na pytania
Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ. Wszelkie zmiany w przypadku modyfikacji odpowiedziami na zapytania są wstawiane przez Zamawiającego.

18. Dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku gdy rodzaj naprawy możliwy jest tylko w warunkach serwisowych na naprawę aparatu w serwisie Wykonawcy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

19. Dotyczące zapisów opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy paragraf 4 ustęp 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany elementu/ podzespołu przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 12 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego"

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy,
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

20. Dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1a:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5% ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

21. Dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1b:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 1000,00 zł ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

22. Dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby suma naliczonych kar umownych nie przekroczyła 20% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy dla danego pakietu ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

23. Dotyczące zapisów formularza z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 114
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zamiast dokumentów wymienionych w pkt 114 załączył oświadczenie potwierdzające posiadanie takich dokumentów?
Zgodnie z zapisami swz Wykonawca składa oświadczenie – załącznik nr 6 do swz potwierdzające posiadanie takich dokumentów
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

24. Dotyczące zapisów swz rozdział VI punkt 1h:
Ponieważ Zamawiający wymaga załączenia do oferty załącznika ze wzorem umowy prosimy w przypadku pozytywnych odpowiedzi i modyfikacji na pytania załączenie wzoru umowy uwzględniającego odpowiedzi i modyfikacje Zamawiającego
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzonego wzoru umowy. Wszelkie zmiany w przypadku modyfikacji odpowiedziami na zapytania są wstawiane przez Zamawiającego.

ZMIANY ZAPISÓW SWZ

I. W związku z trwającym udzielaniem odpowiedzi na zapytania Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje modyfikacji i doprecyzowania zapisów SWZ:

1. W załączniku nr 5 do SWZ § 4 pkt 5 jest:

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego.

Powinno być:

„Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany elementu/ podzespołu przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 12 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego"

2. **W załączniku nr 2.1 pkt 13 do SWZ jest:**

13.	Pełna współpraca z torem wizyjnym z posiadanymi endoskopami GIF – Q165 i CF-Q15L	PODAĆ	

Powinno być:

13.	Pełna współpraca z torem wizyjnym z posiadanymi endoskopami GIF – Q165 i CF-Q165L	PODAĆ	

3. **W załączniku nr 2.1 pkt 29 do SWZ jest:**

29.	Pełna współpraca z torem wizyjnym z posiadanymi endoskopami GIF – Q165 i CF-Q15L	PODAĆ	

Powinno być:

29.	Pełna współpraca z torem wizyjnym z posiadanymi endoskopami GIF – Q165 i CF-Q165L	PODAĆ	

4. **W załączniku nr 2.1 pkt 110 do SWZ jest:**

110.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	PODAĆ	

Powinno być:

110.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny, dostępny przez okres min. 8 lat	PODAĆ	

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

Załączniki :

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Wzór umowy