Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/ 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/07/18/194

Oborniki, dnia 28.06.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/07/18

Dot. przetargu nieograniczonego **na zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego oraz wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach – zadanie 2 pt. „zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach"**, ogłoszonego w dniu 30.05.2018r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

CZĘŚĆ II ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach (zwany dalej: Zamawiający"), ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) udziela odpowiedzi na zapytania:

Dotyczy pakietu nr 11:

14. Ad, 2. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitory o budowie kompaktowej z modułami wymiennymi umieszczonymi w miejscach parkingowych wewnątrz aparatu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitorów o budowie kompaktowej z modułami wymiennymi umieszczonymi w miejscach parkingowych wewnątrz aparatu.

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

15. Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez jednoczesnej prezentacji 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kardiomonitorów bez jednoczesnej prezentacji 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

16. Ad. 8, 12. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z ustawianiem alarmu bezdechu w zakresie od 10 do 40 s?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitorów z ustawianiem alarmu bezdechu w zakresie od 10 do 40 s.

17. Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z szybkim dostępem do 5 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kardiomonitorów z szybkim dostępem do 5 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

18. Ad.10. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory wyposażone w 2 mankiety dla dorosłych o rozmiarach: 25-35 cm oraz 33-47 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitorów wyposażonych w 2 mankiety dla dorosłych o rozmiarach: 25-35 cm oraz 33-47 cm.

19. Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych z 120-godzinnymi trendami z rozdzielczością 1 minuta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora funkcji życiowych z 120-godzinnymi trendami z rozdzielczością 1 minuta.

20. Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z ciągłym zapisem w pamięci monitorowanych wartości liczbowych i fal dynamicznych z okresu 48 godzin?

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitorów z ciągłym zapisem w pamięci monitorowanych wartości liczbowych i fal dynamicznych z okresu 48 godzin.

Dotyczy pakietu nr 15 Ssak elektryczny

21. **Czy Zamawiający dopuści ssak o następujących parametrach:**

Ssak elektryczny, przejezdny na podstawie jezdnej,

1) Zasilanie 230[V], 50 [Hz], +/-10 [%],

2) Pobór mocy max. 186 VA,

3) Obudowa wykonana z trwałego materiału,

4) Tłokowa, bezolejowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji

5) Siła ssania minimum 40l/min

6) Poziom głośności 45 dB

7) Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki

8) Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l.

9) Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie do 95 kPa

10) Waga ssaka max. 19 kg

11) Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O do użycia w przypadkach stosowania drenażu ciągłego, intensywnej terapii bezpośrednio do ssaka.

12) Możliwość rozbudowy urządzenia o system wkładów jednorazowych na odsysane treści.

13) Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w 4 koła w tym dwa z blokadą.

14) Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m

15) Poliwęglanowy zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową,

16) Butla miareczkowana o pojemności 2 l – 2 szt. na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji w temp 121°C, wykonana z nietłukącego materiału

17) Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu

18) Deklaracja Zgodności,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ssaka o wyżej opisanych parametrach.

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

Pakiet nr 11

22. Pkt.6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej z możliwością monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego lub trzyżyłowego wyświetlając- 1,2 lub 7 odprowadzeń jednocześnie. Prezentacja na ekranie 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji z 3 elektrod nie będzie miała wartości diagnostycznej a jedynie symulowaną. W zestawie oferujemy rozłączny kabel 5-żyłowy.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora o budowie kompaktowej z możliwością monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego lub trzyżyłowego wyświetlając- 1,2 lub 7 odprowadzeń jednocześnie. Prezentacja na ekranie 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji z 3 elektrod. W zestawie rozłączny kabel 5-żyłowy.

23. **Pkt.10 –** Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej z podręcznym zestawieniem ostatnio wykonanych pomiarów dostępnym na pasku skrótów kardiomonitora? Rozwiązanie takie jest dużo lepsze ze względu na konieczność wykonania jednaj czynności w porównaniu z dwoma w przypadku dostępu w menu modułu NIBP.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora o budowie kompaktowej z podręcznym zestawieniem ostatnio wykonanych pomiarów dostępnym na pasku skrótów kardiomonitora.

24. **Pkt. 8, 12 -** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z ustawialnym czasem bezdechu w zakresie 10 – 60 sekund? Ze względu na fizjologię człowieka w/w parametry w zupełności wystarczają do poprawnej analizy stanu zdrowia pacjenta. Ponadto taki czas nastaw nie powoduje pustych alarmów dla braku oddechów do 10 s

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora z ustawialnym czasem bezdechu w zakresie 10 – 60 sekund.

25. **Pkt.48 –** Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej z zakresem pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi -50 do 300 mmHg? Jest to wystarczający zakres do prawidłowego monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora o budowie kompaktowej z zakresem pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi -50 do 300 mmHg.

26. **Pkt. 17. -** Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów graficznych oraz tabelarycznych z ostatnich 150 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min, 30 min, 60 min oraz zapis „full disclosure z ostatnich 48 godzin w rozdzielczości 1 sekundowej? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta i standardowo oferowane przez większość producentów kardiomonitorów.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora z pamięcią trendów graficznych oraz tabelarycznych z ostatnich 150 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min, 30 min, 60 min oraz zapis „full disclosure z ostatnich 48 godzin w rozdzielczości 1 sekundowej.

Pakiet nr 9 – Łóżko szpitalne elektryczne – 3 szt.

27. Czy Zamawiający dopuści łóżko, wytworzone przy użyciu nanotechnologii tytanu nanoszonego na gotowy produkt oraz na elementy sterowania (poz.2, 26, 30, 38). Warto nadmienić, że wymagana nanotechnologia srebra, jej działanie jest na razie mało znane, http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka wytworzonego przy użyciu nanotechnologii tytanu nanoszonego na gotowy produkt oraz na elementy sterowania (poz.2, 26, 30, 38).

28. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego minimalna wysokość leża od podłogi wynosi 440 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka, którego minimalna wysokość leża od podłogi wynosi 440 mm.

29. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia są bez alarmu akustycznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka, którego panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia są bez alarmu akustycznego. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

30. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wskaźnikami nachylenia segmentów leża na stałe wbudowanymi w barierkach bocznych informujących o nachyleniu ramy leża oraz o nachyleniu oparcia pleców?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka ze wskaźnikami nachylenia segmentów leża na stałe wbudowanymi w barierkach bocznych informujących o nachyleniu ramy leża oraz o nachyleniu oparcia pleców.

31. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki wykonane z tworzywa, bezpieczne i ergonomiczne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka wyposażonego w wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki wykonane z tworzywa, bezpieczne i ergonomiczne.

32. Dotyczy: pakietu 3.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwę zasilającą z 3 gniazdami montowaną w korpusie wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka wyposażonego w listwę zasilającą z 3 gniazdami montowaną w korpusie wózka.

Dotyczy części nr 7:

33. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o parametrach różniących się względem SIWZ:

- kołderka na całe ciało dla dorosłych o wymiarach 203 x 102 cm
- kołderka na górne części ciała o wymiarach 102 x 203 cm
- kołderka na dolne części ciała o wymiarach 163 x 102 cm
- kołderka pod ciało o wymiarach 203 x 102 cm
- możliwość zamocowania do pionowych rur i uchwytów
- producent nie podaje mocy elementu grzejnego, określa parametry elektryczne: zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz, 4.0A
- system filtracji 0,2 µm, brak dodatkowych filtrów w kołderkach
- brak licznika czasu pracy urządzenia; przeglądy techniczne wykonywane w stałych odstępach czasu
- prędkość przepływu powietrza 8,4-12,7 m/sec
- alarm wizualny i dźwiękowy przekroczenia zadanej temperatury

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia do ogrzewania pacjenta o wyżej opisanych parametrach. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

34. **Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wg poniższego opisu?

Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Regulacja temperatury za pomocą pokrętła. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70°C. Termoregulator nagrzewania płyty od 0 do 85°C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Regulacja wysokości w zakresie 1140/1280 mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszerxzakres regulacji): 560x560x1140/1280 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stojaka o wyżej opisanych parametrach.

Pakiet nr 4 – Aparatu RTG z ramieniem C:

35. *Dotyczy Załącznika nr 2.4, Warunki gwarancji i serwisu pkt 3*

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72h.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy. Zapis pozostaje bez zmian.

36. *Dotyczy Załącznika nr 2.4, Warunki gwarancji i serwisu pkt 3 oraz Wzór umowy §6 ust 5*

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

*„Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego **istotnego** elementu/podzespołu **jak np. detektor czy lampa**, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów."*

Wyjaśniamy, iż awarie mogą dotyczyć małoistotnych elementów jak myszka lub kabel, które nie wpływają na działanie aparatu i w takim przypadku wymiana sprzętu na nowy jest nieuzasadniona ekonomicznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zapis dotyczy istotnych elementów, które mają wpływ na działanie aparatu, a nie elementów takich jak myszka czy kabel.

37. *Dotyczy Wzoru Umowy §7 lit. a)*

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% licząc od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

38. *Dotyczy Wzoru Umowy §7 lit. a)*

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

Odpowiedź: Zamawiający będzie naliczał kary umowne we wszystkie dni. Szpital jako jednostka publiczna pracuje w ruchu ciągłym, w razie konieczności naprawy sprzętu odbywają się również w soboty i niedziele. Ponadto wszystkie awarie zgłaszane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pakiet nr 7

39. Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie kołderek grzewczych o wymiarach:

- dla dorosłych 195 x 100 cm
- na górne części ciała 192x57 cm
- na dolne części ciała 120x100 cm
- pod ciało pacjenta 217x91 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kolderek grzewczych o wyżej opisanych wymiarach. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

40. Pkt. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta lub wózku

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

41. Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie mocy elementu grzejnego 700W, przy łącznej mocy urządzenia 1400W

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania elementu grzejnego 700W, przy łącznej mocy urządzenia 1400W. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

42. Pkt. 8, 9

Prosimy o dopuszczenie 1 filtra hepa wbudowanego w urządzenie grzewcze

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 1 filtra hepa wbudowanego w urządzenie grzewcze. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

43. Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie alarmów: przegrania - dźwiękowy i wizualny oraz usterki systemu - dźwiękowy

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia w wyżej wymienionymi alarmami. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

44. Pkt. 17

Prosimy o dopuszczenie 2 prędkości przepływu 1275 l/min i 793 l/min

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o wyżej podanych prędkościach przepływu. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

45. Prosimy o dopuszczenie obudowy wykonanej z tworzywa ABS

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o obudowie wykonanej z tworzywa ABS. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

Do zadania 7

46. Punkt 3 Prosimy o dopuszczenie systemu złożonego z centralnego urządzenia grzewczego i kołderek grzewczych - dla dorosłych 213 cm x 91 cm - na górne części ciała 188 cm x max 61 cm lub 213cm x 91 cm Pozostałe kołderki zgodne z wymiarami podanymi przez zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego systemu. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

47. Punkt 8,9 Prosimy o dopuszczenie metody ogrzewania gdzie filtracja powietrza jest zapewniona poprzez filtr wysokiej skuteczność 0,2 mikrona MERV 14 wg ASHRAE Standard 2012-52.2 oraz konstrukcję kołderki z systemem kanałów powietrznych zapewniających równomiernie rozprowadzone ciepło na ciało pacjenta powietrzem epidemiologicznie czystym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanej metody ogrzewania. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

48. Punkt 12 Prosimy o dopuszczenie kołderek pod pacjenta w celu jeszcze szybszej identyfikacji oraz sprawniejszego stosowania oznaczenia piktogramem, kołdry na pacjenta strona od strony pacjenta oznaczona kolorowymi symbolami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania jak wyżej. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

49. Punkt 15. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie urządzenia posiadające możliwość monitorowania godzin pracy urządzenia oraz monitorowania czasu ogrzewania pacjenta z ustalonym co 500 godzin lub raz w roku obowiązkiem wymiany filtra?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia opisanego powyżej. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

50. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 4

Czy zamawiający dopuści czytelny, ciekłokrystaliczny ekran dotykowy, płaski, łatwy do utrzymania w czystości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora z czytelnym, ciekłokrystalicznym ekranem dotykowym, płaskim łatwym do utrzymania w czystości.

51. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 5

Czy zamawiający dopuści aparat bez podświetlanych gniazd (nie ma to znaczenia w działaniu aparatu)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu bez podświetlanych gniazd. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

52. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 6

Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3pinowym, oraz jednopinowym 4mm oraz kabli z wtykiem typ. Martin ?

Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w 2 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 2pinowym,oraz 1pinowym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu z wyżej opisanymi możliwościami podłączenia kabli. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

53. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 7

Czy zamawiający odstąpi od podpunktu 7 – podane parametry nie mają znaczenia w działaniu aparatu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi od ppkt 7. Opis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

54. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 10

Czy zamawiający dopuści aparat z komunikatami w języku angielskim?

Czy zamawiający dopuści aparat bez instrukcji oraz możliwości filmu instruktażowego na ekranie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 10 parametrów.

55. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 11

Czy zamawiający dopuści prosty system monitorujący poprawność aplikacji elektrody biernej dzielonej i niedzielonej oraz brak elektrody?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 11 parametrów.

56. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 15

Czy zamawiający dopuści aparat z zapamiętywaniem 9 programów nastaw mocy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu zapamiętywaniem 9 programów nastaw mocy.

57. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 16

Czy zamawiający dopuści aparat bez zapamiętywania nastaw mocy na pamięci zewnętrznej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 16 parametrów.

58. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 17

Czy zamawiający dopuści aparat z regulacją mocy cięcia w programach standardowych do 300W?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 17 parametrów.

59. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 27

Czy zamawiający dopuści aparat bez dawkowania mocy co 0,1W?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 27 parametrów.

60. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 28

Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości blokady ekranu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 28 parametrów.

61. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 29

Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości przełączania miedzy nastawami mocy za pomocą włącznika nożnego lub uchwytu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 29 parametrów.

62. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 37,38

Czy zamawiający dopuści aparat bez automatycznego rozpoznawania podłączanych narzędzi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 37 i 38 parametrów.

63. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 41

Czy zamawiający dopuści aparat bez zmiany jasności ekranu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez zmiany jakości ekranu.

64. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 44

Czy zamawiający dopuści podwójny sterownik nożny do cięcia i koagulacji bez przycisku umożliwiającego zmianę trybu z kablem o dł. 4,5m?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 44 parametrów.

65. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 45

Czy zamawiający dopuści pojedynczy sterownik nożny do cięcia i koagulacji bez przycisku umożliwiającego zmianę trybu z kablem o dł. 4,5m?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 45 parametrów.

66. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 49

Czy zamawiający dopuści Elektroda neutralna jednorazowego użytku,symetrycznie dzielona, powierzchnia 103cm2, wymiary 164x116mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. 1 opakowanie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 49 parametrów.

67. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 50

Czy zamawiający dopuści kabel bipolarny do pincet o dł.5m, bez systemu rozpoznawania narzędzi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 50 parametrów.

68. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 53

Czy zamawiający dopuści nożyczki bipolarne z kablem o dł. 5m, bez systemu rozpoznawania narzędzi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 53 parametrów.

69. DOTYCZY PAKIETU 13 POZ. NR 54

Czy zamawiający dopuści instrument do zamykania naczyń bez powłoki przywierającej z kablem o dł. 3m , bez systemu rozpoznawania narzędzi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w poz. 54 parametrów.

Pakiet nr 3 /Wózek anestezjologiczny/

70. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (o przemyślanej konstrukcji, z rozwiązaniami użytkowymi stanowiącymi o jego wysokiej funkcjonalności i komforcie użytkowania) o następujących parametrach:

* Konstrukcja (szkielet) wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium; blat oraz dół wózka wykonany z ABS; części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o wyżej opisanej konstrukcji.

* Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich pięciu szuflad – bezpieczny zamek szuflad odblokowywany / zablokowywany jednym ruchem; dodatkowe zabezpieczenie za pomocą plomb (na wyposażeniu 100 plomb)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka wyposażonego jak wyżej.

* Wymiary zewnętrzne wózka:

- szerokość 780 mm

- głębokość 594 mm

- wysokość 1050 mm (z nadstawką 1700 mm)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o wyżej podanych wymiarach.

* Wózek wyposażony w 5 szuflad:

- 2 szuflady o wys. 76 h mm

- 2 szuflady o wys. 156 h mm

- 1 szuflada o wys. 236 h mm

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka wyposażonego w 5 szuflad o opisanych wysokościach.

*Szuflady w całości (w tym czoła szuflad) wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS (łączącego zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne), bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z szufladami opisanymi wyżej.

* Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, czoła szuflad z miejscem na opis identyfikujący zawartości szuflady; szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z szufladami opisanymi wyżej.

*Układ jezdny wysoce mobilny: 4 obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z blokadą, 2 antystatyczne, nie brudzące podłoża, rozmieszczone w sposób zapewniający doskonałą zwrotność wózka.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym układem jezdnym.

Pakiet nr 3 /Wózek anestezjologiczny/

71. Wyposażenie wózka:

* Blat z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym blatem.

* Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do przetaczania wózka.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym blatem.

* Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł mocowany do wysięgnika nadstawki.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

* Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, przeznaczona do cewników o różnych długościach.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

* Półka na ssak o regulowanej głębokości z przeznaczeniem np. na butelki czy żel.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

* Kosz otwarty na odpadki o poj. ok. 10 litrów z wyjmowanym wkładem.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

* Przezroczyste 2 odchylane kieszenie umożliwiające identyfikację tego, co znajduje się w środku.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

* Wysuwana spod blatu półka do pisania z lewej strony wózka.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

* Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, w tylnej ścianie wózka.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

* Wysięgnik nadstawki wraz z nadstawką z tworzywowymi pojemnikami na materiały jednorazowego użytku (strzykawki, igły, drobne przedmioty) – pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

* Półka ze stali nierdzewnej na listwie aluminiowej montowanej do nadstawki.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

* Uchwyt kroplówki z 2 haczykami.

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

* Uchwyt z półką pod defibrylator z regulacją szerokości, obrotową.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

* Listwa elektryczna z 4 gniazdami mocowana z boku wózka.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

* Możliwość wyboru kolorystyki w szufladach – do wyboru kolor oznaczeń uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka z wyżej opisanym rozwiązaniem.

Pakiet nr 3 /Wózek anestezjologiczny/

72. Dotyczy SIWZ / umowy (**Pakiet nr 3 /Wózek anestezjologiczny)**

* Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu oferowanych wózków. Zamawiający otrzymuje wózek w postaci nadającej się do użytku, żadne takie czynności nie są więc konieczne.

Odpowiedź: W załączniku nr 2.3 do SIWZ opis warunków i parametrów nie ma wzmianki o montażu wózków.

* Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia. Oferowany wyrób (wózki) jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający rezygnuje z wymogu i wykreśla z załącznika nr 2.3 do SIWZ – opis i zestawienie warunków i parametrów zdanie o treści: „Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty".

* Prosimy Zamawiającego o całkowitą rezygnację z konieczności przeprowadzania przeglądów sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez producenta i wpisem do paszportu. Producent oferowanego wózka nie wymaga przeprowadzania takich przeglądów, co możemy poświadczyć okazując Zamawiającemu oświadczenie producenta stwierdzające ten fakt. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający rezygnuje z wymogu i wykreśla z załącznika nr 2.3 do SIWZ – opis i zestawienie warunków i parametrów zdanie o treści: „Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu".

ZMIANY ZAPISÓW SIWZ

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4W związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ:

1. **Część X pkt 1 SIWZ jest:**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **05.07.2018r. do godz. 09:50.**

Powinno być:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **17.07.2018r. do godz. 09:50.**

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

2. **Część XII pkt 6 lit a) SIWZ jest:**

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/07/18 – Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) – **nie otwierać do dnia 05.07.2018r. do godz. 11.00**

Powinno być:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/07/18 – Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) – **nie otwierać do dnia 17.07.2018r. do godz. 11.00**

3. **Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, Część XIII pkt 1 SIWZ jest:**

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XII SIWZ należy złożyć **do dnia 05.07.2018r. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

Powinno być:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XII SIWZ należy złożyć **do dnia 17.07.2018r. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

4. **Część XIII pkt 4 SIWZ jest:**

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 05.07.2018r. o godz. 11:00.**

Powinno być:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 17.07.2018r. o godz. 11:00.**

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki:

1. Załącznik nr 2.3 do SIWZ
2. Załącznik nr 2.8 do SIWZ
3. Załącznik nr 2.8 do SIWZ
4. Załącznik nr 2.11 do SIWZ
5. Załącznik nr 2.13 do SIWZ
6. Załącznik nr 2.15 do SIWZ

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska