Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

Załącznik nr 2.15 do SIWZ

OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SSAK ELEKTRYCZNY

Pakiet nr 15

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)
I	II	III	IV
1	1. Nazwa oferowanego sprzętu: 2. Producent/ kraj: 3. Typ/ model: 4. Rok produkcji: 2018	PODAĆ	
2	Ssak elektryczny, przejezdny z możliwością odłączenia ssaka od podstawy jezdnej bez udziału serwisu	TAK	
3	Zasilanie 230[V], 50 [Hz], +/-10 [%]	TAK	
4	Pobór mocy max. 110 W	TAK	
5	Obudowa wykonana z trwałego materiału	TAK	
6	Membranowa, bezolejowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji	TAK	
7	Siła ssania minimum 38l/min na wyjściu za cewnikiem	TAK, podać	
8	Poziom głośności poniżej 40 dB	TAK	
9	Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki	TAK	
10	Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l.	TAK	
11	Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie do 90 kPa	TAK, podać	
12	Waga ssaka max. 12 kg (z wózkiem max. 21 kg) Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H_2O do użycia w przypadkach stosowania drenażu ciągłego, intensywnej terapii bezpośrednio do ssaka. Możliwość rozbudowy urządzenia o system wkładów jednorazowych na odsysane treści. Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w 4 podwójne koła w tym dwa z blokadą. Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5mSzklany zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową, wciskany do źródła ssania. Butla miareczkowana o pojemności 2 l – 2 szt. na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji w temp 121°C, wykonana z nietłukącego materiału Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu	TAK	
13	1. Deklaracja Zgodności, 2. WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,	TAK	

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

	3. Folder, ulotka z zaznaczonymi wymaganymi parametrami technicznymi		
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU			
1	Gwarancja min. 36 m-cy – max 48 m-cy	PODAĆ	
2	Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.	TAK	
3	Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego	TAK	
4	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.	TAK	
5	Punkty serwisowe	MIN. 1, podać	
6	Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty.	TAK	
7	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim.	TAK	

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 28.06.2018r Zamawiający dopuszcza następujące równoważne parametry:

1. Ssak elektryczny, przejezdny na podstawie jezdnej,

1) Zasilanie 230[V], 50 [Hz], +/-10 [%],
2) Pobór mocy max. 186 VA,
3) Obudowa wykonana z trwałego materiału,
4) Tłokowa, bezolejowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji
5) Siła ssania minimum 40l/min
6) Poziom głośności 45 dB
7) Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki
8) Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l.
9) Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie do 95 kPa
10) Waga ssaka max. 19 kg
11) Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O do użycia w przypadkach stosowania drenażu ciągłego, intensywnej terapii bezpośrednio do ssaka.
12) Możliwość rozbudowy urządzenia o system wkładów jednorazowych na odsysane treści.
13) Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w 4 koła w tym dwa z blokadą.
14) Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m
15) Poliwęglanowy zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową,
16) Butla miareczkowana o pojemności 2 l – 2 szt. na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji w temp 121°C, wykonana z nietłukącego materiału
17) Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu
18) Deklaracja Zgodności.

……
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej