Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

Załącznik nr 2.8 do SIWZ

OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

STOJAK Z MISĄ PODGRZEWANĄ

Pakiet nr 8

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)
I	II	III	IV
1	1. Nazwa oferowanego sprzętu: 2. Producent/ kraj: 3. Typ/ model: 4. Rok produkcji: 2018	PODAĆ	
2	stojak z misą wykonany ze stali nierdzewnej	TAK	
3	stojak na pięcioramiennej podstawie z kołami antystatycznymi, wszystkie z blokadą	TAK	
4	regulacja wysokości w zakresie 1000 -1140 mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej	TAK	
5	zasilanie 230V/600 W	TAK	
6	przewód o długości 3 mb	TAK	
7	w wyposażeniu dwie miski wykonane ze stali nierdzewnej o poj. 6L	TAK	
8	termoregulator nagrzewania płyty w zakresie 0 -120ºC, regulacja temperatury za pomocą pokrętła; maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70ºC	TAK	
9	Wymiary zewnętrzne:	TAK	
	wysokość 1000/1140 mm (tolerancja + 20mm)	TAK	
	długość średnicy kół 560 mm (tolerancja + 20mm)	TAK	
	szerokość 560 mm (tolerancja + 20mm)	TAK	
10	1. Deklaracja Zgodności, 2. WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, 3. Folder, ulotka z zaznaczonymi wymaganymi parametrami technicznymi	TAK	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU			
1	Gwarancja min. 36 m-cy – max 48 m-cy	PODAĆ	
2	Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty.	TAK	
3	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim.	TAK	

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te

Zadanie 2 – zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 28.06.2018r Zamawiający dopuszcza następujące równoważne parametry:

1. **Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Regulacja temperatury za pomocą pokrętła. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70˚C. Termoregulator nagrzewania płyty od 0 do 85˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Regulacja wysokości w zakresie 1140/1280 mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszerxzakres regulacji): 560x560x1140/1280 mm.**

……
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej