Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/04/23/65

Oborniki, dnia 24.04.2023r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/04/23

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych dla SP ZOZ w Obornikach,** ogłoszonego w dniu 17.03.2023r na stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz Platformie ezamowienia.gov.pl

SPROSTOWANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach dokonuje sprostowania odpowiedzi na zapytania postępowania z dnia 20.04.20223, znak pisma ZPDK/04/23/64 w zakresie udzielonej odpowiedzi:

W odpowiedziach podano:

186. Pakiet 13, pozycja 1-6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga poziomu protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Czy należy załączyć ten dokument do oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Powinno być:

186. Pakiet 13, pozycja 1-6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga poziomu protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Czy należy załączyć ten dokument do oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga poziomu protein <10 ug/g rękawicy, jednakże nie wymaga załączenia dokumentu do oferty.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak