Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/29-73-600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/12/18/19/11

Oborniki, dnia 17.01.2019r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/12/18

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz przenośnika taśmowo-rolkowego,** ogłoszonego w dniu 17.10.2018r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA CZĘŚĆ III

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach (zwany dalej: Zamawiający"). ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r., poz. 1986 tj. z dnia 2018.10.16) udziela odpowiedzi na zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 70 tolerancje długości narzędzi chirurgicznych +/- 10 mm lub +/- 5 mm ?
Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy producenci posiadają dokładnie te same długości tych samych wyrobów medycznych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 70 poz. 9 nożyczki delikatne METZENBAUM FINO ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 70 poz. 9 nożyczki o długości 18 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 70 poz. 12 łyżeczkę kostną Williger o długości 16,5 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 70 poz. 13 łyżeczkę kostną Williger o długości 16,5 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 70 poz. 14 Raspator HOVARTH o długości 22 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 70 poz. 15 raspator FARABEUF o długości 15 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 tolerancje długości narzędzi chirurgicznych +/- 10 mm lub +/- 5 mm ?
Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy producenci posiadają dokładnie te same długości tych samych wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 poz. 1 kleszczyki LOVELACE o długości 15,5 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 poz. 2 kleszczyki KELLY o długości 14 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 poz. 5 nożyczki LISTER o długości 18 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 poz. 5 nożyczki LISTER o długości 20 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 poz. 8 nożyczki DOYEN o długości 17,5 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 poz. 8 nożyczki DOYEN o długości 18 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 poz. 9 pęsetę chirurgiczną o długości 14,5 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 poz. 18 mate zabiegową o wymiarach 520x230 mm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 poz. 19 kleszcze biopsyjne o długości 20 cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 poz. 20 taśmę do znakowania o wymiarach 6,5 mm 7,6 mm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 poz. 26 taśmę do znakowania o wymiarach 6,5 mm 7,6 mm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

20. Dotyczy Pakiet 62. Próżnociąg położniczy
Czy Zamawiający dopuści próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni, w postaci czytelnej podziałki? Dodatkowo próżnociąg posiada wskaźnik siły ciągnięcia, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Próżnociąg posiada atraumatyczne miseczki o średnicy 50mm lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet nr 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długościach: 15cm, 17cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ' J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź: Z powodu braku możliwości otrzymania próbek Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu.

22. Dotyczy Pakietu nr 36
Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-45), grupa II (poz. 46-53), grupa III (poz. 54-60) itd.?
Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję" i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów [...]". Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

23. Dotyczy Pakietu nr 36, Gr I poz. 1-45
Czy Zamawiający w w/w grupie dopuści nić syntetyczną wchłanialną, plecioną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie całkowitego wchłaniania 60-90 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80%, po 3 tyg. 50%, po 4 tyg. 20%?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego pakietu.

24. Dotyczy Pakietu nr 36, Gr I poz. 26, 31
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „czarna", pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego pakietu.

25. Dotyczy Pakietu nr 36, Gr I poz. 35
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego pakietu.

26. Dotyczy Pakietu nr 36 Gr II i III, poz. 46-60
Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, również długość 75 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego pakietu.

27. Dotyczy Pakietu nr 36, Gr II poz. 46-49 i 52
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 37 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego pakietu.

28. Dotyczy Pakietu nr 36, Gr II poz. 46-53
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego pakietu.

29. Dotyczy Pakietu nr 36, Gr III poz. 54-60
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego pakietu.

30. Dotyczy Pakietu nr 36, Gr III poz. 54, 56, 59

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego pakietu.

31. Dotyczy Pakietu nr 36, Gr V poz. 89

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 48 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego pakietu.

32. Dotyczy Pakietu nr 36, Gr VI poz. 92-98

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego pakietu.

33. Dotyczy Pakietu nr 36, Gr VI poz. 93-94

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego pakietu.

34. Dotyczy Pakietu nr 37, poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą podwójną o długości 11 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

35. Dotyczy Pakietu nr 37, poz. 2

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą podwójną o długości 13 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

36. Dotyczy Pakietu nr 37, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 60 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

37. Dotyczy Pakietu nr 37, poz. 4

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą podwójną o długości 13 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

38. Dotyczy Pakietu nr 39, poz. 1, 2, 5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 45 cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

39. Dotyczy Pakietu nr 39, poz. 1, 2, 5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

40. Dotyczy Pakietu nr 39, poz. 9

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

41. Dot. Pakietu nr 36:

Grupa 1: Czy Zamawiający wymaga aby igła była silikonowana?

Odpowiedź: Tak; Zamawiający dopuszcza aby igła była silikonowana.

42. Dot. Pakietu nr 36:

Poz. 57 i 60: czy Zamawiający dopuści nici o dł. 90 cm zamiast wymaganych 70cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści nici o długości 90 cm.

43. Dot. Pakietu nr 36:

Poz. 97: Czy nitka ma być również niebarwiona:

Odpowiedź: Tak, nitka ma być niebarwiona.

44. Dot. Pakietu nr 36:

Dotyczy pkt VII-XIV wymagania: Czy Zamawiający dopuści na metryczkach kod matrycowy zamiast kodu kreskowego, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

45. Pakiet nr 59, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem 7,0 – 7,5 N, przebadanych zgodnie z norma 374-3 na przenikanie 3 substancji chemicznych na 1 poziomie ochrony? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

46. Pakiet nr 59 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu 3,6 – 3,9 N? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

47. Pytania do umowy:

1. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający planuje zamówić całość asortymentu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary z tytułu rozwiązania umowy w § 6 ust. 1 pkt b) na 10% wartości pakietu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kary z tytułu rozwiązania umowy.

48. Pakiet 65

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, mikrobiologicznie czyste łyżki, w tzw. zielonym standardzie (EN819/ISO7376), wykonane z tworzywa?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

49. Pakiet 85

Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo rolkowego, wykonanego z ramy aluminiowej, ze skóropodobną taśmą, odporną ścieranie i dezynfekcję, o udźwigu do 160 kg, o wymiarach 760 x 360 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

50. Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości igły +/- 3mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

51. Pakiet nr 9, pozycja 7 /

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu z regulacją zależną od drenu, zaciskiem rolkowym dla krótkich przerw infuzji, z regulacją przepływu 5-250ml/h w kształcie walca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

52. Pakiet nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz automatyczny w rozmiarze 23 G i głębokości nakłucia 1,8 mm lub 21 G i głębokości nakłucia 2.4 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

53. Pakiet nr 24, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

54. Pakiet nr 29, pozycje 2 - 3

Czy Zamawiający oczekuje aby porty bezigłowe posiadały zaciski przesuwne do krótkich przerw w infuzji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

55. Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd do przetaczania płynów był wolny od ftalnów oraz zapakowany w opakowanie folia – papier?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby przyrząd do przetaczania płynów był wolny od ftalnów oraz zapakowany w opakowanie folia – papier.

56. Pakiet nr 9, poz. 7

Proszę o dopuszczenie przyrządu z regulatorem przepływu z podwójną skalą o dokładności 5-250 ml/h dla płynów o małej lepkości do 10% oraz 5- 200 ml/h dla płynów o lepkości 10-40%, dren o długości 150 cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

57. Pakiet nr 29, poz. 1

Proszę od opuszczenie możliwości zaoferowania w tej pozycji zaworu przeźroczystego, pozwalającego na obserwację toru przepływu zapewniając dzięki temu równomierny i płynny wlew.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

58. Pakiet nr 29, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy, z przedłużaczem – łączna długość zaworu z dwoma drenami 9,5 cm, dreny o średnicy Ø 1,1 mm-2,35 mm, objętość wypełnienia 0,35 ml, szybkość przepływu 143 ml/min.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

59. Pakiet nr 29, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy, z przedłużaczem – łączna długość zaworu z trzema drenami 9,5 cm, dreny o średnicy Ø 1,1 mm-2,35 mm, objętość wypełnienia 0,42 ml, szybkość przepływu 145 ml/min.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

60. Pytanie 1 – dotyczy pakietu 11

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 11 pozycji 15,16,17, co pozwoli większej ilości podmiotów wystartować i zaproponować korzystną ofertę dla Szpitala.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakieu.

61. Pytanie 2 – dotyczy pakietu 11 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie filtru antybakteryjnego i antywirusowego bez wymiennika ciepła i wilgoci, elektrostatyczny z portem do kapnografu, czysty mikrobiologicznie.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

62. Pytanie 3 – dotyczy pakietu 11 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie filtr oddechowego elektrostatycznego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci sterylny; skuteczność filtracji bakteryjno/wirusowej >99,999%; zwrot wilgoci 32mg/H2O/L; opór przy 30L/min 1,6cm H20; opór przy 60L/min 3,0cmH20, przestrzeń martwa 57ml; waga 31g; minimalna objętość oddechowa 150ml; port do kapnografii; złącza proste 22M/15F – 22F/15M

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

63. Pytanie 4 – dotyczy pakietu 11 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie sterylnego wymiennika ciepła i wilgoci przeznaczonego do stosowania u pacjentów z tracheostomią. Wymiennik ciepła i wilgoci z przezroczystą obudową, z mechanizmem przeciwdziałającym okluzji, zatrzaskowy port do odsysania, wbudowany obrotowy łącznik tlenowy. Zwrot wilgoci 26 mg H20, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, Sterylny.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

64. Pytanie 1 – dotyczy § 6 ust. 1

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru liczonego za każdy dzień zwłoki za odmowę dostarczenia i nie dostarczenie go w terminie, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego Wykonawcy. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca.

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy (Pakietu)"

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji umowy.

65. Pakiet Nr 1 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy łącznik cewnika powinien być uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Odpowiedź: Tak, łącznik cewnika powinien być uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

66. Pakiet Nr 1 poz. 5:

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika, jak obecnie stosowany.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika

67. Pakiet Nr 8 poz. 7, 8, 9:

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jakie pompy infuzyjne Zamawiający posiada na wyposażeniu?

Odpowiedź: Zamawiający posiada pompy infuzyjne ASCOR typ AP24, AP31, AP14

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy strzykawki mają być wymienione w menu pomp infuzyjnych w celu zapewnienia kompatybilności strzykawek z pompami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. Pragniemy nadmienić, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy.

Odpowiedź: Tak, strzykawki mają być wymienione w menu pomp infuzyjnych w celu zapewnienia kompatybilności strzykawek z pompami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego.

68. Pakiet 10

Czy rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jaki i użytkownika co ma mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tj. czy należy do oferty załączyć Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź: Tak, rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jaki i użytkownika co ma mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tzn. należy do oferty załączyć Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej kategorii III

69. Pakiet 10, poz. 1-6

Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga poziomu protein ≤ 10µg/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy wymaga poziomu protein ≤ 10µg/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą

70. Pakiet 10, poz. 7-12

1. Czy w celu zapewnienia jak największego komfortu zamawiający oczekuje, aby opakowanie zawierało dodatkowe tłoczenia w listkach znacznie ułatwiające otwieranie?

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznych bezpudrowych, kremowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, aby opakowanie zawierało dodatkowe tłoczenia w listkach znacznie ułatwiające otwieranie oraz dopuszcza ww. rękawice.

71. Pakiet 10, poz. 13-18

1. Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga poziomu protein <20µg/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

2. Czy w celu zapewnienie maksymalnej ochrony personelu zamawiający oczekuje, aby na opakowaniu wewnętrznym znajdowała się informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga poziomu protein <20µg/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one

dotyczą oraz oczekuje, aby na opakowaniu wewnętrznym znajdowała się informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem

72. Pakiet Nr 13 poz. 1:

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

73. Pakiet Nr 28 poz. 1:

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumul

74.ując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza ww. żelu do cewnikowania.

75. Pakiet 54

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowe szczoteczki ze środkiem dezynfekcyjnym do chirurgicznego mycia rąk i przedramion, wykonane z tworzywa (z jednej strony polietylenowe szczecinki jednakowej długości a z drugiej gąbka poliuretanowa nasączona 4% roztworem CHG), wyposażone w czyścik do paznokci, pakowane po 40 sztuk w karton służący jako podajnik szczoteczek

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek nie będących wyrobem medycznym, zatem objętych 23% stawką VAT. Zgodnie z ogólnodostępną opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departament Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych z dnia 09.07.2014 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych szczotki do chirurgicznego mycia rąk nie są wyrobem medycznym, ponieważ nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie stawki VAT w wysokości 23%

76. Pakiet 59, poz. 1

1. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawiczki mają posiadać również rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice winny posiadać wyraźne oznaczenie rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice posiadające wyraźne oznaczenie rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 8,5 N.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

77. Pakiet 59, poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki winylowe mają być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu informacje o jego braku.

Odpowiedź: Tak, rękawiczki winylowe mają być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu informacje o jego braku.

78. Pakiet Nr 61 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu o pojemności 500 ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml , wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ wymaga 40 800 ml wody do tlenoterapii (340ml x 10szt x 12op). Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny asortymentu w innej pojemności z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zapisami w SIWZ.

3. Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

Odpowiedź: Tak, ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu

79. Pytanie nr 1 Pakiet nr 31 Opatrunki hydrożelowe

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe o poniższych rozmiarach?

1. Dot. pkt 2 Opatrunek hydrożelowy 25 mm x 0,5 m
2. Dot. pkt 2 Opatrunek hydrożelowy 50mm x 1 m
3. Dot. pkt 4 Opatrunek hydrożelowy 20cm x 45 cm
4. Dot. pkt 6 i 7 Opatrunek hydrożelowy na twarz 20cm x 45cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

80. Pakiet nr 85 Przenośnik taśmowo-rolkowy

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności deskę do przenoszenia pacjentów spełniającą wymogi bezpieczeństwa pracy personelu medycznego, umożliwiając niemal bez wysiłkowe przesuwanie pacjentów pomiędzy łóżkami? Deska posiada unikalne poszycie nylonowo – teflonowe zapewniające

minimalny opór. Umożliwia pokonanie ok. 20 cm odstępów pomiędzy łóżkami. Poszycie na desce jest odporne na zniszczenie mechaniczne (rozerwanie) oraz łatwe do utrzymania w czystości dzięki antybakteryjnej powłoce zewnętrznej.

Wymiary: 180 x 50 cm, złożona 89 x 0 cm, waga deski: 2,9 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

81. Prosimy o wyłączenie pozycji 11 z Pakietu 6 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie 6, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie igły do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt 1) i pkt 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.))

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyłączy pozycji do odrębnego pakietu.

82. Dot. Pakietu nr 16:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy o grubości igły 21G i głębokości nakłucia 1,8 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska