F O R M U L A R Z C E N O W Y **Załącznik nr 2 do SIWZ**

Pakiet nr 43 Siatki przepuklinowe, taśmy, zestaw do leczenia statyki dna macicy mniejszej

Lp.	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	nr katalogowy
I	Siatka przepuklinowa polipropylen monofilamentowy, dwukierunkowa elastyczność, siatka lekka, miękka. Grubość siatki 0,40 mm, grubość nitki 120 µm, porowatość średnia 1800 µm, porowatość max 2270 µm, porowatość 86,7 %, gramatura 48,8 g/m2									
1	Rozmiar 8 x 15 cm		20	szt.						
2	Rozmiar 15 x 15 cm		5	szt.						
3	Rozmiar 30 x 30 cm		4	szt.						
II	Siatka przepuklinowa polipropylen monofilamentowy grubość siatki 0,32 mm, grubość nitki 80 µm, porowatość 1390 µMn, porowatość 89,2% gramatura 30g/m2. Rozmiar 8 x 15 cm		10	szt.						
III	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele. Materiał: polipropylen monofilament, osłonięta plastikową osłonką, długość 45 (+/- 0,5 cm), szerokość 1,1 cm (+/- 0,1 cm) w części podcewkowej 3,5 cm (+/- 0,1 cm), grubość 0,33 (+/- 0,01 mm), porowatość 84 %, gramatura: 48g/m2, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm		7	szt.						
IV	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele. Materiał: polipropylen monofilament, osłonięta plastikową osłonką, długość 45 (+/- 1 cm), szerokość 1,1 cm (+/- 0,1 cm) najszerszy wymiar w środkowej części 2 cm (+/- 0,2 cm), grubość 0,33 (+/-0,1 mm), porowatość 84 % , gramatura 48 g/m2, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm		7	szt.						

V	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej- plastyka przednia pochwy. Implanty o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 30 g/m2 (+/-0,02 g/m2), grubość siatki 0,32 (+/- 1%), grubość nitki 80 um (+/- um), porowatość 1390 um (+/- 10um), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/- 0,5 cm), długosc dolnego ramiona 45 cm (+/- 0,5 cm), szerokość ramion 1,1 cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.		7	szt.						
VI	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej- plastyka przednia pochwy II. Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikowa osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 30 g/m2 (+/- 0,02g/m2), grubość siatki 0,32 (+/- 1%), grubość nitki 80 um (+/- 0,5 um), porowatość 1390 um (+/-10 um), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/- 0,5 cm), długość dolnego ramiona 45 cm (+/- 0,5 cm), szerokosc ramion 1,1 cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wysokość 6 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.		7	szt.						
VII	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – Plastyka tylna pochwy. Implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 30 g/m2 (+/-0,02 g/m2), grubosc siatki 0,32 (+/- 1%), grubość nitki 80 um (+/- 0,5 um), porowatosc 1390 um (+/- 10um), rozmiar: długość 45 cm (+/-0,5 cm), wysokosc dolnej wypustyki 12 cm (+/- 1 cm), szerokosc 3,5 cm (+/- 0,5 cm), wyskosc górnej wypustki 4 cm, szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm), wyskosc górnej wypustki 4 cm, szerokosc 3,5 cm (+/- 0,5 cm), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.		7	szt.						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 44 Siatki niewchłanialne

Lp.	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	nr katalogowy
I	Siatki niewchłanialne, makroporowe, polipropylenowe, lekkie z włokna monofilamentoego z wplecioną niebieską nicią, stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m2 (+/-10%) całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/-10%), porowatość 91% (+/-5%), wielkość porów 2,76 mm, bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 um									
1	Rozmiar 8x 15 cm		15	szt.						
2	Rozmiar 15 x 15 cm		3	szt.						
II	Siatki wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu, czas absorbacji 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, wielkość porow 2-4 mm, grubość siatki 0,55 mm. Rozmiar 10x15 cm		2	szt.						
RAZEM						x			x	x

Wymagania:
w każdym opakowaniu z siatką musi być minimum 5 metryczek zawierających:
- kod produktu
- lot produktu
- data ważności
- data produkcji
- rozmiar
'- producent
- kod kreskowy

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 45 Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Lp.	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 11 m-cy	J.m.	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici max 0,5 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość max 50 cm, szerokość min. 10 mm, grubość do 0,5 mm. Brzegi taśmy zakończone pętelkami, Systematyczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy.		9	szt.						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 46 System leczenia wypadania macicy

Lp.	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 11 m-cy	J.m.	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzony jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Innowacyjny system TAS polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360º. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej – gramatura 16 g/m². Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość systematycznego umieszczania implantu pod szyję pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowane instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepienie do więzadeł krzyżowo – kolcowych oraz wewnątrz mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Parametry techniczne: grubość statki 0,5 µm, wielkość porów 0,5 – 1 mm. System całkowicie jednorazowy, sterylny.		5	szt.						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 47 Stapler jednorazowy do wykonywania resekcji przecinania i zespoleń; siatki chirurgiczne

Lp.	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 11 m-cy	J.m.	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Stapler jednorazowego użytku 80 mm do wykonywania resekcji przecinania i zespoleń, po zamknięciu staplera szew w postacji dwóch podwójnych linii obustronnie spłaszczonych tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy liniami zszywek nóż stanowi integralną część ładunku zawsze nowy. Wysokość zszywki 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu lub 4,8 przez zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu. Umożliwia wykonanie 8 aplikacji podczas zabiegu.		3	szt.						

2	Stapler jednorazowego użytku 60 mm do wykonywania resekcji, przecinania i zespoleń,po zamknięciu staplera szew w postaci dwóch podwójnych linii obustronnie spłaszczonych tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy liniami zszywek nóż stanowi integralną część ładunku zawsze nowy, wysokość zszywki 3,8 mm przed zamknięciem 1,5 mm po zamknięciu lub 4,8 przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu. Umożliwia wykonanie 8 aplikacji podczas zabiegu		3	szt.						
3	Stapler liniowy aplikuje podwójną linię tytanową zszywek ułożonych naprzemiennie, wybór rozmiaru długości szwów 30 – 90mm oraz zszywek do tkanki o grubości 3,5 – 4,8mm		4	szt.						
4	Makroporowata, monofilamentowa siatka polipropelenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna wielkośc porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramatura 46g/m2. Rozmiar 10 cm x 15 cm		18							
5	Siatka chirurgiczna do zaopatrzenia przepuklin pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanialnymi mikrohaczykami monofilament poliestrowy i polilaktydowy waga wiatki po wchłonięciu 38g/m2. Rozmiar 12 x 8 cm z klapką lewostronną plus szew wchłanialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowanie w jednym kierunku, niebarwiony . Wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach -90%, po 14 dniach -75%. Okres wchłaniania 90-110 dni. Długość szwu 30 cm, igła 19 mm, 3/8 koła, rozmiar 3-0		4							
6	Siatka chirurgiczna do zaopatrzenia przepuklin pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanialnymi mikrohaczykami monofilament poliestrowy i polilaktydowy waga siatki po wchłonięciu 38g/m2. Rozmiar 12x 8 z klapką prawostronną plus szew wchłanialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowane w jedynym kierunku, niebarwiony, wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach -90%, po 14 dniach -75%. Okres wchłaniania 90-110 dni. Długość szwu 30 cm, igła 19 mm, 3/8 koła. Rozmiar 3-0		4	szt.						
7	Urządzenie mocujące do siatek typu TACER z 5 mm wchłanialnymi wkrętami do siatek zakładanych metodą laparoskopową/ Urządzenie zawiera 15 wchłanialnych wkrętów spiralnych		3	szt.						

8	Urządzenie mocujące do siatek typu TACER z 25 mm wchłanialnymi wkrętami do siatek zakładanych metodą laparoskopową. Urządzenie posiada 30 wchłanialnych wkrętów spiralnych		3	szt.						
RAZEM							x		x	x

Podpis Wykonawcy