Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L. Dz. ZPDK/09/20/188 Oborniki, dnia 09.11.2020r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/09/20

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, ogłoszonego w dniu 03.11.2020r** na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1843) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Prosimy o dopuszczenie samochodu 4,1 t - wymóg prawo jazdy kategorii C.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie samochodu o 4,1t.

2. Prosimy o dopuszczenie skrzyni biegów automatycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojazdu z automatyczną skrzynią biegów.

3. Z uwagi na końcówkę roku i brak samochodów bazowych prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 31.03.2021.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji z uwagi na otrzymanie dotacji, która musi być wykorzystana do końca roku.

4. Przy pozostaniu przy DMC 3,5 prosimy o dopuszczenie ambulansu typu B.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu typu C.

5. Przy pozostaniu przy DMC 3,5 prosimy o wliczenie wyposażenie dodatkowego w normę na sprzęt ok 80 kg, wtedy zapas masowy na sprzęt wyniesie 180 kg.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Prosimy o dopuszczenie niezależnego ogrzewania powietrznego zamiast wodnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej opisanego ogrzewania. Zamawiający wymaga, aby rozwiązanie zostało zaznaczone w odpowiednim miejscu w załączniku nr 3 do SIWZ.

7. Prosimy o odpuszczenie samochodu wyposażonego w zestaw naprawczy, koło zapasowe dostarczymy luzem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Nosze główne:

8. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga aby nosze były zgodne z polskimi normami zharmonizowanymi ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby nosze były zgodne z normami opisanymi w SIWZ i załączniku nr 3 normami.

9. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm **PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011,** poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/ EEC?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. **Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm,** dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko **niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865.**
Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami zharmonizowanymi stanowić może przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane.
Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgody ze wskazanymi w SIWZ i załączniku nr 3 podanymi normami.

10. W związku z tym iż, obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego producenta noszy reanimacyjnych, tj. firmę Stryker model M1, których jedynym dystrybutorem na rynku polskim jest firma Stryker

Polska co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi naruszenie artykułów:

- art. nr 7 ust. 1 oraz nr 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego
- art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję
- art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy

Z tego powodu żądamy zmiany SIWZ i dopuszczenia noszy firmy Medirol model Clinic Extero zgodnych z najnowszymi zharmonizowanymi normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015, będącym produktem równoważnym, w wielu parametrach przewyższającym opisane przez Zamawiającego nosze reanimacyjne Stryker M1, w wyniku różnic konstrukcyjnych w budowie posiadające zagłówek regulowany z możliwością odchylenia do tyłu, przygięcia głowy pacjenta do klatki piersiowej, dodatkowo wyposażony w stabilizator głowy pacjenta z możliwością usunięcia i ułożenia głowy na wznak zamiast podgłówka z możliwością przedłużenia ramy noszy, zbudowane z profili okrągłych obciążenie 250 kg nosze (o wiele więcej niż w opisanych przez Zamawiającego noszach Stryker M1), malowanych proszkowo- podwyższona wytrzymałość na uszkodzenia na skutek otarć, obić itp., zamiast profili prostokątnych w gumowym odbojnikiem z boku noszy, z dużymi, ułatwiającymi transport kołami o średnicy 20 cm wyposażonymi w otwartą felgę z tworzywa sztucznego , ze zintegrowanymi uchwytami z ramą transportera z przodu i z tyłu, bez dodatkowych uchylnych uchwytów (ograniczenie ruchomych elementów powoduje mniejsze koszty eksploatacji), profile ramy transportera w przekroju okrągłe, dzięki czemu zwiększone jest obciążenie maksymalne do 275 kg. Oferowane nosze spełniają pozostałe wymogi SIWZ.

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że Oferent firma Stryker Polska oferuje nosze Stryker M1 niezgodne z polską normą zharmonizowaną PN EN 1865-1+A1:2015, ponieważ nie spełniają one parametru wagi maksymalnej noszy – punkt 4.2.3 normy PN EN 1865-1+A1:2015, w związku z tym nie posiadają dokumentów potwierdzających zgodność noszy M1 z wymienioną normą.

Świadczy o tym postępowanie ogłoszone przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w dniu 17.05.2018 ***Sygnatura WL-IV.272.14.2018 Dostawa ambulansów sanitarnych.*** Zamawiający – Małopolski Urząd Wojewódzki dokonał wnikliwego badania i analizy pytań oraz dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę firmę Stryker Polska, która to w zapytaniu sama potwierdziła brak zgodności noszy z normą PN EN 1865 poświadczając wagę kompletu nosze plus transporter jako niezgodną z normą. Zamawiający – Małopolski Urząd Wojewódzki po zbadaniu załączonych dokumentów uznał poniższe:

„Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania proponowanego zestawu ponieważ nie spełnia on wymagań normy PN-EN 1865-1+A1:2015 w zakresie punktu 4.2.3 – maksymalnej masy całkowitej zestawu, która

zgodnie z uwagą zamieszczoną w tym punkcie normy powinna być możliwie niska. Załączony dokument nie jest dosłownie certyfikatem tylko deklaracją zgodności z normą europejską EN 1865-1:2010 wyłączającą warunek punktu 4.2.3 w/w normy. Obecnie obowiązuje norma europejska EN 1865-1:2010+A1:2015. Poza tym przedstawiona deklaracja dotyczy noszy marki STRYKER model 6100 M-1 o masie zestawu wynoszącej 55,05 kg, czyli o ponad 4 kg przekraczającej dopuszczalną masę określoną w aktualnie obowiązującej normie."

Szczegóły postępowania Zamawiający może znaleźć pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/muw,a,1451109,wl-iv272142018-dostawa-ambulansow-sanitarnych.html

Odpowiedź: Podany w załączniku nr 3 do SIWZ opis noszy reanimacyjnych jest taki jaki Zamawiający chce posiadać i posiada na wyposażeniu użytkowanych ambulansów Systemu Ratownictwa Medycznego, ale dopuszczamy nosze równoważne o parametrach tych samych lub o wyższych parametrach. Zamiast stawiać Zamawiającemu zarzuty, proszę doprecyzować swoje pytania o dopuszczenie parametrów innych, odnosząc się do konkretnych pkt zawartych w opisie parametrów technicznych (zał. nr 3 do SIWZ). Zamawiający wydłuża Państwu doprecyzowanie powyższego pytania do dnia 12.11.2020r do godz. 11:00.

11. **Modyfikacja parametrów technicznych – załącznik nr 3 do SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pkt II.

- ppkt. 2 tabeli zmieniając moc silnika na min. 163 km a max. moment obrotowy nie mniejszy niż 360Nm
- ppkt 3 pojemność silnika min. 2143 cm^3

w związku z powyższą modyfikacją Zamawiający dostosowuje kryterium oceny opisane w załączniku nr 3 do SIWZ w kolumnie „TAK/NIE"

W załączniku jest:

Lp	Parametry wymagane	TAK/NIE
II. Silnik		
2	Moc silnika min. 190 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 400 Nm;	
3	Pojemność silnika min. 2500 cm^3	TAK, PODAĆ poniżej 2500cm^3 – 0 pkt powyżej 2500cm^3 – 10 pkt

W załączniku powinno być:

Lp	Parametry wymagane	TAK/NIE
II. Silnik		
2	**Moc silnika min. 163 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm;**	
3	**Pojemność silnika min. 2143 cm^3**	**TAK, PODAĆ** **poniżej i do 2143cm^3 – 0 pkt** **powyżej 2143cm^3 – 10 pkt**

xxxxxxxxxxx

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1843 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w sposób następujący:

1. Część VIII pkt 5 SIWZ,

w opisie kryterium jest:

W zakresie kryterium „parametry techniczne" oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji max 40 pkt.

Oceniane będą:

Nadwozie: Lakier w kolorze białym lub żółtym	Kolor biały – 0 pkt Kolor żółty – 20 pkt
Pojemność silnika min. 2500 cm^3	poniżej 2500cm^3 – 0 pkt powyżej 2500cm^3 – 20 pkt
Lampy pulsacyjne w lusterkach	Nie – 0 pkt Tak – 30 pkt
W tylnej części dachu pojazdu lampa pulsacyjna lub belka świetlna koloru niebieskiego typu LED	Lampa pulsacyjna – 0 pkt belka świetlna – 30 pkt
Razem maksymalnie	**100 pkt**

w opisie kryterium powinno być:

W zakresie kryterium „parametry techniczne" oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji max 40 pkt.

Oceniane będą:

Nadwozie: Lakier w kolorze białym lub żółtym	Kolor biały – 0 pkt Kolor żółty – 20 pkt
Pojemność silnika min. 2143 cm^3	**Poniżej i do 2143cm^3 – 0 pkt powyżej 2143cm^3 – 20 pkt**
Lampy pulsacyjne w lusterkach	Nie – 0 pkt Tak – 30 pkt
W tylnej części dachu pojazdu lampa pulsacyjna lub belka świetlna koloru niebieskiego typu LED	Lampa pulsacyjna – 0 pkt belka świetlna – 30 pkt
Razem maksymalnie	**100 pkt**

2. Część X pkt 6 SIWZ, Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

W ofercie jest:

6. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie i zaadresować w sposób następujący:

ZPD/09/20 – Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C wraz z wyposażeniem – nie otwierać do dnia 12.11.2020r. do godz. 11.00

W ofercie powinno być:

6. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie i zaadresować w sposób następujący:

ZPD/09/20 – Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C wraz z wyposażeniem – nie otwierać do dnia 16.11.2020r. do godz. 11.00

3. Część XII pkt 1 SIWZ, Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

W ofercie jest:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale X SIWZ należy złożyć **do dnia 12.11.2020r do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

W ofercie powinno być:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale X SIWZ należy złożyć **do dnia 16.11.2020r do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

4. Część XII pkt 4 SIWZ, Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

W ofercie jest:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 12.11.2020r. o godz. 11:00.**

W ofercie powinno być:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 16.11.2020r. o godz. 11:00.**

5. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty:

Zamawiający modyfikuje zapisy treści formularza w pkt VIII dotyczące parametrów podlegających ocenie:

w formularzu jest:

Parametry techniczne	Punktacja	
Pojemność silnika min. 2500 cm^3 poniżej 2500cm^3 – NIE powyżej 2500cm^3 – TAK	NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt	TAK/NIE

w formularzu powinno być:

Parametry techniczne	Punktacja	
Pojemność silnika min. **2143** cm^3 **poniżej i do 2143cm^3 – NIE** **powyżej 2143cm^3 – TAK**	NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt	TAK/NIE

Załączniki do pisma:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ
2. Załącznik nr 3 do SIWZ

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska