Załącznik Nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Wykonawcy: ….....

Producent: ….....

Typ/ model: ….....

Kraj pochodzenia: ….....

Rok produkcji: ….....

Pakiet nr 91

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)
I	II	III	IV
Głowica Liniowa szerokopasmowa			
1	Głowica liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa, do badań naczyniowych	TAK podać typ i producenta	
2	Głowica nowa, nieużywana	Tak, podać	
3	Zakres częstotliwości pracy przetwornika – Min. 4-10 MHz	TAK podać	
4	Ilość elementów tworzących obraz – min. 192 elementy	TAK podać	
5	Długość okna obrazowego max. 40 mm	TAK podać	
6	Praca w trybie II harmonicznej	TAK	
7	Częstotliwości odbiorcze pracy dla trybu II harmonicznej min. 4	TAK podać	
8	Montaż zintegrowanie głowicy z aparatem USG ALOKA SSD 4000	TAK	

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU			
1	bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres obowiązywania umowy, również w przypadku naprawy z winy użytkownika	podać, min 24 m-ce – max 36 m-cy	
2	zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenia w siedzibie serwisu w czasie powyżej 5 dni, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje urządzenie zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w terminie 48 godz. po upływie wyżej opisanych 5 dni	TAK	
3	Gwarancja produkcji części zamiennych przez minimum 10 lat	TAK	
4	Punkty serwisowe	TAK	
5	Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty	TAK	
6	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim	TAK	
7	deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenia/powiadomienia albo złożenia wniosku o przeniesienie danych wyrobów medycznych	TAK	

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej u Zamawiającego aparatu USG ALOKA SSD 4000, aby upewnić się, że zaoferowana głowica jest kompatybilna z aparatem

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

W załączonych do oferty materiałach należy zaznaczyć kolorem wszystkie wymagane w załączniku nr 3 parametry.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp

UWAGA !

Nie spełnienie warunków określonych w kolumnie 3 - wymagana wartość skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczam, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowanie parametry.

2. Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).