Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/06/16/02 Oborniki, dnia 04.01.2017r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/06/16

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 1 x użytku, opatrunków, szwów, implantów, narzędzi chirurgicznych i innych dla SP ZOZ w Obornikach ogłoszonego w dniu 01.12.2016r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
część III

162. dotyczy Pakiet 57
Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny:
Zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania tylnej ściany pochwy składający się z: siatki polipropylenowej, monofilamentowej, mikroporowatej o kształcie anatomicznym z podwójnymi ramionami dystalnymi i proksymalnymi z każdego boku. Siatka pokryta liofilizowanym kolagenem zwiększającym integrację tkankową i zmniejszającym ryzyko erozji; sterylnej, jednorazowej, profilowanej prowadnicy z pętlą wewnątrz do bezpiecznego i trwałego zakładania. Technika zakładania od zewnątrz do wewnątrz tzw. "out-in". Kształt jednorazowego narzędzia dostosowany do siatki do korekcji tylnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zestawu. oczekuje takiego zestawu w pakiecie 62 pkt 2. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

163. Dotyczy Pakietu nr 42 Materiały opatrunkowe - plastry, taśmy, ilość pozycji 15, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze.

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem.

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopusza wyżej zaoferowanych plastrów, taśm.

164. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 45, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 40x27cm dla poz. 1, 60x50cm dla poz. 2 oraz 68x80cm dla poz. 3 spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej folii operacyjnej. Zamawiający oczekuje folii zgodnej z SIWZ.

165. dot. pakietu 74, pkt 2:
Czy Zamawiający w pakiecie 74 pkt 2 dopuści zestaw zawierający szew o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje szew zgodnie z SIWZ.

166. dot. pakietu 74, pkt 3:
Czy Zamawiający w pakiecie 74 pkt 3 dopuści zestaw zawierający szew o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje szew zgodnie z SIWZ.

167. Pakiet 41 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści serwetę z nitką RTG i tasiemką, w rozmiarze 45x45 cm, wykonaną z gazy 17 nitkowej, ale 6 warstwową, która dzięki większej ilości warstw posiada porównywalną chłonność z serwetą 20 nitkową 4-o warstwową?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje zaoferowanie serwety zgodnie z SIWZ.

168. Pakiet 43 poz. 6:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji w parze wodnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów nadających się do sterylizacji w parze wodnej.

169. Pakiet 55 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji taśmę o grubości nici 0,16 mm, grubości taśmy 0,54 mm, końce taśmy zabezpieczone 3 cm termokurczliwą osłonką, brzegi taśmy zgodnie z wymaganiami SIWZ zakończone pętelkami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie w/w taśmy. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

170. Pakiet 28, poz. 7-9
Proszę o podanie informacji, na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? Pytanie zadaję w celu doprecyzowania, jakie strzykawki może zaproponować Wykonawca, aby były kompatybilne ze sprzętem stosowanym w państwa placówce.
Odpowiedź: Zamawiający informuje że pracuje na pompach strzykawkowych firmy ASCOR 2011.

171. Dotyczy pakietu nr 42, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6 mm x 75 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w nici.

172. Pakiet 22 pozycja 4

Prosimy o doprecyzowanie cz cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ma posiadać jeden otwór centralnym i dwa naprzeciwległe koncentryczne otwory boczne (nie przekraczające 50 % otworu centralnego)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający doprecyzowuje że cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ma posiadać jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe.

Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane cewniki mają posiadać karbowaną wewnętrzną część lejka, co zapewnia prawidłowe i szczelne połączenie z drenem do odsysania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyjaśnia że oczekuje zaoferowania cewników wyżej opisanych

173. Pakiet 23 pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki pediatryczne mają posiadać dł. 29 +/- 1 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający doprecyzowuje iż zaoferowane cewniki pediatryczne mają posiadac wyżej wymienioną długość.

174. Pakiet 23 pozycja 2-9

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje cewników o długości ok. min 40 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników o dł. ok. min 40 cm.

175. Pakiet 23 pozycja 1 – 9

Czy zaoferowane cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników sterylizowanych radiacyjnie.

176. Pakiet 23 pozycja 24-26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya 100% silikon, balon 10ml, przezroczystego, z workiem na mocz 2000 ml i drenem 120cm oraz strzykawką 10 ml z 10% sterylnym roztworem gliceryny w jednym opakowaniu, do długotrwałego użycia, do 6 tygodni, czyli dłużej niż rekomendowany czas użycia dla cewników powlekanych srebrem. Dostępne rozmiary cewnika w zestawie to CH 16, 18, 20?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych cewników.

177. Pakiet 28 Poz. 7,8,9

Prosimy o wyjaśnienie jakie typy i rodzaje pomp infuzyjnych posiada Zamawiający na wyposażeniu? Prosimy o podanie roku produkcji tych pomp.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki do pomp mają być wpisane w instrukcję obsługi i menu pompy?

Każdy producent pompy określa w menu pompy albo w instrukcji rodzaje strzykawek jakie mogą być stosowane w tych pompach. Należy zauważyć, że powszechną praktyką na rynku wyrobów medycznych jest, że producent pomp infuzyjnych lub tzw. podmiot odpowiedzialny (importer lub dystrybutor), mając na względzie zarówno bezpieczeństwo pacjentów jak i ochronę przed odpowiedzialnością prawną np. w zakresie odszkodowań za wystąpienie zdarzeń medycznych, ustala w instrukcji obsługi i użytkowania produkowanych prze siebie lub wprowadzanych do obrotu na terytorium RP pomp, jakie rodzaje strzykawek (wskazanych z nazwy własnej ich producenta) powinny prawidłowo współpracować z danym typem pompy.

Jednocześnie, podczas testów producent – celem właściwego działania pompy – wprowadza do niej odpowiednie oprogramowanie do poszczególnych typów strzykawek. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych "Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania". W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy poprzez zapis „"strzykawka trzyczęściowa … kompatybilna do pomp infuzyjnych" Zamawiający ma na myśli aby zaoferowane strzykawki były wpisane w instrukcje obsługi pompy.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki do pomp mają być wpisane w instrukcję obsługi i menu pompy?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że posiada pompy infuzyjne ACOR 2011. Zamawiający oczekuje aby strzykawki do pomp były wpisanę w istrukcję obsługi oraz menu pompy.

178. Pakiet 28 Poz. 10

Prosimy Zmawiającego czy oczekuje zaoferowania strzykawki niskooporowej specjalnie dedykowanej w procedurze znieczulenia obwodowego w technice spadku oporu tj. ma służyć łatwej identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej. Umożliwia to gładki i lekki przesuw tłoka, co odróżnia ją od innych strzykawek dostępnych na rynku. Znajduje to także odzwierciedlenie także w oznaczeniu strzykawki . Na cylindrze znajduje się zastrzeżenie – For Loss of Resistance Technique Only - stosować tylko do techniki podaży niskooporowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowanie w/w strzykawki.

179. Pakiet 29 pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie przyrządu ze skalą w kształcie koła w płaszczyźnie poziomej na regulatorze w formie beczułki, z regulacją przepływu w zakresie 0(off) do 250 ze skalą od 5 do 250ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego przyrządu. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

180. Pakiet 34 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pod pojęciem czepek do mycia głowy, Zamawiający ma na myśli czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli zepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym.

181. Pakiet 34 Poz.2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pod pojęciem myjki do toalety pacjenta, Zamawiający ma na myśli myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja

użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.

182. Pakiet 45 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej 45x75cm sterylnej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanej folii chirurgicznej.

183. Pakiet 45 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej 56x80cm sterylnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej folii.

184. Pakiet 48 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie bezigłowego portu do zabezpieczenia wkłuć dożylnych na 7 dni lub 200 użyć o objętości wypełnienia 0,1ml pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego bezigłowego portu. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

185. Pakiet 48 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie bezigłowego portu składającego się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,6 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego bezigłowego portu. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

186. Pakiet 48 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie bezigłowego portu składającego się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,3 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego bezigłowego portu. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

187. PYTANIA DOTYCZĄCE PAKIETU NR 32

Pytanie 1 – dotyczy poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego dla dorosłych do respiratora z powłoką antybakteryjną z jonami srebra o długości 1,6m, połączony trójnikiem Y z portami, złącze pacjenta 22M/15F, mikrobiologicznie czysty, pakowany folia – folia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego jednorazowego układu oddechowego.

188. Pytanie 2 – dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje nebulizatora do podawania leku w obwodzie oddechowym, o pojemności 10ml, skalowany z podziałką co 2 ml, z łącznikiem T, wyposażonym w mechanizm samo domykania/ samouszczelniania podczas odłączania nebulizatora, MMAD 3,3µm czysty biologicznie. W zestawie dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym o dł. 210 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje nebulizatora do podawania leku wyżej opisanego.

189. Pytanie 3 – dotyczy poz. 5

Prosimy o dopuszczenie jednorazowy układ oddechowy anestetyczny , dla dorosłych , z rur karbowanych rozciągalnych – z pamięcią kształtu , średnica 22 mm , zakres kompresji rur od 40 cm -do 200 cm , z workiem oddechowym, neopranowym o poj.2 l; dodatkowa gałąź, złącze „Y", łącznik kątowy z portem; łącznik prosty 22MM-22MM mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisany jednorazowy układ oddechowy.

190. Pytanie 4 – dotyczy poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik do odsysania w układzie zamkniętym był nierozłączalny z adapterem pacjenta [wykonany z jednego elementu]?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje wyżej opisany cewnik.

191. Pytanie 5 – dotyczy poz. 6

W związku z brakiem określenia przez Zamawiającego długości zamkniętego systemu do odsysania do rurek tracheotomijnych, czy Zamawiający dopuszcza długość 30,5cm FR10, 12, 14, 16 oraz pozostałe elementy zgodnie z SIWZ.

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych długości zamkniętego systemu do odsysania.

192. Pytanie 7 – dotyczy poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym.

193. Pytanie 9 – dotyczy poz. 9

Czy Zamawiający oczekuje, aby szczoteczka była wykonana z jednolitego odlewu chroniącego pacjenta przed przypadkowym wypadaniem włosia i aspiracją go do płuc pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania szczoteczki wyżej opisanej.

194. Dotyczy pakietu nr 69

Czy Zamawiający dopuści zestaw implantów do rekonstrukcji więzadeł ACL, równoważny do opisanego w SIWZ w punkcie (1):
Część udowa - Implant typu endobutton do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki tytanowej (stop tytanu TA6V ELI) w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami (wymiary płytki: dł. 12.5 mm x szer. 4 mm x grub. 1.5 mm) z pętlą niewchłanialną odporną na zerwanie wykonaną z PET (poli-tereftalano-etylenu).
Pętla regulowana samozaciskowa przeznaczona do podciągnięcia przeszczepu w kanale oraz z możliwością zmniejszenia długości pętli w kanale za pomocą lejców.

Długość regulowanej i samozaciskowej pętli dla przeszczepu: 40 mm.
Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant wyposażony w 2 nici do trakcji o śr. 0.7 mm (nici do przeciągania i kotwiczenia implantu na zewnętrznej korówce). Pakowane sterylnie.
Część piszczelowa - Implant biowchłanialny typu śruba interferencyjna zbudowany z materiału o strukturze kopolimeru amorficznego PLDL (Poli-L/DL-Laktyd w proporcji 70/30), implanty w rozmiarach śr. 6 mm i dł. 20 mm, śr. 7-12 mm i dł. 28mm, 9-11mm i dł. 35mm. Pakowane sterylnie.

Wykonawca zapewni dostarczanie niezbędne instrumentarium wraz pełną rozmiarówką ww. implantów (celowniki, wiertła, druty nitinolowe, kirschnery, stripper, młotek, stacja robocza z oprzyrządowaniem do opracowywania przeszczepu) przed planowanym zabiegiem po wcześniejszym umówieniu terminu zabiegu z wykonawcą zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych wiązadeł ACL.

195. Dotyczy **Pakietu nr 79**
Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1), grupa II (poz. 2), grupa III (poz. 3)?
Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję" i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów […]". Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.
W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe.

196. Dotyczy **Pakietu nr 79, poz. 2b**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew o długości igły 40 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

197. Dotyczy **Pakietu nr 79, poz. 2b**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew o długości igły 37 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

198. Dotyczy **Pakietu nr 80, poz. 1 a**
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą podwójną o długości 11 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.,

199. Dotyczy **Pakietu nr 80, poz. 1 a**
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą podwójną o długości 13 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

200. Dotyczy **Pakietu nr 80, poz. 1 a**
Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 60 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

201. Dotyczy **Pakietu nr 80, poz. 1 c**
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą podwójną o długości 13 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

202. Dotyczy **Pakietu nr 81**
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

203. Dotyczy **Pakietu nr 81, poz. 1 a – f**
Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

204. Dotyczy **Pakietu nr 81, poz. 1 a, c, f**
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 37 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

205. Dotyczy **Pakietu nr 82**
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

206. Dotyczy **Pakietu nr 82, poz. 1 a – e**
Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

207. Dotyczy **Pakietu nr 82, poz. 1 a, b, d**
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 37 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

208. Dotyczy **Pakietu nr 83**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1), grupa II (poz. 2)?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję" i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów […]". Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe.

209. Dotyczy **Pakietu nr 83, poz. 1 a – c**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

210. Dotyczy **Pakietu nr 84**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

211. Dotyczy **Pakietu nr 86**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

212. Dotyczy **Pakietu nr 86**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

213. Dotyczy **Pakietu nr 86, poz. 1, 2, 4**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 37 mm (tam gdzie wymaga igły o długości 36 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

214. Dotyczy **Pakietu nr 87**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

215. Dotyczy **Pakietu nr 87**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

216. Dotyczy **Pakietu nr 87, poz. 1, 3, 6**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 37 mm (tam gdzie wymaga igły o długości 36 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

217. Dotyczy **Pakietu nr 89, poz. 1, 2, 5**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 45 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

218. Dotyczy **Pakietu nr 89, poz. 1, 2, 5**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

219. Dotyczy **Pakietu nr 89, poz. 9**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

220. Dotyczy **Pakietu nr 90, poz. 1, 3, 6, 7**

Czy Zamawiający dopuści podwiązki z nitką o długości 5 x 75 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

221. Dotyczy **Pakietu nr 90, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 16 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

222. Dotyczy **Pakietu nr 90, poz. 11 – 14**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 17 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

223. Dotyczy **Pakietu nr 90, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 26 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

224. Dotyczy **Pakietu nr 90, poz. 26, 31**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej zgodnie z SIWZ.

225. Dotyczy **Pakietu nr 90, poz. 31 – 35**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 37 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej pozycji. Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

226. Dotyczy **Pakietu nr 90, poz, 35, 36, 38**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej zgodnie z SIWZ.

227. Dotyczy **Pakietu nr 90, poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej zgodnie z SIWZ.

228. Dotyczy **Pakietu nr 91, poz. 3**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej igły.

229. Dotyczy **Pakietu nr 91, poz. 2 – 5, 7 – 8**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny pakowany w saszetki, w których znajduje się pojedynczy szew (zamiast 3x75cm, czy 6x45cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej zgodnie z SIWZ. Zamawiający zmodyfikował pakiet nr 91 w dniu 09.12.2016r.

230. Dotyczy **Pakietu nr 91, poz. 13 – 15**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 26 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej zgodnie z SIWZ.

231. Dotyczy **Pakietu nr 91, poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 48 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej zgodnie z SIWZ.

232. Dotyczy **Pakietu nr 91, poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej zgodnie z SIWZ.

233. Dotyczy **Pakietu nr 91, poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej zgodnie z SIWZ.

234. Dotyczy Pakietu 24, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kateter o długości 32 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści katerer o dł. 32 cm.

235.Pytania dotyczące pakietu nr 92

Narzędzia laparoskopowe kompatybilne z aparatem firmy Richard Wolf

Dotyczy pkt.1.

Czy Zamawiający miał na myśli plastikową redukcję nakładaną na trokar o średnicy 10 mm redukującą do 5,5 mm, która obsługiwana jest poprzez naciśnięcie palcem na wystający plastikowy element obok uszczelki? Czy redukcja ma być kompatybilna z trokarami Riwo-Art posiadanymi przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli plastikową redyjkchę nakładaną na tokar kompatybilną z posiadającymi przez Zamawiającego.

236 Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 UST.1

a. lit. A z 1% wartości zamówionego towaru na 0,5 % wartości zamówionego a niedostarczonego towaru.

b. lit b zmiana na" z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości pakietu?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

237 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze średnicą oświetlanego pola wynoszącą 19,5cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanej lampy.

238. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w jeden „brudny" uchwyt na kopule oraz w rączkę do ustawiania położenia czaszy z możliwością jej sterylizacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej lampy

239. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze wskaźnikiem odwzorowania barw na poziomie Ra 94?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanej lampy.

240. Projekt umowy - §6 ust. 1 lit.b

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na np. 5% lub 10% wartości części **niezrealizowanej umowy**. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie rażąco wysokie (Zamawiający żąda 50 % wartości pakietu nawet w sytuacji gdy np. 90% zostało już zrealizowane lub 2000 zł) i tym samym krzywdzące dla wykonawców.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

241. Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 1 lit b, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowyt zgodnie z zwartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w/w zapisu.

242. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niezgodny z załącznikiem nr 2 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wymienić go na właściwy w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną"

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej wymienionego zapisu.

243. Dotyczy wzoru umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień".

Odpowiedź: Nie,. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego ustępu o wyżej załączonej treści.

244. Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 4 ust. 4 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia".

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej załączonego zapisu. Zamawiający informuje że w takim przypadku Wykonawca wystawi notę obciążeniową.

245. Dotyczy wzoru umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedaż wierzytelności przez Wykonawcę osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jest nie dopuszczalna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić".

Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje zgodnie z przedstawionym projektem

246. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiejszenie kary umownej.

247. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2 000 zł na 1 000 zł oraz odpowiednio z 50% na 25%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiejszenie kary umownej.

248. Dotyczy warunków umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, potwierdzona na piśmie przez Producenta Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

249. Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy wyrażenie *„1% od wartości zamówionego towaru"* zostało zastąpione wyrażeniem *„1% od wartości zamówionego i niedostarczonego towaru"*?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonych towarów. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zapis wyżej przedstawiony.

250. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie *„z przyczyn niezależnych od Zamawiającego”* zostało zastąpione wyrażeniem *„z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”*?

Nie wszystkie przyczyny niezależne od Zamawiającego muszą być równocześnie zawinione przez Wykonawcę. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego kara umowna jest naliczana za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na okoliczności niezawinione przez Wykonawcę. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zapis wyżej przedstawiony.

251. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie *„50% wartości Pakietu”* zostało zastąpione wyrażeniem *„50% niezrealizowanej wartości Pakietu”*?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części pakietu, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do niezrealizowanej wartości pakietu, a nawet mogłaby przewyższać niezrealizowaną wartość pakietu. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zapis wyżej przedstawiony.

252. Dot. § 3 ust. 3 wzoru umowy dostawy (załącznik nr 3 do SIWZ)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zapis wyżej przedstawiony.

253. Dot. § 6 ust. 1a wzoru umowy dostawy (załącznik nr 3 do SIWZ)

W/w ust. wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku zwłoki w dostawie towaru w wysokości 1% wartości zamówionego towaru. Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmienaę kar umownych.

254. Dot. § 6 ust. 1b wzoru umowy dostawy (załącznik nr 3 do SIWZ)

Prosimy o modyfikację w/w ust. na zapis: " *...z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy..."* Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego niestandardowo wysokie kary umowne powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości). Stoi to w sprzeczności zarówno z przepisami ustawy PZP (art. 14, 139 PZP) oraz art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, jak również z art. 7 ust. 1 – czyli zasadą uczciwej konkurencji. Powyższe wymagania w zakresie kar umownych nałożonych na wykonawcę, prowadzą bowiem do ograniczenia konkurencji poprzez eliminację z ubiegania się o udzielenie zamówienia szerszego kręgu oferentów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wyżej opisanego zapisu.

255. PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 – WZÓR UMOWY DOSTAWY

Pytanie 1 – dotyczy § 6 ust. 1

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru liczonego za każdy dzień zwłoki za odmowę dostarczenia i nie dostarczenie go w terminie, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego Wykonawcy. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca.

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy (Pakietu)"

ODPOWIEDŹ: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

256. PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 – WZÓR UMOWY DOSTAWY (LAMPA CHIRURGICZNA, PULSOKSYMETR)

Pytanie 1 – dotyczy § 7 ust. 1

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego urządzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia,

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy".

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
/-/
mgr Małgorzata Ludzkowska