ZPD/14/19

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 28 Dezynfekcja i mycie narzędzi

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 12 m-cy	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny. Opakowania 2l		szt.	90							
2	Trójenzymatyczny preparat (o neutralnym pH) do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie kompleksu enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (5-15%) oraz substancji zapachowych. PH ok 7. Opakowanie 2 litrowe		szt.	45							
3	Preparat na bazie glutaraldehydu do dezynfekcji wysokiego poziomu (sporobójczej) termolabilnych endoskopów i innych wyrobów medycznych. Aktywność używanego produktu 45 dni, aktywny wobec spor po godzinie ekspozycji. Wysoka skuteczność biobójcza już po 10 minutach. Wyrób medyczny kl.IIb. W zestawie paski kontrolne300 szt. Opakowanie 5 litrowe.		szt.	45							

4	Preparat do dezynfekcji narzędzi i endoskopów giętkich .Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 50-60°C. Zawierający aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HIV, HBV, Adeno, Vaccinia), S, jaja glisty, Helicobacter pyroli w czasie do 5 minut. Bezbarwny o pH 7 w roztworze roboczym 1%. Wyrób medyczny Opakowanie 5l Preparaty 5-8 wzajemnie ze sobą kompatybilne tzn. Pochodzące od tego samego producenta		szt.	12							
5	Preparat enzymatyczny do chemiczno-termicznego mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej o pH roztworu roboczego ok. 8. Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, etanol bez zawartości soli kwasów organicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Nie wymagający neutralizacji. Wyrób medyczny. Opakowanie 5 litrowe		szt.	12							
6	Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Opakowanie kanister 5l.		szt	20							

7	Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Opakowanie kanister 5l.		szt	20							
8	Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. dozowanie 0,3-1,0ml/l. Opakowanie kanister 5l.		szt	4							
9	Płynny koncentrat myjąco – dezynfekcyjny, przeznaczony do manualnego oraz półautomatycznego opracowania narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, chloru oraz innych substancji tlenowych. Oparty na mieszaninie substancji z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Spektrum działania: B (EN 14561), F(EN 14562), Tbc (EN 14563), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Wysoka kompatybilność materiałowa wobec metali, elastomerów oraz tworzyw sztucznych potwierdzona badaniami. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 5 litrowe.		szt.	15							

10	Płynny dwukomponentowy koncentrat, na bazie kwasu nadoctowego przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz sprzętu termolabilnego. Nie zawierający aldehydów, fenoli, pochodnych amin oraz QAC. Nie wymagający dodania aktywatora ani czasu aktywacji. Możliwość sporządzenia roztworu roboczego w zimnej wodzie wodociągowej. Spektrum działania: B (EN14561), F(EN 14562), Tbc (M.terra+M.avium, EN 14563) -1%-5min. (war. brudne), V(EN 14476) – 2%-15 min. (war. brudne), S(EN 14347) 2%-5min., S(C.difficile) 2%-5 min. (war. brudne). Opakowanie 2x 100ml (koncentrat + aktywator)		szt.	20							
11	Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Wykazuje działanie biobójcze już w 5 minut. Wyrób medyczny kl. Iib. Opakowanie butelka 750 ml z końcówką spieniającą.		szt.	25							
12	Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (emulgujący w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). Opakowanie o pojemności 0,4L.		szt.	4							
RAZEM							x			x	x

Do pozycji 6, 7, 8 Zamawiający wymaga wykonania analizy poprawności procesu mycia i dezynfekcji zgodnie z zapisami wskazanymi przez normę PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-2:2010. Zamawiający wymaga by w zakres badań znalazły się: Badanie dozowania środków chemicznych, badanie skuteczności czyszczenia testem białkowym, badanie termometryczne min. 1 czujnikiem, badanie pozostałości chemii procesowej.

Podpis Wykonawcy