Zadanie 1 - zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego dla SP ZOZ w Obornikach

Załącznik nr 2.12 do SIWZ

OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW
PŁUCZKA-DEZYNFEKTOR

Pakiet Nr 12

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)
I	II	III	IV
1.	1. Nazwa oferowanego urządzenia: 2. Producent: 3. Typ: 4. Rok produkcji: 2018	TAK/PODAĆ	
2	urządzenie wolnostojące	TAK	
3	obudowa ze stali nierdzewnej AISI304 lub lepszej gatunkowo	TAK	
4	konstrukcja komory wykonana ze stali kwasoodpornej AISI316 lub lepszej gatunkowo	TAK	
5	minimalna pojemność komory: jeden basen z pokrywą + jedna kaczka lub trzy kaczki	TAK	
6	możliwość mycia butli do ssaków, misek	TAK	
7	uszczelka bezobsługowa (nie wymagająca przeglądów i wymiany oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne)	TAK	
8	system natryskowy komory wyposażony w minimum 10 dysz ciśnieniowych (w tym minimum 5 obrotowych), nie dopuszcza się ramion natryskowych	TAK	
9	wyposażenie w kosz załadowczy umożliwiający umieszczenie w myjni różnego rodzaju i różnej wielkości kaczek i basenów (również basenów podłużnych)	TAK	
10	komora wewnętrzna bez narożników, spoin i ostrych krawędzi, wykonana jako głęboko tłoczony monolit z nachylonym sufitem ułatwiającym spływanie	TAK	
11	komora izolowana termicznie i akustycznie	TAK	
12	możliwość dezynfekcji termicznej w temperaturze 93ºC	TAK	
13	konstrukcja kosza załadowczego umożliwiająca opróżnianie załadunku z nieczystości przy zamykaniu drzwi komory	TAK	
14	suszenie wymuszonym strumieniem powietrza	TAK	
15	możliwość uzyskania dezynfekcji A0 3000	TAK	

Zadanie 1 - zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego dla SP ZOZ w Obornikach

16	czas programów mycia i dezynfekcji do 10 min	TAK	
17	całkowity spust wody z urządzenia po każdym cyklu	TAK	
18	dwie pompy detergentu	TAK	
19	napięcie 230 V	TAK	
20	dostawca zapewnia środek myjąco-dezynfekcyjny na okres 6 miesięcy do każdego urządzenia	TAK	
21	dostawca zapewnia: 1) basen z pokrywą – 3 szt. 2) kaczka - 3 szt. 3) regał wiszący na zdezynfekowane kaczki, baseny i pojemniki -1 szt.	TAK	
29	1. Deklaracja Zgodności, 2. WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, 3. Folder, ulotka z zaznaczonymi wymaganymi parametrami technicznymi	TAK	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU			
1	Gwarancja min. 36 m-cy – max 48 m-cy	PODAĆ	
2	Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.	TAK	
3	Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenia w siedzibie serwisu w czasie powyżej 5 dni, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w terminie 48 godz. po upływie wyżej opisanych 5 dni	TAK	
4	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.	TAK	
5	Punkty serwisowe	MIN. 1, PODAĆ	
6	Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty.	TAK	
7	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim.	TAK	

Zadanie 1 - zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego dla SP ZOZ w Obornikach

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej