Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/09/15/90 Oborniki, dnia 10.07.2015r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/09/15

Dot. przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 Euro **na dostawę sprzętu jednorazowego użytku – powtórka, przenośnego aparatu EKG, strzykawki automatycznej do tomografu komputerowego i innych** , ogłoszonego w dniu 06.07.2015r na naszej stronie internetowej www.szpital.oborniki.info/nbip/oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pytanie dotyczące pakietu nr 30: Przenośny aparat EKG: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 4,6kg?
Odpowiedź: Tak.

2. Pytanie dotyczące pakietu nr 30: Przenośny aparat EKG: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z dotykowym ekranem o przekątnej 8,9” z rozdzielczością 1024x768?

Odpowiedź: Tak.

3. Pytanie dotyczące pakietu nr 30: Przenośny aparat EKG: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z małych rozmiarów zasilaczem zewnętrznym?

Odpowiedź: Tak.

4. **Dot. Pakietu nr 20, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 24 mm i długość nici 45 cm?

Odpowiedź: Nie.

5. **Dot. Pakietu nr 20, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 24 mm i długość nici 75 cm?

Odpowiedź: Tak.

6. **Dot. Pakietu nr 20, poz. 2, 5**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości nici 45 cm?

Odpowiedź: Tak.

7. **Dot. Pakietu nr 20, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?
Odpowiedź: Tak.

8. **Dot. Pakietu nr 20, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igła o krzywiźnie ½ koła?

Odpowiedź: Tak.

9. **Dot. Pakietu nr 20, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 37 mm?

Odpowiedź: Tak.

10. **Dot. Pakietu nr 21, poz. 1 – 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, grubość nici 0,15 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

11. **Dot. Pakietu nr 21, poz. 1 – 4**
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Pakietu nr 21 pozycje 1, 2, 3 i 4** zawierające siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 21a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.
Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

12. **Pakiet 7, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę jw. w rozmiarze 0,5 x 42 mm? Proponowany rozmiar niewiele różni się od Zamawiającego, zgoda na powyższe pozwoli złożyć atrakcyjną ofertę.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy podana średnica 7 mm w drenie uniwersalnym balonowym to średnica wewnętrzna czy zewnętrzna ?

Odpowiedź: Podana średnica to średnica zewnętrzna.

14. **Pakiet 21 poz. 1-5**

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionych pozycja siatki o grubości nici 0,16mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

15. **Pakiet 21 poz. 2**
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji siatki w rozmiarze 8 x 13 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

16. **Pakiet 21 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga w wyżej wymienionej pozycji siatek posiadających wycięcie na powrózek nasienny czy nieposiadające nacięcia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga siatek nieposiadające nacięcia.

17. **Pakiet 21 poz. 5**

Prosimy o wyjaśnienie do czego odnosi się parametr 10-15cm?

Odpowiedź: Parametr odnosi się do grugiego elementu siatki typu rutka.

18. **Dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa *„1% od wartości zamówionego towaru”* zostały zastąpione słowami *„1% od wartości zamówionego i niedostarczonego towaru”*?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonych towarów. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

19. **Dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa *„z przyczyn niezależnych od Zamawiającego”* zostały zastąpione słowami *„z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”*?

Nie wszystkie przyczyny niezależne od Zamawiającego muszą być równocześnie zawinione przez Wykonawcę. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego kara umowna jest naliczana za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na okoliczności niezawinione przez Wykonawcę. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zastępuje w umowie jak wyżej.

20. **Dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa *„50% wartości Pakietu”* zostały zastąpione słowami *„50% niezrealizowanej wartości Pakietu”*?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części pakietu, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do niezrealizowanej wartości pakietu, a nawet mogłaby przewyższać niezrealizowaną wartość pakietu. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

21. **Dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. f) o następującej (lub podobnej) treści: *„zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych*

wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy"?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

22. **Dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź: Nie.

23. **Dotyczy pakietu 14**

Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 30m, w ilości 3 sztuk co da łącznie 90m drenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren o długości 30m, jednak zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca przelicza zaoferowany asortyment do dwóch miejsc po przecinku, tak aby odpowiadał wymaganej ilości w SIWZ. Zamawiający zakupi pełne opakowanie a nie jego dziesiętne części.

24. **Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy dostawy (załącznik nr 3 do SIWZ)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie termu wymiany towaru.

25. **Dotyczy § 3 ust. 4 wzoru umowy dostawy (załącznik nr 3 do SIWZ)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od możliwości składania zamówień telefonicznie.

26. **Dotyczy § 6 ust. 1a wzoru umowy dostawy (załącznik nr 3 do SIWZ)**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 6 ust. 1a umowy dostawy poprzez dodanie do niego zapisu [..... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

27. **Dotyczy § 6 ust. 1a wzoru umowy dostawy (załącznik nr 3 do SIWZ)**

W/w ust. wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku zwłoki w dostawie towaru w wysokości 1% wartości zamówionego towaru. Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych, Wykonawca w formularzu oferty określa w jakim terminie dostarczy Zamawiającemu zamówiony towar i powinien się tego terminu trzymać.

28. **Dotyczy § 6 ust. 1b wzoru umowy dostawy (załącznik nr 3 do SIWZ)**

Prosimy o modyfikację w/w ust. na zapis: " *...z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy..."*
Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego niestandardowo wysokie kary umowne powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości). Stoi to w sprzeczności zarówno z przepisami ustawy PZP (art. 14, 139 PZP) oraz art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, jak również z art. 7 ust. 1 – czyli zasadą uczciwej konkurencji. Powyższe wymagania w zakresie kar umownych nałożonych na wykonawcę, prowadzą bowiem do ograniczenia konkurencji poprzez eliminację z ubiegania się o udzielenie zamówienia szerszego kręgu oferentów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

29. Pakiet 8 poz 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w rozmiarze 9,0, który jest największym rozmiarem w większości dostępnych na rynku markach rękawic.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice w rozmiarze 9,0.

30. Pakiet 8 poz 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 8 poz 7 do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi naszej firmie złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

31. **Pakiet nr 31 System do ogrzewania pacjenta**
Lp. 2 Czy Zamawiający dopuści system złożony z centralnego urządzenia grzewczego i kołderek grzewczych:.
Kołderka dla dorosłych (218 cm x 127 cm)
Kołderka na górne części ciała (min. 200 cm x max 76 cm)
Kołderka na dolne części ciała (142 cm x 102 cm)
Kołderka pod ciało pacjenta (min. 215 cm x 102 cm)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kołderek o wyżej wymienionych rozmiarach.

32. **Pakiet nr 31 System do ogrzewania pacjenta**

Lp. 5 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z mocą szczytową 950W? Koszty eksploatacji urządzenia będą mniejsze.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

33. **Pakiet nr 31 System do ogrzewania pacjenta**

Lp. 6, 7 Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym filtrowanie powietrza następuje przez wysokiej jakości filtr HEPA o skuteczności filtrowania na poziomie 99,99%?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 32, punkt nr 1: Strzykawka automatyczna do tomografu komputerowego, Parametry strzykawki automatycznej:

34. **Czy zamawiający dopuści do postępowania oferty na 3-kanałowy bezwkładowy wstrzykiwacz do CT cechujący się poniższymi parametrami?**

- Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2015.
- Urządzenie na podłogowym statywie jezdnym.
- Możliwość bezpośredniego zastosowania dwóch butelek z kontrastem każdego z dostępnych producentów środków cieniujących w pojemnościach od 50 – 500ml i soli fizjologicznej o poj. do 3000 ml.

- Minimalna prędkość przepływu - 0,5 ml/s.
- Maksymalna prędkość przepływu - 9.9 ml/s.
- Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl.
- System wykrywania pęcherzyków powietrza.
- System przeciwdziałający cofaniu się podawanych płynów.
- Możliwość definiowania objętości butelki (w celu kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zlecanego badania).
- Możliwość mieszania środka kontrastowego w dowolnych proporcjach z solą fizjologiczną za pomocą funkcji Dilujject.
- Przewodowy system łączności pomiędzy terminalem sterującym a wstrzykiwaczem.
- Izolatory butelek utrzymujące temperaturę uprzednio podgrzanego kontrastu.
- Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów).
- Sieciowe zasilanie wstrzykiwacza.
- Dwie identyczne konsole sterujące wyposażone w kolorowe panele dotykowe w rozdzielczości 800 x 600 pikseli każda – interfejs w języku polskim z pomocą audio/video.

ponadto:
- Programowanie rodzaju, stężenia i temperatury środka kontrastowego w celu kalkulacji parametrów podawanych płynów takich jak lepkość kontrastu.
- Programowanie rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta w celu dokładnej kalkulacji prędkości podania co znacząco wpływa na zmniejszenie ryzyka występowania potencjalnych wynaczynień i ich dalszych powikłań.
- Automatyczne przełączanie się kanałów dla takiego samego środka kontrastowego po całkowitym wykorzystaniu pierwszej z butelek.
- Możliwość stosowania dwóch różnych środków kontrastowych – tryb ręczny wyboru kanału.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki o wyżej wymienionych parametrach.

35. **Dotyczy pakietu nr 32, punkty nr 2 i 3**
Czy zamawiający dopuści do postępowania oferty na materiały eksploatacyjne przeznaczone do wyżej oferowanego wstrzykiwacza cechujące się poniższymi parametrami przy założeniu okresu 18 miesięcy i wykonaniu w tym okresie 2700 badań?

1. Zestaw dzienny pozwalający na wykonanie badań przez 12 h – **500/szt.**
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania jak w SIWZ, tj. 600 szt.

2. Zestaw wielu pacjentów pozwalający na wykonanie badań przez 12 h po zainstalowaniu lub 20 pacjentów – **500/szt.**
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania jak w SIWZ, tj. 600 szt.

3. Nakłuwacz do wszystkich typów butelek środka kontrastującego o każdej objętości od 50 ml do 500 ml – **1200/szt.**
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. linia pacjenta - jednorazowy element zapewniający bezpieczne połączenie systemu z kontaktem żylnym pacjenta, zaopatrzony w dwie jednokierunkowe zastawki - **2700/szt.**
Ze względu na brak jednoznacznego określenia ram czasowych wykonywania badań w pracowni TK, wyliczenie odnosi się do 396 dni roboczych (22 dni/miesiąc x 18 miesięcy).
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

36. **Pytania dotyczące Pakietu nr 30 – Przenośny aparat EKG :**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD 5,7" ale bez możliwości regulacji kontrastu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez możliwości regulacji kontrastu.

37. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze wraz z bateria ok. 2,0kg? Jest to niewielka różnica od wartości wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 30 - Przenośny aparat EKG

38. Czy zamawiający dopuści aparat ekg z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 4,3 cala co jest rozwiązaniem technicznie i użytkowo lepszym od wymaganego? (możliwość przejrzenia zapisu przed wydrukiem, oszczędność papieru, techniczne łatwiejsze wykonywanie badań).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

39. Czy Zamawiający dopuści aparat który posiada 3 stopniową, znakowaną kolorem pomoc przy prawidłowym podpięciu elektrod i sprawdzeniu obwodu oraz graficznej prezentacji ewentualnych problemów z sygnałem na konkretnym odprowadzeniu? Pragniemy zauważyć iż proponowane przez nas rozwiązanie jest bardziej zaawanasowane technologicznie, pozwala w znaczącym stopniu zredukować nieudane wydruki oraz gwarantuje poprawnie techniczne.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

40. Załącznik nr 3A do SIWZ, § 7 ust. 1 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia oraz 10% za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

Dotyczy Pakietu nr 16
41. Czy Zamawiający w pozycji 40 w związku z wycofaniem przez producenta masek krtaniowych opisanych w SIWZ, dopuści jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny nie wtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwa producenta podana na korpusie rurki, sterylna, w rozmiarach 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

42. Czy Zamawiający w pozycji 48 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa, cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml oraz skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

43. Czy Zamawiający w pozycji 49 dopuści zestaw do drenażu opłucnej z portem do pobierania próbek usytuowanym w dolnej części tylnej ściany drenażu, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczą Pakietu nr 31:

44. Czy Zamawiający dopuści Kołderki dla dorosłych, na górne części ciała oraz pod ciało Pacjenta o wymiarach 203x102 [cm], a także kołderki na dolną część o wymiarach 102x163 [cm] jako nieznacznie różniące się od wymaganych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

45. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez podanej mocy elementu grzewczego, za to o parametrach elektrycznych/energetycznych 230 VAC, 50/60 Hz, 4.0 A?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

46. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z filtrowanym powietrzem za pomocą filtra w urządzeniu grzewczym, bez filtra w kołderkach? Kołderki natomiast są wyposażone w system kanałów o otworów eliminujących zanieczyszczenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

47. Czy Zamawiający dopuści kołderki jednobarwne, które pozwalają na szybką orientację, która powierzchnia okrywa ciało Pacjenta, ze względu na zastosowane napisy na ich górnej części?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

48. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które w zamian za podawanie czasu pracy filtra, ma określone przez producenta stałe odstępy czasu wymiany filtra?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

49. **Pakiet nr 3, pozycja 1**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem, czy bez nadruku ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem.

50. **Pakiet nr 8 pozycje 1 - 7**

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki sterylne w zakresie rozmiarów kolejno od 6,0-9,0 i w poz. 7 dopuści zaoferowanie rękawicy w rozmiarze 9,0 ?

Odpowiedź: W poz. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w rozmiarze 9,0, w pozostałych pozycjach Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

51. **Pakiet nr 12, pozycja 2**
Czy Zamawiający dopuści środek wchłanialny - utleniona regenerowana celuloza o działaniu hemostatycznym wykonana z wiskozy o pH kwaśnym (4,0 – 4,5), spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

52. **Pakiet nr 16, pozycje 4 - 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

53. Pakiet nr 27, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, niekierunkową, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, która ściśle przylega całą powierzchnią do skóry i zapobiega przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności, kształt owalny, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2, grubość 1mm, pakowane po 5 szt.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

54. **dotyczy Pakietu 24 , lp.1**

Czy Zamawiający wymaga systemu jednorazowego, alternatywnego, o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:
System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:
- czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.
systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m^2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczo-

nymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

W razie dopuszczenia zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego systemu, natomiast nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

55. **dotyczy Pakietu 24 , lp2**

Czy Zamawiający wymaga systemu jednorazowego , alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:
- czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.
systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m^2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

W razie dopuszczenia zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego systemu, natomiast nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

56. **dotyczy Pakietu 24 , lp 3**

Czy Zamawiający wymaga systemu jednorazowego , alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:
- czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.
systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m^2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

W razie dopuszczenia zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego systemu, natomiast nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

57. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23:**
6 szt. systemów do naprawy statyki narządów miednicy mniejszej u kobiet w obrębie rectocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzeg zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez dodatkowej nici, bez zatrzasków, bez konektorów,
oraz
1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego systemu.

58. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24, poz. nr 1:**

1.8 szt. systemów leczenia wypadania macicy, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez dodatkowych otworów, bez znaku w części centralnej,
2.oraz
1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego systemu.

59. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24, poz. nr 2:
6 szt. systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez dodatkowych otworów,
1.oraz
1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?
Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego systemu.

60. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24, poz. nr 3:**

5 szt. systemów, sterylna mini-taśma, z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o parametrach: długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm,

W części środkowej	**Na końcach**
grubość taśmy	
0,33 mm	0,54 mm
porowatość	
1000 µm	698 µm
gramatura	
48 g/m^2	175 g/m^2 ?

Bez specjalnego narzędzia do implantacji, bez systemu kotwiczącego, bez prowadnicy teleskopowej.

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego systemu.

61. **Pytanie do pakietu 16**
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu 16 poz. 2, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 46 i 47 i utworzenie odrębnego pakietu np. 16a. Przychylenie się do naszej prośby przyczyni się do zwiększenia ilości oferentów, a tym samym do uzyskania bardziej konkurencyjnej ceny przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

62. **Pytanie do pakietu 16 poz. 2**
Prosimy o dopuszczenie jednorazowych łyżek światłowodowych do laryngoskopu, kompatybilne z zielonymi rękojeściami światłowodowymi ISO 7376-3, wykonane z ABS (acrylonitrile butadiene styrene), dostępne rozmiary Macintosh 3 i 4, / zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie, dedykowane do pracy w środowisku MRI, bez podania wymiarów - zgodne z normami, w kolorze szarym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

63. **Pytanie do pakietu 16 poz. 32, 33, 34**
Czy Zamawiający oczekuje rurek ustno – gardłowe Guedela, wykonanych z polipropylen (bez PCV, bez ftalanów), jednoczęściowe, ze zintegrowanym blokerem zgryzu, kod kolorystyczny wzdłuż całej długości rurki steryln, pakowane pojedynczo:

poz. 32 - Roz. 1 - 6,5 cm

poz.33 – Roz. 2 – 8,0cm

poz.34 - Roz.3 – 9,0cm.

Odpowiedź: Tak.

64. **Pytanie do pakietu 16 poz. 41**
Czy Zamawiający oczekuje filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, sterylny; skuteczność filtracji bakteryjno/wirusowej >99,999%; opór przy 30L/min 0,9cm H20; opór przy 60L/min 2,0cmH20, przestrzeń martwa 42ml; waga 23g; minimalna objętość oddechowa 150ml; port do kapnografi; złącza proste 22M/15F – 22F/15M.
Odpowiedź: Tak.

65. **Pytanie do pakietu 16 poz. 42**
Czy Zamawiający oczekuje filtru oddechowego elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci sterylny; skuteczność filtracji bakteryjno/wirusowej >99,999%; zwrot wilgoci 32mg/H2O/L; opór przy 30L/min 1,6cm H20; opór przy 60L/min 3,0cmH20, przestrzeń martwa 57ml; waga 31g; minimalna objętość oddechowa 150ml; port do kapnografi; złącza proste 22M/15F – 22F/15M.
Odpowiedź: Nie.

66. **Pytanie do pakietu 16 poz. 43**
Czy Zamawiający dopuści „szcztuczny nos" wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z rurką tracheostomijną; wykonany z dwóch elementów piankowych HME; zwrot wilgoci 26mg H20/L, opór przy 30L/min 0,2 cm H2O; opór przy 50L/min 0,7 cm H2O; przestrzeń martwa 19ml; waga 8g; minimalna objętość oddechowa 50ml; złącze tlenowe 15F; port do odsysania zakryty klapką do obsługi jedną ręką, sterylny bądź mikrobiologicznie czysty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

67. **Pytanie do pakietu 16 poz. 46**
Czy Zamawiający oczekuje zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1) cewniki centralny 3-światłowy 7Fr/18,18,16Ga/16 cm w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik druciany o średnicy 0,032" o długości 45cm" na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką , 3-światłowy cewnik z poliuretanu, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące oraz 2) cewniki centralny 3-światłowy 7Fr/18,18,16Ga/20 cm w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik druciany o średnicy 0,032" o długości 60cm na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką , 3-światłowy cewnik z poliuretanu, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące
Odpowiedź: Nie.

68. **Pytanie do pakietu 16 poz. 47**
Czy Zamawiający oczekuje zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1) cewniki centralny 2-światłowy 7Fr/14,16Ga/20 cm w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik druciany o średnicy 0,032" o długości 60cm na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką , 2-światłowy cewnik z poliuretanu, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące.

Odpowiedź: Nie.

69. **Pytanie do pakietu 26**
Czy zamawiający wymaga wysokiej klasy:
Pulsoksymetru dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym w technologii Masimo.
Zasilanie AC 220 VAC 50 Hz+/-10%,
Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na 7 godzin pracy
Waga poniżej 1 kg
Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia
Zakres pomiaru saturacji 1-100%
Dokładność pomiaru saturacji w zakresie
70% - 100% +/- 3 cyfry
60% - 80% +/- 4 cyfry.
Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę
Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm
Ciągły tryb monitorowania parametrów
Wyświetlacz typu LED , z możliwością regulacji kontrastu wyświetlacza, bez wskaźnika alarmu świetlnego dobrze widocznego z obu stron aparatu
Wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości)zmieniającego kolor na czerwony
Posiadający wskaźnik wyciszenia alarmów
72 godzinne trendy SpO2 i pulsu z możliwością prezentacji tabelarycznej oraz opcją wydruku na zewnętrznej drukarce.
Szeregowe wyjście cyfrowe RS-232, funkcja przywołania pielęgniarki
Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu
Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji
Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez
podchodzenia do monitora
Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika
Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora
Możliwość regulacji głośności alarmu
Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu
Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund
Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzję w miejscu pomiaru
Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%
Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD
Funkcja HOME MODE-zabezpiecza urządzenie przed zmianą ustawień przez niepowołane osoby
Funkcja SLEEP MODE-zapisuje stan pacjenta bez wzbudzania alarmów w trakcie nocy

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SIWZ, pulsoksymet będzie przeznaczony do pracy na bloku operacyjnym.
Pytania dot. wzoru umowy:
70. Wnosimy o zmianę par. 5 na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

71. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 1 pkt a) wzoru umowy poprzez zmniejszenie kary umownej w nim określonej do 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

72. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 1 pkt b) wzoru umowy poprzez zmniejszenie kary umownej w nim określonej do 10% wartości pakietu w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

73. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.07.2015.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.07.2015r.

XXXXX XXXXX XXXXX

I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 ze zm.) **zmienia treść SIWZ w ramach Pakietu nr 32:**
a) SIWZ część IV ust 1 i 2:
1. Umowa obowiązywać będzie przez okres 21 dni od podpisania umowy.
2. Dostawa:
c) 21 dni od podpisania umowy (dot. Pakietu nr 32)
b) w załączniku nr 3A – wzór umowy w § 1 ust. 2. Treść ustępu otrzymuje brzmienie: **„Termin realizacji zamówienia ustala się na okres maksymalnie do 28/ 21 (dotyczy Pakietu nr 32) dni od dnia podpisania umowy tj. do ……., poz. 2 i 3sukcesywne dostawy przez okres 18 m-cy od dnia podpisania umowy w terminie 5 dni od złożenia zamówienia – dotyczy Pakietu nr 32***
c) Formularz oferty ust. IV modyfikuje się ppkt b) i dodaje ppkt. c) o treści:
b) 28 dni od podpisania umowy (dot. Pakietów nr 30, 31)
c) 21 dni od podpisania umowy (dot. Pakietu nr 32)

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 ze zm.) wyznacza nowy termin składania ofert **na dzień 15.07.2015r.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:
1. SIWZ część XIII pkt ppkt „**Oferta przetargowa”** otrzymuje brzmienie: tabela - „(...) - nie otwierać do dnia **15.07.2015r**. godz. 11:00”
2. SIWZ część XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XIII SIWZ należy złożyć **do dnia 15.07.2015r. do godz. 10:00** w Sekretariacie (pokój nr 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek Administracji, wejście B.”
3. SIWZ część XIV pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Budynek Administracji, wejście B w sali konferencyjnej nr 17, **dnia 15.07.2015r. o godz. 11:00.”**

XXXXXXXXXXXXX

WYJAŚNIENIA I WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z up. Dyrektora SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak