Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Lp	Asortyment	Cena jedn. Netto	Ilość na 2 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici max 0,5 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość max 50 cm, szerokość min. 10 mm, grubość do 0,5 mm. Brzegi taśmy zakończone pętelkami, Systematyczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy.		2	szt.						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 2 Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Lp	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 2 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele. Materiał: polipropylen monofilament, osłonięta plastikową osłonką, długość 45 (+/- 0,5 cm), szerokość 1,1 cm (+/- 0,1 cm) w części podcewkowej 3,5 cm (+/- 0,1 cm), grubość 0,33 (+/- 0,01 mm), porowatość 84 %, gramatura: 48g/m2, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm		2	szt						
2	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele. Materiał: polipropylen monofilament, osłonięta plastikową osłonką, długość 45 (+/- 1 cm), szerokość 1,1 cm (+/- 0,1 cm) najszerszy wymiar w środkowej części 2 cm (+/- 0,2 cm), grubość 0,33 (+/-0,1 mm), porowatość 84 % , gramatura 48 g/m2, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm		2	szt						
RAZEM						**x**			x	x

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 3 System leczenia wypadania macicy

Lp.	Asortyment	Cena jedn. Netto	Ilość na 2 m-ce	J.m	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	System leczenia wypadania macicy, jednorazowy przeciwobrotowy, pozwalający na precyzyje połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo – kolcowym posiadającym 6 punktów mocoowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, posiada 6 mm otwory w części centralnej daje możllowość symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwalającu na bezpieczne i prezyzyjne wszczepienie do więzadeł krzyżowo – kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym.		2	szt						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 4 Siatki

Lp	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 2 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Siatka chirurgiczna do zaopatrzenia przepuklin pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanialnymi mikrohaczykami monofilament poliestrowy i polilaktydowy waga wiatki po wchłonięciu 38g/m2. Rozmiar 12 x 8 cm z klapką lewostronną plus szew wchłanialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowanie w jednym kierunku, niebarwiony . Wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach -90%, po 14 dniach -75%. Okres wchłaniania 90-110 dni. Długość szwu 30 cm, igła 19 mm, 3/8 koła, rozmiar 3-0		2	szt.						
2	Siatka chirurgiczna do zaopatrzenia przepuklin pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanialnymi mikrohaczykami monofilament poliestrowy i polilaktydowy waga siatki po wchłonięciu 38g/m2. Rozmiar 12x 8 z klapką prawostronną plus szew wchłanialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowane w jedynym kierunku, niebarwiony, wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach -90%, po 14 dniach -75 %. Okres wchłaniania 90-110 dni. Długość szwu 30 cm, igła 19 mm, 3/8 koła. Rozmiar 3-0		2	szt.						
3	Urządzenie mocujące do siatek typu tacer z 5 mm wchłanialnymi wkrętami do siatek zakładanych metodą laparoskopową urządzenie zawiera 15 wchłanialnych wkrętów spiralnych		3	szt.						
RAZEM						x			x	

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 5 Siatki przepuklinowe

Lp	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 2 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Siatka przepuklinowa polipropylen monofilamentowy, dwukierunkowa elastyczność, siatka lekka, miękka. Grubość siatki 0,40 mm, grubość nitki 120 µm, porowatość średnia 1800 µm, porowatość max 2270 µm, porowatość 86,7 %, gramatura 48,8 g/m2									
a	Rozmiar 8 x 15 cm		10	szt						
RAZEM				x		x			x	x

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 6 Siatka przepuklinowa

Lp	Asortyment	Cena jedn. Netto	Ilość na 2 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Siatka niewchłanialne, makroporowe, polipropylenowe, lekkie z włókna monofilamentoego z wplecioną niebieską nicią, stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m2 (+/-10%) całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/-10%), porowatość 91% (+/-5%, wielkość porów 2,76 mm, bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 um.									
a	Rozmiar 8 x 15 cm		10	szt						
RAZEM				x		x			x	x

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 7 Nici

Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane na bazie kwasu poliglikolowego lub poliglikowego i mlekowego, gwarantowany okres podtrzymania tkankowego 28 -35 dni, min 60 % Po 2 tygodniach, wymagany początek całkowitego czasu wchłaniania nici w 60 dniu, licząc od dnia operacji, koniec wchłaniania w 90 dniu operacji – nie dopuszcza się innego czasookresu początku i końca wchłaniania. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę.

Lp.	Igła	Nitka		Cena jedn. netto	Ilość na 2 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
	Długość	Grubość	Długość									
1	-	3/0	250cm		72	sasz.						
2	22mm ½ okr.	2/0	75cm		72	sasz.						
3	22mm ½ okr.	0	75cm		72	sasz.						
4	26mm ½ okr. Czarna	2/0	75cm		72	sasz.						
5	26mm ½ okr.	0	75cm		72	sasz.						
6	26mm ½ okr. Wzmocniona	1	75cm		36	sasz.						
7	26mm ½ okr. Wzmocniona	2	90cm		72	sasz.						
8	30mm ½ okr.	2/0	75cm		108	sasz.						
9	30mm ½ okr.	0	75cm		72	sasz.						
10	36mm ½ okr.	0	75cm		72	sasz.						
11	36mm ½ okr.	1	90cm		72	sasz.						
12	36mm ½ okr.	2	90cm		72	sasz.						
13	40mm ½ okr. Wzmocniona	1	90cm		72	sasz.						
14	40mm ½ okr.	2	90cm		108	sasz.						
15	48mm ½ okr.	2	90cm		108	sasz.						
16	70mm ½ okr.	1	75cm		36	sasz.						
RAZEM								x			x	x

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 8 Wężyki

Lp	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 2 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Wężyk pacjenta strzykawki automatycznej XD 2035		600	szt.						
2	Wężyk do pompy strzykawki automatycznej XD 8003		60	szt.						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 9 Zestaw do usuwania uszkodzonych implantów

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Zestaw do usuwania uszkodzonych implantów systemu płytek blokowanych dla systemu 4.0 i 5.0 wraz z podwójnym kompletem wierteł jednorazowych o średnicy wymaganej dla obu systemów. Zestaw wraz ze statywem i kontenerem.		1	szt.						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 10 Leki Immunoglobuliny anty-RhD

Lp.	Nazwa towaru	Ilość na 12 m-cy	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent leku
1	roztwór do wstrzykiwań 50µgx1amp.	15	op.						
2	roztwór do wstrzykiwań 150µg x1amp.	45	op.						
RAZEM									X

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 10A Leki Immunoglobuliny anty-RhD

Lp.	Nazwa towaru	Ilość na 12 m-cy	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent leku
3	roztwór do wstrzykiwań 300µg/2 ml x1amp.-strzyk. 2 ml	45	op.						
RAZEM									X

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 11 Leki

Lp.	Nazwa towaru	Ilość na 12 m-cy	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent leku
1	Butamirati citras krople 5mg/ml 20ml	4	op.						
2	Cetirizini dihydrochloridum 10mg/ml krople 20ml	6	op.						
3	Lewodropropizyna 60mg/10ml 120ml	6	op.						
4	Oxymetazolini hydrochloridum 0,025% 10ml	10	op.						
	RAZEM					x			X

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 12 Aparat KTG

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Urządzenie do rejestracji akcji serca płodu i jednocześnie skurczów macicy do Poradni „K' o parametrach : głowice ultradźwiękowe zapewniające doskonałą czułość odczytów, wyświetlanie danych pacjenta i wyraźny zapis wykresu, edycja dolnych i górnych granic alarmu FHR (alarm dźwiękowy i zmiana koloru wyświetlania), możliwość ciągłego monitorowania przez 24 godziny, funkcja zamrożenia obrazu,wbudowana drukarka termiczna. Dodatkowa sonda do badania FHR w ciąży bliźniaczej.		1	szt.						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy