Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/ 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/05/18/ 166

Oborniki, dnia 18.05.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/05/18

Dot. przetargu nieograniczonego **na zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego oraz wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach – zadanie I pt. „zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego"**, ogłoszonego w dniu 17.04.2018r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

CZĘŚĆ II ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

dotyczy pakietu nr 13 - Macerator

76. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach:

- Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora przeznaczonego do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej.

77. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach:

- Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o konstrukcji ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa.

78. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach:

- Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o antybakteryjnej powłoce uniemożliwiającej namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia.

79. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach:

- Cała górna obudowa i pokrywa komory tworząca jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu, bez przewężeń i zagłębień, w których mogłyby się gromadzić nieczystości w trakcie użytkowania

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora z całą górną obudową i pokrywą komory tworzącą jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu, bez przewężeń i zagłębień, w których mogłyby się gromadzić nieczystości w trakcie użytkowania.

80. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach:

- Silnik: jednofazowy 230V-50Hz, 13A lub 400V

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora z silnikiem jednofazowym 230V-50Hz, 13A.

81. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach:

- Wartość znamionowa przy szczytowym obciążeniu (nominalna) 4,3A

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o wartości znamionowej przy szczytowym obciążeniu (nominalna) 4,3A.

82. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Moc: 0,59kW

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o mocy 0,59kW.

83. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Pompa o mocy 125W i wydajności 40l/min

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora z pompą o mocy 125W i wydajności 40l/min.

84. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Ładowność / cykl: 4 naczynia typu kaczka, basen

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o ładowności/ cykl: 4 naczynia typu kaczka, basen.

85. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Doprowadzenie wody: rura 3/4"

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o doprowadzeniu wody: rura ¾".

86. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Odprowadzenie ścieków: rura 50mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o odprowadzeniu ścieków: rura 50mm.

87. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Wymiary: 908mm wys. x 524mm gł. x 411mm szer.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o wymiarach: 908mm wys. x 524mm gł. x 411mm szer.

88. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Waga (bez ładunku): 59kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o wadze (bez ładunku): 59kg.

89. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Konfigurowalne zużycie wody: 17-23l

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o konfigurowalnym zużycie wody: 17-23l.

90. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Konfigurowalny czas cyklu: 82-114 sekund

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o konfigurowalnym czasie cyklu: 82-114 sekund.

91. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Otwieranie i zamykanie pokrywy bez użycia rąk za pomocą przycisku nożnego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o otwieraniu i zamykaniu pokrywy bez użycia rąk za pomocą przycisku nożnego.

92. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji częstotliwości dozowania bezpośrednio z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora z dozownikiem płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji częstotliwości dozowania bezpośrednio z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia.

93. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Maceracja przy użyciu 3 modułów tnąco-rozrywających (niewymagających ostrzenia – dożywotnia gwarancja)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o maceracji przy użyciu 3 modułów tnąco-rozrywających (niewymagających ostrzenia – dożywotnia gwarancja).

94. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora w którym wszystkie elementy tnące umiejscowione są w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia).

95. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 5 mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie → system uniemożliwiający doprowadzenie do zatoru (alternatywa zaworu membranowego)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora w którym komora maceratora wyposażona jest w niewielkie otwory o średnicy max. 5 mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie → system uniemożliwiający doprowadzenie do zatoru (alternatywa zaworu membranowego).

96. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start" po zamknięciu pokrywy (brak włącznika startu)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o automatycznym uruchamianiu urządzenia, funkcja „auto-start" po zamknięciu pokrywy (brak włącznika startu).

97. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Wyświetlacz LCD informujący o stanie urządzenia i fazie cyklu. Informacje na wyświetlaczu o awariach/usterkach prezentowane za pomocą kodu błedu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o wyświetlaczu LCD informującym o stanie urządzenia i fazie cyklu. Informacje na wyświetlaczu o awariach/usterkach prezentowane za pomocą kodu błędu.

98. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Zabezpieczenia - urządzenie wyposażone w czujniki: niedrożności odpływu, niskiego poziomu wody, zaistniałych usterek, prędkości wirnika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o zabezpieczeniu - urządzenie wyposażone w czujniki: niedrożności odpływu, niskiego poziomu wody, zaistniałych usterek, prędkości wirnika.

99. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Regulacja zużycia wody, czasu cyklu, zużycia środka chemicznego bezpośrednio z panelu na górnej pokrywie

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora z regulacją zużycia wody, czasu cyklu, zużycia środka chemicznego bezpośrednio z panelu na górnej pokrywie.

100. Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących parametrach: - Wysokość załadunku 80cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maceratora o wysokości załadunku 80 cm.

101. **dotyczy pakietu nr 13 - Macerator**

Prosimy o odstąpienie od wymogu inwertora AC? W Polsce nie występuje napięcie 110V i w maceratorach dostępnych na rynku Polskim nie jest konieczne stosowanie takiego inwertora, gdyż są one przystosowane do bezpośredniego podłączenia do zasilania 1-fazowego (220-240V) lub 3-fazowego (380-420V) bez konieczności użycia inwertora AC. Konstrukcja urządzenia posiadającego dodatkowo inwertor AC jest bardziej skomplikowana przez co mogą występować częstsze usterki i nie ma żadnego wpływu na proces maceracji.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia w złączniku parametr inwertor AC, jednak dopuszcza zaoferowanie maceratora bez tego parametru.

102. **dotyczy pakietu nr 13 - Macerator**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta z zagranicy? Po przekroczeniu tego terminu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta z zagranicy. Po przekroczeniu tego terminu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawia we wzorze umowy w §6 ust 5 wzoru umowy oraz w załącznikach nr 2.1 – 2.13 podane 5 dni na 7 dni.

Poprawa w załącznikach do niniejszych odpowiedzi.

103. **dotyczy pakietu nr 13 - Macerator**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadało możliwość ustawienia trybu nocnego z ograniczonym poziomem hałasu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

104. **dotyczy pakietu nr 13 – Macerator**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i ewentualnego wyczyszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

105. **dotyczy pakietu nr 13 - Macerator**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody oraz czas cykl z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiający dostosowanie zużycia wody/czasu (max. zużycie wody 23l, max. czas cyklu 114 sekund) do ilości macerowanych naczyń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

106. **dotyczy pakietu nr 13 - Macerator**

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wodny z tworzywa sztucznego był zabudowany w urządzeniu i był odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zbiornik wodny z tworzywa sztucznego był zabudowany w urządzeniu i był odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopisuje w załączniku nr 2.13 do SIWZ pkt 17 o treść: *„zbiornik wodny z tworzywa sztucznego zabudowany w urządzeniu i odporny na uszkodzenia mechaniczne"*

107. **dotyczy pakietu nr 13 - Macerator**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, które nie jest wyrobem medycznym pod warunkiem, że może być wykorzystywane w zakładach opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wykreśla z załącznika nr 2.13 do SIWZ w dziale warunki gwarancji i serwisu pkt 8 tabeli, ppkt 2 o treści: WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Dotyczy załącznika nr 2.12 do SIWZ – opis i zestawienie warunków i parametrów płuczka dezynfektor - Pakiet nr 12

108. **Ad pkt 3 i 4 tabeli**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płuczki/myjni-dezynfektora którego obudowa, wszystkie elementy konstrukcyjne, komora mycia głęboko tłoczona, zbiornik na wodę oraz wytwornica pary wykonane są ze stali austenitycznej wysoko stopowej chromowo-niklowej klasy 1.4301 zaliczonej według Europejskiej i Polskiej Normy PN-EN 10088-1 do stali kwasoodpornych.

Na elementy wykonane z tej stali producent udziela gwarancji na cały okres eksploatacji płuczki/myjni-dezynfektora.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie wykonane było ze stali odpowiadającej Polskiej Normie PN-EN 10088-1 i Normie Europejskiej, czyli wykonane ze stali kwasoodpornej lub lepszej gatunkowo oraz odpowiadające wszystkim wymienionym w tabeli parametrom.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawia opis warunków w załączniku nr 2.12 do SIWZ w pkt 3 i 4 na zapis o treści:

pkt 3 – obudowa ze stali kawsoodpornej lub lepszej gatunkowo odpowiadającej Polskiej Normie PN-EN 10088-1 i Normie Europejskiej

pkt 4 – konstrukcja komory wykonana ze stali kawsoodpornej lub lepszej gatunkowo odpowiadającej Polskiej Normie PN-EN 10088-1 i Normie Europejskiej

109. **Ad pkt 7 tabeli**

Prosimy o potwierdzenie czy jako uszczelkę bezobsługową Zamawiający uzna uszczelkę z trwałego tworzywa silikonowego gwarantującą paroszczelność drzwi komory myjącej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jako uszczelkę bezobsługową uzna uszczelkę z trwałego tworzywa silikonowego gwarantującą paroszczelność drzwi komory myjące.

110. Ad pkt 11 tabeli

Czy dla spełniania warunku właściwej izolacji akustycznej Zamawiający wymaga urządzenia którego hałasu w czasie pracy nie będzie przekraczał 50 dB?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby hałas w czasie pracy urządzenia nie przekraczał 51 dB.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopisuje wartość decybeli w załączniku nr 2.12 do SIWZ w pkt 11.

111. **Ad pkt 12 tabeli**

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby wymagana temperatura dezynfekcji termicznej 93°C kontrolowana była przez dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone w miejscu występowania najniższej temperatury czyli zgodnie z prawami fizyki na spodzie komory myjąco-dezynfekującej?

Odpowiedź: Zamawiają nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

112. Ad pkt 15 tabeli

Czy dla optymalnej jakości mycia basenów tzw pantofelkowych, oraz eliminowaniu spor Clostridium difficile, Zamawiający wymaga niezależnie od możliwości uzyskania dezynfekcji termicznej Ao 3000 również stosowania rotacyjnej dyszy teleskopowej?

Odpowiedź: Zamawiają nie wymaga, ale dopuszcza stosowanie rotacyjnej dyszy teleskopowej.

113. Ad pkt 18 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płuczki/myjni dezynfektora wyposażonego fabrycznie w jedną pompę dozującą środek odkamieniająco – nabłyszczający?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płuczki/myjni dezynfektora wyposażonego w jedną pompę pod warunkiem spełniania pozostałych wymienionych w tabeli parametrów.

Dotyczy zapisów SIWZ:

114. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

115. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 56 dni od daty zawarcia umowy? Powyższa prośba wynika z faktu, iż oferujemy sprzęt nowy, najwyższej technologii, wyprodukowany w oparciu o wymogi i oczekiwania Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na wydłużenie cyklu produkcyjnego.
Biorąc pod uwagę również konieczność zapewnienia specjalistycznego transportu sprzętu od producenta do Państwa placówki, zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Dotyczy Umowy:

116. §6 punkt 5 Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować zapis dotyczący wymiany przedmiotu umowy po trzech naprawach tego samego elementu/podzespołu, tak aby konieczna była jedynie wymiana danego elementy/podzespołu na nowy? Obecny zapis pozwala Zamawiającemu na żądanie wymiany sprzętu po trzech mało istotnych naprawach elementów niemających wpływu na sprawną pracę urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

117. Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 102 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni.

Dotyczy Parametry Techniczne pakiet 12:

118. Dot. pkt. 3. Prosimy o wyjaśnienie czy obudowa wg polskiej normy powinna być wykonana ze stali PN EN 1.4301 lub lepszej gatunkowo?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 108.

119. Dot. pkt. 4. Prosimy o wyjaśnienie czy konstrukcja wg polskiej normy powinna być wykonana ze stali PN EN 1.4401 lub lepszej gatunkowo?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 108.

120. Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie urządzenia wyposażonego w bezobsługową uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej (całkowita paroszczelność) z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wyposażonego tylko w uszczelkę silikonową. Nie dopuszcza zaoferowania uszczelki labiryntowej.

121. Dot. pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenia z konwekcyjnym systemem suszenia? Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia z konwekcyjnym systemem suszenia.

122. Dot. pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z jedną pompą środka myjąco -okamieniającego co ułatwia jego stosowanie? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż jest tańsze i wystarczające dla zapewnienia skuteczności procesu mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z jedną pompą pod warunkiem spełniania pozostałych wymienionych w tabeli parametrów.

123. Prosimy o odstąpienie od wymogu "dwie pompy detergentu" i dopuszczenie urządzenia, które zapewnia skuteczny proces już przy zastosowaniu jednej pompy pobierającej preparat płucząco-odkamieniający. Urządzenia wymagające dwóch pomp i dwóch preparatów w celu osiągnięcia skutecznego procesu cechuje gorsza mechanika mycia, ponadto konieczność stosowania dwóch preparatów niesie ze sobą poważne zwiększenie późniejszych kosztów eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z jedną pompą pod warunkiem spełniania pozostałych wymienionych w tabeli parametrów.

124. Czy Zamawiający wymaga by urządzenie spełniało wymagania normy EN ISO 15883-3 („Wymagania i testy dla myjni/dezynfektorów stosujących termalną dezynfekcję kontenerów zawierających zanieczyszczenia ludzkie") potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem spełniania pozostałych wymienionych w tabeli parametrów.

Wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ

125. Par. 6 ust. 5 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych oraz do 7 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany części zamiennych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydłuża termin naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany części zamiennych sprowadzanych z zagranicy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawia §6 ust. 5 wzoru umowy.

126. Par. 7 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

Pakiet nr 12: Płuczka-dezynfektor – załącznik nr 2.12 do SIWZ

127. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia była wyposażona w drzwi otwierane automatycznie np. przy pomocy pedału nożnego? Rozwiązanie takie podnosi ergonomię obsługi urządzenia, minimalizuje ryzyko rozlania nieczystości w trakcie załadunku, przez co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w jednostce Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie, aby myjnia była wyposażona w drzwi otwierane automatycznie np. przy pomocy pedału nożnego.

128. Czy Zamawiający w wymaga, aby zaoferowana myjnia pozwalała na skuteczną eliminację sporów bakteryjnych Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez akredytowaną jednostkę badawczą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

129. dot. pkt 14 - Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonej w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego suszenia, wymagane jest zaoferowanie myjki w której suszenie odbywa się wymuszonym strumieniem powietrza.

Pakiet nr 12

130. Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnię z suszeniem konwekcyjnym? Polska Norma absolutnie nie wymaga automatycznego, mechanicznego suszenia naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń. Norma tylko mówi o tym, że naczynia do 5 minut po zakończonym cyklu mycia mają być suche. Stąd też rozwiązanie nasze jest równoważne, a nawet przewyższające niż parametr wymagany przez zamawiającego. Oferowane rozwiązanie jest tańsze w użytkowaniu ponieważ nie wymaga wymiany drogich filtrów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 121, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania myjni z suszeniem konwekcyjnym.

131. Czy Zamawiający określi dostawę środka myjąco-dezynfekcyjnego w litrach lub jednostkach opakowania (kanister)? Określenie dostaw poprzez kryterium czasu (6 miesięcy) nie pozwala na oszacowanie realnej liczby środka do dostarczenia, a jego zużycie jest wprost związane z intensywnością wykorzystywania urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 1 szt środka o pojemności 5l miesięcznie.

132. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dwóch pomp na detergent? Dodatkowa pompa dla chemii myjącej w sposób znaczący podnosi koszty cyklu i nie jest potrzebna, gdyż Polska Norma PN 15833 wskazuje, że dezynfekcja w tego typu sprzętu ma być termiczna. Myjnie, które nie są stanie domyć naczyń sanitarnych samą wodą pod dużym ciśnieniem wspomagają się chemią myjącą. Oferowane rozwiązanie z 1 pompą detergentu znacząco zmniejszy koszty eksploatacji urządzeń.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami nr 113 i 122, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z jedną pompą pod warunkiem spełniania pozostałych wymienionych w tabeli parametrów.

133. Czy zamawiający wymaga aby komora oraz dysze były wykonane w całości ze stali nierdzewnej bez elementów plastikowych? Elementy plastikowe mają krótszą żywotność niż stal nierdzewna, ponieważ działa na nie wysoka temperatura co powoduje powstawanie mikropęknięć, które wpływają na obniżenie jakości mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

134. Czy zamawiający wymaga, aby myjnie posiadała orurowanie z miedzi co zapobiega powstawaniu mikroorganizmów w orurowaniu myjni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

135. Czy zamawiający wymaga, aby komora myjni wraz z drzwiami posiadały system uniemożliwiający wyciek pary lub wody na zewnątrz – uszczelka silikonowa tzw. pełna paroszczelność? Rozwiązanie takie zapobiega poparzeniom personelu.

Na rynku znajdują się rozwiązania typu komora z uszczelką labiryntową, która nie zapewnia paroszczelności i podczas cyklu gorąca para wydostaje się na zewnątrz.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 109.

136. Czy zamawiający wymaga, aby myjnie posiadała trójstopniową kontrolę detergentu w pojemniku? Rozwiązanie takie informuje użytkownika, że jest środek w kanistrze, następnie informuje że jest bardzo mało środka, na końcu że środek się skończył. Rozwiązanie takie daje możliwość zamówienia środka z wyprzedzeniem nie powodując przestoju urządzenia

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby myjnie posiadała trójstopniową kontrolę detergentu w pojemniku.

137. Czy zamawiający wymaga, aby myjnie posiadały w dolnej części schowek, który pomieści dwa kanistry 5 litrowe? Dzięki takiemu rozwiązaniu środki nie będą stały obok myjni zajmując cenne miejsce

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby myjnie posiadały w dolnej części schowek, który pomieści dwa kanistry 5 litrowe.

138. Czy zamawiający wymaga, aby myjnie wyposażone były w podłogowy czujnik zatrzymujący myjnie w przypadku wycieku wody? Rozwiązanie takie zapobiega zalaniu pomieszczenia przy jakimkolwiek rozszczelnieniu. Czy zamawiający wymaga, aby myjnie posiadała automatyczne rozszczelnianie drzwi na koniec cyklu? Rozwiązanie takie wspomaga suszenie konwekcyjne, dzięki temu naczynia są suche i gotowe do ponownego użycia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

139. Czy Zamawiający posiada badania czy też inne niezależne ekspertyzy, które jednoznacznie wskazują, że komora mycia ze spoinami laserowymi na którą producent wystawia dożywotnią gwarancję jest rozwiązaniem gorszym, awaryjnym niż komora bez spoin? Jeżeli nie to prosimy o dopuszczenie do postępowania myjni z komorą wykonaną ze stali nierdzewnej z 2 spoinami posiadającą dożywotnią gwarancje.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie myjni z komorą wykonaną ze stali nierdzewnej z 2 spoinami posiadającą dożywotnią gwarancje.

140. **pakiet nr 13**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:

• Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego urządzenia.

• Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego urządzenia.

• Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego parametru.

• Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Wbudowana pompa perystaltyczna

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• System min. 9 noży tnących

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 5 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w dodatkowe noże, min. 2 która zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Moc silnika 750W

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Waga 75 kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• zasilanie 230V

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Czas trwania cyklu do 120 sekund

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Wsad do 8 naczyń na cykl

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Odpływ 50 Φ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• poziom hałasu 59,5 dba

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Wymiary 500 szer x 1042 wys x 600 głęb mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• podłączenie wody 3/4"

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Zbiornik na wodę 24 litry

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Zużycie wody z możliwością regulacji - 15-26 L

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• łatwa do demontażu ściana przednia

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• dopływ wody zimnej: rurka zasilająca o średnicy 3 cala

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Zabezpieczenie IP54

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

• Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED „ ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak wyżej.

ZMIANA ZAPISU WZORU UMOWY

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) dokonuje modyfikacji w załączniku NR 6 do SIWZ. Na podstawie udzielonych odpowiedzi na zapytania Zamawiający dokonuje modyfikacji w **§ 6 ust. 5** zmieniając termin naprawy z 5 na 7 **dni roboczych** w przypadku konieczności wymiany części zamiennych sprowadzanych z zagranicy – dokonana zmiana w załączniku.

ZMIANA ZAPISÓW W ZAŁĄCZNIKCH OD 2.1. DO 2.13 DO SIWZ

III. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) **dokonuje ujednolicenia zapisów dotyczących naprawy urządzeń/ sprzętu do zapisuje zamieszczonego w § 6 ust. 5 wzoru umowy. Poprawę dokonuje się we wszystkich załącznikach**

stanowiących „OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW" w dziale „WARUNKI GWARANCJI I SERWISU" w pkt 3:

w załącznikach jest:

„Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenia w siedzibie serwisu w czasie powyżej 5 dni, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w terminie 48 godz. po upływie wyżej opisanych 5 dni:

w załącznikach powinno być:

„Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego."

ZMIANA ZAPISÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 2.4, 2.12 I 2.13 DO SIWZ

IV. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) **dokonuje uszczegółowienia OPISU I ZESTAWIENIA WARUNKÓW I PARAMETRÓW PŁUCZKI – DEZYNFEKTORA dodając w tabeli punkty o następującej treści:**

30. Podłączenie zimnej i ciepłej wody użytkowej – instalacja ½ cala

31. Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ø

32. System otwarty tzn. Zamawiający może używać każdego obecnego na rynku (dopuszczonego do obrotu) środka nabłyszczająco – odkamieniającego.

ZMIANA ZAPISÓW W ZAŁĄCZNIKACH NR 2.4, 2.12 i 2.13 DO SIWZ

V. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) **dokonuje uszczegółowienia OPISU I ZESTAWIENIA WARUNKÓW I PARAMETRÓW WANNY Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ – zał. 2.4 do SIWZ**

PŁUCZKI – DEZYNFEKTORA - zał. 2.12 do SIWZ

MACERATORA - zał. 2.13 do SIWZ

dodając w rozdziale „WARUNKI GWARANCJI I SERWISU" w pkt 6 zapis dotyczący montażu urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Zapis otrzymuje brzmienie:

„Dostawa i **montaż** sprzętu **u** Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty."

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki:

1. Załączniki nr 2.1 – 2.13 do SIWZ
2. Załącznik nr 6 do SIWZ

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Obornik
mgr Maria Sak