Zadanie 1 - zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego dla SP ZOZ w Obornikach

Załącznik nr 2.12 do SIWZ

OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW
PŁUCZKA-DEZYNFEKTOR

Pakiet Nr 12

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II lub równoważne z odpowiedzi na zapytania)
I	II	III	IV
1.	1. Nazwa oferowanego urządzenia: 2. Producent: 3. Typ: 4. Rok produkcji: 2018	TAK/PODAĆ	
2	urządzenie wolnostojące	TAK	
3	**obudowa ze stali kawsoodpornej lub lepszej gatunkowo odpowiadającej Polskiej Normie PN-EN 10088-1 i Normie Europejskiej**	TAK	
4	**konstrukcja komory wykonana ze stali kawsoodpornej lub lepszej gatunkowo odpowiadającej Polskiej Normie PN-EN 10088-1 i Normie Europejskiej**	AK	
5	minimalna pojemność komory: jeden basen z pokrywą + jedna kaczka lub trzy kaczki	TAK	
6	możliwość mycia butli do ssaków, misek	TAK	
7	uszczelka bezobsługowa (nie wymagająca przeglądów i wymiany oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne)	TAK	
8	system natryskowy komory wyposażony w minimum 10 dysz ciśnieniowych (w tym minimum 5 obrotowych), nie dopuszcza się ramion natryskowych	TAK	
9	wyposażenie w kosz załadowczy umożliwiający umieszczenie w myjni różnego rodzaju i różnej wielkości kaczek i basenów (również basenów podłużnych)	TAK	
10	komora wewnętrzna bez narożników, spoin i ostrych krawędzi, wykonana jako głęboko tłoczony monolit z nachylonym sufitem ułatwiającym spływanie	TAK	
11	komora izolowana termicznie i akustycznie **max do 51 dB w czasie pracy**	TAK	
12	możliwość dezynfekcji termicznej w temperaturze 93ºC	TAK	
13	konstrukcja kosza załadowczego umożliwiająca		

Zadanie 1 - zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego dla SP ZOZ w Obornikach

	opróżnianie załadunku z nieczystości przy zamykaniu drzwi komory	TAK	
14	suszenie wymuszonym strumieniem powietrza	TAK	
15	możliwość uzyskania dezynfekcji A0 3000	TAK	
16	czas programów mycia i dezynfekcji do 10 min	TAK	
17	całkowity spust wody z urządzenia po każdym cyklu	TAK	
18	dwie pompy detergentu	TAK	
19	napięcie 230 V	TAK	
20	dostawca zapewnia środek myjąco-dezynfekcyjny na okres 6 miesięcy do każdego urządzenia	TAK	
21	dostawca zapewnia: 1) basen z pokrywą – 3 szt. 2) kaczka - 3 szt. 3) regał wiszący na zdezynfekowane kaczki, baseny i pojemniki -1 szt.	TAK	
29	1. Deklaracja Zgodności, 2. WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, 3. Folder, ulotka z zaznaczonymi wymaganymi parametrami technicznymi	TAK	
30	**Podłączenie zimnej i ciepłej wody użytkowej – instalacja ½ cala**	**TAK**	
31	**odłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ø**	**TAK**	
32	**System otwarty tzn. Zamawiający może używać każdego obecnego na rynku (dopuszczonego do obrotu) środka nabłyszczająco – odkamieniającego.**	**TAK**	
	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		
1	Gwarancja min. 36 m-cy – max 48 m-cy	PODAĆ	
2	Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.	TAK	
3	**Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od**	TAK	

Zadanie 1 - zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego dla SP ZOZ w Obornikach

	poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego		
4	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.	TAK	
5	Punkty serwisowe	MIN. 1, PODAĆ	
6	Dostawa **i montaż** sprzętu **u** Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty.	TAK	
7	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim.	TAK	

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 18.05.2018r Zamawiający dopuszcza następujące równoważne parametry:

1. **Temperatura dezynfekcji termicznej 93°C kontrolowana przez dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone w miejscu występowania najniższej temperatury czyli zgodnie z prawami fizyki na spodzie komory myjąco-dezynfekującej.**
2. **Dezynfekcja termiczna Ao 3000, stosowanie rotacyjnej dyszy teleskopowej.**

Zadanie 1 - zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego dla SP ZOZ w Obornikach

3. **Płuczka/myjna dezynfektora wyposażona fabrycznie w jedną pompę dozującą środek odkamieniająco – nabłyszczający pod warunkiem spełniania pozostałych wymienionych w tabeli parametrów.**
4. Myjnia **wyposażona w drzwi otwierane automatycznie np. przy pomocy pedału nożnego.**
5. **Komora oraz dysze wykonane w całości ze stali nierdzewnej bez elementów plastikowych.**
6. **Myjnia posiada w dolnej części schowek, który pomieści dwa kanistry 5 litrowe.**
7. **Myjnia wyposażona w podłogowy czujnik zatrzymujący myjnie w przypadku wycieku wody.**

……

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej