FORMULARZ CENOWY **Załącznik nr 2 do SIWZ**

Pakiet nr 21 Chirurgiczna lampa zabiegowa

Lp	Asortyment	Cena jedn. Netto	Ilość	jm	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
1	Chirurgiczna lampa zabiegowa, statywowa, mobilna z akumulatorem. Natężenie światła z kopuły 50-65 klx. Średnica pola świetlnego 20-24 cm. „Brudne" uchwyty na kopułach. Wskaźnik odwzorowania barw min. 95. Temperatura barowa od 4300 K. Rączka do ustawiania położenia czaszy z możliwością jej sterylizacji. Żywotność diod świetlnych LED na poziomie min. 50 000h, możliwość wymiany uszkodzonej diody a nie całego modułu. Możliwość regulowania wysokości.		1	szt				
RAZEM						x		

Podpis Wykonawcy

Lp.	Parametry techniczne	Wymagana wartość	Uwagi	Dodatkowe parametry	Oferowane parametry z kolumny
I	II	III	IV	V	VI
1	Lampa fabrycznie nowa	TAK, podać rok prod.	**x**	**x**	
2	Producent	Podać	**x**	**x**	
3	Nr katalogowy	Podać	**x**	**x**	
4	Nazwa/ Model/ Typ	Podać	**x**	**x**	
Warunki gwarancji					
5	bezpłatny serwis gwarancyjny	TAK	24 m-ce	x	

6	bezpłatne przeglądy w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu urządzenia. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy urządzenia	TAK	x	x	
7	Przeglądy techniczne wymagane lub zlecane przez producenta w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy	TAK	x	x	
8	Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenia w siedzibie serwisu w czasie powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zaoferowane, w terminie 48 godz. po upływie wyżej opisanych 5 dni	TAK	x	x	
9	zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów	TAK	x	x	
10	Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat	TAK	x	x	
11	Punkty serwisowe na terenie Polski	Podać	Minimum 1	NIE	
12	Dostawa urządzenia wraz z montażem	TAK	x	x	
13	Szkolenie personelu w miejscu instalacji w ramach ceny ofertowej	TAK	x	x	
14	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim	TAK	dostarczyć z chwilą uruchomienia i oddania do eksploatacji	NIE	

Podpis Wykonawcy