Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/06/22/201

Oborniki, dnia 26.08.2022r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZPD/06/22**

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na **„Dostawa materiałów higienicznych przez okres 24 m-cy dla SP ZOZ Oborniki"** opublikowanego w dniu 25.08.2022r. w BZP pod nr 2022/BZP 00319295/01.

ZMIANY ZAPISÓW SWZ

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2022r. poz. 25 ze zm.) dokonuje modyfikacji i doprecyzowania zapisów SWZ polegających na uzupełnieniu uciętego opisu asortymentu:

1. W zał. nr 2 do SWZ – formularz cenowy Pakiet nr 15 jest:

Lp.	Nazwa asortymentu	jm	Ilość na 24 m-ce	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do cesarskiego cięcia **I** : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm - owinięcie zestawu wykonane z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókninypolipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono-biały) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80g/m2/+/- 0,5g/m2) wymiary wzmocnienie 75 x 190 cm. Materiał spełnia wymagania wysokiej normy PN EN 13795; 2019, 4 ręczniki 30 x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm /+/- 2 cm/ w kształcie worka złożonego w sposób umożliwiający aseptynę aplikacji, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z laminatu P8/PE. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85/+/_ 0,5g/m2, 1 serweta dla noworodka 90 x 150 cm z miękkiej włokniny, oddychającej, absorbującej płyny, 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cc x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi z otworem 27 x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbą na płyny w rozmiarze 80 x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie / wysokość ścianek worka 14,5 x24cm, 5 x 28cm, 5x24,5cm z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn dolnych. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57g/m2 /+/- 0,5g/m2/. Odporność na przenikanie cieczy min. 129cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie- na sucho/mokro min. 175kPa. Zdolność absorpcji cieczy min. 200ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokiej normy PN EN 13 795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, lot, datę ważność oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	szt	240					
2	Zestaw do cięcia cesarskiego II- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, owinięcie zestawu wykonane z laminatu 2 - warstwowego składającego się z	szt	160					

	ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej /niebiesko,zielono/białej/ folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80g/m2 /+/- 0,5g/m2/. Wymiary wzmocnienia 75 x 190 cm, materiał spełnia wymagania wysokiej normy PN EN 13795;2019 1 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2/+/- 0,5g/m2/ w kolorze zielonym. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włoknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach, gramatura 63g/m2/+/- 0,5g/m2/. Fartuch z zakładanymi polami, złożony w spiosób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folched). Wiązany na troki wewnętrznie oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzep, długość mankietu > 6cm. posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki.							
RAZEM								

Powinno być:

Lp.	Nazwa asortymentu	jm	Ilość na 24 m-ce	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do cesarskiego cięcia **I :** 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm - owinięcie zestawu wykonane z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókninypolipropylenowej i dwukolorowej (niębiesko-zielono-biały) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80g/m2/+/- 0,5g/m2) wymiary wzmocnienie 75 x 190 cm. Materiał spełnia wymagania wysokiej normy PN EN 13795; 2019, 4 ręczniki 30 x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm /+/- 2 cm/ w kształcie worka złożonego w sposób umożliwiający aseptynę aplikacji, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z laminatu P8/PE. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85/+/_ 0,5g/m2, 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm z miękkiej włókniny, oddychającej, absorbującej płyny, 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cc x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi z otworem 27 x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbą na płyny w rozmiarze 80 x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie / wysokość ścianek worka 14,5 x24cm, 5 x 28cm, 5x24,5cm z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn dolnych. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57g/m2 /+/- 0,5g/m2/. Odporność na przenikanie cieczy min. 129cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie- na sucho/mokro min. 175kPa. Zdolność absorpcji cieczy min. 200ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokiej normy PN EN 13 795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, lot, datę ważność oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	szt	240					
2	Zestaw do cięcia cesarskiego II: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm - owinięcie zestawu wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 – 1 szt. 2. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2(+/-0,5g/m2) w kolorze zielonym. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach, gramatura 63g/m2 (+/-0,5g/m2). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, długość mankietu ≥ 6 cm . Posiada oznakowanie	szt	160					

	rozmiaru w postaci naklejki, naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Wewnątrz rękawa znajduje się taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania wysokie. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho/ na mokro min. 251/223 kPa. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm H2O. – 3 szt. 3. Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, w pełni anatomiczne, z rolowanym brzegiem gr. 6,5 – 1 para 4. Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+/- 2 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z laminatu PP/PE. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 5. Miska niebieska 250ml – 1 szt. 6. Tupfer z gazy opatrunkowej bardzo duży, 20-nitkowy gr. 6 – 5 szt. 7. Jednorazowe ostrze do skalpela rozmiar 10 – 1szt. 8. Kompresy gazowe 12-warstwowe, 17-nitkowe z nitką RTG 10 × 10 cm, bindowane po 10 szt. – 20 szt. 9. Serweta z gazy RTG 4-warstwowa , biała min. 50 × 60 cm (rozmiar po wstępnym praniu) – 5 szt. 10. Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną, rozmiar 10 cm x 30 cm (+/- 0,5 cm – 1 szt. 11. Serweta dla noworodka 90 cm x 90 (+/- 5) cm z miękkiej włókniny - 1 szt. 12. Serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2) – 1 szt. **Wymagania :** Komponenty z pozycji 7,8,9,10 zapakowane w papierową torbę. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.							
RAZEM								

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki :

Formularz cenowy po modyfikacji

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska