Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/05/20/122

Oborniki, dnia 18.05.2020r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZPD/05/20**

Dot.: przetargu nieograniczonego **na zakup i dostawę zgrzewarki rotacyjnej z drukarką, sprzętu 1x użytku i leku dla SP ZOZ Oborniki,** ogłoszonego w dniu 11.05.2020r. na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ Oborniki.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający **w pakiecie nr 6 w pozycji 12** w związku z wycofaniem przez producenta masek krtaniowych opisanych w SIWZ, dopuści obecnie stosowaną jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu z mankietem, przezroczystym korpusem, przewodem łączącym balonik kontrolny niewtopionym w korpus rurki, z poprzeczkami zabezpieczającymi przed wklinowaniem się nagłośni, informacją o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podaną na korpusie rurki, sterylną, w rozmiarach: od 2 do 5?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej maski.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający **w pakiecie nr 6 w pozycji 15** w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści obecnie stosowane zestawy do punkcji opłucnej z jedną strzykawką 60 ml i bez łącznika do systemu drenażowego, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego zestawu.

PYTANIE NR 3

Pakiet nr 19 poz. 1 Czy zamawiający dopuści system/siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilametowego, o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami, każde zakończone kolorowymi pętelkami; wysokość siatki 9,1 cm, szerokość 4-6 cm, specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², zestaw bez nitinolowych prowadnic, do implantacji narzędzia wielokrotnego użytku, przekazane nieodpłatnie przy pierwszym zamówieniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 4

Pakiet nr 19 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści taśme do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, tkana metoda osnowową, o splocie kolumienkowym, długość 45 cm, szer. 1,1 cm, zwężenia na końcach, taśma zaopatrzona z dwóch stron w długie pętelki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 5

Pakiet nr 7 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 7 poz. 1,3,4,5,6,7,9,10 Co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 7 w/w pozycji.

PYTANIE NR 6

Pakiet nr 7 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtru elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w opisu filtra.

PYTANIE NR 7

Pakiet nr 7 poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatora o pojemności 8ml ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w opisu nebulizatora.

PYTANIE NR 8

Pakiet nr 7 poz. 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodu tlenowego o długości 200cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w opisu przewodu tlenowego.

PYTANIE NR 9

Pakiet nr 7 poz. 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego zestawu do nebulizacji z drenem o długości 200cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w opisu zestawu do neublizacji.

PYTANIE NR 10

Pakiet nr 19, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści taśmy o **specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego** :
Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.
Parametry: szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm.
Brzegi taśmy zakończone są długimi wąsami ułatwiającymi implantację. Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą.
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie każdej z pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 11

Pakiet nr 19, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do korekcji cystocele o **specyfikacji :**
Zestaw składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach: grubość: 0,50 mm, gramatura: 45 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm, wymiary: 8 x 45 cm. Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 4 ramiona mocujące – 2 z nich to przedłonowe ramiona kotwiczące, pozostałe

dwa to ramiona przezzasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie każdej z pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 12

Dotyczy Pakietu nr 18
Czy Zamawiający dopuści system leczenia nietrzymania moczu Boston Scientific Obtryx II, system z taśmą podcewkową, o porowatości 1180-1200 µm, grubości w zakresie 0,60 – 0,66 mm i szerokości 1,1 cm. Taśma wykonana w 100% z polipropylenu, monofilamentowa, koloru innego niż biały dla lepszej wizualizacji, posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej. Na pozostałej części taśmy brzegi niewygładzone dla lepszego kotwiczenia w tkance. Wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu. Końce taśmy w osłonie plastikowej ze zwężanymi ramionami wprowadzającymi, umożliwiającymi płynne przeprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne. Brak osłony plastikowej w części podcewkowej. System aplikacji w postaci dwóch igieł (lewa, prawa), charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu oraz dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. System całkowicie jednorazowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 13

Dotyczy Pakietu nr 24
Czy Zamawiający dopuści próżnociąg położniczy jednorazowego użytku, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię, wyposażony we wskaźnik siły ciągu, co pozwala uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji, dodatkowo elastyczne połączenie między pelotą, a uchwytem pozwala na bezproblemowe manewrowanie oraz właściwe umiejscowienie peloty, dostępne z atraumatycznymi miseczkami w kształcie grzyba o średnicy 50mm lub elastycznymi miękkimi miseczkami w kształcie dzwonu o średnicy 59mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany próżnociąg położniczy.

PYTANIE NR 14

Dotyczy Pakietu nr 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężnych jako żel lubrykacyjny.
100 g żelu zawiera:
- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorek lidokainy
- 0,250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0,060g hydroksybenzoat metylu
- 0,025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11 mm (11g) ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego produktu.

PYTANIE NR 15

Dotyczy Pakietu nr 22, poz. 1:
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

a) siła zrywu przed starzeniem 7,0 N – 7,2 N;

b) grubość na placu 0,11 mm – 0,12 mm;

c) wewnętrznie chlorowane, z odstąpieniem od obustronnie polimeryzowanych;

d) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:

- wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6
- formaldehyd 37% na poziomie 6
- nadtlenek wodoru 30% na poziomie 2;

Jednocześnie w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. – /którego wymagania obowiązują od 21.04.2019 r./ - w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych wg nowego rozporządzenia (UE) 2016/425 tj. zgodne z normą EN 16523-1:2015 (która zastępuję normę EN 374-3).
Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w opisu rękawic.

PYTANIE NR 16

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 2
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic z grubością na placu 0,06 mm oraz siłą zrywu przed starzeniem 3,6 N – 3,8 N

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w opisu rękawic.

PYTANIE NR 17

WZÓR UMOWY
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:
Siła Wyższa
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Wyżej opisany pkt 1, 2 i 5 znajduje się w załączniku nr 3.1 tj umowa dosatwy na sprzęt 1x użytku w § 6 pkt 4. Natomiast na pkt 3 i 4 Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na określenie „Siła wyższa" nie zwalnia Wykonawcy ani Zamawiające z wykonywana zadań jakie wykonuje w celu realizacji umowy.

PYTANIE NR 18

Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza wyżej opisany dren.

PYTANIE NR 19

Pakiet nr 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 45cm x 18cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego drenu.

PYTANIE NR 20

Pakiet nr 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści dren Redona z trokarem, długość drenu 500mm dla rozmiaru CH 8, długość drenu 800mm dla rozmiarów CH 10 – CH 18?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany dren.

PYTANIE NR 21

Pakiet nr 3, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany obrotowy o długości 15cm lub 20cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 22

Pakiet nr 22, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice grubości na palcu 0,10±0,01mm, siła zrywu przed starzeniem 7,7N, przebadane na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2 oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie – potwierdzone Certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej, pakowane po 200szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.

PYTANIE NR 23

Pakiet nr 22, pozycja 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego aby dopuścił równoważne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,12±0,02, na dłoni 0,07±0,02 i mankiecie 0,06 ±0,01 mm, długość min 240mm. AQL 1,0 i siła zrywu (mediana) min 7N - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 15 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Kolor lawendowy/fioletowy. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.

PYTANIE NR 24

Pakietu nr 1.
Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę o wymiarach 553 x 264 x 192 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisane wymiary zgrzewarki.

PYTANIE NR 25

Pakietu nr 1.
Czy Zamawiający dopuszcza zgrzewarkę której temperatura zgrzewu wynosi od 50 do 200 stopni Celcjusza?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej temperatury zgrzewu. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 26

Załącznik nr 3.1 do SIWZ § 6 ust. 1
Prosimy o zmianę zapisów cyt.:

„ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 1% od wartości zamówionego towaru liczonego za każdy dzień zwłoki za odmowę dostarczenia i nie dostarczenie go w terminie, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego Wykonawcy. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca.

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 2.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 50% wartości Pakietu –odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami."

na

„ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,1 % od wartości zamówionego towaru liczonego za każdy dzień zwłoki za odmowę dostarczenia i nie dostarczenie go w terminie.

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w załączniku nr 3.1. do SWIZ.

PYTANIE NR 27

Dotyczy Pakietu 9:
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 9 do osobnego pakietu tych pozycji, które dotyczą aspiracyjno – próżniowego systemu pobierania krwi, czyli pozycji: 6, 7 oraz od 17 do 22 Formularza Cenowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego Pakietu.

PYTANIE NR 28

Dotyczy Pakietu 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 Formularza Cenowego probówki do koagulologii o objętości 1,8 ml lub o objętości 2,7 ml, spełniającej wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówki o objętości 1,8 ml, spełniającej wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

PYTANIE NR 29

Dotyczy Pakietu 9:
Czy w poz. 8 Zamawiający wymaga mikroprobówki z żelem oddzielającym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, mikroprobówki z żelem oddzielającym.

PYTANIE NR 30

Dotyczy Pakietu 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 Formularza Cenowego probówki o pojemności 250-500 ul, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanej probówki.

PYTANIE NR 31

Dotyczy Pakietu 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 10 Formularza Cenowego probówki o pojemności 400-600 ul, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanej probówki.

PYTANIE NR 32

Dotyczy Pakietu 9:
Czy w pozycji 16 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu sterylnego, składającego się z igły motylkowej połączonej rurką z uchwytem, pakowanego pojedynczo, służącego do pobierania krwi na posiew?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu sterylnego, składającego się z igły motylkowej połączonej rurką z uchwytem, pakowanego pojedynczo, służącego do pobierania krwi na posiew.

PYTANIE NR 33

Dotyczy Pakietu 9:
Czy Zamawiający wymaga, by oferowane probówki do pobrań próżniowych oraz igły dwustronne były sterylizowane radiacyjnie i posiadały oznakowanie SterileR na etykiecie każdej pojedynczej probówki oraz igły?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, by oferowane probówki do pobrań próżniowych oraz igły dwustronne były sterylizowane radiacyjnie i posiadały oznakowanie SterileR na etykiecie każdej pojedynczej probówki oraz igły

PYTANIE NR 34

Dotyczy Pakietu 9:
Czy Zamawiający wymaga, by oferowane igły dwustronne były igłami bezpiecznymi, posiadającymi zintegrowane z igłą zabezpieczenia przeciwzakłuciowe, tym samym spełniały wymagania Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2013 roku, jednocześnie zalecenia OSHA (Occupational Safety and Health Administration), CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i BioSafety Network?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, by oferowane igły dwustronne były igłami bezpiecznymi, posiadającymi zintegrowane z igłą zabezpieczenia przeciwzakłuciowe, tym samym spełniały wymagania Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2013 roku, jednocześnie zalecenia OSHA (Occupational Safety and Health Administration), CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i BioSafety Network.

PYTANIE NR 35

Dotyczy Pakietu 9:
Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 8 (34), Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 11, 12, 13 Formularza Cenowego igieł o długości 32 mm, dodatkowo w pozycji 13 igły o grubości (średnicy zewnętrznej) 0,8 mm ale cienkościennej, o średnicy otworu wewnętrznego jak w igle 0,9 mm gwarantującej wypływ krwi jak z igły standardowej 0,9 mm, dającej większy komfort pacjentowi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach igieł o długości 32 mm oraz w pozycji 13 igły o grubości (średnicy zewnętrznej) 0,8 mm ale cienkościennej, o średnicy otworu wewnętrznego jak w igle 0,9 mm gwarantującej wypływ krwi jak z igły standardowej 0,9 mm.

PYTANIE NR 36

Dotyczy Pakietu 9:
Zwracamy się z prośbą o ustalenie minimalnego terminu dostawy na 2 dni robocze w celu umożliwienia zachowania uczciwej konkurencji. Zrealizowanie dostawy w ciągu 1 dnia jest w większości niemożliwe, jeśli wykonawca nie posiada magazynu w bliskim sąsiedztwie z siedzibą Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie stanowi sprzętu ratującego życie, w związku z tym realizacja zamówienia w terminie 2 dni roboczych wydaje się nie mieć wpływu na funkcjonowanie Placówki Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących terminu dostawy. W SIWZ Zamawiający określił minimalny i maksymalny czas dostawy asortymentu a Wykonawca w formularzu oferty ma podać realny czas w jakim jest w stanie dostarczyć zamówiony towar.

PYTANIE NR 37

Dotyczy Pakietu 9:
Prosimy o potwierdzenie, że oceniany termin realizacji zamówienia dotyczy dni roboczych, jak wspomina rozdział IV SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oceniając termin realizacji zamówienia mówiąc o dniach roboczych, ma na myśli dni od pon. - pt. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym termin.

PYTANIE NR 38

Dotyczy Pakietu 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie faktur w formacie .pdf?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur w formacie PDF.

PYTANIE NR 39

DOTYCZY PAKIETU NR 30 POZ.63
Czy Zamawiający dopuści sondę typu tzw. myszka miki o dł. 11,5cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną sondę.

PYTANIE 40

DOTYCZY PAKIETU NR 30 POZ.69
Prosimy o wybór według załączonej karty katalogowej kształtu narzędzia oraz o dopuszczenie dł. Narzędzia 20cm lub 34cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza narzędzie o dł. 34 cm i wybiera pozycję nr 1 w katalogu.

PYTANIE 41

DOTYCZY PAKIETU NR 30 termin dostawy
Ze względu na specyfikę towaru – narzędzia chirurgiczne wielorazowe prosimy o termin dostawy narzędzi od 6 do 8 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy w Pakiecie nr 30 na czas do 3 tygodni.

PYTANIE NR 42

Pakiet nr 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopucza wyżej opisany żel.

PYTANIE NR 43

Pakiet nr 12
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania oraz wprowadzania narzędzi endoskopowych posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza wyżej opisanego żelu.

PYTANIE NR 44

Pakiet nr 22 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,08mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza w/w rękawice.

PYTANIE NR 45

Pakiet nr 22 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o sile zrywania po starzeniu min. 6,5N

Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie wyraża zgody na w/w rękawice.

PYTANIE 46

Pakiet nr 22, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych przebadanych na przenikanie 11 substancji na min. 2 poziomie.

Odpowiedź:Nie, Zamawiajacy nie wyraża zgody na w/w rękawice.

PYTANIE NR 47

Pakiet nr 22,poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych przebadanych na 10 substancji chemicznych na min. 1 poziomie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie wyraża zgody na w/w rękawice.

PYTANIE NR 48

Pakiet nr 22, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywania przed starzeniem min. 6,0N.

Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie wyraża zgody na w/w rękawice.

PYTANIE NR 49

Pakiet nr 22, poz. 1
Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019 r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425. Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych zmieniono na normę równoważną EN 16523-1. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 50

Pakiet nr 22, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowania rękawic powinny być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie foliowe otworu do pobierania, w celu zwiększenia ochrony rękawic/zabezpieczenia przed kontaminacją ze środowiska zewnętrznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby opakowania rękawic były dodatkowo wyposażone w zabezpieczenie foliowe.

PYTANIE NR 51

Pakiet nr 22, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,07±0,01mm, sile zrywu >6,3N oraz pakowanego po 100 sztuk (90 sztuk dla rozmiaru XL)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.

PYTANIE NR 52

Pakiet nr 22 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych o grubości na palcu 0,07±0,01mm oraz sile zrywania min. 3,6N.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.

PYTANIE NR 53

Pakiet nr 7
Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 5, 11, 12, 13 co umożliwi nam złożenie ważnej oferty przetargowej

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydzieli w/w pozycje tj. 5, 11 i 12 do osobnego Pakietu i zaznacza, że pozycja 13 nie istnieje, gdyż Pakiet nr 7 posiada 12 pozycji.

PYTANIE NR 54

dotyczy pakietu 7 poz. 1
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1 dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, zwrot wilgoci 32,3mg H2O/L, minimalna objętość oddechowa >180ml, z portem do kapnografu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany filtr.

PYTANIE NR 55

dotyczy pakietu 7 poz. 2
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 2 Zamawiający wymaga urządzenia nadkrtaniowego o nazwie I-Gel?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga urządzenia nadkrtaniowego o nazwie I-Gel.

PYTANIE NR 56

dotyczy pakietu 7 poz. 10
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 10 dopuści zestaw do nebulizacji mikrobiologicznie czysty, skład : nebulizator, łącznik T, ustnik, dren 1,8 m ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.

PYTANIE NR 57

dotyczy pakietu 6
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 6 poz. 4, 8,12,13 do osobnego zadania i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego Pakietu.

PYTANIE NR 58

dotyczy pakietu 6 poz. 12
Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 12 dopuści jednorazowa maskę krtaniową wykonaną z PCV z mankietem z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopiony w korpus rurki z informacją o rozmiarze na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną maskę.

PYTANIE NR 59

dotyczy pakietu 6 poz. 13
Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 13 dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową wyposażoną w podwójny mechanizm antyokluzyjny, z wbudowanym obrotowym łącznikiem tlenowym, z minimalną objętość oddechową >60ml, wagą 8g, przestrzenią martwą 19ml, sterylny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany wymiennik ciepła i wilgoci.

PYTANIE NR 60

DOTYCZY SIWZ

Czy w związku z zaleceniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20 marca br. https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ i umożliwi komunikację z Wykonawcami również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada narzędzi umożliwiających składanie ofert w formie elektronicznej. Natomiast wyraża zgodę na składnie wszelkich innych dokumentów (np. odpowiedzi na wezwanie, poprawy omyłek itp.) w formie elektronicznej (tj. skany) poprzez komunikację elektroniczną na e-mail.

PYTANIE NR 61

DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 3.1 – WZÓR UMOWY

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC. W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:
„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC."

Odpowiedź: Zamawiający w trakcie trwania pandemii stosuje się do zapisu zgodnie z art. 15r *ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*, rozpatruje każdą sprawę indywidualnie i dopiero na podstawie zgromadzonych dokumentów może wyrazić zgodę na aneksowanie w umowie zmian terminu wykonania/dostarczenia asortymentu na 5 dniowy termin oraz może dopuścić produkty zamienne pod warunkiem spełnienia wymogów określonych dla danego

asortymentu określonego w danej pozycji formularza cenowego. Wszelkie zmiany cen zmienionego towaru muszą być udokumentowane przez Dostawcę i przedłożone Zamawiającemu w celu jej akceptacji a w przypadku jej braku, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego Dostawcy. Natomiast zapis dotyczący kar umownych na czas trwania pandemii zostaje zawieszony po uprzednim udokumentowaniu okoliczności braku lub opóźnienia dostaw przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 62

Czy Zamawiający, ze względu na niejednorodny charakter produktów wyrazi zgodę na wydzielenie z **Pakietu nr 4 poz. 6 i 7** do oddzielnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego Pakietu.

PYTANIE NR 63

Dot. SIWZ
Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.
Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada narzędzi umożliwiających składanie ofert w formie elektronicznej. Natomiast wyraża zgodę na składnie wszelkich innych dokumentów (np. odpowiedzi na wezwanie, poprawy omyłek itp.) w formie elektronicznej (tj. skany) poprzez komunikację elektroniczną na e-mail.

PYTANIE NR 64

Pakiet 10 po. 24: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełnianej w opakowaniach 500 g z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej waty.

PYTANIE NR 65

Pakiet 10 po. 25: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełnianej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie waty bawełnianej.

PYTANIE NR 66

Pakiet 10 po. 26: Czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ligninę pakowaną w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią.

PYTANIE NR 67

Pakiet 11 poz. 6: Czy Zamawiający wymaga podkładów nadających się do sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady nadające się do sterylizacji parą wodną.

PYTANIE NR 68

Pakiet 18: Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,16 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 (+/-0,2) cm, grubość ok. 0,54 mm, na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką termokurczliwą o dł. 3cm) służące do mocowania na aplikatorze?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną taśmę.

PYTANIE NR 69

Pakiet 18: Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego w kolorze transparentnym i niebieskim, o grubości nici 0,08 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 30 cm, szerokość 1,1 (+/-0,1) cm, na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką termokurczliwą o dł. 3cm) służące do mocowania na aplikatorze?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej taśmy.

PYTANIE NR 70

Pakiet 22 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe, posiadające teksturę na końcach palców (opak. A'100 szt.); rozmiar S, M, L, XL. Siła zrywu przed starzeniem 7-7,5 N, grubości na palcu 0,07 mm (pojedyncza ścianka), przebadane zgodnie z normą 374-3 na przenikanie min. 10 substancji chemicznych na 6 poziomie ochrony, wewnętrznie chlorowane?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.

PYTANIE NR 71

Pakiet 22 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe bezpudrowe niesterylne PVC w roamiarach S, M, L, XL (100 szt. w opak.), siła zrywu przed starzeniem3,6-3,9 N, grubość na palcu 0,06 mm (pojedyncza ścianka)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska