Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/06/18/162

Oborniki, dnia 16.05.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/06/18

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych, stojaków do kroplówek,** ogłoszonego w dniu 09.05.2018r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

CZĘŚĆ II ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2017r, poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

16. Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 probówkę systemu próżniowego z EDTA K3 o poj 2 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

17. Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz. 16 adapter Luer kompatybilny uchwytami probówkami systemu próżniowego, do którego można podłączyć igłę Luer , a jeśli nie to czy Zamawiający dopuści uchwyt do kaniul z decentryczną końcówką.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

18. Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz. 18 probówkę systemu próżniowego z EDTA K3 o poj 1 ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę.

19. Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz. 19 probówkę systemu próżniowego do separacji surowicy o poj 1 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

20. Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz. 19 probówkę systemu próżniowego do separacji surowicy o poj 2 ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę.

21. Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz. 20 probówkę systemu próżniowego do separacji surowicy o poj 2 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

22. Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 strzykawko probówkę do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową na gazometrie o poj do 2,3 ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę.

23. Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz 7. Strzykawkę do gazometrii do pobierania krwi metodą aspiracyjną o poj 2 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

24. Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz. 18 strzykawko probówkę o poj 1,4 ml z EDTA.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę.

25. Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz. 19 strzykawko probówkę o poj 1,4 ml do separacji surowicy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę.

26. Dotyczy pakietu nr 4: Czy w poz. 21 Zamawiający dopuści kapilary do gazometrii z krwi włośniczkowej o pojemności 175 uL, o średnicy zewnętrznej 2,1 mm; średnicy wewnętrznej 1,3 mm i dł 129 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę.

27. Dotyczy pakietu nr 4: Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie poz. 4 ,

Czy Zamawiający ma na myśli probówki do pomiaru OB. metodą liniową, jeśli tak to zwracamy się o dopuszczenie probówki z 3,2 % cytrynianem sodu wykonaną z tworzywa sztucznego, o objętości pobieranej

krwi 1,6 ml a probówce występuje dodatkowo 0,4 ml płynnego odczynnika (zgodnie z wymogiem ilości krwi do odczynnika 4:1) dając łączną pojemność 2 ml.
Jeśli Zamawiający ma natomiast na myśli probówki do OB. metodą logarytmiczną zwracamy się o dopuszczenie probówki z 3,2 % cytrynianem sodu dodatkowo zwracamy się o dopuszczenie probówki o objętości pobieranej krwi 1,5 ml, wykonanych z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z wytycznymi WHO oraz CLSI dopuszczalny zakres stężenia cytrynianu powinien znajdować się pomiędzy 3,2% a 3,8%, a wymagana ilość pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika wynosi 4:1 . Probówki wykonane z tworzywa sztucznego zwiększają dodatkowo bezpieczeństwo pracy personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli probówki do OB. metodą logarytmiczną. W związku z tym dopuszcza się probówki z 3,2% cytrynianem sodu. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie probówki o objętości pobieranej krwi 1,5 ml, wykonanych z tworzywa sztucznego.

28. Dotyczy pakietu nr 4: Zwracamy się o dopuszczenie przez Zamawiającego w poz. 8 mikroprobówki do pobierania krwi o poj w zakresie 500 – 1000uL do separacji surowicy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę.

29, Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający w poz. 8 ma na myśli mikroprobówki z przyspieszaczem wykrzepiania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli mikroprobówki z przyspieszaczem wykrzepiania.

30, Dotyczy pakietu nr 4: Zwracamy się o dopuszczenie przez Zamawiającego w poz. 9 mikroprobówki z EDTA do pobierania krwi na morfologię o poj w zakresie 250 – 500uL.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza mikroprobówki.

31. Dotyczy pakietu nr 4: Czy w poz. 17 Zamawiający dopuści adapter luer kompatybilny z oferowanym uchwytem i probówką systemu próżniowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

32. Dotyczy pakietu nr 4: Czy w celu zachowania pełnej kompatybilności oferowanych produktów Zamawiający wymaga aby wszystkie elementu systemu próżniowego pochodziły od jednego producenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby wszystkie elementu systemu próżniowego pochodziły od jednego producenta.

33. Dotyczy pakietu nr 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie do oddzielnego pakietu wszystkich pozycji zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi jako że systemy próżniowy i aspiracyjno próżniowy różnią się techniką pobrania i nie są względem siebie kompatybilne. Zamawiający uzyska możliwość złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyłączy osobnego pakietu.

34. Dotyczy pakietu nr 4: Czy w przypadku probówek systemu próżniowego do separacji surowicy Zamawiający oczekuje dostarczenia probówek o czasie wykrzepiania do 30 min, potwierdzone oświadczeniem producenta. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym badań wykonywanych w trybie pilnym , rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Konsultanta Krajowego ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, określają jednoznacznie, że badania CITO, musza być wykonane i wyniki dostarczone do godziny od momentu pobrania. Uwzględniając czas wirowania probówek i czas wykonywania analizy jedynie probówki z czasem wykrzepiania do 30 min umożliwiają Zamawiającemu pracę zgodnie z ww wytycznymi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

35. Dotyczy pakietu nr 4: Czy w poz. 10 Zamawiający dopuści mikroprobówki o poj. 500 – 800uL na bilirubinę wraz z probówkami transportującymi w kolorze brązowym, ograniczającymi dostęp światła do mikroprobówek.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza mikroprobówki.

36. Dotyczy pakietu nr 4: Czy w poz. 10 Zamawiający dopuści mikroprobówki na bilirubinę o objętości 200uL.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza mikroprobówi.

37. Pytanie 1, dot. pakietu 7, pkt 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 pkt 7zestaw zawierający szew o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

38. Pytanie 2, dot. pakietu 7, pkt 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 pkt 3 zestaw zawierający szew o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szew o długości 15 cm.

39. Pytanie 3 dot. Pakietu 7, pkt 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 zamiast opisanej siatki, siatkę o parametrach: Makroporowata, monofilamentowa siatka polipropylenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna, wielkość porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramatura 46 g/m2. Rozmiar 8 cm x 15 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę.

40. Pakiet nr 1, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dren.

41. Pakiet nr 1, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 45cm x 18cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dren.

42. Pakiet nr 1, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści dren Redona z trokarem, długość drenu 500mm dla rozmiaru CH 8, długość drenu 800mm dla rozmiarów CH 10 – CH 18?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dren.

43. Pakiet nr 1, pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany obrotowy o długości 15cm lub 20cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik.

44. Pakiet nr 1, pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści rampę 3-drożną z drenem o dł. 180cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

45. Pakiet nr 1, pozycja 15: Czy Zamawiający dopuści rampę 5-drożną z drenem o dł. 180cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Marta Sak