Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/02/17/159

Oborniki, dnia 27.03.2017r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/02/17

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, szwów, narzędzi chirurgicznych i innych** ogłoszonego w dniu 22.03.2017r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. **Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 21 – Chirurgiczna lampa zabiegowa**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o następujących parametrach:

- chirurgiczna lampa zabiegowa, statywowa, mobilna z zasilaniem sieciowym;

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- natężenie światła z kopuły 60 000 lux; **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
- średnica pola świetlnego 19cm; **Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**
- 2 „brudne" uchwyty na kopule; **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
- wskaźnik odwzorowania barw Ra≥93; **Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**
- temperatura barwowa regulowana w dwóch zakresach: 3500 i 4500°K;

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- żywotność diod świetlnych LED na poziomie 30 000h; **Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**
- możliwość wymiany uszkodzonej diody, a nie całego modułu; **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
- możliwość regulowania wysokości; **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
- pobór mocy 15W; **Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**
- stopień protekcji czaszy IP43; **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
- nieograniczony obrót czaszy o 360°? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

2. **Pakiet nr 21 Chirurgiczna lampa zabiegowa**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego lampę zabiegową, której natężenie światła dla odległości roboczej wynosi: 80000 luksów dla 61 cm, a 65000 luksów dla 100 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy zabiegowej o podanych parametrach.

3. **Pakiet nr 21 Chirurgiczna lampa zabiegowa**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego lampę zabiegową, której średnica pola świetlnego dla odległości roboczej wynosi 23-28 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza lampę o podanej średnicy pola świetlnego.

4. **Pakiet nr 21 Chirurgiczna lampa zabiegowa**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego lampę zabiegową, której natężenie światła dla odległości roboczej wynosi: 50000 luksów dla 30 cm, a 45000 luksów dla 50 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy zabiegowej o podanych parametrach.

5. **Pakiet nr 21 Chirurgiczna lampa zabiegowa**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego lampę zabiegową, której średnica pola świetlnego dla odległości roboczej wynosi 15-18 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy zabiegowej o podanej średnicy.

6. **Pakiet nr 24 Jednorazowe kapturki do termometru Braun**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego wielkości opakowania jednorazowych kapturków do termometru Braun, z opakowań zawierających 20 szt osłonek na opakowania zawierające 800 szt osłonek w jednym komplecie. Opakowanie takie zawiera 40 zestawów osłonek pakowanych po 20 szt.

Pozostanie przy zapisie dostawy opakowania zawierającego 20 sztuk osłonek znacząco zwiększy koszty zakupu tego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wycenił osłonki w takich opakowaniach jakie posiada. Zgodnie z zapisami SIWZ należy wtedy przeliczyć asortyment, tak aby był zgodny z ilością wymaganą w SIWZ.

7. **Pakiet nr 20 Pulsoksymetr**

Czy Zamawiający wymaga, aby pulsoksymetr posiadał funkcję wyświetlania krzywej pletyzmograficznej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

8. PYTANIA DOTYCZĄCE PAKIETU NR 20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr transportowy pracujący w technologii Masimo SET, dokonujący pomiaru pomimo ruchu pacjenta i przy niskiej perfuzji:
- Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe,
- Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 30 godzin
- Wymienialna osłona gumowa
- Dwa niezależne wyświetlacze LED
- Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm
- Waga urządzenia 320 g
- Pomiar saturacji w zakresie (1-100)%
- Dokładność pomiaru saturacji max. ± 3 cyfry w zakresie min. 70-100%
- Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%
- Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.
- Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.
- Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.
- Rozdzielczość pomiarów:
- Saturacja (%SpO2): 1 %
- Częstość pulsu (BPM) 1 BPM
- Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji
- Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w niejscu pomiaru, wykres słupkowy - wysoki w kolorze zielonym wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze czerwonym
- Zakres perfuzji 0-20,0%
- Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia
- Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej
- Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej
- Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia
- Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu
- Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie
- Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego
- Trendy 72 godziny
- Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD
- Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pulsoksymetru o wyżej opisanych parametrach.

9. PYTANIA DOTYCZĄCE PAKIETU NR 20

Prosimy o określenie, czy czujniki do pomiaru saturacji mają być: dla dorosłych >30kg, czy dla dzieci 10-50kg, czy czujnik wielopozycyjny typu Y >1kg z opaską mocującą.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania czujników do pomiaru saturacji dla dorosłych >30kg.

10. PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 – WZÓR UMOWY DOSTAWY (PAKIET NR 20, 21)

dotyczy § 7 ust. 1 Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego urządzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia,

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów wzoru umowy.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 5, zał. nr 2 pozycji od 1 do 5 oraz pozycji od 8 do 14 i pozycji 16 jako asortymentu obejmującego system zamknięty do poboru krwi metoda próżniową.?

Pozycje 6,7, 15,17,18,19,20,21 to pozycje systemu zamkniętego do poboru krwi metodą aspiracyjno-próżniową i powinien je obejmować oddzielny pakiet. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do osobnego Pakietu.

12. **dot. projektu umowy § 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej, jak również dodanie zapisu ją ograniczającego:

§ 6 ust. 1a

w wysokości 1 % wartości niezrealizowanego zamówienia brutto z tytułu każdorazowej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, łącznie wysokość kary umownej nie będzie wynosić więcej niż 20 % wartości dostawy

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

13. **dot. projektu umowy § 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej, jak również dodanie zapisu ją ograniczającego:

§ 6 ust. 1b

z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

14. dotyczy Pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania tylnej ściany pochwy składający się z:

- siatki polipropylenowej, monofilamentowej, mikroporowatej o kształcie anatomicznym z podwójnymi ramionami dystalnymi i proksymalnymi z każdego boku. Siatka pokryta liofilizowanym kolagenem zwiększającym integrację tkankową i zmniejszającym ryzyko erozji
- sterylnej, jednorazowej, profilowanej prowadnicy z pętlą wewnątrz do bezpiecznego i trwałego zakładania. Technika zakładania od zewnątrz do wewnątrz tzw. "out-in". Kształt jednorazowego narzędzia dostosowany do siatki do korekcji tylnej.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu chirurgicznego leczenia wypadania tylnej ściany pochwy o wyżej opisanych parametrach.

15. **Pakiet nr 16**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o czasie wchłaniania 56 – 70 dni, podtrzymanie tkankowe 70% w 2 tygodniu, 50 % w 3 tygodniu, wykonane z kwasu poliglikolowego 90% i laktydy 10%, z powleczeniem z polikaprolaktonu (glycolide-co-lactide 30/70) i stearynianu wapnia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania nici o wyżej opisanych parametrach.

16. **Pakiet nr 16, poz. 2-3**

Proszę o dopuszczenie igły o długości 27 mm, zamiast 26 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o podanej długości.

17. **Pakiet nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren Kehra o długości ramion 45cm x 18cm ?

Pragniemy dodać, iż jedyny producent drenów Kehra o oczekiwanej długości ramion, firma Medical Dren, z końcem 2015 roku zakończyła działalność.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania drenów o podanej długości ramion.

18. **Pakiet nr 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona z trokarem o długości drenu 500mm dla rozmiaru CH8 oraz o długości drenu 800mm dla rozmiarów CH10 – CH18 ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania drenów o podanych długościach.

19. **Pakiet nr 1, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany obrotowy dren 15cm ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łącznika o długości 15 cm oraz nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

20. **Pakiet nr 2, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści rampę 3-kranikową z drenem o dł. 180cm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rampy o długości 180 cm.

21. **Pakiet nr 2, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści rampę 5-kranikową z drenem o dł. 180cm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rampy o długości 180 cm.

22. **Pakiet nr 2, pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

Pytania dotyczące pakietu nr 92.

Narzędzia laparoskopowe kompatybilne z aparatem firmy Richard Wolf

23. Dotyczy pkt.1.

Czy Zamawiający miał na myśli plastikową redukcję nakładaną na trokar o średnicy 10 mm redukującą do 5,5 mm, która obsługiwana jest poprzez naciśnięcie palcem na wystający plastikowy element obok uszczelki? Czy redukcja ma być kompatybilna z trokarami Riwo-Art posiadanymi przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli plastikową redukcję nakładaną na trokar o średnicy 10 mm redukującą do 5,5 mm, która obsługiwana jest poprzez naciśnięcie palcem na wystający plastikowy element obok uszczelki.

Tak, redukcja ma być kompatybilna z trokarami Riwo-Art.

24.Dotyczy pkt.2.

Czy wąż insuflacyjny ma być z podgrzewaniem gazu? **Odpowiedź: Nie.**

25.Dotyczy pkt.7.

Czy Zamawiający miał na myśli płaszcz do narzędzi monopolarnych, izolowany o średnicy 5 mm i długości 33 cm, kompatybilny z narzędziami typu Eragon?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli płaszcz do narzędzi monopolarnych, izolowany o średnicy 5 mm i długości 33 cm, kompatybilny z narzędziami typu Eragon.

26.Dotyczy pkt.8.

Czy rączka z zamkiem ma być z podłączeniem do koagulacji czy bez? Czy zaoferowana rączka ma być kompatybilna z innymi częściami narzędzi typu Eragon?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że rączka z zamkiem ma być z podłączeniem do koagulacji oraz, że ma być kompatybilna z innymi częściami narzędzi typu Eragon.

27.Dotyczy pkt.13.

Czy rączka do nożyczek ma być z możliwością koagulacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że rączka do nożyczek ma być z możliwością koagulacji.

28.Dotyczy pkt.18.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rurkę o średnicy 5 mm, która jest przeznaczona do pracy z trokarami o średnicy 5,5 mm ? pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na rurkę o średnicy 5 mm, tóra jest przeznaczona do pracy z trokarami o średnicy 5,5 mm.

29.Dotyczy pkt 21 a.

Czy Zamawiający miał na myśli klapkę z 7 otworami gdyż do koszów posiadanych przez Zamawiającego nie ma klapek z 8 otworami ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli klapkę z 7 otworami.

30.Dotyczy pkt 21 d.

Jak zakończone ma być imadło laparoskopowe (prawe, lewe lub proste)? Czy Zamawiający miał na myśli imadło o średnicy 5 mm i długości roboczej 31 cm z odłączaną plastikową rączką z włączaną/wyłączaną zapinką?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zaoferowania imadła prostego o średnicy 5 mm i długości roboczej 31 cm z odłączaną plastikową rączką.

31.Dotyczy pkt 21 e.

Jakiej długości roboczej igły oczekuje Zamawiający 12 czy 15 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje igły o długości 12 cm.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska