Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L. Dz. ZPDK/01/20/02

Oborniki, dnia 14.01.2020r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/01/20

Dot. przetargu nieograniczonego **na zakup endoprotez stawu biodrowego dla SP ZOZ w Obornikach,** ogłoszonego w dniu 09.01.2020r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z ogólnego pakietu części „Biodro bezcementowe" i dopuści poniższy asortyment?

Dopuści trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127stopni i 132stopnie) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rosnący zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Panewka pressfitowa pełna lub otworową (pierwotna i rewizyjna) dla dodatkowej stabilizacji śrubami wraz z zaślepką centralną; średnice 46mm-68mm; brzeżne poszerzenie w wartości 1,8mm dla zwiększenia pierwotnej stabilizacji w pierścieniu kostnym panewki.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu oraz nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu..

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak