Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/ 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/13/17/17/18

Oborniki, dnia 07.02.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/13/17

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych,** ogłoszonego w dniu 29.12.2017r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

CZĘŚĆ 2 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017r, poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

130. Pakiet 28 poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portów bezigłowych do wkłuć dożylnych z podwójnym przedłużeniem, dreny o średnicy 2,2mm. Całość długości 15 cm. Przestrzeń martwa 0,96 ml. Podwójny system zabezpieczenia w postaci podzielnej membrany tępego trzpienia, ilość aktywacji: 600 – nie dłużej niż 7 dni, do wielokrotnego kontaktu z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, porty neutralnego odłączenia pozwalające na wyeliminowanie ewentualnego napływu wstecznego (refluxu) krwi do światła cewnika. Pozwoli to zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert od większej liczby dostawców i bardzo dobrego sprzętu o znacznie wyższych parametrach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie portów bezigłowych o wyżej opisanych parametrach.

131. Pakiet 28 poz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portów bezigłowych do wkłuć dożylnych z potrójnym przedłużeniem, dreny o średnicy 2,2mm. Całość długości 18 cm. Podwójny system zabezpieczenia w

postaci podzielnej membrany tępego trzpienia, ilość aktywacji: 600 – nie dłużej niż 7 dni, do wielokrotnego kontaktu z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, porty neutralnego odłączenia pozwalające na wyeliminowanie ewentualnego napływu wstecznego (refluxu) krwi do światła cewnika. Pozwoli to zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert od większej liczby dostawców i bardzo dobrego sprzętu o znacznie wyższych parametrach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie portów bezigłowych o wyżej opisanych parametrach.

132. Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

133. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Pakietu nr 11 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 9 z Pakietu nr 11.

134. **Pakiet 20, ilość pozycji 16, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego nieinwazyjnego uniwersalnego systemu mocowań w rozmiarze średnim.

135. **Pakiet 20, ilość pozycji 16, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego nieinwazyjnego uniwersalnego systemu mocowań w rozmiarze małym.

136. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15 oraz pozycji 16 z Pakietu nr 20 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 15 z Pakietu nr 20. Pozycja nr 16 została wydzielona do Pakietu nr 20A przy odpowiedziach z dnia 29.01.2018r.

137. **Pakiet 24, ilość pozycji 22, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności

każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego nieinwazyjnego uniwersalnego systemu mocowań w rozmiarze małym.

138. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 z Pakietu nr 24 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 16 z Pakietu nr 24.

139. **Pakiet nr 51 Sprzęt jednorazowy niesterylny**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 51 pozycję 33 i 34? Wydzielenie powyższych pozycji umożliwi złożenie ofert przez większa ilość Wykonawców, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 33 i 34 z Pakietu nr 51.

Pakiet nr 30 Opatrunki hydrożelowe

140. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunków hydrożelowych do natychmiastowego zastosowania nakładanych bezpośrednio na ranę, które po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany. Opatrunki przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. Może być używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. Zgodne są z pH ludzkiej skóry. Opatrunek ma formę materiału bazowego (poliester odporny na rozdarcia) z naniesionym półpłynnym żelem. Żel oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Opatrunki są łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Można je składować w temperaturze -5/+35°C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych opatrunków hydrożelowych.

141. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 5x15 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 2 opatrunku o rozmiarze 5x15 cm.

142. Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 10x40 cm, który pokrywa taką samą powierzchnię ciała jak opatrunek 20x20?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 3 opatrunku o rozmiarze 10x40 cm.

143. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 20x45 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 4 opatrunku o rozmiarze 20x45 cm.

144. Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 20x55 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 5 opatrunku o rozmiarze 20x55 cm.

145. Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego na twarz w rozmiarze 30x40 cm, który pokrywa miejsca szczególnie wrażliwe i narażone na oparzenia czyli uszy oraz szyję?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 6 opatrunku o rozmiarze 30x40 cm.

146. Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego na twarz w rozmiarze 30x40 cm, który pokrywa miejsca szczególnie wrażliwe i narażone na oparzenia czyli uszy oraz szyję?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 8 opatrunku o rozmiarze 30x40 cm.

147. **Pakiet 28 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego produktu.

148. **Pakiet 28 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 sztuki (czerwony, niebieski) z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu pakowanego po 2 szt.

149. **Pakiet 28 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 28.

150. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 13 poz 3 i dopuści:
Ściereczki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0,5% chloroheksydyną i olejkiem nawilżającym; rozmiar 17x23cm 100 sztuk chusteczek w tubie?
lub
Ściereczki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0,5% chloroheksydyną; rozmiar 17x23cm 100 sztuk chusteczek w tubie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3 z Pakietu nr 13, oraz nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych ściereczek.

151. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 19 poz 12 i dopuści:
Kompresy włókninowe 9x12cmx100, 6-warstwowe, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m2
lub
Kompresy włókninowe 12x12,5cmx100, 9-warstwowe, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m2

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 12 z Pakietu nr 19, oraz nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych kompresów.

152. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 19 poz 13 i dopuści:
Kompresy włókninowe 9x12cmx100, 6-warstwowe, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m2
lub
Kompresy włókninowe 12x12,5cmx100, 9-warstwowe, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m2

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 13 z Pakietu nr 19, oraz nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych kompresów.

153. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 19 poz 14 i dopuści:
Kompresy włókninowe 9x12cmx100, 6-warstwowe, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m2
lub
Kompresy włókninowe 12x12,5cmx100, 9-warstwowe, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m2

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 14 z Pakietu nr 19, oraz nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych kompresów.

154. **Pakiet nr 24**

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w kształcie kwadratu w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w kształcie kwadratu w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm.

155. **Pakiet nr 24**

Pozycje 1-3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z możliwością pozostawienia na ranie do 72 godz.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku z możliwością pozostawienia na ranie do 72 godz.

156. **Pakiet nr 24**

Pozycja 22. – czy Zamawiający może określić jaki rozmiar opatrunku ma na myśli, S czy też M, jaki rozmiar zestawu ma wycenić Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Rozmiar będzie zamawiany wg potrzeb.

157. Pakiet 8, pozycja 7- Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z podziałką regulacji przepływu 5-250 ml, w kształcie beczułki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z podziałką regulacji przepływu 5-250 ml, w kształcie beczułki.

158. Pakiet 13, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści ściereczki do toalety pacjenta o wymiarach 33x22 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 2 ściereczek do toalety pacjenta o wymiarach 33x22 cm.

159. Pakiet 13, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści ściereczki do toalety pacjenta , rozmiar 33x22 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 3 ściereczek do toalety pacjenta o wymiarach 33x22 cm.

160. Pakiet 13, pozycja 4- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4 z pakietu 13 do osobnego zadania. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz. 4 do Pakietu nr 13A.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 4 do Pakietu nr 13A.

W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:

1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **96 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 96 Pakietach:

dodaje się Pakiet nr 13A: Ostrza jednorazowe do strzygarki chirurgicznej (pozostała treść bez zmian)

3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 13A: 460,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 13: 910,00 zł (pozostała treść bez zmian)

4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 13A: 1 200,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 13: 2 300,00 zł (pozostała treść bez zmian)

5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 13A: 1 200,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 13: 2 300,00 zł (pozostała treść bez zmian)

6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 13A: 20,00 zł oraz poprawia się wadium dla Pakietu nr 13: 50,00 zł (pozostała treść bez zmian)

161. Pakiet 51, pozycja 26- Czy zamawiający dopuści wzierniki uszne pakowane po 250 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzierników pakowanych po 250 szt z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej w SIWZ.

162. Pakiet 51, pozycja 34- Czy zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny uniwersalny jednoczęściowy dla dzieci, regulowany czterostopniową regulacją, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kołnierza ortopedycznego uniwersalnego jednoczęściowego dla dzieci, regulowanego czterostopniową regulacją.

163. Pakiet 52, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści worki do zwłok na zamek czarne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania worków w kolorze czarnym.

164. Pakiet 59, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści torbę na wymiociny ze sztywnym ustnikiem 1000-1500 ml- mleczną w pełni przejrzystą?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania torby na wymiociny ze sztywnym ustnikiem 1000-1500 ml- mlecznej w pełni przejrzystej.

165. Pakiet 86

Czy Zamawiający dopuści, bez zachowania wymagań pierwotnych SIWZ, produkt równoważne o poniższych parametrach:

Poz 1: trzpień prosty, cementowany, stalowy z centralizerem, wysokopolerowany, o kształcie podwójnego klina; umożliwia uzyskanie prawidłowej ane-, retrowersji; konus o podstawach 11,3 i 12,5mm (smuklejszy od tzw. "eurokonus" dla poprawy zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka zwichnięcia); kąt CCD 125°; wersje lateralizowane o zwiększonym offsecie; łącznie 9 rozmiarów trzpienia. Korek kanału szpikowego wykonany z PMMA w średnicach 6-18mm skalowany co 2mm; czasze bipolarne w rozmiarach 41-72mm. Do rozmiaru 56 skalowana co 1mm. Dostosowana do głów wewnętrznych 28mm (od rozmiaru 44); głowa wewnętrzna zatrzaskiwana dzięki wbudowanemu pierścieniowi polietylenowemu; mocowanie bez demontażu czaszy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego asortymentu.

166. Pakiet 86

Poz 2: trzpień bezcementowy prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym wykonany ze stopu tytanowego, w 1/3 bliższej pokryty porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem, dostępny w 12 rozmiarach z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami antyrotacyjnymi dla poprawy stabilizacji pierwotnej; offset zmienny wraz z rozmiarem trzpienia w zakresie 37-54mm; konus o podstawach 11,3 i 12,5mm (smuklejszy od tzw. "eurokonus" dla poprawy zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka zwichnięcia); kąt CCD 132°; wersja lateralizowana o kącie CCD 127° ;

Panewka bezcementowa, pressfitowa, sfera zewnętrzna pokryta dodatkowo porowatym tytanem i hydroksyapatytem dla ułatwienia osteointegracji; 2 opcje: pełna i otworowa (3-5 otworów na śruby panewkowe) w rozmiarach 42-68mm ze skokiem co 2mm; bez opcji panewki wkręcanej;

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego asortymentu.

167. Pakiet 86

Poz 3: trzpień rewizyjny modularny, 2-elementowy, składający się z tytanowego trzpienia z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235mm) i średnicy (14-28mm) oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarach od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie;

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego asortymentu

168. Pakiet 86

Poz 4: panewka bezcementowa hemisferyczna z pokryciem trójwymiarową okładziną z czystego tytanu

umożliwiającego przerost tkanką kostną o strukturze 3D odzwierciedlającej strukturę kości gąbczastej; panewki pełne i otworowe dla śrub panewkowych; wkłady polietylenowe dla głów 28-32-36mm; augmenty panewkowe do uzupełniania ubytków ściany panewki (strop, kolumna tylna zależnie od potrzeb) oparty na księżycowatego kształtu klinach wykonanych z czystego tytanu o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej. Implanty w mini 18 rozmiarach i 3 wysokościach dla każdego z rozmiarów w średnicach zewnętrznych 46-66mm (skok co 4mm). Implanty wyposażone w otwory do stabilizacji czasowej drutem kirschnera i stabilizacji śrubami 6,5mm z możliwością ustawienia kątowego 18stopni w każdym kierunku; 3 śruby w zestawie; kosze panewkowe anatomiczne (prawy i lewy), rozmiary zewnętrzne 48-72mm (skok co 4mm), przeznaczony do fiksacji śrubami i wcementowania panewek polietylenowych; siatki stalowe na strop lub dno panewki: 2 rozmiary siatek na dno panewki, 3 rozmiary siatek stropowych; perforowane z możliwością przycinania i formowania stosownie do warunków anatomicznych. Wkręty panewkowe do koszy w średnicach 6,5mm i długościach 20-60mm skalowane co 5mm, do siatek na strop i dno w średnicach 3,5mm i długościach 10-35mm skalowane co 5mm i głowy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego asortymentu

169. Pakiet 86

Poz 5: System do płukania kanału szpikowego i loży panewkowej typu „ pulse lavage", całkowicie jednorazowy, nie wymaga dodatkowego osprzętu, z autonomicznym zasilaniem akumulatorowym. Posiada tor napływu jaki i tor ssący. Do wyboru różne końcówki zależne od potrzeb operatora. Siła irygacji zmienna- przycisk płynnej regulacji zmian przepływu. Mieszalnik i cement kostny zgodny z SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego systemu do płukania kanału szpikowego i loży panewkowej.

170. Pakiet 86

Zamawiający w ramach pakietu wymaga użyczenia zestawu napędowego z minimum 1 ostrzem. Czy Zamawiający zgodzi się na zmodyfikowania formularza ofertowego i dopisanie pozycji „jednorazowe ostrze piły oscylacyjnej" w ilości odpowiadającej szacowanej liczbie zestawów endoprotez w pakiecie 86 (87szt.). Ostrze piły jako element jednorazowy (podobnie jak igły do iniekcji) nie może podlegać resterylizacji. Wymóg stosowania jednorazowych ostrzy wynika również z instrukcji obsługi zestawów napędowych piły oscylacyjnej. Element jednorazowy, zużywalny jakim jest ostrze nie może też podlegać nieodpłatnemu użyczeniu. Taka modyfikacja tabeli ofertowej pozwoli na rzetelne obliczenie wartości pakietu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgadza się na modyfikację formularza cenowego dopisując „jednorazowe ostrze oscylacyjne posuwisto-zwrotne kompatybilne z oferowanym napędem w różnych rozmiarach – 79 szt".

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 86 dodaje pozycję nr 6 o powyższej treści.

171. Pakiet 86

Czy z racji na małą liczbę szacowanych zestawów w ramach pozycji 1, 3 i 4 pakietu 86 Zamawiający zgodzi się na opcję zaopatrzenia tzw. systemem Loaner Set – dostarczanym przed zaplanowanym zabiegiem i odbieranym po jego wykonaniu bez komisowego utrzymania w całym okresie trwania umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

172. Pakiet 86

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w odrębny pakiet (86b) pozycji 6 (spacer). Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert na pozycję 1-5 i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 6 do Pakietu nr 86A.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 6 do Pakietu nr 86A.

W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:

1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **97 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 97 Pakietach:

3) SIWZ część IV pkt 2 lit d) otrzymuje treść: „d) 24 – 48h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów nr 86 i 86A)"

dodaje się Pakiet nr 86A: Spacer (pozostała treść bez zmian)

4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 86A: 3 000,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 86: 80 700,00 zł (pozostała treść bez zmian)

5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 86A: 7 400,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 86: 201 800,00 zł (pozostała treść bez zmian)

6) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 86A: 7 400,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 86: 201 800,00 zł (pozostała treść bez zmian)

7) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 86A: 150,00 zł oraz

poprawia się wadium dla Pakietu nr 86: 4 000,00 zł (pozostała treść bez zmian)

8) Formularz oferty pkt VI lit. d) otrzymuje treść: „d) dotyczy Pakietu nr 86 i 86A: .....h od złożenia zamówienia; (należy wybrać od 24 do 48h);"

173. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu z części III poz. 7 SIWZ w pakietach 80 i 86?

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią nr 31 z dnia 29.01.2018r.

Pakiet nr 32: pojemniki z 10% formaliną

174. Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 10 ml zawierający 5 ml formaliny? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary z zapisanych w SIWZ „ jednostka miary – sztuka, ilość 700 szt." na „ jednostka miary – opakowanie = 80 sztuk, ilość 9 opakowań" – spowodowane jest to faktem, iż ze względów bezpieczeństwa pojemniki wypełnione formaliną dostępne są tylko i wyłącznie w dedykowanych opakowaniach zbiorczych przeznaczonych do ich bezpiecznego transportowania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pojemnika o pojemności 10 ml zawierającego 5 ml formaliny. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary. Podanie ceny 1 szt asortymentu nie ma żadnego wpływu na dostawę, a o dostawie w opakowaniu zbiorczym można poinformować osobę składającą zamówienia.

175. Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 35 ml zawierający 9 ml formaliny? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary z zapisanych w SIWZ „ jednostka miary – sztuka, ilość 700 szt." na „ jednostka miary – opakowanie = 54 sztuk, ilość 13 opakowań" – spowodowane jest to faktem, iż ze względów bezpieczeństwa pojemniki wypełnione formaliną dostępne są tylko i wyłącznie w dedykowanych opakowaniach zbiorczych przeznaczonych do ich bezpiecznego transportowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o pojemności 35 ml zawierającego 9 ml formaliny. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary. Podanie ceny 1 szt asortymentu nie ma żadnego wpływu na dostawę, a o dostawie w opakowaniu zbiorczym można poinformować osobę składającą zamówienia.

176. Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 55 ml zawierający 18 ml formaliny? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary z zapisanych w SIWZ „ jednostka miary – sztuka, ilość 250 szt." na „ jednostka miary – opakowanie = 54 sztuki, ilość 5 opakowań" – spowodowane jest to faktem, iż ze względów bezpieczeństwa pojemniki wypełnione formaliną dostępne są tylko i wyłącznie w dedykowanych opakowaniach zbiorczych przeznaczonych do ich bezpiecznego transportowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o pojemności 55 ml zawierającego 18 ml formaliny. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary. Podanie ceny 1 szt asortymentu nie ma żadnego wpływu na dostawę, a o dostawie w opakowaniu zbiorczym można poinformować osobę składającą zamówienia.

177. Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 125 ml zawierający 75 ml formaliny? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary z zapisanych w SIWZ „ jednostka miary – sztuka, ilość 300 szt." na „ jednostka miary – opakowanie = 24 sztuki, ilość 13 opakowań" – spowodowane jest to faktem, iż ze względów bezpieczeństwa pojemniki wypełnione formaliną dostępne są tylko i wyłącznie w dedykowanych opakowaniach zbiorczych przeznaczonych do ich bezpiecznego transportowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o pojemności 125 ml zawierającego 75 ml formaliny. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary. Podanie ceny 1 szt asortymentu nie ma żadnego wpływu na dostawę, a o dostawie w opakowaniu zbiorczym można poinformować osobę składającą zamówienia.

178. Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki ze szczelna pokrywą zamykaną na wcisk oraz wyrazi zgodę na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary z zapisanych w SIWZ „ jednostka miary – sztuka, ilość 280 szt." na „ jednostka miary – opakowanie = 12 sztuk, ilość 24 opakowania" – spowodowane jest to faktem, iż ze względów bezpieczeństwa pojemniki wypełnione formaliną dostępne są tylko i wyłącznie w dedykowanych opakowaniach zbiorczych przeznaczonych do ich bezpiecznego transportowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika ze szczelna pokrywą zamykaną na wcisk. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary. Podanie ceny 1 szt asortymentu nie ma żadnego wpływu na dostawę, a o dostawie w opakowaniu zbiorczym można poinformować osobę składającą zamówienia.

179. Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki ze szczelna pokrywą zamykaną na wcisk oraz wyrazi zgodę na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary z zapisanych w SIWZ „ jednostka miary – sztuka, ilość 200 szt." na „ jednostka miary – opakowanie = 6 sztuk, ilość 34 opakowania" – spowodowane jest to faktem, iż ze względów bezpieczeństwa pojemniki wypełnione formaliną dostępne są tylko i wyłącznie w dedykowanych opakowaniach zbiorczych przeznaczonych do ich bezpiecznego transportowania

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika ze szczelna pokrywą zamykaną na wcisk. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ilości produktu oraz jednostki miary. Podanie ceny 1 szt asortymentu nie ma żadnego wpływu na dostawę, a o dostawie w opakowaniu zbiorczym można poinformować osobę składającą zamówienia.

180. **Dotyczy: Rozdział II pkt 7 SIWZ – w związku z pakietem nr 32**

Zamawiający opisał następująco wymóg:

7. **Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do jednego zamówienia wystawiał tylko jedną fakturę na całość zamówionego towaru.** Do każdej faktury Zamawiający wymaga wersji elektronicznej zamówionego asortymentu w formacie KT0KT1 do programu Eskulap firmy METHUB, która będzie mogła być skopiowana bezpośrednio z poczty elektronicznej - **dotyczy Pakietów nr: 1 – 50 i 80 – 83 oraz 85 – 86.**

Wymóg Zamawiającego jest bezprawny, gdyż narzuca wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zakup konkretnego oprogramowania, konkretnej firmy (METHUB) co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Oprócz przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji asortymentowo cenowej zamawiający żąda dołączenie tzw. faktury w wersji elektronicznej jako dokumentu uzależniającego prawidłową dostawę i dopiero dokonanie płatności. Wystawienie faktury jest czynnością techniczną, która prowadzi do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot zamówienia określony w formularzu cenowym. Zamawiający nie może odmówić zapłaty z tego tylko powodu, że wykonawca wystawił fakturę w inny (technicznie) sposób niż sobie tego zamawiający życzył tj. żądając dodatkowego dokumentu do dostawy. Wnosimy zatem o usunięcie tego zapisu bądź o takie jego zmodyfikowanie, które dopuści wystawienie faktury oprócz wersji papierowej również w formacie ogólnodostępnym np. PDF i przesłanie takiego dokumentu na adres mailowy Zamawiajacego. Wymóg zastosowania konkretnego programu do wystawiania faktury nie jest w żaden sposób związany z przedmiotem zamówienia i narusza zasadę uczciwej konkurencji z art. 7 Pzp, gdyż po pierwsze, faworyzuje wykonawców, którzy oprogramowanie do wystawiana faktur w danym formacie posiadają, a po drugie, zaburza konkurencję na rynku oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 36 z dnia 29.01.2018r.

181. **Pakiet nr 24**

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z możliwością pozostawienia w ranie do 72h z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 20 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku z możliwością pozostawienia w ranie do 72h z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zapisem SIWZ część III pkt 8, tj. 13,33 szt.

182. **Pakiet nr 24**

Pozycje 2 i 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z możliwością pozostawienia w ranie do 72h z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 30 szt.?

Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku z możliwością pozostawienia w ranie do 72h z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zapisem SIWZ część III pkt 8, tj. 26,67 szt.

183. Wnoszę o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:"SIWZ") na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych poprzez udzielenie odpowiedzi an następujące pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające będzie dostarczanie faktur elektronicznych w formatach: Exel, Word lub Adobe, które będą mogły być skopiowane bezpośrednio z poczty elektronicznej.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż dopuszczenie rozwiązania równoważnego jest dla Zamawiającego neutralne, gdyż w pełni spełnia jego oczekiwania w tym zakresie nie rodząc przy tym kłopotów technicznych lub konieczności podejmowania dodatkowych działań, zaś Wykonawcy umożliwia ubieganie się o udzielenie zamówienia i należyte jego wykonanie przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 36 z dnia 29.01.2018r.

184. **Dotyczy części nr 28:**

Czy Zamawiający dopuści w przetargu port bezigłowy w innym kolorze niż niebieski - w pomarańczowym lub przezroczystym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie portu bezigłowego w innym kolorze niż niebieski.

185. **Dotyczy części nr 28:**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 i poz.3 bezigłowy port o średnicy wewnętrznej 2,5 mm oraz z drenem o długości 10 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania w poz. 2 i 3 bezigłowy port o średnicy wewnętrznej 2,5 mm oraz z drenem o długości 10 cm.

186. **Pytanie do zamówienia pakiet 26**

Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie o jaki opatrunek Zamawiającemu chodzi czy to ma być opatrunek powierzchniowy na rany czy może chirurgiczny?

Odpowiedź: Zamawiający Wyjaśnia, że oczekuje zaoferowania środka wchłanialnego stosowanego w trakcie zabiegów chirurgicznych.

187. **Pytanie do zamówienia pakiet 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków hemostatycznych chirurgiczny najnowszej generacji (na bazie nieutlenionej celulozy) służący do tamowania krwawień od lekkich do ciężkich

tętniczych i żylnych, wchłaniający krew do 3500% swojego ciężaru, całkowicie biowchłanialny do 7 dni, niewywierający ucisku na sąsiednie tkanki, stosowany bez ucisku, namaczania, nie przywierający do narzędzi i rękawic, idealny do zastosowania w zabiegach laparoskopowych przechodzący przez port o wielkości 5 mm?

Wyrób medyczny III klasa.

Proponowany rozmiar to :

- 10 x 10 x 0,05 cm 10 szt./1op.
- 7,5 x 5 x 0,05 cm 10 szt./1op.
- 5 x 5 x 0,05 cm 10 szt./1op.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o wskazanie wymiarów oraz ilości jaką Zamawiający potrzebuje?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgodnie z opisem w SIWZ.

188. **Pytanie do zamówienia pakiet 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków hemostatycznych powierzchniowy najbardziej zaawansowany i wyjątkowy produkt na świecie do kontroli krwawienia. Zatrzymuje wszystkie rodzaje krwawień - od łagodnych po ciężkie tętnicze i żylne, wszechstronne zastosowanie - naczynia, tkanki (miękkie), kości. Przylegający - nie wymaga kompresji. Wykorzystanie zasad fizyki do samokontroli nawet przy najsilniejszym przepływie krwi, skutecznie zatrzymuje dużą objętość i masowy napływ krwi. Stabilny do 36 godzin w pełni wchłaniany w ciągu 7 dni, łatwo usuwany w jednym kawałku bez ponownego krwawienia. W korzystnej cenie.

Wyrób medyczny IIb klasa.

Proponowany rozmiar to :

10 x 10 x 0,05 cm – 20 szt./1op.

10 x 5 x 0,05 cm – 20 szt./1op.

5 x 5 x 0,05 cm – 20 szt./1op.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o wskazanie wymiarów oraz ilości jaką Zamawiający potrzebuje?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych opatrunków hemostatycznych w rozmiarze 10x10x0,05 cm – 20 szt/1op.

189. **Pakiet nr 7 Strzykawki poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniu a 70 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

190. **Pakiet nr 8 Przyrządy do przetaczania płynów, dreny poz. 1,2,3:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakich długości przyrządów oczekuje.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przyrządów o długości 1500mm.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 dla Pakietu nr 8 poz. 1,2,3 dopisując wymaganą długość 1500mm.

191. **Pakiet nr 8 Przyrządy do przetaczania płynów, dreny poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu o parametrach poniżej:

a) Komora kroplowa o długości 6 cm z filtrem płynu o wielkości oczek 15μm

b) Kolec komory kroplowej z odpowietrznikiem i filtrem 0,45μm wyposażony w zacisk rolkowy oraz precyzyjny regulator przepływu

c) Regulator przepływu z nadrukowaną podwójną skalą:

- pierwsza skala, z niebieskim nadrukiem na białym tle, używana do określenia przepływu płynów o lepkości mniejszej lub równej 10%, o zakresie regulacji od „off" (oznaczającego zamknięcie przepływu) do 250 ml/h

- druga skala, z białymi numerami na niebieskim tle, do określenia przepływu płynów

o lepkości od 10 do 40%, o zakresie regulacji od „off" do 200 ml/h

d) Dren z PCW o długości 150 cm z portem Y

e) Wolny od ftalanów

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego wyżej regulatora przepływu.

Pytanie do zamówienia pakiet 29,30

192. Czy Zamawiający dopuści opatrunki na bazie miodu to pionierska gama produktów oparta na medycznym miodzie, stosowana od 2002 roku, przynosi doskonałe wyniki kliniczne. Zaawansowane opatrunki do leczenia ran, pochodzące z Holandii - jako pierwsze otrzymały oznakowanie CE i zostały zatwierdzone przez FDA. Stosowane do ciężkich ran, również ran opornych na antybiotyki (MRSA).. Produkty miodowe są obecnie elementem wielu standardowych protokołów pielęgnacji ran na całym świecie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

193. **Proponujemy opatrunek o właściwościach:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku Hydroaktywnego antybakteryjnego opatrunku syntetycznego który jest nasączony żelem L-Mesitran Soft. Nie przywiera do rany. Zalecany w przypadku ran z umiarkowanymi wysiękami?

Proponowany wymiar to 10 x 10 cm 10 szt./1op., jeśli Zamawiający dopuści proszę o wskazanie ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

194. **Proponujemy opatrunek o właściwościach:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku Hydroaktywnego antybakteryjnego z warstwą kontaktowa zawierająca 20% miodu klasy medycznej, polimery i wodę. Preparat zalecany w przypadku ran z umiarkowanymi i silnymi wysiękami.
Proponowany wymiar to 10 x 10 cm 10 szt./1op., jeśli Zamawiający dopuści proszę o wskazanie ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

195. **Proponujemy opatrunek o właściwościach:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maść antybakteryjny zawierający 40% miodu klasy medycznej, hipoalergiczną lanolinę, glikol polietyle-nowy i witaminy antyoksydacyjne C i E. Zalecany na wszystkie powierzchowne i głębokie rany?
Posiadamy pojemności tubek 15g i 50g, jeśli Zamawiający dopuści nasze produkty prosimy o wskazanie wielkości opakowań i ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

196. Czy Zamawiający dopuści produkty w ww. pakietach które nie posiadają jeszcze potwierdzenia dostaw, ponieważ są na polskim rynku dopiero od stycznia i jesteśmy w trakcie promowania i dopinania sprzedaży?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

197. **Pakiet nr 2, pozycje 19 – 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego Pakietu.

198. **Pakiet nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu brzusznego o dł. 50 cm tylko w przypadku, gdy będzie on silikonowy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 w Pakiecie nr 3 poz. 1 o materiał z którego ma być zrobiony dren brzuszny, opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: „Dren brzuszny silikonowy z otworami bocznymi,długość 30-40cm rozmiary 18F-36F".

199. **Pakiet nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 45cm x 18cm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania drenu o długości 45 cm x 18 cm.

200. **Pakiet nr 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona z trokarem, długość drenu 500mm dla rozmiarów CH 6 – CH 8, długość drenu 800mm dla rozmiarów CH 10 – CH 18?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania drenu o długość drenu 500mm dla rozmiarów CH 6 – CH 8, długość drenu 800mm dla rozmiarów CH 10 – CH 18.

201. **Pakiet nr 3, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany obrotowy o długości 15cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łącznika o dł. 15 cm.

202. **Pakiet nr 3, pozycje 17 - 23**

Czy Zamawiający dopuści ostrza ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ostrzy ze stali nierdzewnej.

203. **Pakiet nr 3, pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści rampę 3-drożną z drenem o dł. 180cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rampy z drenem o długości 180 cm.

204. **Pakiet nr 3, pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści rampę 5-drożną z drenem o dł. 180cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rampy z drenem o długości 180 cm.

205. **Pakiet nr 3, pozycja 39**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 39 do Pakietu nr 3A.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 39 do Pakietu nr 3A.

W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:

1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **98 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 98 Pakietach:

dodaje się Pakiet nr 3A: Zestaw do wkłuć do hemodializy (pozostała treść bez zmian)

3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 3A: 600,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 3: 6 000,00 zł (pozostała treść bez zmian)

4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 3A: 1 400,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 3: 15 000,00 zł (pozostała treść bez zmian)

5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 3A: 1 400,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 3: 15 000,00 zł (pozostała treść bez zmian)

6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 3A: 30,00 zł oraz poprawia się wadium dla Pakietu nr 3: 300,00 zł (pozostała treść bez zmian)

206. **Pakiet nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. w rozmiarze 0,4 x 19mm lub 0,45 x 16mm lub 0,45 x 22mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły w rozmiarze 0,45 x 16mm.

207. **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości igły +/- 3mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza długość igły +/- 3mm.

208. **Pakiet nr 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'70 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę" ilości do 829 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane a'70 szt z przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zapisami SIWZ część III pkt 8.

209. **Pakiet nr 8, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu z regulacją zależną od drenu, zaciskiem rolkowym dla krótkich przerw infuzji, z regulacją przepływu 5-250ml/h w kształcie walca?

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ i nie wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 7 do osobnego Pakietu.

210. **Pakiet nr 19, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy opatrunkowej w op. 0,90m x 100m, z podaniem ceny za mb?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gazy w op. 0,90m x 100m z podaniem ceny za mb.

211. **Pakiet nr 19, pozycja 21,22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania 5-6 min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opaski o czasie wiązania 5-6 min.

212. **Pakiet nr 19, pozycja 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniu a'20szt, z przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniu a'20 szt.

213. **Pakiet nr 20, pozycja 1, 3**

Czy Zamawiający wycenę za op. a'12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę pozycji za opakowanie a'12 szt pod warunkiem przeliczenia ilości do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zapisami SIWZ część III pkt 8.

214. **Pakiet nr 20, pozycja 2**

Czy Zamawiający wycenę za op. a'24 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę pozycji za opakowanie a'24 szt pod warunkiem przeliczenia ilości do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zapisami SIWZ część III pkt 8.

215. **Pakiet nr 20, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra zastępującego nici chirurgiczne w rozmiarze 6mmx75mm x 3 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastra zastępującego nici chirurgiczne w rozmiarze 6mmx75mm x 3 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości.

216. **Pakiet nr 20, pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a'30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunki a'30 szt pod warunkiem przeliczenia ilości do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zapisami SIWZ część III pkt 8.

217. **Pakiet nr 20, pozycja 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x12 cm z oknem w rozmiarze 7,7cmx9,5cm w opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x12 cm z oknem w rozmiarze 7,7cmx9,5cm w opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem ilości.

218. **Pakiet nr 22, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli chirurgicznej w rozmiarze 60x52cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 1 folii chirurgicznej w rozmiarze 60x52cm.

219. **Pakiet nr 22, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli chirurgicznej w rozmiarze 40x34cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 2 folii chirurgicznej w rozmiarze 40x34cm.

220. **Pakiet nr 22, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli chirurgicznej w rozmiarze 15x26cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 3 folii chirurgicznej w rozmiarze 15x26cm.

221. **Pakiet nr 23, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli chirurgicznej w rozmiarze 45x55cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 folii chirurgicznej w rozmiarze 45x55cm.

222. **Pakiet nr 23, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli chirurgicznej w rozmiarze 56x84cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 folii chirurgicznej w rozmiarze 56x84cm.

223. **Pakiet nr 28, pozycje 2 - 3**

Czy Zamawiający oczekuje aby porty bezigłowe posiadały zaciski przesuwne do krótkich przerw w infuzji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie portów bezigłowych, które posiadają zaciski przesuwne do krótkich przerw w infuzji.

224. **Pakiet nr 51, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 175 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieliszków pakowanych a'90 szt z przeliczeniem ilości na 175 opak.

225. **Pakiet nr 51, pozycja 22**

Prosimy o doprecyzowanie, jakich staz oczekuje Zamawiający: jednorazowych, czy wielorazowych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania staz wielorazowych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 dla Pakietu nr 51 poz. 22.

226. **Pakiet nr 53, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Sonicaid w bloku o wymiarach 143mm x 150mm x 300 kartek? Pragniemy dodać, że oryginalny papier firmy Sonicaid o numerze katalogowym 8400-8003 posiada dokładnie takie wymiary.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego papieru, wymagamy jak w SIWZ.

227. **Pakiet nr 53, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Lifepak 12 w rolce o długości 23m z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę" ilości do 44 rolek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru do aparatu Lifepak 12 w rolce o długości 23m pod warunkiem przeliczenia ilości do dwóch miejsc po przecinku godnie z opisem SIWZ cześć III pkt 8.

228. **Pakiet nr 55, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki chirurgiczne z chlorheksydyną, posiadające polietylenową gąbkę, pakowane po 40 szt. w opakowanie typu dyspenser?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych szczoteczek chirurgicznych.

229. **Pakiet nr 58, pozycje 1 - 2**

Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem o szerokości 3,5cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza golarki o szerokości ostrza 3,5 cm.

230. **Pakiet nr 60, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganych ilości rękawic nitrylowych. Czy Zamawiający oczekuje 8000 opakowań a'100 sztuk czy też a'200 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 61 z dnia 29.01.2018r.

231. **Pakiet nr 60, pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie do wyceny rękawic pakowanych a'200 szt. dla rozmiarów S-L, a'180 szt. dla rozmiaru XL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

232. **Pakiet nr 5 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły w rozmiarze 0,45 x 16 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 igły w rozmiarze 0,45 x 16 mm.

233. **Pakiet nr 5 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły w rozmiarze 0,45 x 25 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 igły w rozmiarze 0,45 x 25 mm.

234. **Pakiet nr 7 poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek dwuczęściowych w rozmiarach 2 ml/3ml, 5 ml/6 ml, 10 ml/12 ml, 20 ml/24 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1-4 strzykawek dwuczęściowych w rozmiarach 2 ml/3ml, 5 ml/6 ml, 10 ml/12 ml, 20 ml/24 ml.

235. **Pakiet nr 7 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo – cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 80 szt z przeliczeniem ilości.

236. **Pakiet nr 7 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej z dodatkowym łącznikiem typu luer.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie strzykawki cewnikowej z dodatkowym łącznikiem typu luer.

237. **Pakiet nr 7 poz. 8, poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/60 ml do pomp. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 8 i 9 strzykawki 50/60 ml do pomp.

238. **Pakiet nr 8 poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu ,skala z podziałką ml z regulacja przepływu 0- 300 ml w kształcie koła. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 7 przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu ,skala z podziałką ml z regulacja przepływu 0- 300 ml w kształcie koła.

239. **Pakiet nr 8 poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu ,skala z podziałką ml z regulacja przepływu ze skalą przepływu 0-250 ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 0- 200 ml/h w kształcie beczułki. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w poz. 7 przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu ,skala z podziałką ml z regulacja przepływu ze skalą przepływu 0-250 ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 0- 200 ml/h w kształcie beczułki.

240. **Pakiet nr 11**

Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wkłuć obwodowych 0,7x19mm,pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 11 kaniuli do wkłuć obwodowych 0,7x19mm.

241. Dotyczy zad. 2 poz. 19-21

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycjo do oddzielnego pakietu. Z naszej wiedzy wynika, iż producent zakończył produkcję cewników z jonami srebra.

Odpowiedź: Wg wiedzy Zamawiającego cewniki z jonami srebra są produkowane i Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

242. Dotyczy zad. 5 poz. 8,9

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych igieł.

243. Dotyczy zad. 5 poz. 8,9

Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 dla Pakietu nr 5 poz. 8,9 dodając pod tabelą zapis: „Zamawiający wymaga, alby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały na opakowaniu jednostkowym oznakowanie rodzaju ostrza: krótko lub długościęte".

244. Dotyczy zad. 5 poz. 1-10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym.

245. Dotyczy zad. 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igły 31Gx6mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 11 igły 31Gx6mm.

246. Dotyczy zad. 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 12cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 igły o dł. 12 cm.

247. Dotyczy zad. 7 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały przedłużoną skalę odpowiednio:
2ml – 3ml; 5ml – 6ml; 10ml – 12ml; 20ml – 24ml
która pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1-4 wyżej opisanych strzykawek.

248. Dotyczy zad. 7 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała informacja o braku ftalanów oraz aby opakowania były oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie asortymentu na opakowaniu którego widnieje informacja o braku ftalanów oraz aby opakowania były oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki.

249. Dotyczy zad. 7 poz. 8,9

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki do pomp infuzyjnych były kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami? Oferowane przez naszą firmę strzykawki są produkowane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 7886-1, PN-EN 7886-2 oraz PN-EN 1707 i są kompatybilne z pompami infuzyjnymi wszystkich producentów tych urządzeń w zakresie określonym w w/w normach.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby strzykawki do pomp infuzyjnych były kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami.

250. Dotyczy zad. 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z regulacją 0-250 lub 5-250ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 7 przyrządu z regulacją 0-250 lub 5-250ml pod warunkiem, że pozostałe warunki opisu przedmiotu zamówienia określone w SIWZ pozostaną bez zmian.

251. Dotyczy zad. 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z regulacją w kształcie beczułki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przyrządu z regulacją w kształcie beczułki.

252. Dotyczy zad. 15 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o podanie głębokości nakłucia nakłuwacza

Odpowiedź: 216 x 18 mm lub podobne.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 dla Pakietu nr 51 poz. 1 dodając głębokość nakłucia nakłuwacza.

253. Dotyczy zad. 51 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane w op. a'75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań tj. 246 op.?

Odpowiedź: Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako kieliszki w opakowaniu a'75 szt – 210 opakować na 12 m-cy a nie 246op.

254. Dotyczy zad. 51 poz. 16, 17, 18, 19, 33, 34, 37, 38, 39

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co znacznie zwiększy konkurencyjność zadania i umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

255. Dotyczy zad. 59 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worki w kolorze mlecznym? Kolor worka nie ma wpływu na jego użytkowanie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków w kolorze mlecznym.

256. **Dotyczy pakietu 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. w rozmiarze 0,45x16mm?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 206.

257. **Dotyczy pakietu 28 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port służący do zabezpieczenia wkłuć dożylnych na 7 dni – biały , z objętością wypełnienia 0,085 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 bezigłowy port służący do zabezpieczenia wkłuć dożylnych na 7 dni – biały , z objętością wypełnienia 0,085 ml.

258. **Dotyczy pakietu 28 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do iniekcji z podwójnym przedłużaczem o długości całkowitej 8cm i średnicy 1,1x2,35mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w poz. 2 bezigłowego portu do iniekcji z podwójnym przedłużaczem o długości całkowitej 8cm i średnicy 1,1x2,35mm.

259. **Dotyczy pakietu 28 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do iniekcji z potrójnym przedłużaczem o długości całkowitej 8cm i średnicy 1,1x2,35mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w poz. 3 bezigłowego portu do iniekcji z potrójnym przedłużaczem o długości całkowitej 8cm i średnicy 1,1x2,35mm.

260. **Pakiet nr 30 Opatrunki hydrożelowe**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe o poniższych rozmiarach ?

Dot. pkt. 2 Opatrunek hydrożelowy 25 mm x 0,5 m

Dot. pkt 2. Opatrunek hydrożelowy 50mm x 1 m

Dot. pkt. 4 Opatrunek hydrożelowy 20x45 cm

Dot. pkt. 6 i 7 Opatrunek hydrożelowy na twarz 20x45 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunków o wyżej opisanych parametrach.

261. Dotyczy zapisów siwz:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zaoferowanego asortymentu do przedłożenia próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji jego zgodności z wymogami SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopisuje powyższy wymóg do części III SIWZ jako pkt 10.

262. **Pakiet 1**

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do karmienia w rozm. 4 lub 6ch zamiast rozmiaru 5ch, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników do karmienia w rozm. 4 lub 6ch zamiast 5ch. Asortyment w poszczególnym rozmiarze będzie zamawiany wg potrzeb.

263. **Pakiet 1**

Poz.2: Prosimy o sprecyzowane i czy cewniki mają być przeznaczone do bezpiecznego stosowania do 4 tygodni z w.w informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników przeznaczonych do bezpiecznego stosowania do 4 tygodni z w.w informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym produktu.

264. **Pakiet 1**

Poz.2: Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki mają być pakowane prosto(nie zwijane), co chroni przed zagięciem cewnika i zamknięciem jego światła?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, alby cewniki były pakowane prosto (nie zwijane.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 1 poz. 2 dodając do opisu powyższy wymóg.

265. **Pakiet 1**

Poz.3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników w rozmiarze 6ch-20ch.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania zgodnie z opisem SIWZ.

266. **Pakiet 1**

Poz.3: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać wewnętrzną część lejka karbowaną, co zapewnia szczelność połączenia cewników podczas procedury odsysania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby cewniki posiadały wewnątrz część lejka karbowaną, ale dopuszcza zaoferowanie takiego cewnika.

267. **Pakiet 1**

Poz.6: Prosimy o dopuszczenie cewników w rozm. 16ch- 32ch.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników w rozm. 16 - 32Ch.

268. **Pakiet 2:**

Poz.10-13: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley wykonanych z lateksu, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników foley wykonanych z lateksu, spełniających pozostałe wymogi.

269. **Pakiet 2:**

Poz.19-22: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley wykonanych ze 100% silikonu z możliwością bezpiecznego stosowania do min.70dni z w.w informacją potwierdzoną w oryginalnym katalogu producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie nie dopuszcza zaoferowania cewników wykonanych ze 100% silikonu z możliwością bezpiecznego stosowania do min.70dni.

270. **Pakiet 2:**

Poz.19-22: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być w pełni przeźroczyste, co pozwala na kontrolę barwy gromadzonej wydzieliny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników w pełni przeźroczystych.

271. **Pakiet 4:**

Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy ortopedyczna końcówka do odsysania ma posiadać w opakowaniu graficzną instrukcję obsługi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby w opakowaniu była graficzna instrukcja obsługi ortopedycznej końcówki do odsysania.

272. **Pakiet 4:**

Poz.1: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu SIWZ, czy ze względów praktycznych tj, zapewnienia właściwego i optymalnego zasięgu poszczególnych końcówek ssących w polu operacyjnym powinny one posiadać długości odpowiednio: końcówki zagięte 155mm +/- 5mm i 235 mm +/- 5mm oraz prosta 275mm +/- 5mm?

Odpowiedź: Tak, końcówki powinny posiadać długość: końcówki zagięte 155mm +/- 5mm i 235 mm +/- 5mm oraz prosta 275mm +/- 5mm.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 4 poz. 1, dopisując wymagane długości końcówek ssących w polu operacyjnym.

273. **Pakiet 4:**

Poz.1: Czy Zamawiający oczekuje, aby dren znajdujący się w zestawie do odsysania posiadał od strony ssaka uniwersalną docinaną końcówkę, umożliwiającą co najmniej 2-krotną korekcję średnicy pasującego złącza ssaka? Nadmieniamy, że jest to niezbędne rozwiązanie eliminujące skutecznie problemy wynikające ze współpracy drenów z różnymi typami ssakami, gdyż ich złącza nie są w żaden sposób wystandaryzowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu, który posiada od strony ssaka uniwersalną docinaną końcówkę, umożliwiającą co najmniej 2-krotną korekcję średnicy pasującego złącza ssaka.

274. **Pakiet 4:**

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówki o średnicy 4,6mm wew/ 6,5mm zewn.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

275. **Pakiet 4:**

Poz.3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówki o średnicy 7,5mm wew/ 10,0mm zewn.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

276. **Pakiet 7:**

Poz 4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek w op. zbiorczych po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu niż wskazany w SIWZ zgodnie z zapisem SIWZ w części III pkt 8.

277. **Pakiet 7:**

Poz. 8 i 9: Prosimy o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50/60ml, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek o poj. 50/60ml.

278. **Pakiet 9**

Czy rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jaki i użytkownika co ma mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tj. czy należy do oferty załączyć Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź: Tak, zaoferowane rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jak i użytkownika. Zamawiający nie wymaga, aby do oferty załączyć wyżej wymienione dokumenty. W razie wątpliwości Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisem SIWZ część III pkt 3.

279. **Pakiet 9, poz. 1-6**

Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga poziomu protein $\leq 10\mu g/g$ rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wym,aga poziomu protein poniżej 10µg/g rękawicy. Zamawiający nie wymaga, aby do oferty załączyć wyżej wymieniony dokument. W razie wątpliwości Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisem SIWZ część III pkt 3.

280. **Pakiet 9, poz. 7-12**

Czy w celu zapewnienia jak największego komfortu zamawiający oczekuje, aby opakowanie zawierało dodatkowe tłoczenia w listkach znacznie ułatwiające otwieranie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniach, które zawierają dodatkowe tłoczenia w listkach znacznie ułatwiające otwieranie.

281. **Pakiet 9, poz. 7-12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznych bezpudrowych, kremowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic chirurgicznych o wyżej opisanych parametrach.

282. **Pakiet 9, poz. 13-18**

Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga poziomu protein <20µg/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował, że oczekuje zaoferowania rękawic poniżej 40µg/g protein. Zamawiający nie wymaga, aby do oferty załączyć wyżej wymieniony dokument. W razie wątpliwości Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisem SIWZ część III pkt 3.

283. **Pakiet 9, poz. 13-18**

Czy w celu zapewnienie maksymalnej ochrony personelu zamawiający oczekuje, aby na opakowaniu wewnętrznym znajdowała się informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

284. **Pakiet 13, pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o określenie czy oferowane strzygarki powinny być wodoszczelne (klasa IPX7) co umożliwia dezynfekcję strzygarek w pełnym zanurzeniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby strzygarki były wodoszczelne (klasa IPX7) co umożliwia dezynfekcję w pełnym zanurzeniu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 13A poz. 4 dopisując powyższy wymóg.

285. **Pakiet 9, poz. 19-24**

Czy w celu zapewnienia jak największego komfortu zamawiający oczekuje, aby opakowanie zawierało dodatkowe tłoczenia w listkach znacznie ułatwiające otwieranie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniach, które zawierają dodatkowe tłoczenia w listkach znacznie ułatwiające otwieranie.

286. **Pakiet 13:**

Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu o następujących parametrach: Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, z dwuwarstwową strukturą czepka: zewnętrzną foliową wykonaną z polietylenu i wewnętrzną warstwą nawilżonej warstwy absorpcyjnej o gramaturze 160 g/m^2, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość

podgrzewania w kuchence mikrofalowej od 30 sekund przy mocy 750 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania czepka do mycia głowy pacjenta o wyżej opisanych parametrach.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 13 poz. 1 dopisując powyższe parametry.

287. **Pakiet 13:**

Poz.2: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu o następujących parametrach: Myjki do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, gramatura 145 g/m^2, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej 30 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu o wyżej opisanych parametrach.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 13 poz. 2 dopisując powyższe parametry.

288. **Pakiet 13:**

Poz.2: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowani produktu o następujących parametrach: Myjki do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, gramatura 125 g/m^2, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej 30 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu o gramaturze 145 g/m^2.

289. **Pakiet 13:**

Poz.3: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowani produktu o następujących parametrach: Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolicy krocza dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona

dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie: 3% dimetikon (każda ściereczka zawiera minimum 756 mg dimetikonu), niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 45 sekund przy mocy 1.000 W, w rozmiarze 22 x 22 cm. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 ściereczek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu o wyżej opisanych parametrach.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 13 poz. 3 dopisując powyższe parametry.

290. **Pakiet 22, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej o powierzchni lepnej 60x60 cm, powierzchni całkowitej 80x60 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii bakteriobójczej o powierzchni lepnej 60x60 cm, powierzchni całkowitej 80x60 cm.

291. **Pakiet 22, poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej o powierzchni lepnej 34x40 cm powierzchni całkowitej 40x40 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii bakteriobójczej o powierzchni lepnej 34x40 cm, powierzchni całkowitej 40x40 cm.

292. **Pakiet 22, poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej o powierzchni lepnej 15x20 cm powierzchni całkowitej 20x20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii bakteriobójczej o powierzchni lepnej 15x20 cm, powierzchni całkowitej 20x20 cm.

293. **Pakiet 23,** poz. 1

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 28 x 38.5 cm, powierzchnia lepna 30 x 28 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 28x38,5 cm, powierzchnia lepna 30x28 cm.

294. **Pakiet 23,** poz. 2

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 45 x 63.5 cm, powierzchnia lepna 45 x 55 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 45x63,5 cm, powierzchnia lepna 45x55 cm.

295. **Pakiet 23,** poz. 3

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 56 x 88.5 cm, powierzchnia lepna 56 x 80 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 56x88,5 cm, powierzchnia lepna 56x80 cm.

296. **Pakiet 27**:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie żelu o wyżej opisanych parametrach.

297. **Pakiet 27**:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta (oświadczenie producenta)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oferowany przez Wykonawcę produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta. W razie wątpliwości Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisem SIWZ część III pkt 3.

298. **Pakiet 28:**

Poz.1: Prosimy o wyłączenie w.w pozycji do osobnego pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

299. **Pakiet 28:**

Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bezigłowego portu służącego do zabezpieczenia wkłuć dożylnych na 7 dni o obj. Wypełnienia max0,1ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

300. **Pakiet 28:**

Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy zawór bezigłowy ma być wyposażony w zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia?

Odpowiedź: Zawór bezigłowy ma być zgodny z opisem zawartym w SIWZ.

301. **Pakiet 28:**

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaworu bezigłowego z podwójnym przedłużaczem o długości 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,6 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

302. **Pakiet 28:**

Poz. 3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowani systemu bezigłowy składającego się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,3 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

303. **Pakiet 28:**

Poz.1-3: Prosimy o sprecyzowanie czy powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

304. **Pakiet 55**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowe szczoteczki ze środkiem dezynfekcyjnym do chirurgicznego mycia rąk i przedramion, wykonane z tworzywa (z jednej strony polietylenowe szczecinki jednakowej długości a z drugiej gąbka poliuretanowa nasączona 4% roztworem CHG), wyposażone w czyścik do paznokci, pakowane po 40 sztuk w karton służący jako podajnik szczoteczek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowych szczoteczek o wyżwj opisanych parametrach.

305. **Pakiet 55**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek nie będących wyrobem medycznym, zatem objętych 23% stawką VAT. Zgodnie z ogólnodostępną opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departament Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych

z dnia 09.07.2014 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych szczotki do chirurgicznego mycia rąk nie są wyrobem medycznym, ponieważ nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szczoteczek nie będących wyrobem medycznym.

306. **Pakiet 60, poz. 1**

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawiczki mają posiadać również rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź: Tak, rękawiczki mają posiadać rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III.

307. **Pakiet 60, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice winny posiadać wyraźne oznaczenie rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby rękawice posiadać wyraźne oznaczenie rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy.

308. **Pakiet 60, poz. 1**

Czy zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Art.89 ust. 1 pkt. 3 PZP) opakowanie rękawic winno posiadać informację o geograficznym pochodzeniu produktu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby opakowanie rękawic winno posiadać informację o geograficznym pochodzeniu produktu.

309. **Pakiet 60, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki winylowe mają być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu informacje o jego braku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

310. **Pakiet 62:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania wody do tlenoterapii o pojemności 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wody do tlenoterapii o poj. 500ml.

311. **Pakiet nr 26**

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy lub utlenionej celulozy, które posiadają następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni
- nie żeluje się i nie przykleja się do narzędzi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy hemostatycznej o wyżej opisanych właściwościach.

312. **Pakiet nr 26**

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie.

313. **Pakiet nr 26**

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu. W razie wątpliwości Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisem SIWZ część III pkt 3.

314. **dotyczy pakietu nr 25 pkt 1**

Czy zamawiający dopuści proszek heomostatyczny 1g oparty na składnikach roślinnych, syntetyzowany z oczyszczonej skrobi roślinnej przyspieszający proces krzepnięcia, umożliwiający szybkie i skuteczne osiągnięcie hemostazy w kilka minut.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proszku o wyżej opisanych parametrach.

315. **dotyczy pakietu nr 26 pkt 1**

Czy zamawiający dopuści środek o działaniu hemostatycznym w formie płatka wykonanego z włókniny o rozmiarze 7.0 cm x 3.3 cm lub 7.0 cm x 7.0 cm (do wyboru przez zamawiającego)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie środka o wyżej opisanych parametrach.

316. **dotyczy pakietu nr 26, pkt 2**

Czy zamawiający dopuści środek o działaniu hemostatycznym w formie płatka wykonanego z włókniny o rozmiarze 7.0 cm x 3.3 cm lub 7.0 cm x 7.0 cm (do wyboru przez zamawiającego)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proszku o wyżej opisanych parametrach.

317. **Pakiet nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie docisku tkankowego w zakresie 1,0-2,5mm oraz o wysokości otwartej zszywki wynoszącej 5,5mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie docisku tkankowego w zakresie 1,0-2,5mm oraz o wysokości otwartej zszywki wynoszącej 5,5mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

318. **Pakiet nr 17**

Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o staplery zakrzywione czy też proste?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli stapler zakrzywiony.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 17.

319. **Pakiet nr 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potraktowanie podgrup A, B, C, D, E jako osobnych pakietów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na potraktowanie podgrup A, B, C, D, E jako osobnych pakietów.

320. **Pakiet nr 36, poz. d**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici o długości 150cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nici o długości 150cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

321. **Pakiet nr 36, poz. e**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

322. **Pakiet nr 36, poz. f**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

323. **Pakiet nr 39**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici o czasie całkowitego wchłaniania do 42 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nici o czasie całkowitego wchłaniania do 42 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

324. **Pakiet nr 40, poz. b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici o długości 90cm bez pętli przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie nici o długości 90cm bez pętli przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

325. **Pakiet nr 40, poz. b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie igły o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

326. **Pakiet nr 40, poz. 3**

Prosimy o poprawiony, prawidłowy (bez błędów) opis szwu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 40 poz. 3: „Szew synetyczny wchłanialny, wielowłóknowy, sterylny, wykonany z kwasu poliglikolowego, **barwiony fioletem, poddawany stopniowemu rozkła-**

dowi w tkance przez hydrolizę na **kwas** glikolowy. Okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 60-70%. Okres wchłaniania 60-90 dni, Pętla laparoskopowa z aparatem **podawczym, grubość nici** 2/0 dł. 50 cm lub **grubość** 0 dł. 50 cm.

327. **Pakiet nr 44**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie taśmy o następujących parametrach:
Sterylnym zestawem jednorazowego użytku.
Metoda zakładania „inside-outside"
Parametry taśmy
- polipropylen / monofilament o wymiarach 1,1-x12 cm ciętej laserowo, nici pozycjonujące
- wielkość porów powyżej 1200μm
- taśma i nici umieszczona w plastikowej osłonce
Jednorazowa prowadnica ze stali nierdzewnej z rączką profilowaną do przejścia przez otwory zasłonione metodą „inside-out" umieszczone w plastikowej ostro zakończonej osłonką, połączone na stałe z nićmi pozycjonującymi. Atraumatyczna prowadnica do prowadzenia właściwej prowadnicy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie taśmy o wyżej opisanych parametrach.

328. Czy Zamawiający dopuści chwytaki wielorazowego użytku 3-palczaste, średnica spirali 2,5 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chwytaka wielorazowego użytku 3-palczastego o długości 230 cm.

329. **do pakietu 73, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną nożową, owalną; wymiary 25x2,6mm (długość samego ostrza 13mm), wtyk 4mm, dł. 62mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody monopolarnej nożowej, owalnej; wymiary 25x2,6mm, wtyk 4mm, dł. 62mm.

330. **do pakietu 73, poz. 9**

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody pakowane po 100 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli elektrody pakowane po 100 szt.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 73 poz. 9.

331. **do pakietu 73, poz. 13**

Czy Zamawiający ma na myśli czyściki pakowane po 50 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli czyścik pakowany po 50 szt.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 73 poz. 13.

332. **do pakietu 73, poz. 15, 16, 17**

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody pakowane po 5 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli elektrody pakowany po 5 szt.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 dla Pakietu nr 73 poz. 15, 16, 17.

333. **do pakietu 73, poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści opisany uchwyt z kablem o długości 4,5m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uchwytu z kablem o długości 4,5m.

334. **do pakietu 73, poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści opisany kabel o długości 4m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabla o długości 4m.

335. dotyczy pakietu nr 60 poz. 1

Po zapoznaniu się z dokonaną modyfikacją z dnia 29.01.2018r, w zakresie wymagań dla rękawic nitrylowych, prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości palca 0,10-0,12mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o grubości palca 0,10-0,12mm.

336. dotyczy pakietu nr 60 poz. 1

W związku z dokonaną modyfikacją z dnia 29.01.2018r, w zakresie wymagań dla rękawic nitrylowych, wprowadzając wymóg, aby rękawiczki nitrylowe były przebadane zgodnie z normą EN 374-3 na przenikanie min. 12 substancji chemicznych na poziomie ochrony min. 2, prosimy o doprecyzowanie czy informacja o tych substancjach winna być umieszczona na opakowaniu rękawic.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby informacja o przebadaniu zgodnie z normą EN 374-3 była umieszczona na opakowaniu rękawic.

337. dotyczy pakietu nr 60 poz. 2

Po zapoznaniu się z dokonaną modyfikacją z dnia 29.01.2018r, w zakresie wymagań dla rękawic winylowych, prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości palca min.0,10mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o grubości palca 0,10mm.

338. Poprawa omyłki pisarskiej dotycząca terminu dostawy dla Pakietu nr 82 – formularz oferty – załącznik nr 2, wzór umowy dostawy – załącznik nr 7 do SIWZ, SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający poprawia omyłkę pisarską popełnioną w terminie dostawy dla Pakietu nr 82

1. SIWZ część IV pkt 2 z terminu dostawy w ppkt b) **21 – 42 dni od złożenia zamówienia (dotyczy**

Pakietów 73, 74, 75, 77, ~~82~~, 83); wykreśla się Pakiet nr 82 i **dodaje się go do ppkt c) 24 – 72h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 81 i 82);**

2. W związku z powyższą zmianą w ten sam sposób modyfikuje się część XVII pkt 1 ppkt 1) lit b) i c).

3. Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz oferty pkt VI lit. b) i c) otrzymują następującą treść:

b) dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 83 : ..... dni od złożenia zamówienia (należy wybrać od 21 do 42 dni);

c) dotyczy Pakietu nr 81 i 82: .....h od złożenia zamówienia (należy wybrać od 24 do 72h);

4. wzór umowy dostawy – załącznik nr 7 do SIWZ w §1 ust. 4 i §3 ust 2:

w umowie jest:

§3 ust 2

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko do Siedziby Zamawiającego w terminie:

b) Pakiety nr 73, 74, 75, 77, 82, 83: ..... dni od złożenia zamówienia (21 – 42 dni);

c) Pakietu nr 81:.....h od złożenia zamówienia (24 – 72h);

we wzorze umowy powinno być:

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko do Siedziby Zamawiającego w terminie:

b) Pakiety nr 73, 74, 75, 77, 83: ..... dni od złożenia zamówienia (21 – 42 dni);

c) Pakietu nr 81 i 82:.....h od złożenia zamówienia (24 – 72h);

ZMIANY ZAPISÓW UMOWY

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) poprawia omyłkę pisarską we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

1. załącznik nr 7 §3 ust. 2 lit. b) i c) modyfikuje się zapis zgodnie z udzieloną odpowiedzią oraz poprawia się omyłkę pisarską:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko do Siedziby Zamawiającego w terminie:

(...)

b) Pakiety nr 73, 74, 75, 77, 83: ..... dni od złożenia zamówienia (21 – 42 dni);

c) Pakietu nr 81 i 82:.....h od złożenia zamówienia (24 – 72h);

(...)

ZMIANY ZAPISÓW SIWZ

III. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ:

1. **Część II pkt 3 w SIWZ było:**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **95 Pakiety**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **98 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2. **Część III pkt 1 w SIWZ było:**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 95 Pakietach:

(...)

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 98 Pakietach:

(...)

Pakiet nr 13A: Ostrza jednorazowe do strzygarki chirurgicznek

Pakiet nr 86A: Spacer

Pakiet nr 3A: Zestaw do wkłuć do hemodializy

3. **Część III pkt 10:**

Na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) oraz udzielonych odpowiedzi dodaje się do części III pkt 10 o następującej treści:

10. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zaoferowanego asortymentu do przedłożenia próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji jego zgodności z wymogami SIWZ.**

4. **Część IV pkt 2 lit. b) w SIWZ było:**

(...) 2. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w ciągu maksymalnie:

b) 21 – 42 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 82, 83);

c) 24 – 72h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 81)

Powinno być:

(...) 2. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w ciągu maksymalnie:

b) 21 – 42 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 83);

c) 24 – 72h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 81 i 82)

5. **Część V pkt 3 ppkt 2 w SIWZ dodaje się i poprawia minimalne warunki dla wydzielonych Pakietów:**

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej:

Pakiet nr 3: 6 000,00 zł

Pakiet nr 13: 910,00 zł

Pakiet nr 86: 80 700,00 zł

Pakiet nr 3A: 600,00 zł

Pakiet nr 13A: 460,00 zł

Pakiet nr 86A: 3 000,00 zł

pozostałe bez zmian.

b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:

Pakiet nr 3: 15 000,00 zł

Pakiet nr 13: 2 300,00 zł

Pakiet nr 86: 201 800,00 zł

Pakiet nr 3A: 1 400,00 zł

Pakiet nr 13A: 1 200,00 zł

Pakiet nr 86A: 7 400,00 zł

pozostałe bez zmian.

6. **Część V pkt 3 ppkt 3 w SIWZ dodaje się i poprawia minimalne warunki dla wydzielonych Pakietów:**

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (jest w trakcie realizacji), co najmniej 2 dostaw oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. Referencje, opinie itp).

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykonane lub wykonywane dostawy tego samego rodzaju na kwotę:

Pakiet nr 3: 15 000,00 zł

Pakiet nr 13: 2 300,00 zł

Pakiet nr 86: 201 800,00 zł

Pakiet nr 3A: 1 400,00 zł

Pakiet nr 13A: 1 200,00 zł

Pakiet nr 86A: 7 400,00 zł

pozostałe bez zmian.

pozostałe bez zmian.

7. **Część IX pkt 1 w SIWZ było:**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **16.02.2018r. do godz. 09:50.**

Powinno być:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **23.02.2018r. do godz. 09:50.**

8. **Część IX pkt 4 w SIWZ było:**

(...)

Pakiet nr 3: 330,00 zł

Pakiet nr 13: 70,00 zł

Pakiet nr 86: 4 200,00 zł

pozostałe bez zmian.

Powinno być:

(...)

Pakiet nr 3: 300,00 zł

Pakiet nr 13: 50,00 zł

Pakiet nr 86: 4 000,00 zł

Pakiet nr 3A: 30,00 zł

Pakiet nr 13A: 20,00 zł

Pakiet nr 86A: 200,00 zł

pozostałe bez zmian.

9. **Część IX pkt 4 lit a) w SIWZ było:**

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/13/17 – Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) **– nie otwierać do dnia 16.02.2018r. do godz. 11.00**

Powinno być:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/13/17 – Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) – **nie otwierać do dnia 23.02.2018r. do godz. 11.00**

10. **Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, Część XII pkt 1 w SIWZ było:**

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć do dnia 16.02.2018r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

Powinno być:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć **do dnia 23.02.2018r. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

11. **Część XII pkt 4 w SIWZ było:**

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, dnia 16.02.2018r. o godz. 11:00.

Powinno być:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 23.02.2018r. o godz. 11:00.**

12. **Część XVII pkt 1 w SIWZ było:**

(...) Sposób oceny ofert w zakresie „Termin dostawy/ czas gwarancji", Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę tylko podane niżej wartości graniczne. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt;

1) gdzie dostawy odbywać się będą w ciągu:

(...)

b) 21 – 42 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 82, 83);

c) 24 – 72h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 81);

(...)

Powinno być:

(...) Sposób oceny ofert w zakresie „Termin dostawy/ czas gwarancji", Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę tylko podane niżej wartości graniczne. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt;

1) gdzie dostawy odbywać się będą w ciągu:

(...)

b) 21 – 42 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 83);

c) 24 – 72h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 81 i 82);

(...)

ZMIANY ZAPISÓW W FORMULARZU OFERTY

IV. **W formularzu oferty było:**

IV. **Oświadczamy, że** dostawy odbywać się będą w ciągu:

a) ..... dni od złożenia zamówienia (należy wybrać od 5 do 7 dni);

b) dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 82, 83 : ..... dni od złożenia zamówienia (należy wybrać od 21 do 42 dni);

c) dotyczy Pakietu nr 81: .....h od złożenia zamówienia (należy wybrać od 24 do 72h);

d) dotyczy Pakietu nr 86 i 86A: .....h od złożenia zamówienia; (należy wybrać od 24 do 48h);

Powinno być:

IV. Oświadczamy, że dostawy odbywać się będą w ciągu:

a) ..... dni od złożenia zamówienia (należy wybrać od 5 do 7 dni);

b) dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 83 : ..... dni od złożenia zamówienia (należy wybrać od 21 do 42 dni);

c) dotyczy Pakietu nr 81 i 82: .....h od złożenia zamówienia (należy wybrać od 24 do 72h);

d) dotyczy Pakietu nr 86 i 86A: .....h od złożenia zamówienia; (należy wybrać od 24 do 48h);

ZMIANY ZAPISÓW W FORMULARZU CENOWYM

V. Dokonano modyfikacji w następujących Pakietach: 1, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 17, 40, 51, 73, 86.

VI. W związku z dokonanymi modyfikacjami na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp dokonuje się zmian w ogłoszeniu o zamówieniu – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczamy na stronie internetowej.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki:

1. Formularz oferty – zał. nr 1
2. Formularz cenowy – zał. nr 2 – zmiany w Pakietach 1, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 17, 40, 51, 73, 86
3. Wzór umowy – zał. nr 7

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska