F O R M U L A R Z C E N O W Y **Załącznik nr 2 do SWZ**

Pakiet nr 21 Stapler jednorazowy do wykonywania resekcji przecinania i zespoleń; siatki chirurgiczne

Lp.	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Stapler jednorazowego użytku 80 mm do wykonywania resekcji przecinania i zespoleń, po zamknięciu staplera szew w postaci dwóch podwójnych linii obustronnie spłaszczonych tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy liniami zszywek nóż stanowi integralną część ładunku zawsze nowy. Wysokość zszywki 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu lub 4,8 przez zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu. Umożliwia wykonanie 8 aplikacji podczas zabiegu.		10	szt.						
2	Stapler jednorazowego użytku 60 mm do wykonywania resekcji, przecinania i zespoleń,po zamknięciu staplera szew w postaci dwóch podwójnych linii obustronnie spłaszczonych tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy liniami zszywek nóż stanowi integralną część ładunku zawsze nowy, wysokość zszywki 3,8 mm przed zamknięciem 1,5 mm po zamknięciu lub 4,8 przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu. Umożliwia wykonanie 8 aplikacji podczas zabiegu		10	szt.						
3	Stapler liniowy aplikuje podwójną linię tytanową zszywek ułożonych naprzemiennie, wybór rozmiaru długości szwów 30 – 90mm oraz zszywek do tkanki o grubości 3,5 – 4,8mm		5	szt.						
4	Makroporowata, monofilamentowa siatka polipropelenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna wielkośc porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramatura 46g/m2. Rozmiar 10 cm x 15 cm		15	szt.						

5	Siatka chirurgiczna do zaopatrzenia przepuklin pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanialnymi mikrohaczykami monofilament poliestrowy i polilaktydowy waga siatki po wchłonięciu 38g/m2. Rozmiar 12 x 8 cm z klapką lewostronną plus szew wchłanialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowanie w jednym kierunku, niebarwiony . Wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach -90%, po 14 dniach -75%. Okres wchłaniania 90-110 dni. Długość szwu 30 cm, igła 19 mm, 3/8 koła, rozmiar 3-0		7	szt.						
6	Siatka chirurgiczna do zaopatrzenia przepuklin pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanialnymi mikrohaczykami monofilament poliestrowy i polilaktydowy waga siatki po wchłonięciu 38g/m2. Rozmiar 12x 8 z klapką prawostronną plus szew wchłanialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowane w jedynym kierunku, niebarwiony, wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach -90%, po 14 dniach -75%. Okres wchłaniania 90-110 dni. Długość szwu 30 cm, igła 19 mm, 3/8 koła. Rozmiar 3-0		7	szt.						
7	Urządzenie mocujące do siatek typu TACER z 5 mm wchłanialnymi wkrętami do siatek zakładanych metodą laparoskopową/ Urządzenie zawiera 15 wchłanialnych wkrętów spiralnych		5	szt.						
8	Urządzenie mocujące do siatek typu TACER z 5 mm wchłanialnymi wkrętami do siatek zakładanych metodą laparoskopową. Urządzenie posiada 30 wchłanialnych wkrętów spiralnych		5	szt.						
RAZEM						**x**			x	x

Podpis Wykonawcy