Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/03/21/198

Oborniki, dnia 03.08.2021r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/03/21

Dot. przetargu nieograniczonego **na zakup sprzętu medycznego finansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dotacji Gminy Oborniki, Gminy Rogoźno, Gminy Ryczywół i Powiatu Obornickiego – Zadanie nr 1: zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach,** ogłoszonego w dniu 09.07.2021r na stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz MiniPortalu.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Dotyczy Pakiet nr 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na hak automatyczny, zgodnie z poniższymi parametrami technicznymi?

L.P.	Parametry techniczne/opis
1	Statyw wykonany z monolitu bez elementu ograniczającego od góry, z możliwością przedłużenia, montowany do klamry montażowej na sterylnie, długość 350mm, średnica 12mm
2	Wysięgnik montowany do klamry, długość 50cm, śr. 16 mm, stabilny, z blokadą zabezpieczającą przed zsunięciem się klamry
3	Element rozgałęźnik do dwóch ramion, długość 22cm, montowany na wysięgniku, 3 blokady na końcach rozgałęźnika zabezpieczające przed zsunięciem się ramion
4	Ramiona boczne haka typu MAXI, 50cm, podwójnie łamane,symetryczne względem osi środkowej, z blokadą zabezpieczającą przed zsunięciem się klamry
5	Dwupłaszczyznowa klamra montażowa do statywu i ramienia wysięgnika jednocześnie, składająca się z dwóch dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ. Klamra służy do wybrania wysokości, a także ustawienia kąta wysięgnika. Klamra współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12mm a także z wysięgnikiem o śr. 16mm. Izolacja z materiału PEEK w otworze do statywu, a także u podstaw dźwigni
6	Klamra wspomagającą składająca się z dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ, współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12mm, a także z wysięgnikiem o śr. 8mm; klamry wspomagające posiadające automatyczną blokadę pozycji umożliwiającą ustabilizowanie haka, jak i samej klamry w dowolnej pozycji, zapewniające stabilność ustalonego poziomu
7	Klamry – jednoelementowe klamry zaciskowe z dźwignią ZAMKNIĘTE/OTWARTE do zamontowania ostrza, do wielopłaszczyznowego ustawienia, po wybraniu funkcji OTWARTE klamry pozostają na ramieniu haka, nie zsuwają się, montaż klamry na ramieniu błyskawiczny w oparciu o system "click"
8	Uchwyt do ostrza z funkcją NACIŚNIJ-OBRÓĆ-ZAMKNIJ, błyskawiczny montaż ostrzy bez ściągania uchwytu z ramion haka, możliwość wyboru przez operatora czy dane ostrze ma być używane w pozycji ustalonej, czy też w pozycji obrotowej, ruchomej, długość 20cm
9	Jednoelementowy hak powłokowy typu Kirschner, 90x80 mm
10	Jednoelementowy hak powłokowy typu Kirschner, 65x50 mm
11	Jednoelementowy hak obrotowy typu Finger, elastyczny, 90x125 mm
12	Jednoelementowy hak powłokowy typu Langenbeck, 50x150 mm

Pozostałe warunki bez zmian.

Odpowiedź:

Ad poz. 1: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie haka ze statywem z monolitu bez elementu ograniczającego od góry z możliwością przedłużenia, montowanego do klamry montażowej na sterylnie, długość 350 mm, średnica 12mm.

Ad poz. 2: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie haka z wysięgnikiem montowanym do klamry, dł. 50 cm, śr. 16 mm, stabilnym z blokadą zabezpieczającą przed zsunięciem się klamry.

Ad. poz. 3: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie haka, który posiada element rozgałęźnik do dwóch ramion, dł. 22cm, montowany na wysięgniku, 3 blokady na końcach rozgałęźnika zabezpieczające przed zsunięciem się ramion.

Ad. poz. 4: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie haka posiadającego ramiona boczne typu MAXI, 50 cm, podwójnie łamane, symetryczne względem osi środkowej, z blokadą zabezpieczającą przed zsunięciem się klamry.

Ad. poz. 5: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie haka z dwupłaszczyznową klamrą montażową do statywu i ramieni8a wysięgnika jednocześnie, składająca się z dwóch dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ. Klamra służąca do wybrania wysokości, a także ustawienia kąta wysięgnika. Klamra współpracująca z wysięgnikiem o śr. 12mm a także z wysięgnikiem o śr. 16mm. Izolacja z materiału PEEK w otworze do statywu, a także u podstaw dźwigni.

Ad. poz. 6: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie haka z klamrą wspomagającą składającą się z dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ, współpracującą z wysięgnikiem o śr. 12mm, a także z wysięgnikiem o śr. 8Mm; klamry wspomagające posiadające automatyczną blokadę pozycji umożliwiającą ustabilizowanie haka, jak i samej klamry w dowolnej pozycji zapewniające stabilność ustalonego poziomu.

Ad. poz. 7: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie haka posiadającego klamry – jednoelementowe zaciskowe z dźwignią ZAMKNIĘTE/OTWARTE do zamontowania ostrza, do wielopłaszczyznowego ustawienia, po wybraniu funkcji OTWARTE klamry pozostają na ramieniu haka, nie zsuwają się, montaż klamry na ramieniu błyskawiczny w oparciu o system ''click".

Ad. poz. 8: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie haka z uchwytem do ostrza z funkcją NACIŚNIJ-OBRÓĆ-ZAMKNIJ, błyskawiczny montaż ostrzy bez ściągania uchwytu z ramion haka, możliwość wyboru przez operatora czy dane ostrze ma być używane w pozycji ustalonej, czy też w pozycji obrotowej, ruchomej, dł. 20 cm.

Ad. poz. 9 – 12: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie haków o rozmiarach podanych w tabeli. SWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

2. Dotyczy pakietu 3 – „Opis i zestawienie warunków i parametrów technicznych" Lp. 4:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie parametrów: zasilanie elektryczne 100-240V, częstotliwość sieci 50-60 Hz ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora z zasilaniem 100-240V i częstotliwości sieci 50-60Hz.

3. Dotyczy pakietu 3 – „Opis i zestawienie warunków i parametrów technicznych" Lp. 10:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie parametrów: System zamykania naczyń w przedziale 29VA- 375VA ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu zamykania naczyń w przedziale 29VA- 375VA.

4. Dotyczy pakietu 3 – WARUNKI GWARANCJI Lp. 7:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia instrukcji obsługi w języku angielskim ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie instrukcji obsługi w języku angielskim, postępowanie przetargowe prowadzone jest w języku polskim i wszystkie dokumenty muszą być złożone/przetłumaczone na język polski.

5. Dotyczy pakietu 3- Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – pozycja 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie narzędzi: Końcówka laparoskopowa bipolarna do cięcia i koagulacji przeznaczona do trokara 5mm, zakrzywiona typu meryland, zamykanie naczyń do 7mm, koagulacja 20mm, cięcie 18mm, rotacja 360 st. lub końcówka do zabiegów klasycznych, zamykanie naczyń do 7mm, koagulacja 40mm, cięcie 38mm lub końcówka tarczycowa zamykanie naczyń do 7mm, koagulacja 17mm, cięcie 15mm do wybory przez zamawiającego podczas składania zamówienia. Powierzchnia elektrod bez powłoki antyadhezyjnej w nanotechnologii, aktywowane ręcznie. Wszystkie końcówki kompatybilne z generatorem z pozycji 1.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych narzędzi.

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

1. Załącznik nr 2 dla SWZ dla Pakietu nr 3
2. Załącznik nr 2.1 do SWZ dla Pakietu nr 3
3. Załącznik nr 2.1 do SWZ dla Pakietu nr 5

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska