Załącznik 2.1 do SWZ

Zadanie nr 1 - Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach

Opis i zestawienie warunków i parametrów technicznych

HAK AUTOMATYCZNY

Pakiet Nr 5

Lp.	Parametry techniczne / opis	Parametry wymagane	Parametry podlegające ocenie	Odpowiedź
1.	Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2021 roku, nie powystawowy ; Nazwa …..... typ .....….....…….. Producent.....	TAK/podać		
2.	Klema bazowa z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej ,całkowicie sterylnie ,wyposażona w zacisk, wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion*	TAK/podać		
3.	Ramię łączące ,wyposażone w dwa zaciski ,wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion*	TAK/podać		
5.	Ramiona mocujące*	TAK/podać		
6.	Klips mocujący otwarty*	TAK/podać		
7.	Hak Fritsch: powlekany warstwą izolacyjną ,rozmiar 80 x 80mm; obrót o 360 ^{0}; łamany, długość ramienia 180 mm	TAK/podać		
8.	Hak Fritsch: powlekany warstwą izolacyjną ,rozmiar 60 x 50mm; obrót o 360 ^{0}; łamany, długość ramienia 180 mm	TAK/podać		
9.	Hak Finger (elastyczny): ,rozmiar 60 x 9 0mm; obrót o 360 ^{0}; łamany, długość ramienia 240 mm	TAK/podać		
10.	Hak powlekany warstwą izolacyjną Langenbeck; rozmiar 50 x 170 mm, obrót o 360 ^{0}; łamany, długość ramienia 240 mm	TAK/podać		
ZGODNIE Z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA W MIEJSCE POZ. 2, 3, 4, 5 ZAOFEROWANIE HAKA AUTOMATYCZNEGO O NIŻEJ PODANYCH PARAMETRACH				
11.	**statyw z monolitu bez elementu ograniczającego od góry z możliwością przedłużenia, montowanego do klamry montażowej na sterylnie, długość 350 mm, średnica 12mm***	TAK/podać		
12.	**wysięgnik montowany do klamry, dł. 50 cm, śr. 16 mm, stabilny z blokadą zabezpieczającą przed**	TAK/podać		

	zsunięciem się klamry*			
13.	**element rozgałęźnik do dwóch ramion, dł. 22cm, montowany na wysięgniku, 3 blokady na końcach rozgałęźnika zabezpieczające przed zsunięciem się ramion***	TAK/podać		
14.	**ramiona boczne typu MAXI, 50 cm, podwójnie łamane, symetryczne względem osi środkowej, z blokadą zabezpieczającą przed zsunięciem się klamry***	TAK/podać		
15.	**dwupłaszczyznowa klamra montażowa do statywu i ramienia wysięgnika jednocześnie, składająca się z dwóch dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ. Klamra służąca do wybrania wysokości, a także ustawienia kąta wysięgnika. Klamra współpracująca z wysięgnikiem o śr. 12mm a także z wysięgnikiem o śr. 16mm. Izolacja z materiału PEEK w otworze do statywu, a także u podstaw dźwigni***	TAK/podać		
16.	**klamra wspomagająca składająca się z dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ, współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12mm, a także z wysięgnikiem o śr. 8mm; klamry wspomagające posiadające automatyczną blokadę pozycji umożliwiającą ustabilizowanie haka, jak i samej klamry w dowolnej pozycji zapewniające stabilność ustalonego poziomu***	TAK/podać		
17.	**klamry – jednoelementowe zaciskowe z dźwignią ZAMKNIĘTE/OTWARTE do zamontowania ostrza, do wielopłaszczyznowego ustawienia, po wybraniu funkcji OTWARTE klamry pozostają na ramieniu haka, nie zsuwają się, montaż klamry na ramieniu błyskawiczny w oparciu o system ''click''***	TAK/podać		
18.	**uchwyt do ostrza z funkcją NACIŚNIJ-OBRÓĆ-ZAMKNIJ, błyskawiczny montaż ostrzy bez ściągania uchwytu z ramion haka, możliwość wyboru przez operatora czy dane ostrze ma być używane w pozycji ustalonej, czy też w pozycji obrotowej, ruchomej, dł. 20 cm***	TAK/podać		
	WARUNKI GWARANCJI			
1.	Gwarancja min. 24 m-ce - max 36 m-cy	Tak/podać	24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt	
2.	Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.	Tak/podać		
3.	Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych	Tak/podać		

	(rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego			
4.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	Tak/podać		
5.	Punkty serwisowe	Tak/podać		
6.	Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. Przeprowadzenie testów poprawności działania oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi sprzętu w cenie oferty	Tak/podać		
7.	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim	Tak/podać		
8.	Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty	Tak/podać		

*** niewłaściwe skreślić**

1. W przypadku zastosowania w powyższej dokumentacji nazw dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający traktuje takie użycia - zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp - jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych od podanych i zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych, oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne, karty techniczne itp. dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego.
2. W przypadku odniesienia w załączonej do SWZ dokumentacji do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza - zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp. - rozwiązania równoważne opisywanym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…….
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej