F O R M U L A R Z C E N O W Y **Załącznik nr 2 do SWZ**

Pakiet nr 70 Siatki niewchłanialne

Lp.	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	nr katalogowy
I	Siatki niewchłanialne, makroporowe, polipropylenowe, lekkie z włokna monofilamentoego z wplecioną niebieską nicią, stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m2 (+/-10%) całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/-10%), porowatość 91% (+/-5%), wielkość porów 2,76 mm, bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 um									
1	Rozmiar 8x 15 cm		30	szt.						
2	Rozmiar 15 x 15 cm		30	szt.						
II	Siatki wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu, czas absorbacji 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, wielkość porow 2-4 mm, grubość siatki 0,55 mm. Rozmiar 10x15 cm		1	szt.						
III	Klej Glubran 1 opakowanie 10 ampułek po 0,5 ml G-NB2-50 – syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego przeźroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Start polimeryzacji po 1-2 sekundach, maksymalna odporność mechaniczna po9 60-90 sekundach, temperatura polimeryzacji 45°		4	opak.						
VI	Urządzenie do kontrolowanego zakrapiania 10 szt. |G2-DCD-210-8T – składające się z cewnika z połączeniem typu luer wraz ze ściętą igłą strzykawki typu luer o pojemności 2,5ml wraz ze ściętą igłą		1	opak.						
VI	Urządzenie rozpylające laparoskopowe G2-NBT – składa się z pojemnika stalowego z nietoksycznym i niepalnym gazem z rurką z zaworem odcinającym, strzykawki, tuby, prowadnika do połączenia strzykawki i rurki gazowej, elastycznej osłonki zewnętrznej, zawierającej żółty elastyczny cewnik oraz końcówki natryskujące		30	szt.						

VII	Jednorazowy stapler zamykająco-tnący 45mm, tnący pod kątem, cięcie dł. 40mm, jedna rękojeść zamykająco-tnąca, tytanowe zszywki, kompatybilne z MRI, dwa podwójnie ułożone rzędy zszywek tytanowych tworzące kształt litery B po zamknięciu, wysokość zszywki otwartej 4,8mm, zamkniętej 1,5mm – 2mm, ilość zszywek 46.		5	szt.						
RAZEM									x	x

Wymagania:

Podpis Wykonawcy

w każdym opakowaniu z siatką musi być minimum 5 metryczek zawierających:

- kod produktu
- lot produktu
- data ważności
- data produkcji
- rozmiar
- producent
- kod kreskowy

Pakiet nr 71 Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Lp.	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici max 0,5 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość max 50 cm, szerokość min. 10 mm, grubość do 0,5 mm. Brzegi taśmy zakończone pętelkami, Systematyczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy.		10	szt.						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 72 System leczenia wypadania macicy

Lp.	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzony jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Innowacyjny system TAS polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360º. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej – gramatura 16 g/m². Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość systematycznego umieszczania implantu pod szyję pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowane instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepienie do więzadeł krzyżowo – kolcowych oraz wewnątrz mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Parametry techniczne: grubość statki 0,5 µm, wielkość porów 0,5 – 1 mm. System całkowicie jednorazowy, sterylny.		5	szt.						
2	System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Innowacyjny system TAS polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360º. Zestaw składa się z 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej o średnicy 2,2mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu wykonanego z polipropylenu monofilamentowego. System całkowicie jednorazowy, sterylny.		2	szt.						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 73 Stapler jednorazowy do wykonywania resekcji przecinania i zespoleń; siatki chirurgiczne

Lp.	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu (każdorazowo do wyboru Zamawiającego); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Minimalna liczba zszywek 84 szt.		15	szt.						
2	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu (każdorazowo do wyboru Zamawiającego); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Minimalna liczba zszywek 64 szt.		15	szt.						
3	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu od 30 do 90mm (do wyboru Zamawiającego), z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową		10	szt.						
4	Makroporowata, monofilamentowa siatka polipropelenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna wielkośc porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramatura 46g/m2. Rozmiar 10 cm x 15 cm.		30	szt.						

5	Siatka chirurgiczna do zaopatrzenia przepuklin pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanialnymi mikrohaczykami monofilament poliestrowy i polilaktydowy waga siatki po wchłonięciu 38g/m2. Rozmiar 12 x 8 cm z klapką lewostronną plus szew wchłanialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowanie w jednym kierunku, niebarwiony. Okres wchłaniania 90-110 dni. Długość szwu 23 cm, igła okrągła, 17 mm, 1/2 koła. Rozmiar 3-0.		15	szt.						
6	Siatka chirurgiczna do zaopatrzenia przepuklin pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanialnymi mikrohaczykami monofilament poliestrowy i polilaktydowy waga siatki po wchłonięciu 38g/m2. Rozmiar 12x 8 z klapką prawostronną plus szew wchłanialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowane w jedynym kierunku, niebarwiony, wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach -90%, po 14 dniach -75%. Okres wchłaniania 90-110 dni. Długość szwu 23 cm, igła okrągła, 17 mm, 1/2 koła. Rozmiar 3-0.		15	szt.						
7	Urządzenie mocujące do siatek typu TACKER z wchłanialnymi wkrętami do siatek zakładanych metodą laparoskopową. Urządzenie zawiera 15 wchłanialnych wkrętów spiralnych, o wysokości 5,1 mm, wykonanych z polilaktydu na bazie kwasu mlekowwego. Długość szaftu 36 cm, średnica 5 mm.		6	szt.						
8	Urządzenie mocujące do siatek typu TACER z wchłanialnymi wkrętami do siatek zakładanych metodą laparoskopową. Urządzenie posiada 30 wchłanialnych wkrętów spiralnych o wysokości 5,1 mm, wykonanych z polilaktydu na bazie kwasu mlekowwego. Długość szaftu 36 cm, średnica 5 mm.		6	szt.						
9	Siatka polipropylenowa, makroporowa (rozmiar pora około 1,1x1,6mm), o ciężarze pow. 90 g/m2, do laparoskopowej naprawy przepuklin pachwinowych o trójwymiarowym kształcie, z oznaczeniem części przyśrodkowej. Siatka o anatomicznym kształcie odrębna na prawą/lewą stronę. Siatka posiada wzmocnione brzegi na większości swojego obwodu, co ułatwia ułożenie jej po wprowadzeniu przez trokar. Dolna przyśrodkowa część obwodu nie jest wzmocniona, dzięki czemu w tym obszarze siatka jest bardziej miękka, łatwiej dopasowuje się do struktur anatomicznych; część ta jest jednocześnie wydłużona, aby dodatkowo zabezpieczyć przed ew. nawrotami. Siatka w rozmiarze 15x10 cm (lewa lub prawa).		20	szt.						

10	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rodzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, średnica ramienia 13,5 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni. Długość uszczelniania 36 mm, długość cięcia 34 mm pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym.		18	szt.						
11	Nakładka na wielorazową klemę do zespalania/rozdzielania tkanek do procedur otwartych, aktywacja za pomocą włącznika ręcznego lub nożnego. Nakładka z elektrodami i nożem uszczelnia i zamyka naczynia do 7 mm włącznie. Długość uszczelniania 22,5 mm, długość cięcia 22,3 mm. Szczęka wygięta pod kątem 34 stopni*		20	szt.						
12	Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość narzędzia 21 cm, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, długość szczęk 21,6mm,długość cięcia 19,8 mm, długość uszczelniania 20,6mm, kąt zagięcia szczęk 40st., aktywowany ręcznie.		18	szt.						
RAZEM									x	x

*Wykonawca zobowiązuję się do użyczenia wielorazowego narzędzia do otwartego zespalania/rozdzielania tkanek - kompatybilnego z elektrodą z poz.11.
Elektroda jest kompatybilna z generatorem elektrochirurgicznym ForceTriad™, generatorem zamykania naczyń Valleylab™ LS10, generatorem elektrochirurgicznym Valleylab™ FT10

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 74 Siatka do zaopatrywania przepukliny

Lp.	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Siatka do przepuklin pachwinowych laparskopowo, ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego o wadze 42g/m2. Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozróżnianie na stronę prawą i lewą. Medium lewa 7,9 x 13,4 Large lewa 10,3 x 15,7 Large lewa 12,2 x 17 Medium prawa 7,9 x 13,4 Large prawa 10,3 x 15,7 Large prawa 12,2 x 17	250,00	30	szt.	7500,00	8%	600,00	8100,00		
2	Siatka Phasix ST 7x10 cm do naprawy przepuklin rozworu przełykowego zakładana metodą laparoskopową	1400,00	30	szt.	42000,00	8%	3360,00	45360,00		
3	Siatki do operacji przepuklin pępkowych typu Ventralex ST circle rozmiar S	655,00	30	szt.	19650,00	8%	1572,00	21222,00		
4	Siatki do operacji przepuklin pępkowych typu Ventralex ST circle rozmiar M	695,00	30	szt.	20850,00	8%	1668,00	22518,00		
5	Siatki do operacji przepuklin pępkowych typu Ventralex ST circle rozmiar L	810,00	10	szt.	8100,00	8%	648,00	8748,00		
RAZEM					98 100,00	x	7 848,00	105 948,00	x	x
			109,80%		**107 713,80**		**8 617,10**	**116 330,90**		Podpis Wykonawcy