Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/09/15/92 Oborniki, dnia 13.07.2015r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/09/15

Dot. przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 Euro **na dostawę sprzętu jednorazowego użytku – powtórka, przenośnego aparatu EKG, strzykawki automatycznej do tomografu komputerowego i innych** , ogłoszonego w dniu 06.07.2015r na naszej stronie internetowej www.szpital.oborniki.info/nbip/oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 10.07.2015R

63. **Pytanie do pakietu 16 poz. 32, 33, 34**
Czy Zamawiający oczekuje rurek ustno – gardłowe Guedela, wykonanych z polipropylen (bez PCV, bez ftalanów), jednoczęściowe, ze zintegrowanym blokerem zgryzu, kod kolorystyczny wzdłuż całej długości rurki steryln, pakowane pojedynczo:
poz. 32 - Roz. 1 - 6,5 cm
poz.33 – Roz. 2 – 8,0cm
poz.34 - Roz.3 – 9,0cm.
~~**Odpowiedź: Tak.**~~ **Powinno być:**
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie oczekuje wyżej opisanych rurek ustno – gardłowych, ale dopuszcza ich zaoferowanie.

64. **Pytanie do pakietu 16 poz. 41**
Czy Zamawiający oczekuje filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, sterylny; skuteczność filtracji bakteryjno/wirusowej >99,999%; opór przy 30L/min 0,9cm H20; opór przy 60L/min 2,0cmH20, przestrzeń martwa 42ml; waga 23g; minimalna objętość oddechowa 150ml; port do kapnografi; złącza proste 22M/15F – 22F/15M.
~~**Odpowiedź: Tak.**~~ **Powinno być:**
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie oczekuje wyżej opisanego filtra, ale dopuszcza jego zaoferowanie.

XXXXXXXXXXXXX

WYJAŚNIENIA I WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Dyrektor
mgr Małgorzata Ludzkowska