



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

BDO 000082299

L. Dz. ZODK/13/23/19

Oborniki, dnia 20.09.2023r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZOD/13/23

Dotyczy: dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania do postępowania :

1. Dotyczy Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnoochronnego fartucha chirurgicznego bez wzmocnienia zgodnego z SWZ z następującymi różnicami:

- oddychająca bawełnopodobna mieszanka celulozy i poliestru- włóknina Spunlace 68 g/ m2
- mankiet o długości 7,5 cm z poliestrowej włókniny z antyalergicznym certyfikatem OEKO ® Standard 100 o gramaturze 248,15 g/ m2 (oświadczenie producenta fartucha)
- na fartuchu w miejscu widocznym przed rozłożeniem nadruk rozmiaru oraz informacji o produkcji w Europie
- kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze 67 g/ m2- owinięty w papier krepowy
- dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnoochronnego fartucha chirurgicznego ze wzmocnieniem o następujących parametrach:

- oddychająca bawełnopodobna mieszanka celulozy i poliestru- włóknina Spunlace 68 g/ m2
- mankiet o długości 7,5 cm z poliestrowej włókniny z antyalergicznym certyfikatem OEKO ® Standard 100 o gramaturze 248,15 g/ m2 (oświadczenie producenta fartucha)
- na fartuchu w miejscu widocznym przed rozłożeniem nadruk rozmiaru oraz informacji o produkcji w Europie
- kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze 67 g/ m2- owinięty w papier krepowy
- odporność na wypychanie na sucho: min. 242 kPa
- odporność na wypychanie na mokro: min. 221 kPa
- pylenie 3,6 log 10 (liczba cząstek)
- odporność na przenikanie cieczy w obszarach wzmocnionych min. 175 cm H₂O, w obszarze niewzmocnionym min. 22,5 cm H₂O
- odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro 2,05 CFU/ 100 cm (norma 13795 określa wymagania dla obu stref: =< 300, czyli max. 300 CFU/ 100 cm) - kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze 67 g/ m2- owinięty w papier krepowy

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wymaga w fartuchu wzmocnionym wzmocnienie fartucha umiejscowionego min. 20 cm od górnego wykoju?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

Z upoważnienia dyrektora

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Bekaj