Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/06/20/149

Oborniki, dnia 15.06.2020r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZPD/06/20**

Dot.: przetargu nieograniczonego **na zakup i dostawę zgrzewarki rotacyjnej z drukarką, sprzętu 1x użytku i leku – powtórka dla SP ZOZ Oborniki,** ogłoszonego w dniu 08.06.2020r. na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ Oborniki.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA CZĘŚĆ II

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

PYTANIE NR 18
dot. Pakietu nr 1.
Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę o wymiarach 553 x 264 x 192 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zgrzewarki o wyżej podanych wymiarach.

PYTANIE NR 19
dot. Pakietu nr 1.
Czy zamawiający dopuszcza zgrzewarkę której temperatura zgrzewu wynosi od 50 do 200 stopni Celcjusza? Najczęściej zgrzewane materiały nie potrzebują temperatury zgrzewu powyżej 200 stopni Celcjusza.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zgrzewarki o wyżej podanej temperaturze zgrzewu.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska