Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/ 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/12/18/19/12

Oborniki, dnia 18.01.2019r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/12/18

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz przenośnika taśmowo-rolkowego,** ogłoszonego w dniu 17.10.2018r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA CZĘŚĆ IV

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach (zwany dalej: Zamawiający"), ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r., poz. 1986 tj. z dnia 2018.10.16) udziela ostatniej części odpowiedzi na zapytania:

1. Dotyczy pakietu nr 59 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawic nitrylowych o grubości palca 0,10-0,12mm. Chcemy zaoferować Państwu rękawiczki, które dostarczamy w ramach umowy z ostatniego postępowania, z którymi nie było żadnych problemów ani skarg na nie oraz żadnych reklamacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pakietu nr 59 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy informacja o przebadaniu rękawiczek nitrylowych na min. 12 substancji chemicznych na poziomie ochrony min. 2 winna być umieszczona na opakowaniu rękawic?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby ww. informacja została umieszczona na opakowaniu rękawic.

3. Dotyczy pakietu nr 59 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawic winylowych o grubości palca min.0,10mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet nr 79

POZ. I 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 4,0 mm L - 175 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Schanza fi 4,0 mm L - 175 mm.

5. Pakiet nr 79

POZ. I 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 5,0 mm L - 175 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Schanza fi 5,0 mm L - 175 mm.

6. Pakiet nr 79

POZ. I 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 6,0 mm L - 225 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Schanza fi 6,0 mm L - 225 mm.

7. Pakiet nr 79

POZ. III 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Druty do wiązania odłamów L - 5 m fi 1,25 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Druty do wiązania odłamów L - 5 m fi 1,25 mm.

8. Pakiet nr 79

POZ. IV 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 150

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Steinmanna fi 5 L – 150.

9. Pakiet nr 79

POZ. IV 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 175

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Steinmanna fi 5 L – 175.

10. Pakiet nr 79

POZ. IV 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 225

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Steinmanna fi 5 L – 225.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska