Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/ 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/09/18/243

Oborniki, dnia 17.08.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/09/18

Dot. przetargu nieograniczonego **na zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego oraz wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach,** ogłoszonego w dniu 10.08.2018r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach (zwany dalej: Zamawiający"), ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) udziela odpowiedzi na zapytania:

Pakiet nr. 4 – Respirator

1. Ad. Pkt. 34 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z zakresem regulacji objętości od 40 ml do 2500 ml? Jest to zakres dla pacjentów od 6 kg i na oddziale używanym docelowo całkowicie wystarczający.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie respiratora z regulacją objętości od 40 ml do 2500 ml.

2. Ad. Pkt. 96 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez CO2 jednak z możliwością rozbudowy o ten pomiar w przyszłości? Parametr ten znacząco wpłynie na cenę a zazwyczaj ten pomiar dostępny jest w kardiomonitorach w systemie monitorowania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania respiratora bez funkcji CO2.

Pakiet nr. 5 – Kardiomonitor

3. Ad. Pkt.6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej z możliwością monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego lub trzyżyłowego wyświetlając- 1, 2 lub 7 odprowadzeń jednocześnie. Prezentacja na ekranie 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji z 3 elektrod nie będzie miała wartości diagnostycznej a jedynie symulowaną. W zestawie oferujemy rozłączny kabel 5-żyłowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora o budowie kompaktowej z możliwością monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego lub trzyżyłowego wyświetlając- 1, 2 lub 7 odprowadzeń jednocześnie. W zestawie rozłączny kabel 5-żyłowy.

4. **Ad. Pkt. 17** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej z pamięcią trendów z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości ustawianej przez personel w zakresie od 1 sekundy do 180 minut, ciągły zapis wybranej krzywej oraz wszystkich parametrów cyfrowych przez okres 48 godzin z możliwością przeniesienia danych cyfrowych na Pendrive oraz odczytu na PC użytkownika?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania kardiomonitora o budowie kompaktowej z pamięcią trendów z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości ustawianej przez personel w zakresie od 1 sekundy do 180 minut, ciągły zapis wybranej krzywej oraz wszystkich parametrów cyfrowych przez okres 48 godzin z możliwością przeniesienia danych cyfrowych na Pendrive oraz odczytu na PC użytkownika.

5. **Ad.Pkt. 8, 12** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej z regulowanym zakresem nadzoru bezdechu w zakresie 10-60 sekund?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora o budowie kompaktowej z regulowanym zakresem nadzoru bezdechu w zakresie 10-60 sekund.

6. Ad.Pkt.13 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej z zakresem pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi -50 do 300 mmHg? Jest to wystarczający zakres do prawidłowego monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora o budowie kompaktowej z zakresem pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi -50 do 300 mmHg.

Pytania do SIWZ dla Pakietu nr 3

W SIWZ Zamawiający zawarł zapis:

„5. Inne wymagane dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

c) opis przedmiotu zamówienia, fotografie oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. W załączonych do oferty materiałach należy zaznaczyć kolorem wszystkie wymagane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry."

Ponieważ folder łóżka, którym dysponuje Wykonawca ma charakter reklamowy, jest skierowany dla nieoznaczonego adresata i z tego względu nie posiada wszystkich szczegółowych informacji (parametrów), jakich wymaga w niniejszym postępowaniu Zamawiający, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie, aby wraz ze standardowym folderem (z zaznaczonymi parametrami) Wykonawca mógł złożyć Oświadczenie, że zaoferowane w przedmiotowym postępowaniu łóżka posiadają wszystkie parametry wymienione w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia folderów i innych dokumentów potwierdzających wszystkie parametry opisane w załączniku. Nie wyraża zgody na złożenia oświadczenia.

Pytania do SIWZ

7. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy załącznik nr 4 do SIWZ należy złożyć do 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, czy na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Załącznik nr 4 należy złożyć do 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

8. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia wymaganych w SIWZ oświadczeń i dokumentów w terminie 5-ciu czy 10-ciu dni?

Odpowiedź: Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia wymaganych w SIWZ oświadczeń i dokumentów w terminie 5-ciu dni.

9. W rozdział VIII, pkt 2 SIWZ. Prosimy o udostępnienie formularza JEDZ w wersji edytowalnej. Prosimy, aby plik był tylko z tymi pozycjami i zapisami, które powinny być w nim umieszczone zgodnie z postanowieniami zawartymi SIWZ, dotyczącymi m.in. podstaw wykluczenia.

Odpowiedź: W postępowaniach poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp nie załącza się formularza JEDZ. Zapis w rozdziale VIII pkt 2 zostaje wykreślony, gdyż nie dotyczy niniejszego postępowania.

10. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przesunięcie godziny składania ofert z 10:00 na godzinę 13:15 i godziny otwarcia ofert z godziny 11:00 na godzinę np. 13:45.

Wykonawca korzysta z usług firmy kurierskiej i dostarczenie oferty na podaną w SIWZ godzinę jest usługą ponad standardową, a tym samym kosztowną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę godzin składania i otwarcia ofert.

Załącznik nr 3 do SIWZ

11. Ponieważ w SIWZ Zamawiający przewidział, że wyklucza z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w **art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp** i na podstawie **art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,** wnosimy o zmianę dotychczasowego fragmentu:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…… *(miejscowość), dnia* …… *r.*

……

(podpis)

zakup sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ..... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
.....
.....

..... *(miejscowość), dnia* ..... *r.*

.....
(podpis)

na następujący:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

..... *(miejscowość), dnia* ..... *r.*

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ..... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
.....
.....

..... *(miejscowość), dnia* ..... *r.*

.....
(podpis)

Takie brzmienie nie będzie stać w sprzeczności z postanowieniami SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający poprawia treść oświadczenia (zał nr 3 do SIWZ) o powyższą wersję zgodną z zapisami SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

12. § 7 b). Wnosimy o zmianę dotychczasowej treści w tym punkcie na następującą:

„ z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2.000 zł.", bowiem gdyby Zamawiający rozwiązał umowę np. z powodu tego, że zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca miałby i w tej sytuacji zapłacić karę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę zapisu wzoru umowy.

Załącznik nr 2.3 – Łóżko szpitalne elektryczne

13. Lp. 44 Tabeli parametrów. Prosimy o odpowiedź, czy certyfikaty antybakteryjności należy dołączyć do oferty, czy też dostarczyć na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Certyfikaty antybakteryjności należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego z pozostałymi dokumentami wymaganymi w SIWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 9 – Łóżka szpitalne elektryczne

14. Czy (w pkt. 2 i 30) Zamawiający dopuści kolumnowe łóżko ICU wytworzone w antybakteryjnej technologii, które posiada konstrukcję wykonana ze stali węglowej lakierowaną proszkowo z dodatkiem antybakteryjnym (połączenie lakieru proszkowego ze specjalną substancją antybakteryjną nazwie „Interpon 700 AM")? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego, ma na celu hamowanie rozwoju potencjalnych, szkodliwych bakterii i wirusów, które mogą być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i pozwala na kontrolę zakażeń szpitalnych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o wyżej opisanych parametrach.

15. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko, które jest wyposażone w pilota bez świetlnych wskaźników sygnalizujących uruchomienie danej funkcji? W oferowanym łóżku świetlne wskaźniki sygnalizujące uruchomienie danej funkcji znajdować się będą w głównym panelu sterowniczym, który najczęściej wykorzystywany jest do regulacji wszystkich funkcji łóżka, natomiast pilot jest elementem dodatkowym. Proponowane rozwiązanie jest równoważne do oczekiwań Zamawiającego i pozwoli na komfortową obsługę łóżka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka, które jest wyposażone w pilota bez świetlnych wskaźników sygnalizujących uruchomienie danej funkcji.

16. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję opartą na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju prostokątnym, umożliwiających monitorowanie pacjenta mobilnymi przyłóżkowymi aparatami RTG? Oferowany parametr wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i ma dodatni wpływ na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka. Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują najwyższą dostępną stabilność leża, na poziomie co najmniej 250 kg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego konstrukcję opartą na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju prostokątnym, umożliwiających monitorowanie pacjenta mobilnymi przyłóżkowymi aparatami RTG.

17. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko posiadające minimalną wysokość leża od podłogi 420 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka, wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac? Proponowane rozwiązanie, to wymiar różniący się jedynie o 10 mm od parametru wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego minimalną wysokość leża od podłogi 420 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka, wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.

18. Czy (w pkt. 14 i 15) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację pozycji Trendelenburga 17° i anty-Trendelenburga 17° z pilota i głównego panelu centralnego mocowanego na szczycie od strony nóg? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego, sposób regulacji wynika z przemyślanych rozwiązań stosowanych przez doświadczonego, europejskiego producenta i gwarantuje dodatkowo większą możliwość asekurowania pacjenta podczas wykonywania funkcji „ratujących życie".

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację pozycji Trendelenburga 17° i anty-Trendelenburga 17° z pilota i głównego panelu centralnego mocowanego na szczycie od strony nóg.

19. Czy (w odniesieniu do zapisów w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość ustawienia leża w pozycji Fowlera (możliwość obniżenia wysokości leża oraz możliwość jednoczesnego unoszenia się oparcia pleców i uda) za pomocą przycisków na panelu centralnym służących do regulacji

wysokości i funkcji autokontur? Pozostałe parametry opisane w pkt. 20 zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość ustawienia leża w pozycji Fowlera (możliwość obniżenia wysokości leża oraz możliwość jednoczesnego unoszenia się oparcia pleców i uda) za pomocą przycisków na panelu centralnym służących do regulacji wysokości i funkcji autokontur.

20. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców – tworzywowych:

- regulacja wysokości leża
- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców
- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji? W oferowanym rozwiązaniu funkcja autokontur oraz przechyły wzdłużne leża są regulowane z pilota oraz panelu centralnego, a sposób regulacji wynika z rozwiązań stosowanych przez doświadczonego producenta. Proponowany sposób regulacji zachowuje oczekiwaną przez Zamawiającego ilość funkcji, a dzięki większej ilości źródeł sterowania ułatwia pracę personelu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców – tworzywowych:

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji.

21. Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści łóżko posiadające panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego), ale bez alarmu akustycznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka posiadającego panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia bez alarmu akustycznego.

22. Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści łóżko posiadające poręcze boczne z tworzywa sztucznego; panele w poręczach bocznych do sterowania funkcjami, po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta; poręcze boczne wytworzone z tworzywa bez użycia nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów; poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców, poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia; wysokość poręczy oparcia pleców 430 mm nad krawędzią leża; wysokość poręczy w części udowej leża 430 mm nad krawędzią leża?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o wyżej wymienionych parametrach.

23. Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści łóżko posiadające górną powierzchnię poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystającą ponad płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego górną powierzchnię poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystającą ponad płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta.

24. Czy (w pkt. 34) Zamawiający dopuści łóżko posiadające dźwignię uruchamiającą centralną blokadę kół umieszczoną od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka posiadającego dźwignię uruchamiającą centralną blokadę kół umieszczoną od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy.

25. Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści łóżko posiadające podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego bez zastosowania nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka posiadającego podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego bez zastosowania nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół.

26. Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści łóżko posiadające prześwit pod podwoziem o wysokości 165 mm i na długości ok. 1000 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka posiadającego prześwit pod podwoziem o wysokości 165 mm i na długości ok. 1000 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego.

27. Czy (w pkt. 38) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe, bez użycia nanotechnologii srebra, szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka posiadającego szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe, bez użycia nanotechnologii srebra, szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża.

28. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyrównania potencjału?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyrównania potencjału.

29. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i przechyłów wzdłużnych wbudowane w barierki boczne (zamiast poziomic)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka posiadającego wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i przechyłów wzdłużnych wbudowane w barierki boczne.

30. Czy ze względu na obowiązujące normy bezpieczeństwa dotyczące poręczy bocznych w łóżkach elektrycznych Zamawiający oczekuje, aby łóżko było wyposażone w poręcze boczne podwójne, dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości ramy leża? Zastosowanie powyższego zapisu zagwarantuje najwyższy i powszechnie stosowany poziom zabezpieczenia pacjenta i tym samym spełni obowiązujące europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa, tj. EN 60601-2-52 ("Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa elektrycznych łóżek medycznych").

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka, które na całej długości leża posiada poręcze zabezpieczające pacjenta i które jest wyrobem medycznym.

31. Prosimy (w pkt. 44) o możliwość załączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego antybakteryjność lakieru w oferowanych łóżkach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie i zestawieniu warunków i parametrów poz 44.

Pakiet nr 9 – Łóżko szpitalne elektryczne – 3 szt.

32. Czy Zamawiający dopuści łóżko, wytworzone przy użyciu nanotechnologii tytanu nanoszonego na gotowy produkt oraz na elementy sterowania (poz. 2, 26, 30, 38). Warto nadmienić, że wymagana nanotechnologia srebra, jej działanie jest na razie mało znane, http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie łóżka wytworzonego przy użyciu nanotechnologii tytanu nanoszonego na gotowy produkt oraz na elementy sterowania (poz. 2, 26, 30, 38).

33. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego minimalna wysokość leża od podłogi wynosi 440 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka, którego minimalna wysokość leża od podłogi wynosi 440 mm.

34. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego minimalna wysokość leża od podłogi wynosi 450 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka, którego minimalna wysokość leża od podłogi wynosi 450 mm.

35. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia są bez alarmu akustycznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie łóżka, którego panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia są bez alarmu akustycznego.

36. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością całkowitą łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi max. 103,5 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie łóżka z szerokością całkowitą łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi max. 103,5 cm.

37. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością całkowitą łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi max. 990 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z szerokością całkowitą łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi max. 990 cm.

Dotyczy: Zadanie nr 3

38. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1050mm z podniesionymi barierkami oraz 1030mm z opuszczonymi barierkami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o szerokości całkowitej 1050mm z podniesionymi barierkami oraz 1030mm z opuszczonymi barierkami.

39. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające opisane w pkt 5 funkcje realizowane za pomocą obustronnie wbudowanych w barierki boczne sterowników? Rozwiązanie wyklucza ryzyko uszkodzenia pilota ręcznego, przewodowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

40. Czy Zamawiający dopuści łózko bez świetlnego wskaźnika sygnalizującego uruchomienie danej funkcji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka bez świetlnego wskaźnika sygnalizującego uruchomienie danej funkcji.

41. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana jest w bezpieczniejszy niż opisany sposób, tj. jedynie za pomocą panelu sterowania w zakresie 13° w obydwu kierunkach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego łóżka.

42. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 -30° również w funkcji autokontur?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z regulacją segmentu uda w zakresie 0 -30° również w funkcji autokontur.

43. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 100mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z funkcją autoregresji oparcia pleców 100mm.

44. Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem autoregresji 160mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z systemem autoregresji 160mm.

45. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Fowlera za pomocą dwóch przycisków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z regulacją pozycji Fowlera za pomocą dwóch przycisków.

46. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelami wbudowanymi w barierki boczne, które w celach bezpieczeństwa nie posiadają możliwości regulacji przechyłów wzdłużnych? Istnieje ryzyko nieświadomego użycia panelu będącego w zasięgu ręki pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z panelami wbudowanymi w barierki boczne, które w celach bezpieczeństwa nie posiadają możliwości regulacji przechyłów wzdłużnych.

47. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające panele sterujące nie posiadające przycisków podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego od strony pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego panele sterujące nie posiadające przycisków podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego od strony pacjenta.

48. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające od strony głowy tzn stały szczyt, nie poruszający się wraz z ramą leża?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka posiadającego od strony głowy tzn stały szczyt, nie poruszający się wraz z ramą leża.

49. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości 140mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z materacem o grubości 140mm.

50. Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i opracowanych rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra, gdyż działanie preferencyjne jest ważniejsze aniżeli zwalczające? Proponowane łóżko posiada kolumny cylindryczne łatwe do dezynfekcji, szczyty oraz barierki wytworzone w technologii jednolitego odlewu tworzywowego, o gładkich powierzchniach, wszystkie powierzchnie ramy i leża gładkie i łatwe do czyszczenia. Technologia jonów srebra wymusza na użytkowniku stosowanie specjalnych środków do dezynfekcji, co w skutkach obciąży dodatkowo Zamawiającego kosztami. Stosowanie standardowych środków niszczy jony srebra. Tym samym prosimy Zamawiającego o odstąpienie dostarczenia certyfikatów potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka wytworzonego w wyżej opisanej technologii.

51. Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych przez autoryzowanego dystrybutora w języku polskim? Każdy producent sprzętu medycznego tworzy jedynie materiały marketingowe, reklamowe. Nie ma możliwości, aby zawierały wszystkie informacje umieszczone w SIWZ. Wymóg taki jest nieuzasadniony.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią opisaną w SIWZ.

52. Dot pkt 2, 26, 30, 36, 38, . Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i opracowanych rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra, gdyż działanie preferencyjne jest ważniejsze aniżeli zwalczające? Proponowane łóżko posiada kolumny cylindryczne łatwe do dezynfekcji, szczyty oraz barierki wytworzone w technologii jednolitego odlewu tworzywowego, o gładkich powierzchniach, wszystkie powierzchnie ramy i leża gładkie i łatwe do czyszczenia. Technologia jonów srebra wymusza na użytkowniku stosowanie specjalnych środków do dezynfekcji, co w skutkach obciąży dodatkowo Zamawiającego kosztami. Stosowanie standardowych środków niszczy jony srebra. Tym samym prosimy Zamawiającego o odstąpienie dostarczenia certyfikatów potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa. Czy Zamawiający zrezygnuje tym samym z wymogu opisanego w pkt 44?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka wytworzonego w wyżej opisanej technologii.

ZMIANY ZAPISÓW SIWZ

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4W związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ:

1. **Część XII pkt 6 SIWZ jest:**

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/09/18 – Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego oraz wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) – **nie otwierać do dnia 20.08.2018r. do godz. 11.00**

Powinno być:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/09/18 – Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego oraz wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) – **nie otwierać do dnia 22.08.2018r. do godz. 11.00**

2. **Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, Część XIII pkt 1 SIWZ jest:**

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XII SIWZ należy złożyć **do dnia 20.08.2018r. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

Powinno być:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XII SIWZ należy złożyć **do dnia 22.08.2018r. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

3. **Część XIII pkt 4 SIWZ jest:**

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 20.08.2018r. o godz. 11:00.**

Powinno być:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 22.08.2018r. o godz. 11:00.**

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki:

1. Załącznik nr 2.3 do SIWZ
2. Załącznik nr 2.4 do SIWZ
3. Załącznik nr 3 do SIWZ
4. Załącznik nr 3 do SIWZ

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
Małgorzata Ludzkowska