Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 29 Lampa zabiegowa statywowa

Lp	Asortyment	Cena jedn. Netto	Ilość	jm	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota podatku VAT	Wartość Brutto	Producent	nr katalogowy
1	lampa zabiegowa statywowa, mobilna z akumulatorem. Natężenie światła z kopuły 50-65 klx. Średnica pola świetlnego 20-24 cm. „Brudne" uchwyty na kopułach. Wskaźnik odwzorowania barw min. 95. Temperatura barowa od 4300 K.		1	szt						
Razem:						**x**			x	x

Lp.	Parametry techniczne	Wymagana wartość	Uwagi	Oferowane parametry z kolumny	Punkty dodatkowe za oferowane parametry	Ilość punktów
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Lampa fabrycznie nowa	TAK, podać rok prod.			**x**	**x**
2	Producent	Podać			**x**	**x**
3	Nr katalogowy	Podać			**x**	**x**
4	Nazwa/ Model/ Typ	Podać			**x**	**x**
Warunki gwarancji						
5	bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres	podać	36 m-cy – 1 pkt; 37 m-cy i wyżej – 3 pkt		TAK	**Max 3 pkt**
6	bezpłatne przeglądy w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu urządzenia. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy urządzenia	TAK	x		x	x
7	Przeglądy techniczne wymagane lub zlecane przez producenta w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy	TAK	x		x	x

8	zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie	TAK	x		x	x
9	zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów	TAK	x		x	x
10	Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat	TAK	x		x	x
11	Punkty serwisowe na terenie Polski	Podać	Minimum 1		NIE	x
12	Dostawa urządzenia wraz z montażem	TAK	x		x	x
13	Szkolenie personelu w miejscu instalacji w ramach ceny ofertowej	TAK	x		x	x
14	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim	TAK	dostarczyć z chwilą uruchomienia i oddania do eksploatacji		NIE	x

* w kolumnie V Wykonawca zakreśla odpowiednio TAK lub NIE oraz wpisuje czy oferowany aparat spełnia wymagane wartości wraz z krótkim opisem.

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp

UWAGA !

Nie spełnienie warunków określonych w kolumnie 3 - wymagana wartość skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczam, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowanie parametry.

2. Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…… .....

miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy