Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 28 Urządzenie myjąco- dezynfekujące

Lp	Asortyment	Cena jedn. Netto	Ilość	jm	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota podatku VAT	Wartość Brutto	Producent	nr katalogowy
1	**Urządzenie myjąco- dezynfekujące do naczyń sanitarnych /nazwa, model, typ .....**		1	szt						
Razem:						**x**			x	x

Lp.	Parametry techniczne	Wymagana wartość	Uwagi	Oferowane parametry z kolumny	Punkty dodatkowe za oferowane parametry	Ilość punktów
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2015	TAK	x		x	x
2	Producent	Podać	x		x	x
3	Nr katalogowy	Podać	x		x	x
4	Nazwa/ Model/ Typ	Podać	x		x	x
5	urządzenie wolnostojące	TAK	x		x	x
6	obudowa ze stali nierdzewnej AISI304 lub lepszej gatunkowo	TAK	x		x	x
7	konstrukcja komory wykonana ze stali kwasoodpornej AISI316 lub lepszej gatunkowo	TAK	x		x	x
8	minimalna pojemność komory: jeden basen z pokrywą + jedna kaczka lub trzy kaczki	TAK	x		x	x
9	możliwość mycia butli do ssaków, misek	TAK	x		x	x
10	uszczelka bezobsługowa (nie wymagająca przeglądów i wymiany oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne)	TAK	x		x	x

11	system natryskowy komory wyposażony w minimum 10 dysz ciśnieniowych (w tym minimum 5 obrotowych), nie dopuszcza się ramion natryskowych	TAK	x		x	x
12	wyposażenie w kosz załadowczy umożliwiający umieszczenie w myjni różnego rodzaju i różnej wielkości kaczek i basenów (również basenów podłużnych)	TAK	x		x	x
13	komora wewnętrzna bez narożników, spoin i ostrych krawędzi, wykonana jako głęboko tłoczony monolit z nachylonym sufitem ułatwiającym spływanie	TAK	x		x	x
14	komora izolowana termicznie i akustycznie	TAK	x		x	x
15	możliwość dezynfekcji termicznej w temperaturze 93ºC	TAK	x		x	x
16	konstrukcja kosza załadowczego umożliwiająca opróżnianie załadunku z nieczystości przy zamykaniu drzwi komory	TAK	x		x	x
17	suszenie wymuszonym strumieniem powietrza	TAK	x		x	x
18	możliwość uzyskania dezynfekcji A0 3000	TAK	x		x	x
19	czas programów mycia i dezynfekcji do 10 min	TAK	x		x	x
20	całkowity spust wody z urządzenia po każdym cyklu	TAK	x		x	x
21	dwie pompy detergentu	TAK	x		x	x
	napięcie 230 V	TAK	x		x	x
	dostawca zapewnia środek myjaco-dezynfekcyjny na okres 6 miesięcy do każdego urządzenia	TAK	x		x	x
WARUNKI GWARANCJI						
1	bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres	podać	36 m-cy – 1 pkt; 37 m-cy i wyżej – 3 pkt		TAK	**Max 3 pkt**

2	bezpłatne przeglądy w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu urządzenia. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy urządzenia	TAK	x		x	x
3	Przeglądy techniczne wymagane lub zlecane przez producenta w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy	TAK	x		x	x
4	zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie	TAK	x		x	x
5	zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów	TAK	x		x	x
6	Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat	TAK	x		x	x
7	Punkty serwisowe na terenie Polski	Podać	Minimum 1		NIE	x
8	Dostawa urządzenia wraz z montażem	TAK	x		x	x
9	Szkolenie personelu w miejscu instalacji w ramach ceny ofertowej	TAK	x		x	x
10	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim	TAK	dostarczyć z chwilą uruchomienia i oddania do eksploatacji		NIE	x
11	urządzenie zgodne z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzone deklaracją zgodności CE lub certyfikatem CD	TAK	dokumenty załączyć do oferty		NIE	x
	Konstrukcja i wykonanie urządzenia zgodne z PN EN 15883-1/3 potwierdzone deklaracją zgodności oraz certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą	TAK	dokumenty załączyć do oferty		NIE	x

* w kolumnie V Wykonawca zakreśla odpowiednio TAK lub NIE oraz wpisuje czy oferowany aparat spełnia wymagane wartości wraz z krótkim opisem.

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp

UWAGA !

Nie spełnienie warunków określonych w kolumnie 3 - wymagana wartość skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczam, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowanie parametry.

2. Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…… .....

miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy