Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/06/16/01 Oborniki, dnia 03.01.2017r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/06/16

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 1 x użytku, opatrunków, szwów, implantów, narzędzi chirurgicznych i innych dla SP ZOZ w Obornikach ogłoszonego w dniu 01.12.2016r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
część II

75. Dotyczy Pakietu nr 13
Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 i 2 pakietu 13, parametry oferowanego sprzętu zgodne z opisem.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

76. Dotyczy Pakietu nr 14
Czy Zamawiający w pozycji 5 pakietu 14 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy główki 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

77. Dotyczy Pakietu nr 15
Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 15 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm, średnica cewnika 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

78.Dotyczy pakietu 48 pozycja 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgody na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu.

79. Dotyczy Pakietu nr 47 Środki wchłanialne, ilość pozycji 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych.

Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę dzięki budowie trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. **Może być przycinany dowolnie do łatwego umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego**. Wymiar 4cm x 4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego opatrunku.

80. Dotyczy Pakiet nr 47 Środki wchłanialne, ilość pozycji 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych.

Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę dzięki budowie trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. **Może być przycinany dowolnie do łatwego umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego**. Wymiar 4cm x 4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego opatrunku.

81. Dotyczy Pakietu nr 54, pozycja 1
Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy bezpiecznych we wszystkich dostępnych głębokościach nakłucia, tj.: 1,2mm, 1,5mm; 1,8mm; 2,0mm; 2,4mm.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w/w nakłuwacza.

82. Czy Zamawiający w pakiecie nr 13, poz. 6 i 8 wymaga akcesoriów jednorazowego czy wielorazowego użytku?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga akcesoriów wielorazowego użytku.

83. Czy Zamawiający w pakiecie nr 13, poz. 8 wymaga chwytaka palczastego o długości kolonoskopowej 230 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga chwytaka palczastego o dł. kolonoskopowej 230 cm.

84. Czy Zamawiający w pakiecie nr 15, poz. 1 dopuści pętle o długości 230 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli o dł. 230 cm.

85. Dotyczy Pakietu nr 16

Punkt nr 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną nożową, owalną, wymiary 25 x 3,5mm, długość 56 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody monopolarnej nożowej, owalna w/w wymiarach.

Punkt nr 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pensetę bipolarną prostą, długość 22cm, końcówka 2mm, długość końcówki 8mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w zaoferowanej pensety.

Punkt nr 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną owalną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, jednorazową, powierzchnia całkowita 170cm2, powierzchnia aktywna 110 cm2, grubość 1mm, hydrożelową, dwudzielną, o dwóch, niesymetrycznych powierzchniach, z pasem okalającym umożliwiającym niekierunkową aplikację, pakowane po 5szt?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zaoferowanej elektrody.

86. Dotyczy Pakietu nr 71

Punkt 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, do jakiego aparatu przeznaczony jest instrument do zamykania naczyń o średnicy do 7mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż instrument do zamykania naczyń jest przeznaczony do aparatu BOWA AC 400.

Punkt 2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, do jakiego aparatu przeznaczony jest instrument do zamykania naczyń o średnicy do 7mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż instrument do zamykania naczyń jest przeznaczony do aparatu BOWA AC 400.

Punkt nr 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę laparoskopową z kanałem ssącym, cienki hak „L" długość 360mm, średnica 5 mm, wymiar haka 4 mm x 1 mm kanał średnica 3 mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówki, przeznaczenie do min 75 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w elektrody.

Punkt nr 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych i artoskopowych dł. 5 m, wtyczka ze strony instrumentu o średnicy 4 mm, od strony aparatu średnica 8 mm, przeznaczenie min 300 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w kabel monopolarny.

Punkt nr 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie każdej z dwóch części, powierzchnia 110 cm2, wymiary 122 x 176 mm podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki polietylenowej, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, pokryte hydrożelem, przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg opakowanie 50szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszczaw/w elektrodę neutralną.

Punkt nr 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel do elektrody neutralnych długość 5m od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM) przeznaczenie do min 300 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w kabel do elektrody neutralnych.

Punkt nr 7. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 71 pozycji nr 7.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu 71.

Punkt nr 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt elektrod jednorazowego użytku sterylny z dwoma przyciskami, długość 155 mm, do elektrod z trzonkiem średnica 2,4 mm, z kablem o dł. 3 m wtyczka 3 – bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową, opakowanie po 10 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w uchwytu elektrody 1x.

Punkt nr 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czyścik elektrod, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny wymiary 5 x0,5 cm x 5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czyścika elektrod opisanego powyżej.

Punkt nr 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową, prostą długość 57 mm, trzonek średnica 4mm wymiary noży 25 mm x 0,5 mm x 3,5mm, przeznaczone do min 75 cykl sterylizacji, opak. po 5 szt.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie na w/w opisanej elektrody.

Punkt nr 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel bipolarny do szczypiec długość 5m wtyczka od strony instrumenty dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2 – bolce 28,58 mm przeznaczone do min 300 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w kabla biopolarnego do szczypiec.

87. Pakiet 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne pakowane po 250 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza na wzierników pakowanych po 250 szt.

88. Dotyczy Pakietu 29, pozycja 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 7 z części nr 29 i utworzenie osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 7 z części 29.

89. Dotyczy Pakietu 29, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu z regulacją przepływu w zakresie 5-250 ml/h?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

90. Dotyczy Pakietu 29, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem w kształcie beczułki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej zaoferowanego przyrządu.

91. Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści tupfery w opakowaniu zawierającym 250 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tupfery pakowane po 250 szt.

92. Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający miał na myśli tupfery w rozmiarze 15 x 15 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli tupfery o rozmiarze 15 x 15 cm.

93. Pakiet 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tupfery w opakowaniu zawierającym 200 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tupfery pakowane po 200 szt.

94. Pakiet 41 poz. 4, 5, 7, 8:

Czy Zamawiający wymaga, aby gaza oraz kompresy jałowe były sterylizowane w parze wodnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, aby gaza oraz kompresy były sterylizowane w parze wodnej.

95. Pakiet 23 pozycja 10-11
Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z silikonowanego lateksu?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza cewniki wykonane z silokonowanego lateksu.

96. Pakiet 23 pozycja 24-26
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

97. Pakiet 24 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego drenu

98. Pakiet 24 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści dren Kehra w rozmiarze 450 mm x 180 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego Kehra.

99. Pakiet 24, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 500 mm dla rozmiaru CH8 oraz dren o długości 800 mm dla rozmiarów: CH10-CH18?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego drenu.

100. Pakiet 24, pozycja 6-7
Czy Zamawiający dopuści kateter o długości 32 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego drenu.

101. Pakiet 24, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści łącznik w rozmiarze 10-13?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego łącznika.

102. Pakiet 24, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego łącznika.

103. Pakiet 27, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 9cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisnej igły.

104. Pakiet 27, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 60 mm z możliwością regulacji w zakresie 22-47 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej igły.

105. Pakiet 28, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zielonym tłokiem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki wyżej opisanej.

106. Pakiet 28, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z podziałką w kształcie beczułki?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego przyrządu. Zamawiający oczekuje zgodnie SIWZ.

107. Pakiet 30 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny rękawiczek w rozmiarze 9,0?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionych rękawiczek.

108. Pakiet 33, pozycja 1,2,6,17,18,19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie wyżej wymienionych popzycji do

osobnego pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do Pakietu nr 33A: pozycje 1,2,6,17,18,19. Z związku ze zmianą treści ogłoszenia Zamawiający na art. 12 ust. 2 pkt. 1 przedłuża termin składania wniosków do składania ofert na dzień 19.01.2017r. Godz. 10.00, otwarcie godz, 11.00

109. Pakiet 34, pozycja 2,3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki/ ściereczki w rozmiarze 22x33 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej wymienionej myjki / ściereczki.

110. Pakiet 41, pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy opatrunkowej w op. 0,90m x 100m, z podaniem ceny za mb?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie wyżej opisanej gazy.

111. Pakiet 41, pozycja 21,22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania 5-6 min?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowania wyżej wymienionej opaski.. Zamawiający oczekuje zgodnie SIWZ.

112. Pakiet 41, pozycja 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 17-nitkowej 4-warstwowej w opakowaniu a'20szt, z przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowania wyżej wymienionej serwety. Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie SIWZ.

113. Pakiet 41, pozycja 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniu a'20szt, z przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej a'20szt.

114.Pakiet 42, pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra zastępującego nici chirurgiczne w rozmiarze 6mmx75mm x 3 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego plastra.

115. Pakiet 42, pozycja 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a' szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku a. szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

116. Pakiet 42, pozycja 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x12 cm z oknem w rozmiarze 7,7cmx9,5cm w opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego opatrunku.

117. Pakiet 45, pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli chirurgicznej w rozmiarze 45x55cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanej foli chirurgicznej.

118. Pakiet 45, pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli chirurgicznej w rozmiarze 56x84cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie wyżej opisanej foli.

119. Pakiet 47, pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środka wchłanianego w rozmiarze 7,5x 10 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie na wyżej opisanego środka wchłanialnego.

120. Pakiet 47, pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środka wchłanianego o pH 4,0-4,5?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie wyżej opisanego środka wchłanialnego.

121. Pakiet 66
Czy Zamawiający dopuści żel **w** aplikatorze w formie ampułkostrzykawki umożliwiającej pełne wykorzystanie żelu o pojemności 10ml?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania żelu w wyżej wymienionym aplikatorze.

122. Pakiet 66
Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?
Odpowiedź: Tak.

123. Pakiet 67
Czy Zamawiający dopuści matę w rozmiarze 107x102 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanej maty.

124. Pakiet 68
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki w rozmiarach 90x45x35mm pakowane po 40 sztuk?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionej szczoteczki.

125. Dot. pakietu 63
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie staplera ze zszywkami okrągłymi, Wysokość zszywki 3,85 lub 4,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej wymienionego staplera.

126. Dot. pakietu 64
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie staplera ze zszywkami okrągłymi, Wysokość zszywki 3,85 lub 4,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej wymienionego staplera.

127. Pytanie nr 2 dotyczące Pakietu nr 30, poz. 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w rozmiarze 9,0, który jest największym rozmiarem w większości dostępnych na rynku markach rękawic. Pragniemy nadmienić, iż numeracje standardowe: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5, 8.0; 8.5; 9.0 umożliwiają w pełni precyzyjne dobranie rozmiaru do kształtu i wielkości ręki
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic wyżej opisanych.

128. Pytanie nr 3 dotyczące Pakietu nr 30, poz. 7
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr. 7 do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi naszej firmie złożenie oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 7 z pakietu 30.

129. Pakiet 28, poz. 10
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 10 z pakietu 28.

130. Pakiet 29, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przyrząd w opakowaniu typu folia.

131. Pakiet 29, poz. 1
Czy Zamawiający wymaga przyrząd z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego przyrządu.

132. Pakiet 29, poz. 7
Zwracam się z prośba o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu 0- 300 ml/min.
- Długość drenu 180 cm.
- Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji.
- Możliwość obsługi jedną ręką.
- Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.
- Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.
- Zakończenie dreny luer lock.
- Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu.
- Jednokrotnego użytku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego zestawu do przetoczeń.

133. Pakiet 48, poz. 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przeźroczystego zaworu o objętości wypełnienia 0,085 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zaworu.

134. Pakiet 48, poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaworu z podwójnym przedłużaczem o całkowitej długości 9,5 cm, średnica Ø 1,1 mm-2,35 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zaworu.

135. Pakiet 48, poz. 3
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaworu z potrójnym przedłużaczem o całkowitej długości 9,5 cm, średnica Ø 1,1 mm-2,35 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zaworu..

136. Pakiet 90, poz. 1-45
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o początku całkowitego wchłaniania w 80 dniu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanej nici.

137. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 6,7
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ww. pozycjach oczekuje papierów oryginalnych czy dopuści zaoferowanie zamienników o równoważnych właściwościach użytkowych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie oczekuje zaoferowania papierów oryginalnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamienników o równoważnych właściwościach wyżej wymienionych pozycjach.

138. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma na myśli papier w rozmiarze 80 mm x 90 mm x 280?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli w/w papier.

139.Pakiet 22 pozycja 6

Prosimy o sprecyzowanie czy otwory boczne drenujące mają mieć średnicę nie przekraczającą 5mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający doprecyzowuje, iż dreny mają mieć średnicę nie przekraczającą 5 mm

140. PYTANIA DOTYCZĄCE PAKIETU NR 20

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr transportowy pracujący w technologii Masimo SET, dokonujący pomiaru pomimo ruchu pacjenta i przy niskiej perfuzji :

- Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe,
- Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 30 godzin
- Wymienialna osłona gumowa
- Dwa niezależne wyświetlacze LED
- Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm
- Waga urządzenia 320 g
- Pomiar saturacji w zakresie (1-100)%
- Dokładność pomiaru saturacji max. ± 3 cyfry w zakresie min. 70-100%
- Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%
- Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.
- Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.
- Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.
- Rozdzielczość pomiarów:
- Saturacja (%SpO2): 1 %
- Częstość pulsu (BPM) 1 BPM
- Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji
- Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w niejscu pomiaru, wykres słupkowy - wysoki w kolorze zieonym wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze czerwonym
- Zakres perfuzji 0-20,0%
- Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia
- Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej
- Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej
- Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia
- Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu

- Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie
- Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego
- Trendy 72 godziny
- Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD
- Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego pulsoksymetru.

141. Prosimy o określenie, czy czujniki do pomiaru saturacji mają być: dla dorosłych >30kg, czy dla dzieci 10-50kg, czy czujnik wielopozycyjny typu Y >1kg z opaską mocującą.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania czujników dla dorosłych >30kg.

142. dotyczące pakietu nr 92
Narzędzia laparoskopowe kompatybilne z aparatem firmy Richard Wolf

Dotyczy pkt.2
Czy wąż insuflacyjny ma być z podgrzewaniem gazu?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie oczekuje węża insuflacyjnego z podgrzewaniem gazu.

Dotyczy pkt.7
Czy Zamawiający miał na myśli płaszcz do narzędzi monopolarnych, izolowany o średnicy 5 mm i długości 33 cm, kompatybilny z narzędziami typu Eragon?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli w/w narzędzie monopolarne.

Dotyczy pkt.8
Czy rączka z zamkiem ma być z podłączeniem do koagulacji czy bez? Czy zaoferowana rączka ma być kompatybilna z innymi częściami narzędzi typu Eragon?
Odpowiedź: Zamawiający, oczekuje rączki z podłączeniem do koagulacji oraz aby rączka była kompatybilna z innymi częściami.

Dotyczy pkt. 13
Czy rączka do nożyczek ma być z możliwością koagulacji?
Odpowiedź: Tak, rączka ma być koagulacji.

Dotyczy pkt. 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rurkę o średnicy 5 mm, która jest przeznaczona do pracy z trokarami o średnicy 5,5 mm ? pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie wyżej wymienionej rączki.

Dotyczy pkt. 21 d
Jak zakończone ma być imadło laparoskopowe (prawe, lewe lub proste)? Czy Zamawiający miał na myśli imadło o średnicy 5 mm i długości roboczej 31 cm z odłączaną plastikową rączką z włączaną/wyłączaną zapinką?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje imadła prostego o średnicy 5 mm, dł. 31 cm z odłączaną plastikową rączką i wyłączaną zapinką.

Dotyczy pkt.21 e
Jakiej długości roboczej igły oczekuje Zamawiający 12 czy 15 cm ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowanie igły roboczej o dł. 15 cm.

143. Dotyczy pakiet nr 24
Dreny, Katetery, Kraniki, łączniki, ostrza do skalpela, zestawy medyczne, zgłębniki i inne
Lp 33 i 34 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie Lp 33 i 34 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty, w postaci Stentu firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym, zbudowanego z innowacyjnego materiału percuflex mogącego przebywać w ciele pacjenta do

12 miesięcy, o rozmiarach 4,8 Fr oraz 6 Fr i długościach odpowiednio 20,22,24,26,28,30 cm? W skład zestawu wchodzi stent, jego pozycjoner, cewnik Axxcess 6Fr oraz drut prowadzący.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wyżej wymienionych pozycji.

Dotyczy pakiet nr 33 cewniki, układy oddechowe, katetery, zestawy medyczne, strzykawki i inne Lp 3,4,5 – – Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie Lp 3,4,5 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty, w postaci cewnika moczowodowego Flexima firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym, o poszczególnych końcach do wyboru: open tip i średnicy 4,5,6,7,8 Fr , cone Tip i średnicy 5,6,7,8 Fr, whistle Tip 4,5,6 Fr, olivier tip 4,5 Fr, spiral tip 5,6 Fr bądź Wedge Tip 5 Fr. Długości robocze – 70 cm. Każdy cewnik dostarczany jest z Hub'em iniekcyjnym. W skład zestawu wchodzą: cewnik z zakrzywioną końcówką, drut prowadzący 0,89mm z osłoną PTFE i końcówką Bentson, hub iniekcyjny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wyżej wymienionych pozycji.

Dotyczy nr 36 zestaw do nefrostomii, igła, kateter do usuwania złogów
Lp 1 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie Lp1 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty, w postaci zestawu do nefrostomii przezskórnej Pigtail firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym o średnicach zewnętrznych 8,3 oraz 10 Fr i długości roboczej 25 cm. W skład zestawu wchodzi: echogenna igła oraz cewnik wykonane z materiału flexima odpornego na zagięcia, cewnik flexima pigtail, metalową kaniulę usztywniającą z echogenną końcówką, echogenną igłę 18G zew. Śred. 1,270 mm/wew. Śred. 0,838 mm z sondą, echogenną igłę 21G zew. Śred. 0,813mm/wew. Śred 0,495 mm z sondą, drut prowadzący z końcówką „J" 0,97mm, sześć poszerzaczy (5Fr,6Fr,7,8,9,10 Fr), dren łączeniowy z odłączanym zaworem, skalpel jednorazowy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wyżej wymienionych pozycji.

144. Czy Zamawiający w pakiecie nr 14, poz. 1 wymaga papilotomu na prowadnik 0,035" z możliwością podania kontrastu bez usuwania prowadnika?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza wyżej opisanego papilotomu.

145. Dot. pakietu 25 poz. 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 11 drenu do ssaka z filtrem powietrznym – (dwa wkłady (filtry) i trzema zagiętymi końcówkami różnej długości 15 i 25 cm średnica drenu 7mm długość 300cm Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 11 drenu do ssaka z filtrem powietrznym – (dwa wkłady (filtry) i trzema zagiętymi końcówkami różnej długości 15 i 25 cm średnica drenu 7mm długość 300cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego drenu.

146. Dot. pakietu 25 poz.6
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 7mm, długość 200cm, dren z dwiema końcówkami żeńskimi i zatyczką zintegrowaną z drenem na jedną z końcówek.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego drenu.

147. Dot. pakietu 38
Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne w rozmiarach 28mm- zszywka otwarta 4,8mm, 29mm- zszywka otwarta 4,8mm, 31mm- zszywka otwarta 5mm oraz 33- zszywka otwarta 5mm, do wyboru przez Zamawiającego ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego staplera okrężnego.

148. Dot. pakietu 51 poz. 1,2
Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie ma-

gnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta wyżej opisanego oświadczenia.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza w SIWZ(część V ust. 4. pkt 5) ppkt 3 oświadczneie o treści oświadczenie producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli

149. Dot. pakietu 51 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i innych wymaganych informacji ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i innych wymaganych informacji.

150. Dot. pakietu 51

Czy zamawiający oczekuje aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej IIb i posiadały okres ważności 5 lat od daty produkcji ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej Iib i posiadały okres ważności 5 lat od daty produkcji.

151. dotyczące Pakietu nr 41, poz. 4-14 oraz 23

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji tj. kompresów, gazy oraz serwet z Pakietu nr 41 i utworzenie z nich osobnej części. Modyfikacja ta pozwoli większej ilości wykonawców przystąpić do postępowania, zwiększając tym samym jego konkurencyjność.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wymienionych pozycji i utworzenia z nich odrębnego pakietu.

152. Dotyczy pakietu nr 42, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie plastrów w najmniejszych opakowaniach handlowych tj. kopertki a' 3 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych plastrów.

153. Dotyczy pakietu nr 44, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie foli chirurgicznej bakteriobójczej w rozmiarze 66 cm x 60 cm lub 66 cm x 45 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie foli o rozmiarze 66 x 60 cm.

154. Dotyczy Pakietu 41 Poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatkowego elastycznego rękawa w rozmiarze 4 m (długość robocza, 1 m w stanie luźnym) lub w rozmiarze 25 m (długość robocza, 6 m w stanie luźnym)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego siatkowego elastycznego rękawa.

155. Dotyczy Pakietu 41 Poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy opatrunkowej w rozmiarze 90 cm x 1m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gazy opatrunkowej o rozmarze 90 cm x 1 m

156. Pakiet 45 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 27 x 30 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie foli w rozmiarze 27 x 30 cm.

157. Pakiet 45 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 45 x 57 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 45 x 57 cm,

158. Pakiet 45 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 55 x 87 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 55 x 87 cm,

159. Dotyczy Pakietu nr 21
POZ. 1 d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 4,0 mm L - 175 mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

POZ. 1 f Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 5,0 mm L - 175 mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

POZ. 1 h Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 6,0 mm L - 225 mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Grotowkrętów Schanza fi 6,0 mm L - 225 mm.

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirshnera L 300 mm tam gdzie jest wymagana dł 310 mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

POZ. 2n Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirshnera fi 2,3 mm L 150 mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

POZ. 2o Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirshnera fi 2,3 mm L 300 mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

POZ. 3d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Druty do wiązania odłamów L - 5 m fi 1,25 mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

POZ. 4 b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L – 150
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

POZ. 4 c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L – 175
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

POZ. 4 d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 225
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L – 225.

160. Dotyczy Pakietu nr 95
POZ. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki chirurgiczne Doyen, dł. 17,5 cm; odgięte
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych nożyczek.

POZ. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wziernik ginekologiczny Doyen, dł. 24 cm, wymiary części pracującej 115x35mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego wziernika.

POZ. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Skrobaczka ginekologiczna Recamier, dł. 36 cm; tępa, sztywna, szerokość 39,5mm lub Skrobaczka ginekologiczna Recamier, dł. 31 cm; tępa, sztywna, szerokość 23,5mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionej skrobaczki.

POZ. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak Collin, dł. 14,5 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania w/w Haka.

POZ. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak powłokowy Fritsch dł. 24 cm – część robocza 32x40mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w Haka.

POZ. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak powłokowy Fritsch dł. 25 cm – część robocza 40x60mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w Haka.

POZ. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki DEAVER ostro-tępe 14 cm/ 5 1/2
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowaniwe wyżej opisanych nożyczek.

161. Dotyczy Pakietu nr 23 zamieszczonego w formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ o poniżej treści:

Pakiet nr 23 Igły do stymulacji nerwów, kaniule, zestawy medyczne

Lp	Asortyment	Ilość na 12 m-cy	J.m
1	Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych,automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej.Filtr hydrofobowy na końcu drenu,długość drenu 180cm.	1200	szt
2	Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką "single shot" przy użyciu neurostymulatora, w pełni izolowana igła, igła ze szlifem 15, 25G 35mm	200	szt.
3	Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką "single shot" przy użyciu neurostymulatora, w pełni izolowana igła, igła ze szlifem 15, 25G 55mm	200	szt.
4	Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką "single shot" przy użyciu neurostymulatora, w pełni izolowana igła, igła ze szlifem 15, 23G 40lub 70mm	200	szt.
5	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą,eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu 25Gx88mm	800	szt
6	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą,eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu 27Gx88mm	200	szt
7	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych o atraumatycznym dwupłaszczyznowym szlifie 26Gx88mm	200	szt
8	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą,eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu 27Gx103mm	150	szt
9	Koreczki do kaniul kompatybilne z kaniulami	25000	szt.
10	Kaniula do wkłuć obwodowych 0,6x19mm,do kaniulacji małych i kruchych naczyń,bez portu górnego	200	szt.
11	Kaniula do wkłuć obwodowych 0,74x19mm,do kaniulacji małych i kruchych naczyń,bez portu górnego	250	szt.
12	Kaniula do wkłuć obwodowych poliuretanowa,0,9x25mm, z dodatkowym portem, igła z tylnym szlifem,zakończenie Luer -Lock, filtr hydrofobowy, z min. 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG	2000	szt.
13	Kaniula do wkłuć obwodowych poliuretanowa,1,1x33mm, z dodatkowym portem, igła z tylnym szlifem,zakończenie Luer -Lock, filtr hydrofobowy, z min. 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG	12000	szt.
14	Kaniula do wkłuć obwodowych poliuretanowa,1,3x45mm, z dodatkowym portem, igła z tylnym szlifem,zakończenie Luer -Lock, filtr hydrofobowy, z min. 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG	3500	szt.
15	Kaniula do wkłuć obwodowych poliuretanowa,1,5x45mm, z dodatkowym portem, igła z tylnym szlifem,zakończenie Luer -Lock, filtr hydrofobowy, z min. 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG	150	szt.
16	Kaniula do wkłuć obwodowych poliuretanowa 0,7x19mm, z dodatkowym portem, igła z tylnym szlifem,zakończenie Luer -Lock, filtr hydrofobowy, z min. 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG	1000	szt
17	Bezpieczna kaniula do wkłuć obwodowych,poliuretanowa 1,1x33mm, z dodatkowym portem,igła z tylnym szlifem,zaopatrzona w automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed zakłuciem się personelu,zakończenie Luer-Lock,filtr hydrofobowy z min.4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG.Korek portu bocznego z mechanizmem zatrzaskowym	3000	szt
18	Bezpieczna kaniula do wkłuć obwodowych,poliuretanowa 1,3x33mm, z dodatkowym portem,igła z tylnym szlifem,zaopatrzona w automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed zakłuciem się personelu,zakończenie Luer-Lock,filtr hydrofobowy z min.4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG.Korek portu bocznego z mechanizmem zatrzaskowym	1300	szt

19	Bezpieczna kaniula do wkłuć obwodowych,poliuretanowa 1,3x45mm, z dodatkowym portem,igła z tylnym szlifem,zaopatrzona w automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed zakłuciem się personelu,zakończenie Luer-Lock,filtr hydrofobowy z min.4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG.Korek portu bocznego z mechanizmem zatrzaskowym	400	szt
20	DIPACT- zestaw do dializy do dializatora firmy B/BRAVIVA z filtrami	30	szt.
21	Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z tchawicy	250	szt.
22	Zestaw infuzyjny z igłą Hubera 20G 20mm	5	szt.
23	Zestaw infuzyjny z igłą Hubera 22G 35mm	5	szt.

Pakiet 23, poz. 9
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Pakiet 23, poz. 10-11
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Pakiet 23, poz. 12-19
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Pakiet 23, poz. 12-19
Czy Zamawiający dopuści kaniule z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego?

Pakiet 23, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 0,8x25 mm, zamiast 0,9x25?

Pakiet 23, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,0x32mm, zamiast 1,1x33?

Pakiet 23, poz. 14
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,2x45mm, zamiast 1,3x45mm?

Pakiet 23, poz. 17
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,0x32mm, zamiast 1,1x33?

Pakiet 23, poz. 18
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,2x32mm, zamiast 1,3x33mm?

Pakiet 23, poz. 19
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,2x45mm, zamiast 1,3x45mm?

Pakiet 23, poz. 17-19
Czy Zamawiający dopuści kanilulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, z samozamykającym się korkiem portu

bocznego, z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem krwi, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec w rozmiarach 1,3 x 32 i 1,1 x 32?

Odpowiedź: Wpisany powyżej pakiet został omyłkowo wstawiony w formularzu cenowym, nie stanowi przedmiotu zamówienia, nie zostały dla niego określone w SIWZ minimalne warunki do spełnienia przez Wykonawców, w związku z czym Zamawiający nie udzieli odpowiedzi na powyższe pytania.

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Z DNIA 02.01.2017r .

znak sprawy: *L.* Dz. ZPDK/06/16/81

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonych w dniu 02.01.2017r na stronie nr 10.

Strona 10

Pod udzielonymi odpowiedziami wyznaczono nowy termin składania ofert na dzień 23.01.2017r.

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w podanym wyznaczonym terminie. W związku z poprawą omyłki na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 19.01.2017r.

XXXXX XXXXX XXXXX

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:

1. SIWZ część II pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 100 Pakietów z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego Pakietu”

2. SIWZ część VIII pkt 2 ppkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „(...) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dwie wykonane lub wykonywane dostawy tego samego rodzaju na kwotę:

Pakiet nr 33	4198,00 zł
Pakiet nr 33A	1756,00 zł

3. SIWZ część VIII pkt 2 ppkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: „informacja z banku (...) w kwocie co najmniej:

Pakiet nr 33	1679,00 zł
Pakiet nr 33A	703,00 zł

4. SIWZ część VIII pkt 2 ppkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie: „opłacona polisa (...) w wysokości co najmniej: (…)

Pakiet nr 33	4198,00 zł
Pakiet nr 33A	1756,00 zł

5. SIWZ część XII pkt ppkt 6 lit. a) „Oferta przetargowa" otrzymuje brzmienie: tabela - „(...) - nie otwierać do dnia **19.01.2017r.**. godz. 11:00".

6. SIWZ część XI pkt 6 lit. b) „Wadium przetargowe" otrzymuje brzmienie: tabela - „(...) - nie otwierać do dnia **19.01.2017r.**. Godz. 10:00".

7. SIWZ część XII pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć do **dnia 19.01.2017r.** do godz. 10:00 w Sekretariacie (pokój nr 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek Administracji, wejście B."

8. SIWZ część XII pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w Siedzibie Zamawiającego (adres jak w ust 4 część XIV SIWZ) w sali nr 17, **dnia 19.01.2017r.**. o godz. 11:00."

9. SIWZ część IX pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do **dnia 19.01.2017r.** o godz. 09:50. (...)"

10. SIWZ część XVI pkt 2 otrzymuje brzmienie: Wadium dla poszczególnych Pakietów wynosi:

Pakiet nr 33	84,00 zł
Pakiet nr 33A	35,00 zł

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR

/-/

mgr Małgorzata Ludzkowska