Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/11/19/214

Oborniki, dnia 12.11.2019r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/11/19

Dot. przetargu nieograniczonego na **zakup sprzętu medycznego: Centralnego Systemu Nadzoru Okołoporodowego, monitora do pomiarów hemodynamicznych, materaca zmiennociśnieniowego i głowicy Convex** ogłoszonego w dniu 05.11.2019r na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA II

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2018r, poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

PYTANIE NR 5

dotyczy pakietu nr 4 – głowica convex do aparatu USG DC8

Oryginalna, dedykowana głowica convex do aparatu Mindray DC-8 zawiera 128 elementów. Zamawiający wymaga min. 190. Czy Zamawiający dopuści oryginalną, dedykowaną głowicę o liczbie elementów 128, która posiada wymagany certyfikat CE i jest dopuszczona do pracy z aparatem Mindray DC-8?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga głowicy Convex C7-3E posiadającej **190 elementów.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska