Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/ 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/09/19/200

Oborniki, dnia 27.09.2019r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/09/19

Dot. przetargu nieograniczonego **na zakup sprzętu medycznego i endoprotez stawu biodrowego dla SP ZOZ w Obornikach**, ogłoszonego w dniu 13.09.2019r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytanie:

1. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 2 (kamera medyczna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery współpracującego z głowicą kamery o rozdzielczości 3 CCD Full HD (1920x1080p) oraz posiadającej możliwość dalszej rozbudowy do obsługi kamery 1 CMOS Full Hd?

Odpowiedź: Tak, Zamawiającego wyraża zgodę na zaoferowanie sterownika o wyżej opisanych parametrach.

2. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 4 (kamera medyczna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery wyposażonego w 4 porty USB w tym 2 na panelu czołowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterownika kamery wyposażonego w 4 porty USB w tym 2na panelu człowieka.

3. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 6 (kamera medyczna)

Czy Zamawiający dopuści możliwość archiwizacji zarówno zdjęć i filmów w standardzie Full HD typu .jpeg dla zdjęć oraz .mpeg4 dla filmów? Jest to najwyższy możliwy standard archiwizacji dla głowic kamery Full HD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość archiwizacji zarówno zdjęć i filmów w standardzie Full HD typu .jpeg dla zdjęć oraz .mpeg4 dla filmów.

4. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 11 (kamera medyczna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie możliwości obsługi menu kamery za pomocą medycznej klawiatury USB lub z poziomu przycisków na głowicy kamery?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie możliwości obsługi menu kamery za pomocą medycznej klawiatury USB lub z poziomu przycisków na głowicy kamery.

5. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 12 (kamera medyczna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy kamery wyposażona w 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanej głowicy.

6. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 13 (kamera medyczna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery posiadającego następujące tryby obrazowania ułatwiające pracę chirurga takie jak Clara,Chroma,Spectra A i Spectra B?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterownika posiadającego wyżej wymienione parametry.

7. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 14 (kamera medyczna)

Czy Zamawiający dopuści automatyczną kontrolę jasności w połączeniu ze źródłem światła typu LED? Funkcja nie wymaga dodatkowych elementów, natężenie źródła światła automatycznie dostosowuje się do aktualnych warunków operacyjnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza automatyczną kontrolę jasności w połączeniu ze źródłem światła typu LED.

8. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 16 (kamera medyczna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery umożliwiającego wybór profili użytkowników z poziomu głowicy kamery lub poprzez medyczną klawiaturę USB?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterownika kamery umożliwiającego wybór profili użytkowników na podanych wyżej poziomach.

9. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 17 (kamera medyczna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery umożliwiającego wybór powiększenia obrazu z poziomu głowicy kamery lub poprzez medyczną klawiaturę USB?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterownika kamery umożliwiającego wybór powiększenia obrazu z poziomu głowicy kamery lub poprzez medyczną klawiaturę USB.

10. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 18 (kamera medyczna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery gdzie wszelkie ustawienia wybierane z poziomu głowicy kamery lub poprzez medyczną klawiaturę USB?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterownika kamery gdzie wszelkie ustawienia wybierane są z poziomu głowicy kamery lub poprzez medyczną klawiaturę USB.

11. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 19 (kamera medyczna)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery z balansem bieli który automatycznie określa temperaturę koloru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterownika kamery z balansem bieli który automatycznie określa temperaturę koloru.

12. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 20 (kamera medyczna)

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ? Producent nie podaje takich szczegółowych danych w dostępnych materiałach.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga podania parametru, Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

13. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 21 (kamera medyczna)

Czy zamawiający dopuści głowicę kamery o konstrukcji umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi, montaż poprzez zbliżenie okularu optyki i umiejscowienie okularu optyki stosując ćwierć obrotu z mechanizmem powrotnym. Taki system powoduje pewność prawidłowego, bezpiecznego zapięcia optyki endoskopowej z głowicą kamery.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy o wyżej opisanych parametrach.

14. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 22 (kamera medyczna)

Czy zamawiający zrezygnuje z tego parametru gdyż jest on charakterystyczny tylko dla jednego producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z zapisu i modyfikuje zapis w załączniku nr 2.5 do SIWZ na zapis „NIE WYMAGANE" w Kolumnie „Wymagane wartości"

15. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 24 (kamera medyczna)

Czy Zamawiający dopuści obiektyw wbudowany w głowicę kamery o ogniskowej soczewki 15-31 mm i wbudowanym pierścieniu do regulacji ostrości obrazu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obiektywu o wyżej opisanych parametrach.

16. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 25 (kamera medyczna)

Czy Zamawiający dopuści głowicę kamery w najwyższym standardzie Full HD w formacie obrazowania 16:9, jasnością równą 1,17 lux (najlepsza dostępna na rynku)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

17. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 2 (Ledowe źródło światła)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła wykonanej w technologii laserowo-ledowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

18. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 3 (Ledowe źródło światła)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie temperatury barwowej 6000 K ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie temperatury barwowej 6000 K.

19. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 7 (Ledowe źródło światła)

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ? Producent nie podaje takich szczegółowych danych w dostępnych materiałach.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga podania parametru, Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

20. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 2 (Insuflator)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oddzielnego systemu oddymiania/ewakuacji dymu który jest aktywowany poprzez przycisk nożny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie oddzielnego systemu oddymiania/ewakuacji dymu który jest aktywowany poprzez przycisk nożny.

21. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 3,4,5,6 (Insuflator)

Czy zamawiający dopuści insuflator o niżej wymienionych parametrach :

Insuflator z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7" z oprogramowaniem w języku polskim. Maksymalny przepływ gazu 50 l/min. Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg

Insuflator wyposażony w 2 tryby pracy

Tryb pracy wysokoprzepływowy:

- regulacja przepływu w zakresie 1 - 50 l/min,
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg

Tryb pracy czuły:

- regulacja przepływu w zakresie od 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min,
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie insuflatora o wyżej opisanych parametrach.

22. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 7 (Insuflator)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów wyposażonych w spiralę grzejną, jednorazowych dostosowanych do wysokiego przepływu 50l/min o dł. 3 m w ilości 10 sztuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie drenów jednorazowych. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

23. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 10 (Insuflator)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie insuflatora z wbudowanym reduktorem gazu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie insuflatora z wbudowanym reduktorem gazu.

24. **dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 1-6 (Wózek aparaturowy)**

Czy zamawiający dopuści wózek medyczny mobilny aparaturowy mieszczący wszystkie urządzenia oferowanego zestawu wyposażony w cztery koła w tym 2 z blokadą z uchwytem do odwieszania głowicy kamery, z wysięgnikiem do płynów infuzyjnym oraz wyposażonym w uchwyt do butli z dwutlenkiem węgla, bez włącznika głównego który uruchamia wszystkie urządzenia zainstalowane na wózku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego wózka.

25. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 2 (optyki)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie optyki laparoskopowej o średnicy 5mm o długości 29 cm reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie optyki o średnicy 5mm i długości 29cm.

26. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 3 (optyki)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dedykowanych koszy do sterylizacji i transportowania optyk? Waga oraz rozmiar są bez znaczenia dla Zamawiającego.

Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 5 pozycji nr 3 (optyki) „Silikonowe uchwyty zapasowe do kosza do sterylizacji optyk, kompatybilne z posiadanymi koszami – 20 szt".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dedykowanych koszy do sterylizacji i transportowania optyk. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 3 z Pakietu nr 5.

27. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 1 (światłowody)

Czy zamawiający dopuści światłowód laparoskopowy o średnicy 4,8mm o dł. 300 cm, posiadający oznaczenie graficzne średnicy światłowodu na końcówce przyłącza od strony optykl, światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, autoklawowalny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego światłowodu.

28. dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 2 (światłowody)

Czy zamawiający dopuści światłowód laparoskopowy o średnicy 3,5 mm o dł. 300 cm, posiadający oznaczenie graficzne średnicy światłowodu na końcówce przyłącza od strony optyki, światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, autoklawowalny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego światłowodu.

29. dotyczy pakietu nr 5 dotyczy podpunktu „narzędzia"

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 – 17 (narzędzia) do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej dotyczącej toru wizyjnego z osprzętem i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

30. **dotyczy pakietu nr 5**

Czy w związku z tym że niektóre produkty oferowane przez Wykonawcę (typu wózek) nie są produktami medycznymi tj. nie posiadają deklaracji zgodności – czy Zamawiający dopuści w ofercie produkty oznaczone stawką Vat 23%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów oznaczonych stawką VAT 23%, w takim przypadku Zamawiający wymaga, aby w formularzu cenowym w danym Pakiecie dodać wiersze i wyszczególnić wszystkie elementy o innej stawce VAT niż 8%, podając ich ceny wg określonego w załączniku wzoru.

31. **dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy dla pakietu 5 w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z 7 dni do 14 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy dla Pakietu nr 5 w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z 7 na 14 dni.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapis:

1) w załączniku nr 2.5 do SIWZ w wymaganiach dotyczących „WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU" wydłużając termin naprawy do 14 dni, zapis będzie brzmiał: „Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie **14 dni** od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego"

2) w załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy §6 dodaje się powyższy zapis dla Pakietu nr 5 jako ust. 7.

32. **dotyczy pakietu nr 5**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dodaje w załączniku nr 2.5 do SIWZ w wymaganiach dotyczących „WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU" zapis o następującej treści: **pkt 10: Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty.**

Pakiet nr 3

Lampa zabiegowa ścienna

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą bez uchwytu brudnego jeśli można ją pozycjonować przy pomocy uchwytu sterylnego, uchwytu przy kopule lub bezpośrednio ustawiać obudowę kopuły w żądanym położeniu? Dodatkowy uchwyt brudny utrudniałby utrzymanie lampy w czystości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z kopułą bez uchwytu brudnego jeśli można ją pozycjonować przy pomocy uchwytu sterylnego, uchwytu przy kopule lub bezpośrednio ustawiać obudowę kopuły w żądanym położeniu.

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z natężeniem oświetlenia 70.000 lx w odległości 1 m, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z podanym natężeniem oświetlenia.

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o wgłębności oświetlenia L1+L2 równej 180 cm w odległości 1 metra, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o podanej wgłębności oświetlenia.

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o współczynniku odwzorowania barw Ra 95, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowania barw Ra 95

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej 4300 K, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o temperaturze barwowej 4300 K.

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% odbywa się płynnie, poprzez obrót uchwytu sterylnego? Pozwala to na regulację parametru ze strefy sterylnej, a jest rozwiązaniem bardziej niezawodnym od regulacji bezdotykowej.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy, w której regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% odbywa się płynnie, poprzez obrót uchwytu sterylnego.

39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z poborem mocy 23 W, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z poborem mocy 23W.

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o wadze 28 kg, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wadze 28 kg. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ „wzór umowy" §1 ust 4 pkt 1) Wykonawca zobowiązany jest m.in. do „dostawy,

MONTAŻU, uruchomienia i przekazania do eksploatacji aparatury składającej się na przedmiot zamówienia". W przypadku problemów z montażem Wykonawca we własnym zakresie wykonuje czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie lampy.

Pakiet nr 4

Lampa zabiegowa statywowa

41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą bez uchwytu brudnego jeśli można ją pozycjonować przy pomocy uchwytu sterylnego, uchwytu przy kopule lub bezpośrednio ustawiać obudowę kopuły w żądanym położeniu? Dodatkowy uchwyt brudny utrudniałby utrzymanie lampy w czystości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z kopułą bez uchwytu brudnego jeśli można ją pozycjonować przy pomocy uchwytu sterylnego, uchwytu przy kopule lub bezpośrednio ustawiać obudowę kopuły w żądanym położeniu.

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z natężeniem oświetlenia 70.000 lx w odległości 1 m, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z podanym natężeniem oświetlenia.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o wgłębności oświetlenia L1+L2 równej 180 cm w odległości 1 metra, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o podanej wgłębności oświetlenia.

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o współczynniku odwzorowania barw Ra 95, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowania barw Ra 95

45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej 4300 K, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o temperaturze barwowej 4300 K.

46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% odbywa się płynnie, poprzez obrót uchwytu sterylnego? Pozwala to na regulację parametru ze strefy sterylnej, a jest rozwiązaniem bardziej niezawodnym od regulacji bezdotykowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy, w której regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% odbywa się płynnie, poprzez obrót uchwytu sterylnego.

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z poborem mocy 23 W, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z poborem mocy 23W.

Pakiet nr 3

48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy o podanej temperaturze.

49. Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez czujnik umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i przeciwdziała zakażeniom krzyżowym. Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez czujnik umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz.

50. Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów po 3 diody białe)?
Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza lampy z wyżej opisaną ilością diod.

51. Proszę o podanie z jakiego materiału wykonana jest ściana na której będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź: Ściana wykonana jest z materiału GK.

52. Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź: W miejscu montażu obecnie wisi inna lampa, nowa zostanie zamontowana w tym samym miejscu.

53. Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odpowiedź: Tak w miejscu montażu wisi już lampa, którą Zamawiający chce wymienić.

54. Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod lampy na poziomie max 20 W? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy, której zużycie energii przez jednorodny zespół diod lampy na poziomie max 20 W.

55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 95 ? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowania barw Ra 95

56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny (nie zaburzający wiązki światła) umieszczony z boku czaszy do pozycjonowania lampą? W lampach tego typu i przy tak niewielkich rozmiarach czasz uchwyt sterylny jest w zupełności wystarczający do pozycjonowania lampą (czaszą).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej tylko w uchwyt sterylny umieszczony z boku czaszy do pozycjonowania lampą.

Pakiet nr 4

57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy o podanej temperaturze.

58. Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez czujnik umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i przeciwdziała zakażeniom krzyżowym. Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez czujnik umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz.

59. Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów po 3 diody białe)?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza lampy z wyżej opisaną ilością diod.

60. Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy, której zużycie energii przez jednorodny zespół diod lampy na poziomie max 20 W.

61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 95 ? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowania barw Ra 95

62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny (nie zaburzający wiązki światła) umieszczony z boku czaszy do pozycjonowania lampą? W lampach tego typu i przy tak niewielkich rozmiarach czasz uchwyt sterylny jest w zupełności wystarczający do pozycjonowania lampą (czaszą).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej tylko w uchwyt sterylny umieszczony z boku czaszy do pozycjonowania lampą.

63. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia.

Pakiet nr 3 lampa zabiegowa ścienna

64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną jedynie w wymienialny uchwyt sterylny zlokalizowany na kopule lampy, a nie posiadającą uchwytu brudnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy wyposażonej jedynie w wymienialny uchwyt sterylny zlokalizowany na kopule lampy.

65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w 12 diod LED i regulowanym natężeniu światła w odległości 1 m w zakresie 20 000 - 60 000 lux?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy wyposażonej w 12 diod LED i o podanym natężeniu światła.

66. Czy Zamawiający dopuści bezcieniową lampę zabiegową o wgłębności oświetlenia 70 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o podanym wgłębieniu oświetlenia.

67. Czy Zamawiający dopuści bezcieniową lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw Ra – 93?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowania barw Ra 93.

68. Czy Zamawiający dopuści bezcieniową lampę zabiegową, w której natężenie oświetlenia regulowane za pomocą panelu dotykowego zlokalizowanego na czaszy lampy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy w której natężenie oświetlenia regulowane za pomocą panelu dotykowego zlokalizowanego na czaszy lampy.

69. Czy Zamawiający dopuści bezcieniową lampę zabiegową o mocy wejściowej 50 W?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o mocy wejściowej 50W.

70. Czy Zamawiający dopuści bezcieniową lampę zabiegową ścienną o wadze 27 kg ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wadze 27 kg.

Pakiet nr 4 Lampa zabiegowa statywowa

71. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną jedynie w wymienialny uchwyt sterylny zlokalizowany na kopule lampy, a nie posiadającą uchwytu brudnego ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy wyposażonej jedynie w wymienialny uchwyt sterylny zlokalizowany na kopule lampy.

72. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w 12 diod LED i regulowanym natężeniu światła w odległości 1 m w zakresie 20 000 - 60 000 lux ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy wyposażonej w 12 diod LED i o podanym natężeniu światła.

73. Czy Zamawiający dopuści bezcieniową lampę zabiegową o wgłębności oświetlenia 70 cm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o podanym wgłębieniu oświetlenia.

74. Czy Zamawiający dopuści bezcieniową lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw Ra = 93?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowania barw Ra 93.

75. Czy Zamawiający dopuści bezcieniową lampę zabiegową, w której natężenie oświetlenia regulowane za pomocą panelu dotykowego zlokalizowanego na czaszy lampy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy w której natężenie oświetlenia regulowane za pomocą panelu dotykowego zlokalizowanego na czaszy lampy.

76. Czy Zamawiający dopuści bezcieniową lampę zabiegową o mocy wejściowej 50 W?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o mocy wejściowej 50W.

77. Czy Zamawiający dopuści bezcieniową lampę zabiegową ścienną o wadze 47 kg ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o wadze 47 kg.

Pakiet nr 6 Materac zmiennociśnieniowy

78. Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 2 opisu przedmiotu zamówienia dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o parametrach równych lub lepszych od opisanych poniżej:

Materac przeciwodleżynowy służący do leczenia odleżyn do III stopnia (według standardów organizacji European Pressure Ulcer Advisory Panel), przeznaczony dla pacjentów przebywających w pozycji leżącej co najmniej 15 godzin na dobę oraz dla pacjentów obarczonych średnim i wysokim ryzykiem pojawienia się odleżyn.

Wymiary rozłożonego materaca dostosowane do wymiarów standardowych łóżek szpitalnych: 200 x 80 x 12 cm. Limit wagi pacjenta do 145 kg. Materac wyposażony w zmywalny paroprzepuszczalny pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny oraz pompę dostosowująca ciśnienie w materacu do wagi pacjenta. System napełniania na przemian co trzeciej komory materaca, dzięki czemu zawsze co najmniej dwie komory są napełnione. Cykl napełniania komór: 6 minut.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca o wyżej opisanych parametrach.

Pakiet nr 3 lampa zabiegowa ścienna

79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, która z uwagi na swoją konstrukcję nie posiada uchwytu brudnego, lecz zgodnie z oczekiwaniem wyposażona będzie w wymienny, sterylizowany uchwyt? Oferowana lampa posiada bardzo kompaktowy kształt, a jej grubość (<8cm) pozwala na pewny chwyt na całym obwodzie czaszy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy wyposażonej w wymienny, sterylizowany uchwyt, opisanej powyżej.

80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o wyżej opisanych parametrach.

81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 13 źródeł światła LED umożliwiających uzyskanie natężenia oświetlenia w odległości 1m na poziomie 70 000 lux?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o wyżej opisanych parametrach.

82. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o wgłębności oświetlenia na poziomie 97cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie lampy o podanej wgłębności.

83. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw na poziomie Ra≥94?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowania barw Ra≥94.

84. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw na poziomie Ra≥95?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowania barw Ra≥95.

85. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o temperaturze barwowej na poziomie 4500°K?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o temperaturze barwowej na poziomie 4500°K.

86. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia oświetlenia realizowaną za pomocą przycisków na panelu sterowania na czaszy? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym będzie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z regulacją natężenia oświetlenia realizowaną za pomocą przycisków na panelu sterowania na czaszy.

87. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy na poziomie ≤32W?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o poborze mocy na poziomie ≤32W.

Pakiet nr 4 Lampa zabiegowa statywowa

88. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, która z uwagi na swoją konstrukcję nie posiada uchwytu brudnego, lecz zgodnie z oczekiwaniem wyposażona będzie w wymienny, sterylizowany uchwyt? Oferowana lampa posiada bardzo kompaktowy kształt, a jej grubość (<8cm) pozwala na pewny chwyt na całym obwodzie czaszy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy wyposażonej w wymienny, sterylizowany uchwyt, opisanej powyżej.

89. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o wyżej opisanych parametrach.

90. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 13 źródeł światła LED umożliwiających uzyskanie natężenia oświetlenia w odległości 1m na poziomie 70 000 lux?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o wyżej opisanych parametrach.

91. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o wgłębności oświetlenia na poziomie 97cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie lampy o podanej wgłębności.

92. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw na poziomie Ra≥94?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowania barw Ra≥94.

93. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw na poziomie Ra≥95?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowania barw Ra≥95.

94. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o temperaturze barwowej na poziomie 4500°K?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o temperaturze barwowej na poziomie 4500°K.

95. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia oświetlenia realizowaną za pomocą przycisków na panelu sterowania na czaszy? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym będzie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z regulacją natężenia oświetlenia realizowaną za pomocą przycisków na panelu sterowania na czaszy.

96. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy na poziomie ≤32W?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o poborze mocy na poziomie ≤32W.

Pakiet nr 6

97. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o rozmiarze 195x85x13cm, wysokość terapeutyczna powietrza 13 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania materaca i wyżej opisanych parametrach.

Pakiet nr 3 lampa zabiegowa ścienna

98. dot. pkt 12, 13, 15,

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przedstawione w specyfikacji parametry są parametrami minimalnymi oraz czy dopuści lampę zabiegową renomowanego Niemieckiego producenta o parametrach wyższych tj.. lepszych?

Odpowiedź: Podane przez Zamawiającego parametry są minimalne. Zamawiający nie może udzielić pełnej odpowiedzi na zapytanie z uwagi na fakt, że pytanie jest zbyt ogólne i nie podaje konkretnych wartości liczbowych.

99. dot. pkt 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy renomowanego niemieckiego producenta o parametrze Ra równym 95 oraz R9 (odwzorowanie barwy czerwonej) równym 96. Tak niewielka różnica nie wpływa na użytkowanie lampy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o parametrze Ra równym 95 oraz R9 równym 96.

100. dot. pkt 16

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób działa bezdotykowa regulacja natężenia oraz dopuszczenie regulacji realizowanej przy pomocy przełącznika obrotowego przy czaszy lampy.

Odpowiedź: Lampa posiada czujnik, który po przybliżeniu dłoni automatycznie ustawia żądane przez operatora natężenie światła. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z regulacją realizowaną przy pomocy przełącznika obrotowego przy czaszy lampy.

101. dot. pkt 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o poborze mocy do 40W. Wyższy pobór mocy uzasadniony jest wyższymi (tj.. lepszymi) parametrami lampy takimi jak maksymalne natężenie czy wgłębność oświetlenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie lampy o poborze mocy do 40W.

102. dot. pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści lampę o wadze 17 kg z dodatkową ewentualną konstrukcją płyty montażowej między sufitem właściwym, a podwieszanym o wadze do 10 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wyżej podanej wadze.

103. Pytanie nr 6

Prosimy Zamawiającego o podanie następujących informacji związanych z montażem lampy:

1. Wysokość sufitu właściwego
2 .Wysokość sufitu podwieszanego
3. Rodzaj stropu

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 52.

Pakiet nr 4 Lampa zabiegowa statywowa

104. dot. pkt 12, 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przedstawione w specyfikacji parametry 12 i 15 są parametrami minimalnymi oraz czy dopuści lampę zabiegową renomowanego niemieckiego producenta o parametrach wyższych tj.. lepszych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 98.

105. dot. pkt 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy renomowanego niemieckiego producenta o parametrze Ra równym 95 oraz R9 (odwzorowanie barwy czerwonej) równym 96. Tak niewielka różnica nie wpływa na użytkowanie lampy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o parametrze Ra równym 95 oraz R9 równym 96.

106. dot. pkt 16

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób działa bezdotykowa regulacja natężenia oraz dopuszczenie regulacji realizowanej przy pomocy przełącznika obrotowego przy czaszy lampy.

Odpowiedź: Lampa posiada czujnik, który po przybliżeniu dłoni automatycznie ustawia żądane przez operatora natężenie światła. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z regulacją realizowaną przy pomocy przełącznika obrotowego przy czaszy lampy.

Pakiet nr 3 lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę lampę zabiegową ścienną o poniższym opisie:

107. Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa na zawieszeniu ściennym. Zawieszenie posiada osłonę zakrywającą płytę montażową i wszystkie przyłącza elektryczne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o opisanym zawieszeniu.

108. Ramię kopuły złożone z 2 części - ramie poziome zapewniające obrót lampy w zakresie 180 stopni, ramię równoważące zapewniające ruch kopuły w osi pionowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy, której ramię kopuły złożone z 2 części.

109. Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającego dokładne pozycjonowanie lampy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy, której regulacja możliwa jest dzięki uchwytowi przy kopule.

110. Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o okrągłym kształcie.

111. Średnica kopuły do 30 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o średnicy kopuły do 30 cm.

112. Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o możliwości obrotu kopuły względem osi pionowej.

113. Ilość źródeł światła - 3 (tylko białe diody LED).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o ilość źródeł światła - 3 (tylko białe diody LED).

114. Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o zastosowaniu techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy.

115. Natężenie oświetlenia w odległości 1m: 30.000 lux

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o podanym natężeniu oświetlenia.

116. Współczynnik odwzorowania barw Ra 93.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o podanym współczynniku odwzorowania barw.

117. Temperatura barowa : 4.500 K.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o temperaturze barowej 4500K.

118. Pobór mocy poniżej 20 W.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o poborze mocy poniżej 20W.

119. Waga do 20kg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wadze do 20 kg.

120. Żywotność źródła światła powyżej 60.000 godz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o żywotności źródła światła poniżej 60 000 godzin.

121. Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: II

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania lampy w I klasie zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym.

122. Lampa spełniająca wymogi norm EN 60601-1 oraz EN 60601-1-2

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania lampy spełniającej powyższe wymogi.

Pakiet nr 4 Lampa zabiegowa statywowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową statywową o poniższym opisie:

123. Lampa zabiegowa na statywie jezdnym – statyw z 4 kołami (2 koła z hamulcem).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy na statywie jezdnym z 4 kołami (2 koła z hamulcem).

124. Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy, której regulacja możliwa jest dzięki uchwytowi przy kopule.

125. Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o okrągłym kształcie.

126. Średnica kopuły do 30 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o średnicy kopuły do 30 cm.

127. Kopuła wyposażona w uchwyty brudne

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy wyposażonej w uchwyty brudne.

128. Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy wyposażonej w sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie).

129. Ramię poruszając się w pionie dzięki sprężynowanemu systemowi równoważącemu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy, której ramię porusza się w pionie dzięki sprężynowanemu systemowi równoważącemu.

130. Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o możliwości obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej.

131. Ilość źródeł światła – 7 (tylko białe diody LED).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o ilość źródeł światła - 7 (tylko białe diody LED).

132. Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o zastosowaniu techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy.

133. Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o podanym natężeniu oświetlenia.

134. Wgłębność: min 120 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o podanym wgłębności oświetlenia.

135. Współczynnik odwzorowania barw Ra 95

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowania barw Ra 95.

136. Temperatura barwowa: 4.500 K.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o temperaturze barowej 4500K.

137. Płynna regulacja natężenia oświetlenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o płynnej regulacja natężenia oświetlenia.

138. Pobór mocy 30W

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o poborze mocy 30W.

139. Waga do 30 kg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o wadze do 30 kg.

140. Żywotność źródła światła do 50.000 godz

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o żywotności źródła światła do 50 000 godzin.

141. Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania lampy o I klasie zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym.

142. Lampa spełniająca wymogi norm EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania lampy spełniającej powyższe wymogi.

143. **Dotyczy opisu i zestawienia warunków i parametrów technicznych poszczególnych wyrobów:**
Biorąc pod uwagę, że okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny, czy nie zaistniała pomyłka w zapisie warunków gwarancji i serwisu dla poszczególnych pakietów, który brzmi: „gwarancja max 12 m-cy... podać?

Odpowiedź: Nie, nie nastąpiła omyłka w zapisie. Ocena będzie dokonywana na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę liczbę miesięcy nie dłużej niż 12 m-cy, proporcjonalnie wg wzoru określonego w SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 3 lampa zabiegowa ścienna
(opis i zestawienie warunków i parametrów technicznych):

144. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w uchwyt sterylny służący do pozycjonowania lampy umieszczony centralnie, jak na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 4, 8



Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w uchwyt sterylny służący do pozycjonowania lampy umieszczony centralnie.

145. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której uchwyt brudny znajduje się poza czaszą (nad panelem do sterowania, jak pokazano na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 7



Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy w której uchwyt brudny znajduje się poza czaszą.

146. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły 35cm? – dotyczy l.p. 6

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania lampy o średnicy kopuły 35cm.

147. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o wgłębności 1400mm? – dotyczy l.p. 13

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania lampy o wgłębności 1400mm.

148. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku Ra=95? – dotyczy l.p. 14

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania lampy o współczynniku Ra=95.

149. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o temperaturze barwowej 4300 lub 4800K? – dotyczy l.p. 15

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania lampy o temperaturze barwowej 4300 lub 4800K.

150. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z regulacją temperatury barwowej dotykowo za pomocą przycisków membranowych na panelu sterowania? – dotyczy l.p. 16

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania lampy z regulacją temperatury barwowej dotykowo za pomocą przycisków membranowych na panelu sterowania.

151. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o mocy maksymalnej 25 W? – dotyczy l.p. 17

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowania lampy o mocy maksymalnej 25 W.


152. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o wadze około 40kg? – dotyczy l.p. 18

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy o wadze 40 kg.

Dotyczy pakietu nr 4 lampa zabiegowa statywowa

(opis i zestawienie warunków i parametrów technicznych):

153. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w podstawę jak na poniższej wizualizacji wyposażonej w 5 kółek (co najmniej trzy z blokadą)? - dotyczy l.p. 2



Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w podstawę jak na poniższej wizualizacji wyposażonej w 5 kółek (co najmniej trzy z blokadą).

154. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w uchwyt sterylny służący do pozycjonowania lampy umieszczony centralnie, jak na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 3, 7



Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w uchwyt sterylny służący do pozycjonowania lampy umieszczony centralnie.

155. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której uchwyt brudny znajduje się poza czaszą (nad panelem do sterowania, jak pokazano na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 6



Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy w której uchwyt brudny znajduje się poza czaszą.

156. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły 35cm? – dotyczy l.p. 5
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły 35cm.

157. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o wgłębności 1400mm? – dotyczy l.p. 13
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania lampy o wgłębności 1400mm.

158. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku Ra=95? – dotyczy l.p. 14
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania lampy o współczynniku Ra=95.

159. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o temperaturze barwowej 4300 lub 4800K? – dotyczy l.p. 15
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania lampy o temperaturze barwowej 4300 lub 4800K.

160. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z regulacją temperatury barwowej dotykowo za pomocą przycisków membranowych na panelu sterowania? – dotyczy l.p. 16
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania lampy z regulacją temperatury barwowej dotykowo za pomocą przycisków membranowych na panelu sterowania.

161. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o mocy maksymalnej 25 W? – dotyczy l.p. 17
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania lampy o mocy maksymalnej 25 W.

162. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o wadze około 40kg? – dotyczy l.p. 18
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgody na zaoferowanie lampy o wadze 40 kg.

163. **dotyczy pakietu nr 5 - wzoru umowy:**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy § 4 ust. 2 na: „2.Strony ustalają, że płatność będzie realizowana przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie **30 dni liczonych** od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego lub w przypadku **Pakietu nr 5: I rata 180 000,00 zł płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego i II rata płatna do dnia 30 czerwca 2020r."?**
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy w § 4 ust. 2.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 3 – LAMPA ZABIEGOWA ŚCIENNA

PAKIET NR 4 – LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA

164. Dot. Pkt. 5, 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową z oprawą o zaokrąglonym kształcie i wymiarach 23x33 cm przedstawioną na poniższej fotografii co jest parametrem równoważnym do wymaganego?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o wyżej opisanych parametrach.

165. **Dot. Pkt. 10**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową z oprawą z matrycą diodową złożoną z 6 punktów LED która charakteryzuje się lepszymi parametrami światła?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o wyżej opisanych parametrach.

166. Dot. Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową której temperatura barwowa jest równa 4350K?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o temperaturze barowej 4350K.

167. Dot. Pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową której moc maksymalna jest równa 28W co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o wyżej opisanych parametrach.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

1. Część XI pkt 6 SIWZ jest:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/09/19– na zakup sprzętu medycznego i endoprotez stawu biodrowego dla SP ZOZ w Obornikach w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr pakietu na który złożono ofertę) **– nie otwierać do dnia 01.10.2019r. do godz. 11.00**

Powinno być:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/09/19– na zakup sprzętu medycznego i endoprotez stawu biodrowego dla SP ZOZ w Obornikach w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr pakietu na który złożono ofertę) **– nie otwierać do dnia 03.10.2019r. do godz. 11.00**

2. Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, Część XII pkt 1 SIWZ jest:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć **do dnia 01.10.2019r. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

Powinno być:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XII SIWZ należy złożyć **do dnia 03.10.2019r. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

3. Część XII pkt 4 SIWZ jest:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 01.10.2019r. o godz. 11:00.**

Powinno być:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 03.10.2019r. o godz. 11:00.**

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki:

1. Załącznik nr 2.5 do SIWZ
2. Załącznik nr 5 do SIWZ

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Marta Sak