Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/04/23/64 Oborniki, dnia 20.04.2023r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/04/23

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych dla SP ZOZ w Obornikach,** ogłoszonego w dniu 17.03.2023r na stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz Platformie ezamowienia.gov.pl

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2022r, poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.2) Rozwieracz o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.3) Rozwieracz o dł. 210mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.4) Rozwieracz o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.5) Podważka o szer. 5mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.9) Odgryzacz Friedmann o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.10) Szczypce o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.24) Kleszcze Friedmann o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

8. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.25) Kleszcze o dł. 170mm, fig.1A, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.32) Miska o poj. 0,4l i wym. 110x55mm, funkcjonalnie identyczna.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

10. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.33) Retraktor o dł. 210mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

11. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.34) Retraktor o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

12. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.35) Retraktor o wym. łopatki 40x35mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

13. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.36) Retraktor o wym. łopatki 39x30mm i dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

14. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.38) Retraktor o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

15. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.42) Pęseta chirurgiczna lub kleszczyki Kocher o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

16. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.43) Mata o wym. 240x220mm, funkcjonalnie identyczna.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.44) Klipsy Bunt, funkcjonalnie identyczne lub klipsy Mayo z kulką o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

18. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.45) Klipsy Mayo o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

19. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.50) Kleszczyki o dł. 160mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.63,64) Nożyczki o nazwie własnej Metzenbaum, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.65) Nożyczki o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

22. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.84) Młotek o dł. 240mm, waga 800g, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

23. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.94) Kleszcze o nazwie własnej Bircher, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

24. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.96) Kleszcze o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

25. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.97) Kleszcze o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

26. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.98,99) Kosz z pokrywą jako jedna pozycja o wym. 125x267x50mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

27. Pakiet nr 80- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne Poz.100,101,102,103) Z uwagi na fakt, że pozycje są możliwe do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie ich z pakietu i utworzenie nowego, odrębnego. Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyłączy pozycji z pakietu.

28. Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz trwającą wojną na Ukrainie i problemy związane z brakiem stali chirurgicznej na rynku, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 80 do min. 35 dni i max. 90 dni.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydłuży terminu dostawy.

29. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na w/w zapis, jednakże nie doda nowego zapisu w umowie..

30. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% od wartości brutto zamówionego towaru liczonego za każdy dzień zwłoki za odmowę dostarczenia i nie dostarczenie go w terminie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego towaru, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego Wykonawcy. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca.

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 1.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 10% niezrealizowanej wartości Pakietu brutto. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji umowy w tym zakresie.

31. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% od wartości brutto zamówionego towaru liczonego za każdy dzień zwłoki za odmowę dostarczenia i nie dostarczenie go w terminie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego towaru, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego Wykonawcy. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca.

32.b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 1 000,00. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji umowy w tym zakresie.

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust. 3/4; dot. um. Udostępnienia)

Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy pozostaje przy swoim wzorze umowy udostępnienia.

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 8 i 9 z pakietu 14? Produkty te zostały wycofane z produkcji. Pozytywna podpowiedź Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostałe pozycje z pakietu 14.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę produktu po ostatniej cenie oraz podanie informacji o niedostępności pozycji.

35. Czy Zamawiający w pozycji 11 (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta) dopuści zestaw do punkcji opłucnej z jedną strzykawką 30 ml? pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

36. dot. opisu przedmiotu zamówienia- pakiet 67 pozycja 1:
Opaski identyfikacyjne na rękę w rolkach do drukarki GK 420 T wymagane przez Zamawiającego w pozycji 1 charakteryzują się wymiarami 25,4mm x 279,4mm.
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o wymiarach 25,4mm x 279,4mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

37. dot. opisu przedmiotu zamówienia- pakiet 67 pozycja 2:
Opaski identyfikacyjne na rękę w rolkach do drukarki GK 420 T wymagane przez Zamawiającego w pozycji 2 charakteryzują się wymiarami 50,8mm x 177,8mm.
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o wymiarach 50,8mm x 177,8mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

38. Pakiet nr 85 POZ. I 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 5,0 mm L - 175 mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

39. Pakiet nr 85 POZ. IV 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L – 150
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

40. Pakiet nr 85 POZ. IV 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L – 175
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

41. Pakiet nr 85 POZ. IV 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L – 225
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

42. PAKIET NR 6 -Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 dopuści cewniki o rozmiarach 11,5 Fr?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

43. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet 60
Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi lub oznaczeniem na opakowaniu wężyka? Pragniemy zaznaczyć, że wymóg

Zamawiającego, aby wyroby medyczne do podawania kontrastu były bez zawartości ftalanów (DEHP) jest istotny i uzasadniony dobrem pacjentów. Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichlorku winylu (PCV) – termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego. Ftalany (DEHP) uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP.

44. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet 60, poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pacjenta posiadał dwa zawory zwrotne i aby było to potwierdzone przez producenta wyrobu medycznego (np. w oryginalnej instrukcji obsługi).
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

45. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet 60
Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem"
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

46. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet 60
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu, nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza. Prosimy o potwierdzenie nazwy modelu wstrzykiwacza.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

47. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet 60
Prosimy o wskazanie modelu wstrzykiwacza (nie TOMOGRAFU) jaki posiada Zamawiający.
Informacja jest niezbędna w celu zaoferowania kompatybilnych wężyków z danym sprzętem, który posiada Zamawiający.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada wstrzykiwacz URLICH CT MOTION – GmbH&Co.KG.

48. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet 60, poz. 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

49. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet 60, poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 150 cm wynosiła dokładnie 7,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 7,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

50. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet 60, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wężyk do pompy strzykawki automatycznej XD 8151. Jednocześnie informujemy, że wężyk pompy XD 8151 jest kompatybilny z wstrzykiwaczem ulrich CT Motion oraz został zatwierdzony przez producenta wstrzykiwacza ulrich GmbH&Co.KG.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

51. Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy, § 3, ust. 2
Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego".
Odpowiedź: Tak, Zamawiający doda w/w zapis.

52. Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy, §5, ust. 1
Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji w tym zakresie.

53. Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór umowy, § 3, ust. 5 Osobą odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest.....

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na podanie działu lub stanowiska osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie realizacji umowy. Prośbę motywujemy faktem, iż w związku z stanem epidemicznym pracujemy w również trybie pracy zdalnej i będzie to obecnie utrudnione, aby wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

54. Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór umowy, § 1, ust. 2

Prosimy Zamawiającego o informację, czy nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ obecnie obowiązuje ustawa z dnia 07.04.2022 o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprawi omyłkę pisarską.

55. Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór umowy – waloryzacja.

Prosimy o dopisanie zapisów o waloryzacji.

- Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
- Pierwsza waloryzacja dokonywana zostanie nie wcześniej niż 6 miesięcy od zawarcia umowy i będzie obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za okres (uwzględniający pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został Wskaźnik), który upłynął od dnia zawarcia Umowy. Kolejne waloryzacje dokonywane będą nie częściej niż raz na 6 miesięcy, w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. Zmiana Wskaźnika w stosunku do jego wartości z ostatniej waloryzacji nie więcej niż o 1,5 % nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wartości wynagrodzenia umownego.
- Waloryzacja następuje na wniosek drugiej Strony.
- W wyniku dokonania waloryzacji, odpowiedniej zmianie ulega wynagrodzenie określone w § 4 umowy. Strony sporządzają aneks do umowy potwierdzający zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, przy czym zmiany te mają skutek od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu, dla którego Wskaźnik brany był pod uwagę przy waloryzacji.
- Łączna wartość korekt (wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego) wynikająca z waloryzacji nie przekroczy +/- 10 % wynagrodzenia umownego.
- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dodaje we wzorze umowy §6 ust.4) nadając mu następujące brzmienie:

„5) Zmiana dotycząca waloryzacji może być wprowadzona na podstawie art. 439 ustawy Pzp w przypadku udokumentowanego, indywidualnego wniosku dotyczącego wzrostu kosztów Wykonawcy. Jednakże wzrost nie może być wyższy nie określony w art. 17 Ustawy Budżetowej prognozowany wskaźnik od towarów i usług.

56. Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór umowy, § 5

Zgodnie z § 436 ust. 3) „Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony" ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 prosimy o dopisanie zapisu do § 5 umowy : „Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy (danej części). Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego przewyższającego kary umowne."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmodyfikuje wzoru umowy w tym zakresie.

57. Dotyczy SWZ: Rozdział XI Przygotowanie oferty, punkt 1., Podpunkt c)

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

58. Dot. pak. 40

Ze względu na to, że klipsy polimerowe w rozmiarze XXL są pakowane po 8 magazynków zawierających 4 szt klipsów opakowaniu a klipsy XL po 20 magazynków zawierających 6 szt klipsów w zasobniku i mają inną cenę wnosimy o podanie w pozycji 3 szczegółowo ile Zamawiający oczekuje opakowań klipsów w rozbiciu na rozmiar i pozycje np. pozycja 3 a) XL-2op i pozycja b) XXL-1op

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokona modyfikacji określając ilość XL – 2 op, XXL – 4 op.

59. Pakiet 82

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski zaciskowej na udo o rozmiarach 85x14cm zamiast 85x16cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

60. Zapytania dot. zapisów wzoru umowy:

Załącznik 6

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5 ust. 1 lit b zmiana na: „Z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości pakietu nie więcej niż 2000zł"?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy stwierdzić, że kwotowe naliczanie kar umownych może doprowadzić do sytuacji, iż kara umowna może przekroczyć wartość zamówienia częściowego.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353^1k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy". Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmieni kar umownych.

61. Pakiet 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szerokość ostrza 3,6 cm i szerokość ostrza wraz z obudową 4 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

62. Pakiet 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści golarkę objętą stawką 23% VAT?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

63. Pakiet 51, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szerokość ostrza 4,3 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

64. Pakiet 51, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

65. Pakiet 54, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o wymiarach 80x50x37 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

66. Pakiet nr 32

Pozycja 2 – 3. – zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku spełniającego wymogi SWZ, który w swoim składzie zawiera poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB. SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójczych. W konsekwencji działanie opatrunku, obojętne dla zdrowych i nowopowstałych tkanek, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej oraz niepożądanych skutków związanych z cytotoksycznością powstałą w wyniku agresywnego działania środków bakteriobójczych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

67. Pakiet nr 32

Pozycja 10. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywny opatrunek wykonany z mikrokapilarnej pianki poliuretanowej z warstwą kontaktowego hydrożelu. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest wodoodporną folią poliuretanową, chroniącą ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, nie utrudnia jednak przepływu powierza i pary wodnej. Przeznaczony do zaopatrywania ran w okolicy kości krzyżowej i dodatkowo wyposażony w samoprzylepną krawędź mocującą. W rozmiarze 18 cm x 18 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

68. Pakiet nr 32

Pozycja 12. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywny opatrunek wykonany z mikrokapilarnej pianki poliuretanowej z warstwą kontaktowego hydrożelu. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest wodoodporną folią poliuretanową, chroniącą ranę przed wnikaniem drobnoustrojów

chorobotwórczych, nie utrudnia jednak przepływu powierza i pary wodnej. Opatrunek przeznaczony do zaopatrywania ran w miejscach zaokrąglonych z wypukłościami tak jak pięta, łokieć. W rozmiarze 18 cm x 18,5 cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

69. Pakiet nr 32

Pozycja 14. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek w opakowaniu po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę tj. 8?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 sztuk, jednakże z odpowiednik przeliczeniem. Zgodnie z SWZ rozdz. III ust. 3. Należy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku tak żeby ich ilość odpowiadała ilości zamawianego asortymentu.

70. Pakiet nr 32

Pozycja 14. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek w opakowaniu po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę tj. 8?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

71. Pakiet nr 32

Pozycja 19. – W związku z dostosowanie się do nowych przepisów MDR i ze względu na przeznaczenie, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek będących wyrobem użytkowym – niemedycznym, tym samym obowiązuje je stawka Vat 23%?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

72. Pakiet nr 27

Pozycje 1-3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego, elastycznego rękawa opatrunkowego o długości 25m w stanie nierozciągniętym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

73. Pakiet nr 27

Pozycje 4-5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazę pakowaną pojedynczo?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

74. Pakiet nr 27

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej 13 nitkowej o szerokości 90 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

75. Pakiet nr 27

Pozycja 18 i 19. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o długości 5 metrów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. odpowiednio: poz. 18 – 1 120 sztuk i poz. 19 – 4 240 sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

76. Pakiet nr 27

Pozycja 22 i 23. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaskę gipsową o czasie wiązania 2-4 minut – pozostałe parametry spełnione?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

77. Pakiet nr 27

Pozycja 26. – W związku z dostosowanie się do nowych przepisów MDR i ze względu na przeznaczenie, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty celulozowej będącej wyrobem użytkowym – niemedycznym, tym samym obowiązuje stawka Vat 23%?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

78. Czy w pakiecie Nr 39 Zamawiający mógłby potwierdzić ilość testów na 12-mcy. Czy podana liczba 10 szt. odnosi się do liczby testów czy zestawów np. 10 zestawów x 10 testów ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 10 sztuk testów.

79. Pakiet nr 95 Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego

Czy Zamawiający dopuści silikonową, jednoczęściową protezę stawu śródstopno-paliczkowego - dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 3 rozmiarach. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego oraz mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych.
Zestaw do MTPI zawiera dodatkowo jednorazowy sterylny przymiar służący do oceny wielkości implantu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

80. Czy Zamawiający w pozycji 1,2 pakiet 6 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 11 Fr i 13 Fr i długościach:

dla pozycji 1 – 15 cm

dla pozycji 2 – 20 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J" 0,89 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

81. Pakiet 10, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

82. Pakiet 10, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

83. Pakiet 11, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach:

- uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
- Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem
- Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie
- Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu
- Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)
- 15 μm filtr płynu

- Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
- Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwnym
- Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h
- Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku
- Opakowanie typu blister
- Wolny od ftalanów
- Opakowanie zbiorcze 200

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

84. Pakiet 11, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach:

- Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 300 ml/hDługość drenu 180 cm.
- Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji.
- Możliwość obsługi jedną ręką.
- Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.
- Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.
- Zakończenie dreny luer lock.
- Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu.
- Jednokrotnego użytku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

85. Pakiet 15, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach:

Zapobiega przedostawaniu się powietrza,

zatrzymuje się automatycznie

Nowa era terapii infuzyjnej

- ✓ Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.
- ✓ Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.
- ✓ Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.
- ✓ Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).
- ✓ Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłonie, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.
- Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

• Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.

✓ Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

✓ Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

✓ Posiada komorę kroplową , której cześć z kolcem wykonana jest ze sztywnego , w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)

✓ Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

✓ Objetość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

✓ Długość drenu: 180 cm

✓ Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

86. Pakiet 15, poz. 16-18

Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
14G	Orange	270	2.10	45
16G	Grey	200	1.80	45
17G	White	126	1.40	45
18G	Green	85	1.30	32
18G	Green	85	1.30	45
20G	Pink	55	1.10	32
22G	Blue	33	0.90	25
24G	Yellow	18	0.70	19

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

87. Pakiet 15, poz. 11-18

Proszę o dopuszczenie kaniul z samodomykającym się koreczkiem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

88. Pakiet 15, poz. 11-18

Proszę o dopuszczenie kaniul z koreczkiem bez sytemu obrotu o 180 stopni

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

89. Pakiet 15, poz. 11-15

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

90. Pakiet 15, poz. 20

Proszę o dopuszczenie portu z podwójnym drenem o długości 3 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

91. Pakiet 15, poz. 20

Proszę o dopuszczenie portu z podwójnym drenem o długości całego zestawu 9 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

92. Pakiet 15, poz. 21

Proszę o dopuszczenie portu z potrójnym drenem o długości 3 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

93. Pakiet 15, poz. 21

Proszę o dopuszczenie portu z potrójnym drenem o długości całego zestawu 9 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

94. Pakiet 15, poz. 2-8, 22-28

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

95. Pakiet nr 75 Stapler liniowy i akcesoria Poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową, uniwersalną rękojeść staplera endoskopowego przeznaczoną do ładunków wykonujących zespolenie o długości 30, 45 lub 60 mm, posiadającą jedną rękojeść zamykająco-spustową z możliwością grasperowania. Rotacja 360 stopni, artykulacja w ładunku do 45 stopni non-stop w obie strony, pokrętło artykulacji na górze staplera. Długość ramienia 16 lub 26 cm bez ładunku, 26,5 lub 36,5 cm z ładunkiem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

96. Pakiet nr 75 Stapler liniowy i akcesoria Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek liniowy z nożem, do staplera endoskopowego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 mm; mocowany do trzonu staplera. Wysokość zszywki otwartej 4,2 mm do tkanki pośredniej – złoty, po zamknięciu
wysokości zszywki 1,8 mm; ilość zszywek w magazynku 90?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

97. Pakiet nr 75 Stapler liniowy i akcesoria Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco – tnący, system blokady bezpieczeństwa. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B z możliwością 8 krotnego użycia, długość linii cięcia 82,9 mm, długość linii szwów 85,1mm, wysokość zszywki otwarte 3,8 mm tkanka standardowa lub 4,8 mm tkanka gruba po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek w opakowaniu – 84?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

98. Pakiet nr 75 Stapler liniowy i akcesoria Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy magazynek do liniowego staplera tnącego 80 mm, niebieski, liczba rzędów zszywek - 4, rodzaj tkanki standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm; wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

99. Pakiet nr 75 Stapler liniowy i akcesoria Poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy magazynek do liniowego staplera tnącego 80 mm, niebieski, liczba rzędów zszywek - 4, rodzaj tkanki gruba, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm; wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

100. Pakiet nr 75 Stapler liniowy i akcesoria Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny do zespolenia jelit,
w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32 mm, do wyboru Zamawiającego na etapie składania zamówienia?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

101. Pakiet nr 75 Stapler liniowy i akcesoria Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z wymiennymi ładunkami, z podwójną linią tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiadający zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera, oraz wskaźnik, zszywki zamykają się w kształt litery B, z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Wysokość zszywki 3,5 lub 4,8mm po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Ilość zszywek 15 lub 21 lub 33, co odpowiada staplerom w rozmiarach 45 ; 60 lub 90 mm, długość linii szwu odpowiednio 42,5 ; 59,0 lub 92 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

102. Pakiet nr 75 Stapler liniowy i akcesoria Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów opisanych w pytaniu do pozycji 9?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

103. Pytanie nr 1 - Pakiet nr 13 poz.13-18

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pudrowanych o poziomie protein poniżej 91µg/g, sile zrywu przed starzeniem min.13N?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

104. Pytanie nr 2 - Pakiet nr 59 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych posiadające teksturę min. na końcach palców /opak A 100 szt /;rozmiar S,M,L,XL. Siła zrywu przed starzeniem 6N, AQL 1,0, grubości na palcu 0,09mm (ścianka pojedyncza). Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ, zgodne z normami : EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2,

Przebadane na bakterie, grzyby i wirusy zgodnie z EN ISO 374-5, wirusy ASTM F1671-07, przebadane na substancje chemiczne zgodnie z EN 16523-1, i EN374-4 (min. 14 substancji chemicznych), przebadane na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne zgodnie z EN 16523-1, przebadane na cytostatyki zgodnie z ASTM D 6978 min. 15 substancji cytostatycznych).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

105. Pytanie nr 3 - Pakiet nr 59 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych dedykowanych dla alergików, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS-XL, pakowane po 100 sztuk, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 300mm, grubości minimalne na palcu 0,12mm, na dłoni 0,08mm oraz na mankiecie 0,06mm

(ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem 6N oraz po starzeniu 6N, rękawice bez protein lateksu. AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, zgodne z normami : EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, przebadane na bakterie, grzyby i wirusy zgodnie z EN ISO 374-5, wirusy ASTM F1671-07, przebadane na substancje chemiczne zgodnie z EN 16523 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), przebadana na cytostatyki zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15 substancji cytostatycznych). Rękawice odpowiednie dla alergików, potwierdzenie raportem z badania wykonanym zgodnie ze zmodyfikowanym testem Draize-95 dotyczącym uczuleń skóry na chemikalia oraz międzynarodowym testem ISO 10993-10 dotyczącym uczuleń skóry.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

106. Pytanie nr 4 - Pakiet nr 59 poz.3
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych, bezpudrowych, niejałowych, kształt uniwersalny, mankiet rolowany dostępne w rozmiarach XS-XL pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 240 mm, grubości na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,09mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem 6N., poziom protein lateksu < 100ug/g.
AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, przebadane na bakterie, grzyby i wirusy zgodnie z EN ISO 374-5, wirusy ASTM F 1671-07, przebadane na substancje chemiczne zgodnie z 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych).
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

107. Pytanie nr 5 - Pakiet nr 59 poz.4
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy winylowej bezpudrowej o sile zrywu przed starzeniem 3,6N, grubości na palcu 0,08mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

108. Pytania do wzoru umowy
1. Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 lit. b) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10)..

2. Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 lit. b) poprzez doprecyzowanie że przewidziana nią kara umowna nie będzie naliczana i dochodzona w przypadku gdy podstawą jej naliczenia jest okoliczność, za którą żadna ze strony (w tym Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialności.

3. Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu." UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

109. Dot: Pakietu nr 21, poz. 1-6,
W związku z wprowadzeniem nowego standardu ISO dla złączy z otworami o małej średnicy (803693), zwanych ENFit™, które zastępuje dotychczas stosowane połączenia EnLock, prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 w poz. 1-6 zgłębniki i zestawy z końcówką ENFIT.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

110. dot.: Pakietu nr 21, poz. 1
W związku z wycofaniem rozmiaru Ch 8/130, czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie wyspecyfikowanego zgłębnika dostępnego w rozmiarach CH8/110cm, Ch10/110cm, Ch12/110cm, Ch10/130cm, Ch6/60cm do wyboru przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

111. Dot: Pakietu nr 21, poz. 5
Czy Zamawiający w Pakiecie 21 pozycja 5 oczekuje zestawu do gastrostomii endoskopowej zakładanego metodą pull pod kontrolą endoskopu gwarantujący długotrwałe odżywianie dożołądkowe (min 30 dni). Cewnik wykonany ze 100% przezroczystego poliuretanu, bez PCV. Zakończony złączem ENFit, wyposażony w zacisk do regulacji przepływu?
Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

112. Dot: Pakietu nr 21, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 8 z Pakietu 21?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

113. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 71:

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, jednorodną, niewchłanialną, z polipropylenu monofilamentowego, w plastikowej osłonce, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach o długości 1,5 cm, wykonaną w technologii quadriaxial?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

114. Dotyczy zapisów SWZ pkt. III.9:

Czy Zamawiający w razie wezwania do przedłożenia próbek wyrazi zgodę na dostarczenie próbki niesterylnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

115. Pytanie 1 – dotyczy pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, zwrot wilgoci 32,3mg H2O/L, minimalna objętość oddechowa >180ml, z portem do kapnografu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

116. dotyczy pakietu 18 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje maski nadkrtaniowej w rozmiarze 4 dedykowanej wadze 50-90kg oraz w rozmiarze 5, dedykowanej wadze 90+kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

117. dotyczy pakietu 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jednorazową sterylną maskę krtaniową w rozmiarach 1-5, wykonaną z PCV z mankietem z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopiony w korpus rurki z informacją o rozmiarze na baloniku kontrolnym, z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

118. dotyczy pakietu 18 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy, nawilżenie 26,1 mg H2O/L przy VT 500ml, przestrzeń martwa 19ml, waga 9g, minimalna objętość oddechowa >60ml, z zatrzaskową klapką umożliwiającą wprowadzenie cewnika, sterylny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

119. dotyczy pakietu 18 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji mikrobiologicznie czysty, skład: nebulizator, łącznik T, ustnik, dren o długości 1,8 m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

120. Czy w Pakiecie nr 48 w poz. 29 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment był produktem medycznym.

121. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 48 poz. 29 do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

122. Pakiet nr 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę nadkrtaniową i-gel w rozmiarze 4 (waga 50-90kg) i rozmiarze 5 (waga powyżej 90kg)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

123. Pakiet nr 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw T z nebulizatorem o pojemności 6ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

124.Pakiet nr 18, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania samouszczelniającego się łącznika T?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

125.Pakiet nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści układ o długości 2m?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

126. Pakiet nr 18, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową nie posiadającą badań klinicznych na obniżoną przenikalność dla podtlenku azotu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

127. Pakiet nr 18, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z luźnym, niewtopionym drenem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

128. Pakiet nr 18, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia na korpusie rurki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

129. Pakiet nr 18, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 2m?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

130. Pakiet nr 18, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy nie posiadający kapturka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

131. Pakiet nr 18, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z kapturkiem dołączonym osobno?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

132. Pakiet nr 18, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci wyposażony w celulozowy wkład?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

133. Pakiet nr 18, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci skuteczności nawilżania na poziomie 24mg przy Vt500ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

134. Pakiet nr 18, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o objętości oddechowej 200-1000ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

135. Pakiet nr 18, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 16ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

136. Pakiet nr 18, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do higieny jamy ustnej z odsysaniem od góry oraz od środka między włosiem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

137. Pakiet nr 18, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do higieny jamy ustnej z główką z tworzywa sztucznego z miękkim włosiem oraz odsysaniem od góry oraz od środka między włosiem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

138.Pakiet nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia włosów o składzie m. in.: simetikon, chlorheksydyna, wyciąg z aloesu, alantoina, ekstrakt z rumianku, Tocopheryl Acetate?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

139. Pakiet nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia włosów w kształcie ronda o średnicy 26-28cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

140. Pakiet nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia włosów wykonany z wiskozy i PE?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

141. Pakiet nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia włosów zarejestrowany na 23% stawce vat?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

142. Pakiet nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę o składzie m. in.: Dimetikon, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Witamina E, Chlorheksydyna, Wyciąg z rumianku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

143. Pakiet nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 23,5 x 17cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

144. Pakiet nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 85g/m2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

145. Pakiet nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

146. Pakiet nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę zarejestrowaną na 23% stawce vat?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

147.Pakiet nr 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści myjkę o składzie m. in.: Dimetikon 3%, Glicerynę, Alantoina, wyciąg z aloesu, Witamina E, Chlorheksydyna, Wyciąg z rumianku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

148.Pakiet nr 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z miękkiej włókniny PP?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

149.Pakiet nr 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 20 x 22cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

150.Pakiet nr 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

151.Pakiet nr 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 12 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

152.Pakiet nr 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści myjkę zarejestrowaną na 23% stawce vat?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

153.Pakiet nr 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę o składzie m. in.: Glicerynę, Alantoina, wyciąg z aloesu, Witamina E, Prowitamina B5, Wyciąg z rumianku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

154. Pakiet nr 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z miękkiej włókniny PP?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

155. Pakiet nr 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 20 x 20cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

156. Pakiet nr 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 25 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

157. Pakiet nr 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę zarejestrowaną na 23% stawce vat?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

158. Pakiet nr 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę z 0,5% dimetikonem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

159. Pakiet nr 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę o składzie m. in.: Glicerynę, Alantoina, wyciąg z aloesu, Witamina E, Prowitamina B5, Wyciąg z rumianku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

160. Pakiet nr 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z miękkiej włókniny: wiskozy i PE?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

161. Pakiet nr 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 23,5 x 17cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

162. Pakiet nr 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 85g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

163. Pakiet nr 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

164. Pakiet nr 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę zarejestrowaną na 23% stawce vat?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

165. Pakiet nr 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny wykonaną z przezroczystej folii?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

166. Pakiet 10 Poz.1,2,3,4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

167. Pakiet 10 Poz.1,2,3,4 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części , nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji , gwarantującym płynną podaż leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

168. Pakiet 10 Poz.1,2,3,4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

169. Pakiet 10 Poz.1,2,3,4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z nazwą producenta i nazwą własną typu strzykawki co umożliwia łatwą identyfikację strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

170.Pakiet 10 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

171. Pakiet 10 Poz.6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

172. Pakiet 10 Poz, 8,9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek do pomp z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

173. Pakiet 10 Poz, 8,9 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek do pomp z czterostronnym podcięciem tłoczyska, co ułatwia pewne i stabilne umocowanie w uchwycie pompy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

174. Pakiet 12 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości min. 60 mm w części przeźroczystej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

175. Pakiet 12 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wolną od PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

176. Pakiet 12 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą dwukanałową ściętą dwupłaszczyznowo , co uniemożliwia wysuwanie się przyrządów z pojemników i wypływ z miejsca połączenia oraz umożliwia szybkie opróżnienie pojemnika z płynem i wstępne wypełnienie komory.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

177. Pakiet 12 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem (dodatkowy otwór)na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

178. Pakiet 12 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrządy do przetoczeń mają być wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

179. Pakiet nr 12 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania bursztynowego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości min. 60 mm w części przeźroczystej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

180. Pakiet nr 12 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania bursztynowego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wolną od PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

181. Pakiet nr 12 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do przetoczeń krwi ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem (dodatkowy otwór)na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

182. Pakiet nr 12 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

183. Pakiet nr 12 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd przetaczania krwi ma być zapakowany w opakowanie jednostkowe folia-papier ze skrzydełkami ułatwiającymi otwarcie (jedna strona folia na całej powierzchni , druga strona papier medyczny na całej stronie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

184. Pakiet nr 12 Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrządy do przetoczeń krwi mają być wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

185. Pakiet 17 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania kaniuli dotętniczej z cewnikiem z PTFE.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

186. Pakiet 13, pozycja 1-6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga poziomu protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Czy należy załączyć ten dokument do oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

187.Pakiet 13, pozycja 7-12

Prosimy o dopuszczenie rękawic półsyntetycznych nitrylowo-lateksowych z warstwa wew. 100% nitryl.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

188.Pakiet 13, pozycja 13-18

Prosimy o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 14 N.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

189. Pakiet 30, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x60cm (całkowita 80x60cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 10 szt.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

190.Pakiet 30, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 μ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze : karton 15 szt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

191. Pakiet 31, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 30±5μ , pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Powierzchnia lepna 30x28cm powierzchnia całkowita 28x38,5cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

192. Pakiet 31, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 30±5μ , pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Powierzchnia lepna 45x55cm powierzchnia całkowita 45x63,5cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

193. Pakiet 31, pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 30±5μ , pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Powierzchnia lepna 56x80cm powierzchnia całkowita 56x88,5cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

194. Pakiet nr 36, pozycja 2

Prosimy o podanie rozmiaru opatrunku. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10x10?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

195.Pakiet nr 36, pozycja 17

W związku z wycofaniem przez producenta produktu Granuflex Pasta, prosimy Zamawiającego o wydzielenie/wykreślenie tej pozycji z pakietu 36 lub dopuszczenie opatrunku w postaci żelu hydrokoloidowego do raz z martwicą 15g?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zgodnie z SWZ rozdz. III pkt 7.

196. Pakiet nr 59, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowe, nitrylowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4.Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

197. Pakiet nr 59, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych produkowanych bez zawartości chloru i akceleratorów z wewnętrzną dodatkowa powłoką - potwierdzone informacją na opakowaniu. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Zielone, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL max.1,5. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po maks. 200 sztuk.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

198. Pakiet nr 59, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu),

kolor niebieski, średnia grubość na palcu 0,15mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po maks. 100 sztuk.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

199. Pakiet nr 59, pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych niesterylnych, jednorazowych, bezpudrowych, lateksowych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4), w tym całkowicie odporne na penetrację substancji tj. poziom 6 dla 30% Nadtlenek wodoru (woda utleniona) oraz 37% Formaldehyd, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000 – informacja na opakowaniu, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

200. Pakiet nr 59, pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych bezpudrowych niesterylnych PCV dla osób uczulonych latex w rozmiarach S,M,L,XL / 100 szt. W opak./ Siła zrywu przed starzeniem min. 3,6 N, grubości na palcu 0,06 mm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

201. Pakiet nr 53 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 107mm x23m.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

202. Pakiet nr 53 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru 110x140x200 arkuszy z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 12,5 sztuk.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

203. Pakiet nr 53 poz. 10

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Prosimy także o podanie długości papieru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier w kratkę o długości 20m.

204. Pakiet nr 53 poz. 13

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza kompatybilny.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oryginału.

205. Pakiet nr 53 poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 57mm x 30m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 50 sztuk

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

206. Pakiet nr 53 poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 57mm x 20m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 75 sztuk

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

207. Pakiet nr 24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze od 24 mm do 34 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

208. Pytanie do zadania 66

Czy Zamawiający wymaga jednorazowych łyżka światłowodowych wg poniższego opisu:
Jednorazowa łyżka światłowodowa, standard zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, w pełni metalowa, ze stopu metali: cynk, aluminium, magnez, miedź, zmatowiona w całości i ciemna –redukująca powstawanie świetlnych refleksów, niski profil łyżki tożsamy z profilem łyżki wielorazowej, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem z PP –światłowód obudowany na całej długości, średnicy 4,7mm, dający doskonałą transmisję skupionego światła. Konstrukcja łyżki – dłuższy ogonek – zapobiega kontaktowi łyżki
z rękojeścią. Rozmiar kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. Etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta.Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in..: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe w celu uniknięcia uszkodzeń światłowodu/łyżki w trakcie transportu, tj. łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu. Nadaje się do recyklingu w całości. Dostępny typ: Macintosh rozmiar 0-5 i typ Miller 000 -4
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.

209. Pakiet 27 poz. 1-3: czy Zamawiający wymaga siatek o składzie: jedwab poliamidowy teksturowany 50%, jedwab poliuretanowy 50% i aby 1 sztuka wyrobu zapakowana była w kartonik z nadrukiem bądź torebkę foliową z etykietą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

210.Pakiet 27 poz. 4-11: czy Zamawiający wymaga aby wyroby te były sklasyfikowane w klasie II a regule 7?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

211.Pakiet 27 poz. 4, 5, 7, 8: czy Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

212.Pakiet 27 poz. 6: czy Zamawiający wymaga gazy w metrach bieżących o szerokości 0,9 m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

213.Pakiet 27 poz. 22-23: czy Zamawiający wymaga, aby opaski gipsowe posiadały plastikowy tubus (trzpień) perforowany, co umożliwia szybsze nasiąkanie opaski i jej równomierne odsączenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

214.Pakiet 27 poz. 24: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełnianej w opakowaniach 500g z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

215.Pakiet 27 poz. 24-25: czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe jak w przypadku waty bawełniano-wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

216.Pakiet 27 poz. 25: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty 100% bawełnianej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

217.Pakiet 27 poz. 26: czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

218. Pakiet 27 poz. 26: czy Zamawiający wymaga będącej wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

219.Pakiet 29 poz. 2: czy Zamawiający dopuści wysokochłonne kompresy włókninowe niejałowe o rozmiarze 10 cm x 15 cm w opakowaniu a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej liczby opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

220.Pakiet 29 poz. 6: Czy zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

221.Pakiet 29 poz. 4-5, 7-10: Czy Zamawiający wymaga aby wyroby te były sklasyfikowane w klasie II a regule 7?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

222. Pakiet 31 poz.1-3: czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne wykonane z cienkiej folii polieretanowej, rozciągliwe i elastyczne, przepuszczające parę wodną, nie podrażniające skóry, nie wywołujące reakcji alergicznych, nie zawierające lateksu oraz niecytotoksyczne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

223.Pakiet 31 poz.2: czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne w rozmiarze 45x55 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

224.Pakiet 31 poz.3: czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne w rozmiarze 90x60 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

225.Pakiet 71: czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,16 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 (+/-0,2) cm, grubość ok. 0,54 mm, na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką termokurczliwą o dł. 3cm) służące do mocowania na aplikatorze?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

226.Pakiet 71: czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego w kolorze transparentnym i niebieskim, o grubości nici 0,08 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 30 cm, szerokość 1,1 (+/-0,1) cm, na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką termokurczliwą o dł. 3cm) służące do mocowania na aplikatorze?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

227. Dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów § 6 ust. 1 b) wzoru umowy na: "z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 1.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 10% wartości niezrealizowanej części Pakietu"?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

228. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie ilości asortymentu dla obu pozycji w zakresie pakietu nr 69.
Odpowiedź: Zamawiający określa ilość asortymentu po 40 sztuk dla każdej pozycji. Zamawiający dokonał modyfikacji w formularzu cenowym.

229. Dotyczy zapisów umowy dostawy- załącznik nr 6 do SWZ, § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze"
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

230. Dot. Pakietu nr 42, poz. 1-47

Czy Zamawiający dopuści Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. gwarantowany okres podtrzymania tkankowego 28 -35 dni, ok 80 % po 2 tygodniach i 50% po 3 tygodniach?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

231. Dot. Pakietu nr 42, poz. 12-15

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 17 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

232.Dot. Pakietu nr 42, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia czarna?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

233.Dot. Pakietu nr 42, poz. 48-56

Czy Zamawiający dopuści Monofilament wchłanialny, polidioksanon, okres podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, całkowity czas wchłaniania 180 – 210 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

234.Dot. Pakietu nr 42, poz. 48-56

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

235.Dot. Pakietu nr 42, poz. 61, 62, 65

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

236. Dot. Pakietu nr 42, poz. 86-93

Czy Zamawiający dopuści Szew wchłanialny pleciony zbudowany z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekany polikaprolaktonem i sterynianem wapnia, o szybkim czasie absorpcji, okres podtrzymywania tkankowego 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach , całkowity czas wchłaniania do ok 42 dni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

237. Dot. Pakietu nr 42, poz. 86-93

Czy Zamawiający dopuści Szew wchłanialny pleciony zbudowany z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną powyższych kwasów i sterynianem wapnia, o szybkim czasie absorpcji, okres podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach , całkowity czas wchłaniania do ok 42 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

238.Dot. Pakietu nr 42, część VIII, IX, X, XI, XII

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty z pominięciem w/w części pakietu 42?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

239.Dot. Pakietu nr 43, 47

Czy Zamawiający szwy z igłami ze stali typu 300?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

240.Dot. Pakietu nr 43, część III, IV

Czy Zamawiający dopuści Monofilament wchłanialny, polidioksanon, okres podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, całkowity czas wchłaniania 180 – 210 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

241.Dot. Pakietu nr 43, część V

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty z pominięciem w/w części pakietu 43?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

242.Dot. Pakietu nr 47, część I, II

Czy Zamawiający dopuści Monofilament wchłanialny, polidioksanon, okres podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, całkowity czas wchłaniania 180 – 210 dni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

243.Dot. Pakietu nr 47, część III

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty z pominięciem w/w części pakietu 47?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

244. Pakiet 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

245.Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

246.Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 45cm x 18cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

247. Pakiet 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści dren Redona z trokarem, długość drenu 500mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

248. Pakiet 3, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

249. Pakiet 3, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany obrotowy dren 15cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

250.Pakiet 3, pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

251.Pakiet 3, pozycja 38 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze CH 14-24? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

252.Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści dren lekko zwinięty o długości 80cm z perforacją na długości 15cm, spełniający pozostałe wymagania swz?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

253.Pakiet 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. w rozmiarze 0,4 x 19mm lub 0,45 x 16mm lub 0,45 x 22mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko rozmiar 0,45 x 16 mm.

254. Pakiet 8, pozycja 12- Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł iniekcyjnych typu motylek za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

255.Pakiet 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości igły +/- 3mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

256.Pakiet 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igły Pencil-Point w rozmiarze 25G x 120mm lub 27G x 120mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko 25G.

257.Pakiet 10, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

258. Pakiet 11, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający:

- regulacja przepływu: od 5 do 250 ml / h (niebieskie cyfry na białym tle), jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości.
- regulacja przepływ: od 5 do 200 ml / h (białymi cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%.

, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

259. Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

260.Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

261.Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

262.Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

263.Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

264.Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

265.Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje w/w zapisu.

266. Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

267. Pakiet 13, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq$10µg/g?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

268. Pakiet 13, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq$33µg/g?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

269. Pakiet 13, pozycja 13-18 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq$89µg/g?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

270. Pakiet 13, pozycja 13-18 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤94µg/g?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

271. Pakiet 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

272.Pakiet 27, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy przeznaczony na dłoń, stopę?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

273.Pakiet 27, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy przeznaczony na podudzie, kolano, ramię, stopę i łokieć?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

274.Pakiet 27, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy przeznaczony na udo, głowę i biodro?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

275.Pakiet 27, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy przeznaczony na biodro i brzuch?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

276.Pakiet 27, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

277.Pakiet 27, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

278.Pakiet 27, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

279.Pakiet 27, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'20 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

280.Pakiet 27, pozycja 22-23 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

281.Pakiet 28, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści plaster jedwabny pakowany a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

282. Pakiet 28, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy pakowany a'24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

283.Pakiet 28, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy pakowany a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

284.Pakiet 28, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści plaster zastępujący nici w rozmiarze 6x75mm pakowany a'3 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

285.Pakiet 28, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści plaster z wkładem chłonnym z wiskozy i poliestru?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

286.Pakiet 28, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'30 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

287.Pakiet 28, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm, przezroczysty w całości wykonany z folii poliuretanowej, posiadający system aplikacji typu „ramka"?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

288.Pakiet 29, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

289.Pakiet 29, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

290.Pakiet 29, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'4szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

291.Pakiet 29, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34x8cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

292.Pakiet 29, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

293.Pakiet 29, pozycja 9,10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

294.Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

295.Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 80x60cm o powierzchni lepnej 80x54cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

296.Pakiet 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 44x26cm o powierzchni lepnej 44x20cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

297. Pakiet 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

298. Pakiet 31, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

299.Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x30cm o powierzchni lepnej 22x30cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

300.Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 30x40cm o powierzchni lepnej 30x36cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

301.Pakiet 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55x55cm o powierzchni lepnej 51x55cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

302.Pakiet 31, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 50x84cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

303.Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

304.Pakiet 41, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, pakowane po 2 sztuki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

305.Pakiet 48, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

306.Pakiet 48, pozycja 9-10

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 2 sztuk woreczków czy 2 opakowań a'100sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

307.Pakiet 48, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

308. Pakiet 48, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści etykiety w rozmiarze 35 x 25 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

309. Pakiet 48, pozycja 26
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

310.Pakiet 48, pozycja 32-33 - Czy Zamawiający dopuści kołnierz stabilizujący z otworem tracheotomijnym wykonany z wyprofilowanej anatomicznie pianki polietylenowej, wzmocnienia z PCV, przepuszczalny dla promieni RTG, zapinany i regulowany przy pomocy taśmy zapinanej na rzep w rozmiarach S (obwód szyi 26-33 cm), M (obwód szyi 33-40 cm] ,L obwód szyi 40-48 cm]?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

311.Pakiet 48, pozycja 38 - Czy Zamawiający dopuści fioletowy marker?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

312.Pakiet 48, pozycja 38 - Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza w/w zapis.

313.Pakiet 49, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający oczekuje wyceny za sztukę czy opakowanie a'25sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie 25 sztuk.

314.Pakiet 50, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści worek 2000ml, spełniający pozostałe wymagania swz?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

315.Pakiet 51, pozycje 1 – 2 - Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem o szerokości ok 3,5cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

316.Pakiet 51, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje wyceny za sztukę czy opakowanie a'100sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie 100 sztuk.

317.Pakiet 53, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści papier do drukarki Sony na rolce o długości 25m z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

318.Pakiet 53, pozycja 3-5 - Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

319.Pakiet 53, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x23 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

320.Pakiet 53, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x140x150 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

321.Pakiet 53, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści papier z 250 składankami?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

322.Pakiet 53, pozycja 13 - Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

323.Pakiet 53, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści papier w rolce 20m?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

324.Pakiet 54, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk o wymiarach 90x45x39, pakowane w opakowanie zbiorcze a'40 sztuk w formie podajnika? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

325. Pakiet 54, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk o wymiarach 79x48x34mm, pakowane w opakowanie zbiorcze a'40 sztuk w formie podajnika? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

326.Pakiet 59, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe bezpudrowe posiadające teksturę min. na końcach palców /opak A 100 szt /; rozmiar S,M,L,XL. Siła zrywu przed starzeniem min. 7,1 N, AQL≤1,0, grubości na palcu 0,11mm+/-0,01 (ścianka pojedyncza). Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ, zgodne z normami : EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671,odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1, i EN374-4 (min. 12 substancji chemicznych), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 min. 15 substancji cytostatycznych)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

327.Pakiet 59, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne dedykowane dla alergików,ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-XL, pakowane po 100 sztuk, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na palcach, długość min. 290mm, grubości minimalne na palcu 0,14 mm, na dłoni 0,09 mm+/-0,02 oraz na mankiecie 0,08 mm+/-0,02 (ścianka pojedyncza) , siła zrywu przed starzeniem min. 9 N oraz po starzeniu min. 9 N, rękawice bez protein lateksu. AQL 1.5. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, zgodne z normami : EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523 i EN 374-4 (min. 13 substancji chemicznych), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 substancji cytostatycznych)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

328.Pakiet 59, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany dostępne w rozmiarach XS-XL pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 240 mm, grubości minimalne : na palcu 0,11 mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02 oraz na mankiecie 0,07 mm+/-0,02 (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min 6N., poziom protein lateksu ≤ 50 ug/g. AQL 1.5. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na

bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F 1671, odporność chemiczna wykazana zgodnie z 16523-1 i EN 374-4 (min. 5 substancji chemicznych)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

329.Pakiet 59, pozycja 4 (opisana jako 3)
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm+/-0,02 i sile zrywu min. 3,6N?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

330.Pakiet 65, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

331. Czy Zamawiający dopuści Pakiet 76, poz. 1 Trokar bezostrzowy 5mm kaniula 75mm Trokar z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka stożkowa w kaniuli. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

332. Czy Zamawiający dopuści Pakiet 76, poz. 3 Laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w 3 rozmiarach: 10 mmx 85 mm x 125 mm- 200ml, 10 mm 120 mm x 218 mm- 500 ml, 12 mmx 166 mm x 246 mm- 1500 ml. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia, wykonany z wysokiej wytrzymałości poliuretanu klasy medycznej. Worek pakowany po 10 szt?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

333. Czy Zamawiający dopuści Pakiet 76, poz. 4 Nożyczki laparoskopwe Długość szczęk 15,5 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 18mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne odzwiązków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

334. Czy Zamawiający dopuści Pakiet 76, poz. 5 Zestaw do ssania-płukania Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa - zakończony grotem, posiada 2 przyciski oznaczone kolorystycznie oraz literowo: ssanie (S) w kolorze białym i płukanie (I) w kolorze niebieskim (proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca zablokowaniu ssaka przy odsysaniu). Ssak matowy, nieodbijający światła, posiada tępe zakończenie z otworem bocznym 5 mm o dług. 33 cm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielenia, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody o niskim stopniu skręcalności?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

335. Czy Zamawiający dopuści Pakiet 77, poz. 1 Zestaw trokarów 5mm (dwie kaniule + 1 obturator) bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi, atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie. Kaniula - żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery z dł. 75mm. Pakowany po 6 sztuk?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

336. Czy Zamawiający dopuści Pakiet 77, poz. 2 Trokar 12mm (jedna kaniula + 1 obturator) atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany, prosty, długość 100mm. Sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie 6szt?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZMIANY ZAPISÓW SWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2022r, poz. 1710 ze zm.) dokonuje modyfikacji i doprecyzowania zapisów SWZ. Zmian dokonuje się w następujący sposób:

1. W formularzu oferty Pakiet nr 40 Klipsy do laparoskopii poz. 3 jest:

3	Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt dający możliwość objęcia większej ilości tkanki zintegrowane ząbki wewnątrz klipsa dające stabilność na tkance, posiadające walce stabilizujące, eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask – eliminujący nożycowanie. Magazynki składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka, zawierająca 6 klipsów, posiadające taśmę mocującą, dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy metryczki do dokumentacji medycznej, zawierające LoT, REF. Wielkości XL i XXL.	3	op.			

Powinno być:

3a	Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt dający możliwość objęcia większej ilości tkanki zintegrowane ząbki wewnątrz klipsa dające stabilność na tkance, posiadające walce stabilizujące, eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask – eliminujący nożycowanie. Magazynki składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka, zawierająca 6 klipsów, posiadające taśmę mocującą, dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy metryczki do dokumentacji medycznej, zawierające LoT, REF. Wielkości XL	2	op.			
3b	Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt dający możliwość objęcia większej ilości tkanki zintegrowane ząbki wewnątrz klipsa dające stabilność na tkance, posiadające walce stabilizujące, eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask – eliminujący nożycowanie. Magazynki składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka, zawierająca 4 klipsów, posiadające taśmę mocującą, dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy metryczki do dokumentacji medycznej, zawierające LoT, REF. Wielkości XXL.	4	op			

2. W formularzu oferty Pakiet nr 49 Rurki sigmoidoskopowe poz. 1 i 2 jest:

1	Rurki sigmoidoskopowe jednorazowego użytku 250x20mm (opak 25 szt.)	szt	2			
2	Rurki sigmoidoskopowe jednorazowego użytku 85x20mm (opak 25 szt.)	szt	2			

Powinno być:

1	Rurki sigmoidoskopowe jednorazowego użytku 250x20mm (opak 25 szt.)	**Opak.**	2			
2	Rurki sigmoidoskopowe jednorazowego użytku 85x20mm (opak 25 szt.)	**Opak.**	2			

3. **W formularzu oferty Pakiet nr 51 Golarki medyczne poz. 1 jest:**

1	Golarka medyczna z dwoma ostrzami 1 x użytku ,szerokość golenia 4 cm = 100 szt.	szt	15			

Powinno być:

1	Golarka medyczna z dwoma ostrzami 1 x użytku ,szerokość golenia 4 cm = 100 szt.	Opak.	15			

4. W formularzu oferty Pakiet nr 53 Papier do drukarek Poz. 10 jest:

10	Papier termiczny do defibrylatora DefiMaxPlus / szerokość 57mm/	szt	4			

Powinno być:

10	Papier termiczny do defibrylatora DefiMaxPlus / szerokość 57mm/20m	szt	4			

5. W załączniku nr 6 do SWZ Wzór umowy §1 ust. 2 jest:

2. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn., że posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020, poz. 186 ze zm.) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej dowód zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych, albo dowód wpisu do bazy danych
o wytwórcach wyrobów medycznych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych.

Powinno być:

2. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn., że posiada wymogi określone w Ustawie z dnia **7 kwietnia 2022r.** o wyrobach medycznych (**Dz.U. 2022, poz. 974 ze zm.**) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej dowód zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych, albo dowód wpisu do bazy danych
o wytwórcach wyrobów medycznych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych.

6. **W załączniku nr 6 do SWZ Wzór umowy §6 dodaje się ust. 4, nadając mu następujące brzmienie :**

„Zmiana dotycząca waloryzacji może być wprowadzona na podstawie art. 439 ustawy Pzp w przypadku udokumentowanego, indywidualnego wniosku dotyczącego wzrostu kosztów Wykonawcy. Jednakże wzrost nie może być wyższy nie określony w art. 17 Ustawy Budżetowej prognozowany wskaźnik od towarów i usług."

7. **W załączniku nr 6 do SWZ Wzór umowy §3 dodaje się ust. 3, nadając mu następujące brzmienie :**

3. „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego".

8. **W załączniku nr 6 do SWZ Wzór umowy §3 ust. 7 jest:**

7. Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest ..... tel..... Nr fax ..... e – mail ..... na który będą wysyłane zamówienia.

Powinno być:

7. Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest ..... **(podać osobę lub dział)** tel..... Nr fax ..... e – mail ..... na który będą wysyłane zamówienia.

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

1. Formularz cenowy – załącznik nr 2
2. Wzór umowy – załącznik nr 6

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ OZ Obornik
mgr Elżbieta Sak