Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L. Dz. ZPDK/05/21/240

Oborniki, dnia 07.10.2021r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZPD/05/21**

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na **„Zadanie nr 2: Zakup ambulansu typu „B" oraz wyposażenie prosektorium"** opublikowanego w dniu 27.09.2021r. w BZP pod nr 2021/BZP 00193048/01.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

WSZYSTKIE PYTANIA DOTYCZĄ PAKIETU NR 1 – AMBULANS TYPU B.

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga aby nosze były zgodne z polskimi normami zharmonizowanymi ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby nosze były zgodne z normami opisanymi w SWZ oraz załącznikiem nr 2.1

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm **PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011**, poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. **Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm,** dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko **niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865.**

Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami zharmonizowanymi stanowić może

przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane.

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny ze wskazanymi w SWZ i załączniku nr 2.1 podanymi normami

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o dopuszczenia noszy firmy Medirol model Clinic Extero zgodnych z najnowszymi zharmonizowanymi normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015, będącym produktem równoważnym, w wielu parametrach przewyższającym opisane przez Zamawiającego nosze reanimacyjne, w wyniku różnic konstrukcyjnych w budowie posiadające zagłówek regulowany z możliwością odchylenia do tyłu, przygięcia głowy pacjenta do klatki piersiowej, dodatkowo wyposażony w stabilizator głowy pacjenta z możliwością usunięcia i ułożenia głowy na wznak zamiast podgłówka z możliwością przedłużenia ramy noszy, zbudowane z profili okrągłych, obciążenie 250 kg nosze (o wiele więcej niż w opisanych przez Zamawiającego noszach Stryker M1), malowanych proszkowo- podwyższona wytrzymałość na uszkodzenia na skutek otarć, obić itp., zamiast profili prostokątnych w gumowym odbojnikiem z boku noszy, z dużymi, ułatwiającymi transport kołami o średnicy 20 cm wyposażonymi w otwartą felgę z tworzywa sztucznego , ze zintegrowanymi uchwytami z ramą transportera z przodu i z tyłu, bez dodatkowych uchylnych uchwytów (ograniczenie ruchomych elementów powoduje mniejsze koszty eksploatacji), profile ramy transportera w przekroju okrągłe, dzięki czemu zwiększone jest obciążenie maksymalne do 275 kg. Oferowane nosze spełniają pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w noszy.

4. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze wyposażone w płynną regulację ramy oparcia do kąta 90° za pomocą sprężyny gazowej z dedykowaną dźwignią mocowaną na środku ramy noszy pod spodem z oznaczonym na ramie trwałym piktogramem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w nosze.

5. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy zgodzi się na wydłużenie czasu podjęcia naprawy dla wyposażenia medycznego ambulansu z 48h do 72h w dni robocze? Aktualnie wymagany czas może okazać się zbyt krótki dla prawidłowego wykonania warunków umowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgadza się na wydłużenie czasu podjęcia naprawy do 72h w dni robocze.

6. Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach ?

Odpowiedź: Zamawiający podał sposób dostawy w SWZ rozdz. III pkt 4, który informuje o dostarczeniu ambulansu do siedziby na lawecie. Jednakże Zamawiający dopuszcza dojazd na kołach.

7. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach :

- którego przedział medyczny ma długość 3,10 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu B
- z drzwiami lewymi z szybą
- z fabrycznym alternatorem o wydajności 185A
- z drzwiami przesuwnymi bez elektrycznego systemu ich domykania
- bez elektryczne ogrzewanej szyby przedniej
- z napędem na oś przednią ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza:

- w/w wymiarów przedziału medycznego

- ambulansu z drzwiami przesuwnymi bez elektrycznego systemu ich domykania

- ambulansu bez elektryczne ogrzewanej szyby przedniej
- ambulansu z napędem na oś przednią
Natomiast Zamawiający dopuszcza:
- ambulans z drzwiami lewymi z szybą
- ambulans z fabrycznym alternatorem o wydajności 185A

8. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający drzwi boczne z łożyskami ślizgowymi nowej generacji o małych oporach toczenia,które są również bardzo ciche zamiast elektrycznego wspomagania domykania drzwi bocznych ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

10. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?
Wyjaśniamy, że oferowany samochód spełnia wszystkie wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, oraz posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Niska podłoga w przypadku ambulansów poruszających się po drogach wiejskich, polnych itp. powoduje częstsze uszkodzenia.

11. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający skrzynię biegów opisaną w Świadectwie Zgodności WE, jako skrzynię automatyczną 6-cio stopniową ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW , o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2299cm³ z napędem na oś przednią oraz manualną skrzynią biegów 6+1 ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

13. Dotyczy SWZ - pkt. 3.3.6 - prosimy o potwierdzenie, iż za te przeglądy płaci Zamawiający i nie mają one być wliczone w ofertę.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż za te przeglądy płaci Zamawiający i nie mają one być wliczone w ofertę.

14. Dotyczy SWZ - pkt. 3.4 - prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach (przebieg ok. 600 km) co pozwoli sprawdzić ambulans w trasie oraz odpowietrzyć układy (transport i ryzyko na koszt Wykonawcy).
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach.

15. Dotyczy SWZ - pkt. 3.6d - prosimy o dopuszczenie standardowej gwarancji 24 miesiące, a nie 36 - które nie wymaga dodatkowych dopłat.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

16. Dotyczy umowy paragraf 4, pkt. 3 - prosimy o potwierdzenie, iż punkt ten dotyczy tylko sprzętu medycznego - bez ambulansu oraz zabudowy medycznej.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż punkt ten dotyczy tylko sprzętu medycznego - bez ambulansu oraz zabudowy medycznej.

17. Dotyczy umowy paragraf 4, pkt. 1 - prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy samochodu bazowego jak np. wymiana oleju nie mają być wliczone w cenę oferty.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż przeglądy samochodu bazowego jak np. wymiana oleju nie mają być wliczone w cenę oferty.

18. Prosimy o podanie zakładanego szacunkowego rocznego przebiegu ambulansu.
Odpowiedź: Zamawiający szacuje roczny przebieg na 30 000 – 40 000 km.

19. Dotyczy OPZ. pkt. I.1 - prosimy o dopuszczenie świateł typu halogen oraz aby światła mijania mogły pełnić rolę świateł dziennych.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

20. Dotyczy OPZ. pkt.1.II - prosimy o potwierdzenie, iż ambulans będzie służył do przewożenie maksymalnie trzech członków personelu medycznego oraz jednego pacjenta zgodnie z minimalnymi wymogami NFZ dla ambulanów P/S.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż ambulans będzie służył do przewożenie maksymalnie trzech członków personelu medycznego oraz jednego pacjenta zgodnie z minimalnymi wymogami NFZ dla ambulansów P/S.

21. Dotyczy OPZ. pkt. VIII.II - rosimy o dopuszczenie pokrycia ścian szczelnymi płytami.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

22. Dotyczy OPZ. pkt.X.1 - prosimy o dopuszczenie pojemności akumulatorów 184 Ah.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

23. Dotyczy OPZ. pkt. XI.8 - prosimy o dopuszczenie ambulansu bez świateł typu corner strobe z uwagi, iż nowa budowa reflektorów uniemożliwia taką adaptację oraz wpływa na gwarancję samochodu bazowego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

24. Dotyczy OPZ. pkt.XII.1 - prosimy o potwierdzenie, iż radiotelefon nie ma być ujęty w ofercie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż radiotelefon nie ma być ujęty w ofercie.

25. Dotyczy OPZ. pkt. XII.4 - prosimy o dopuszczenie zamiast homologacji – certyfikatu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

26. Dotyczy SWD - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga tabletu, modułu oraz drukarki.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż nie wymaga tabletu, modułu oraz drukarki.

27. Dotyczy OPZ. pkt. XIII.6 - prosimy o potwierdzenie iż nawilżacz nie jest wymagany.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż nawilżacz nie jest wymagany.

28. Dotyczy OPZ. pkt.XV.3 - prosimy o dopuszczenie radia USB/MP3.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

29. Dotyczy OPZ. pkt. XV.5 - prosimy o dopuszczenie zbiornika paliwa 71 l.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

30. Dotyczy OPZ. pkt. XV.11 - prosimy o dopuszczenie zestawu naprawczego - koło zapasowe zostanie dostarczone luzem.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

31. Dotyczy OPZ. pkt. XV.12.b - prosimy o dopuszczenie gwarancji na lakier - 24 miesiące - co nie wymaga dopłat.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

32. Dotyczy OPZ. pkt.XV.12 - prosimy o dopuszczenie gwarancji na adaptację - 24 miesiące co nie wymaga dopłat.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

33. Czy przeglądy adaptacji medycznej mają być ujętę w ofercie przetargowej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ujęcie przeglądów adaptacji medycznej w ofercie przeglądowej

34. Czy Zamawiający w razie awarii wymaga ambulansu zastępczego - co może podnieść koszt oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga w razie awarii ambulansu zastępczego.

35. Czy Zamawiający wymaga lodówki sprężarkowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lodówkę sprężarkową.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki :

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak