Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/07/21/250

Oborniki, dnia 30.11.2021r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZPD/07/21**

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Pzp na **zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19 Zadanie nr 2 – zakup aparatu RTG wraz z przygotowaniem pomieszczenia, aparatu do znieczuleń, łóżek do intensywnej terapii oraz wózka do transportu pacjentów dla SP ZOZ w Obornikach** opublikowanego w dniu 03.11.2021r. w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 2021/S 213 – 560930.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Dotyczy Pakietu nr 4:

1. Ad.2. konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Ad.3. szerokość całkowita: 790mm (± 10 mm), długość całkowita: 2170mm (± 10 mm), co nieznacznie różni się od zestawienia parametrów technicznych przez Zamawiającego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Ad.5,6. pozycja Trendelenburga/odwrócona pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą +16°/-16° (± 3)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Ad.7. dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony bocznej wózka, zapewniająca kontrolę oraz ocenę regulacji przechyłów dla zmiany położenia leża wózka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Ad.9. leże dwu segmentowe całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp), możliwość zainstalowania kasety RTG z każdej strony wózka poprzez unikalną konstrukcję dla badania RTG z możliwością jej przesuwania

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Ad.10, 13. wózek w części szczytów ,od strony głowy i od strony nóg wyposażony w specjalne elementy zabezpieczające wyposażone w elementy wykonane z stali lakierowanej proszkowo do zamontowania dodatkowej aparatury medycznej

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Ad.11. wózek w części szczytów ,od strony głowy i od strony nóg wyposażony w specjalne elementy zabezpieczające, w części szczytów składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Ad.12. ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-90° (± 5°) - regulacja płynna

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Ad.14. wózek wyposażony w barierki boczne chromowane, chowane pod ramę leża gwarantujące brak przerw transferowych, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka, składane poniżej poziomu materaca

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Ad.17. Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), osłona podwozia zabezpieczająca mechanizm podnoszenia i sterowania wózkiem, możliwość czyszczenia i dezynfekcji zgodnie instrukcją użytkowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Ad.18. wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym, w oferowanej wersji dostępne piąte koło zapewniające lepsze manewrowanie i prowadzenie wózka

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał, że wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych powinien posiadać stojak na kroplówkę. W związku z tak postawionym wymogiem rozumiemy, że Zamawiający oczekuje aby wózek wyposażony był w stojak na kroplówkę instalowany na stałe, z możliwością składania poniżej poziomu leża materaca.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał, że wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych powinien posiadać stojak na kroplówkę. W związku z tak postawionym wymogiem rozumiemy, że Zamawiający oczekuje aby wózek posiadał możliwość instalacji stojaka na kroplówkę w każdym narożu leża.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 1:

14. Pkt. 4 Rok produkcji 2021

Prosimy o dopuszczenie apartu rtg z datą produkcji 2022r i modyfikację wymagania na : **„Aparat RTG fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2021"**.

Dostawa i produkcja urządzenia planowana jest na przełomie roku w związku z czym data produkcji na tym etapie jest trudna do określenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2021 lub 2022.

15. Pkt. 144 Czas naprawy – max. 3 dni roboczych od podjęcia naprawy.

Prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych od podjęcia naprawy.

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych nie ma fizycznej możliwości aby dotrzymać wymaganego przez Zamawiającego terminu 3 dni.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza czas naprawy do 5 dni roboczych

16. Pytanie 1 – dot. załącznika nr 4 do SWZ, § 4 ust. 4

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu naprawy aparatu przewidzianego w § 4 ust. 4 umowy poprzez dodanie obok 3 dni roboczy , także terminu 5 dni roboczych w sytuacji gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza czas naprawy do 5 dni roboczych.

17. Pytanie 2 – dot. załącznika nr 4 do SWZ, § 6 ust. 2 lit. a)

Wykonawca zwraca Zamawiającemu uwagę na omyłkę w § 6 ust. 2 lit. a) umowy, gdzie mowa jest od pracach niezbędnych do instalacji i uruchomienia tomografu komputerowego, podczas, gdy przedmiotem umowy jest dostawa aparatu RTG.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonał już poprawy omyłki pisarskiej.

18. Pytanie 3 – dot. załącznika nr 4 do SWZ, § 7 pkt 3)

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku, gdy podczas odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia i nieistotne, nie wpływające na eksploatację przedmiotu umowy, strony wyznaczą termin ich usunięcia zgodnie z § 7 pkt 3) umowy, to taki protokół stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do wystawienia faktury VAT?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z wymaganiami w załączniku nr 4 §8 pkt 3 „podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowe podpisanie przez obie strony Protokołu końcowego i zgodnie z §6 i §7 niniejszej umowy".

19. Pytanie 4 – dot. załącznika nr 4 do SWZ, § 10 ust. 1 punkt 2 lit. b)
Wykonawca prosi o wykreślenie z § 10 ust. 1 punktu 2 lit. b) z uwagi na fakt, że w ramach przedmiotu umowy ma nastąpić szkolenie, a warunkiem podpisania protokołu końcowego jest przedstawienie dokumentacji (zgodnie z § 6 ust. 2 lit. b), stąd naruszenie tych obowiązków wiąże się ze zwłoką w wykonaniu przedmiotu umowy, która zastrzeżona jest karą umowną określoną w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. a). Z tej przyczyny, w ocenie Wykonawcy pkt. 2 lit. b) wydaje się zbędny.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

20. Pytanie 5 – dot. załącznika nr 4 do SWZ
Czy Zamawiający dopuszcza określenie limitu odpowiedzialności z tytułu kar umownych na 5% wynagrodzenia brutto?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

21. Pytanie 6 – dot. załącznika nr 4 do SWZ, § 10 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 10 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Niezależnie od nałożonych kar umownych określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a) do c) Zamawiający Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym."
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 10 ust. 2 załącznik nr 4 do SWZ, który brzmi następująco: „Niezależnie od nałożonych kar umownych określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a) do c) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym."

22. Pytanie 7 – dot. załącznika nr 4 do SWZ, § 2 i § 4
Czy Zamawiający zgodzi się na to, żeby Wykonawca w ramach umowy dostarczył Zamawiającemu dokumenty potrzebne do wystąpienia o zezwolenie na stosowanie aparatu tj. pozytywnie zaopiniowany projekt osłon stałych, specjalistyczne testy odbiorcze oraz pomiary dozymetryczne, natomiast pozostałe dokumenty oraz uzyskanie zezwolenia na stosowanie aparatu pozostawało w gestii Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

23. Pytanie do umowy powierzenia przetwarzania danych:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby w umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych była zawierana bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i podmiotem świadczącym gwarancję aparatu RTG? Wykonawca wyjaśnia, że zawieranie w tym zakresie umów bezpośrednio z Wykonawcą, który nie będzie podmiotem

świadczącym gwarancję, a tym samy nie będzie miał dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez systemu RTG, a także nie będzie w stanie sprawować kontroli nad procesem przetwarzania danych osobowych, byłoby niecelowe i fikcyjne. Zawarcie umowy z Wykonawcą byłoby celowe w przypadku, gdyby wykonywał on serwis gwarancyjny, a w określonej części zlecał ich wykonywanie podmiotowi trzeciemu, co nie zachodzi w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest podmiotem świadczącym autoryzowany serwis urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby w umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych była zawierana bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i podmiotem świadczącym gwarancję aparatu RTG.

24. Pytania do SWZ, załącznika nr 4 do SWZ, załącznika nr 2 do SWZ oraz załącznika nr 2.1 do SWZ dot. wymogu „instalacja i uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ucyfrowieniem (kontener) na czas trwania przedmiotu umowy do 90 dni"

Czy w związku z obecnym ograniczeniem, a wręcz brakiem dostępności tego typu kontenerów na rynku, spowodowanym dużym zapotrzebowaniem na takie rozwiązania podczas trwającej pandemii COVID-19, Zamawiający zrezygnuje z wymogu instalacji i uruchomienia zastępczego aparatu RTG? Jednocześnie Wykonawca deklaruje, iż przerwa w ciągłości pracy pracowni RTG Zamawiającego potrwa maksymalnie do 4 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, poprzez dostawę np. statywu płucnego i stołu mobilnego umożliwiającego wykonanie takich badań w pomieszczeniu zastępczym na czas procesu zakupu nowego Aparatu RTG i dostosowania pomieszczenia, aparatem mobilnym z uzyskaniem formalno – prawnych uzgodnień z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

25. PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w umowie § 6

Warunkiem podpisania bez zastrzeżeń Protokołu końcowego przez obie strony jest:

a) wykonanie prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia tomografu komputerowego oraz jego zainstalowanie wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych prób, pomiarów (po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

Czy Zamawiający nie dopuścił się omyłki pisarskiej w kwestii tomograf komputerowego i zamiast tego powinno być aparatu RTG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonał już poprawy omyłki pisarskiej.

26. Czy zamawiający może określić pojęcie „z bieżącej produkcji" wymóg dostawy to rok nie starszy niż 2021 (punkt 5) jak można narzucić, czy producent może zaoferować aparat, który jest wyprodukowany i np. jest przechowywany w magazynie od dwóch, trzech lub czterech tygodni.

Czy taki Aparat nie będzie dla zamawiającego z bieżącej produkcji?

Prosimy o wykreślenie ww. zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, iż aparat może być magazynowany, jednakże musi być wyprodukowany minimum w roku 2021r. Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2021 lub 2022.

27. Czy zamawiający dopuści do przetargu rozwiązanie równoważne mając na uwadze, iż zamawiający dysponuje nowoczesnym aparatem mobilnym, który wykona dowolne badanie nawet pacjenta otyłego, poprzez dostawę np. statywu płucnego i stołu mobilnego umożliwiającego wykonanie takich badań w pomieszczeniu zastępczym na czas procesu zakupu nowego Aparatu RTG i dostosowania pomieszczenia?

Jest to dużo bezpieczniejsze i znacznie tańsze rozwiązanie dla Zamawiającego nie powodujące obowiązku przemieszczania się z łóżkiem z pacjentem poza budynek szpitalny. Zamawiający tym samym zapewni ciągłość wykonywania wszystkich badań i ograniczy koszt wynajmu kontenera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, poprzez dostawę np. statywu płucnego i stołu mobilnego umożliwiającego wykonanie takich badań w pomieszczeniu zastępczym na czas procesu zakupu nowego Aparatu RTG i dostosowania pomieszczenia, aparatem mobilnym z uzyskaniem formalno – prawnych uzgodnień z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

28. Zapytanie nr 1 dotyczy Opisu i zestawienia warunków i parametrów technicznych – L.p. 7

Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG w którym detektor pochodzi od innego wytwórcy niż główny producent aparatu.

Detektory są komponentami które są wymienne i a pochodzenie poszczególnych komponentów sprzętu od różnych producentów, w żaden sposób nie wpływa na jakość i niezawodność urządzenia, a także nie gwarantuje lepszych możliwości funkcjonalnych. Warto również zauważyć, że nawet jeśli dostawca sprzętu deklaruje pochodzenie poszczególnych elementów aparatu od jednego wytwórcy, to w rzeczywistości te elementy i tak są produkowane przez różne podmioty, a końcowy produkt jest wyłączne sygnowany jednym logo.

Zwracamy sie zatem z prośbą o usunięcie wymogu z L.p. 7 oraz dopuszczenie do postępowania oferowanego przez nas rozwiązania, w którym wszystkie elementy aparatu RTG są w pełni kompatybilne i zintegrowane przez producenta w procesie technologicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

29. Zapytanie nr 2 dotyczy Opisu i zestawienia warunków i parametrów technicznych – L.p. 18

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postepowania aparatu RTG z generatorem o zakresie miliamperosekund w zakresie 0,5-630 mAs?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

30. Zapytanie nr 3 dotyczy Opisu i zestawienia warunków i parametrów technicznych – L.p. 39, 40

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postepowania aparatu RTG z czytelnym 10" wyświetlaczem LCD na kołpaku bez funkcji wyświetlania obrazu badania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

31. Zapytanie nr 4 dotyczy Opisu i zestawienia warunków i parametrów technicznych – L.p. 49

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postepowania aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym o zakresie ruchu poprzecznego lampy wynoszącym 203 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

32. Zapytanie nr 5 dotyczy Opisu i zestawienia warunków i parametrów technicznych – L.p. 59

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postepowania aparatu RTG ze stołem o szerokości blatu równej 81 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

33. Zapytanie nr 6 dotyczy Opisu i zestawienia warunków i parametrów technicznych – L.p. 61

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postepowania aparatu RTG ze stołem o ruchu poprzecznym blatu wynoszącym 26 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

34. Zapytanie nr 7 dotyczy Opisu i zestawienia warunków i parametrów technicznych – L.p. 68

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postepowania aparatu RTG ze stołem, którego blat posiada ramy wzdłuż krawędzi długich chroniące blat przed uszkodzeniem i umożliwiające stosowanie akcesoriów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

35. Zapytanie nr 8 dotyczy Opisu i zestawienia warunków i parametrów technicznych – L.p. 71

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze stołem w którym realizacja funkcji przemieszczenia blatu odbywa się poprzez zwolnienie przycisków nożnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

36. Zapytanie nr 9 dotyczy Opisu i zestawienia warunków i parametrów technicznych – L.p. 72

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze stołem w którym ładowania przenośnego detektora jest możliwe po podłączeniu przewodu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

37. Zapytanie nr 10 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 81

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postepowania aparatu RTG ze statywem o zakresie zmotoryzowanego ruchu pionowego detektora równym 153 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

38. Zapytanie nr 11 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 85

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postepowania aparatu RTG ze statywem o odległości płyta statywu-detektor obrazu równej 70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

39. Zapytanie nr 12 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 101

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze statywem w którym zasilanie detektora jest możliwe po podłączeniu przewodu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

40. Zapytanie nr 13 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 102

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postepowania aparatu RTG z detektorem o konstrukcji o obudowie zapewniającej ochronę w klasie IP53?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

41. Zapytanie nr 14 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 126

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG bez dedykowanego oprogramowania do wizualizacji odmy płucnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

42. Zapytanie nr 15 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 129

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG bez dedykowanego oprogramowania do supresji kości żeber oraz dwuenergetyczności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 2:

43. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym lamelami z tworzywa Polipropylen?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

44. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-64° oraz uda w zakresie 0-32°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

45. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze 156kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

1. SWZ
2. Załącznik nr 2 dla SWZ dla Pakietu nr 1
3. Załącznik nr 2.1 do SWZ dla Pakietu nr 1
4. Załącznik nr 4 do SWZ

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska