Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/29-60-670 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/08/17/211

Oborniki, dnia 07.08.2017r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/08/16

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, ogłoszonego w dniu 01.08.2017r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytanie:

1. Mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, proszę o wyjaśnienie, czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów o następującym (modyfikacja Pozycji nr 1 oraz lit. b) OPZ) opisie:

a) Trzpień prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, stożek szyjki 12/14 dostępny w 11 rozmiarach od 115mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od min.8mm do min.20mm, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne; opcjonalnie musi być możliwość zastosowania trzpieni kołnierzowych ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara i specjalne trzpienie kołnierzowe i bezkołnierzowe typu High Offset w rozmiarach od 130mm do 170mm, a także specjalne trzpienie kołnierzowe i bez kołnierza o długości 110mm przystosowane do bioder dysplastycznych.
b) Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu Press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby stabilizujące w rozmiarach minimum 48-66mm lub panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit, wielootworowa w rozmiarach 44-46mm. Wszystkie panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej.
c) Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości - „cross linked polietylen", sterylizowanego promieniami gamma w próżni: neutralna, lipped lub z 10 stopniowym kołnierzem, w rozmiarach minimum 44-66mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm lub 36mm – opcjonalnie wkładka ceramiczna dla głowy 28 i 32 i 36.
d) Głowa metalowa oraz ceramiczna o średnicy 28mm i 32mm i 36mm.
e) Śruby stabilizujące do panewki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o powyższym opisie.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska